

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101480446/27/AM

Teràpies contínues de depuració extra-renal per als
Centres de l'Institut Català de la Salut.



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 1 de 67

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Atributs logístics	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.5.1. Condicions de subministrament.....	10
4.5.2. Garantia de subministrament.....	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3. Termini de lliurament	12
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.5.3. Sistema EDI.....	12
4.6. Condicions de l'operador logístic	14
4.6.1. Embalatges.....	15
4.6.2. L'albarà.....	16
4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16



- 4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 17
- 4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.6.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 3 de 67

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de teràpies contínues de depuració extra-renal per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

Les especificacions tècniques dels Monitors de teràpies contínues és detallen en l'annex indicat.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101480446_2bis**

- Annex D3 Fitxa Resum Criteris Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.



4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.



4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).



L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat



- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic




4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 169 cm (amb la estructura de la paleta inclosa) sempre EU
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- Càrregues estables i paletes fleixades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestreta abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors , tant albarans com materials.
- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)
- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat (expressada en unitats, no envasos)

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.



En el moment de la recepció del material i durant el control de qualitat de l'entrada, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

17 / 20



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 17 de 67

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES



Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Fitxa Resum Criteris Judici de Valor
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per
l'aplicació del criteris objectius
ANNEX E - Estructura Codi Agrupador

20 / 20



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 20 de 67



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 21 de 67

[illegible]

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 22 de 67



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 24 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 1 / 18
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30002224
Descripció llarga: Connector recirculació sanguínia o de sèrum en un circuit extra-corpori, llargària 6cm, connexió femella-femella tipus luer-lock per a connectar els extrems de les connexions de les línies en circuit tancat, amb tap i ganxo. Estèril, atòxic i apiretogen.		
Descripció tècnica: Connector per a recirculació sanguínia o de sèrum en un circuit extra-co rpori, llargària 6cm, connexió femella-femella tipus "luer lock" per a c onnectar els extrems de les connexions de les línies en circuit tancat, amb tap i ganxo. Estèril, atòxic i apiretogen.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30002225
Descripció llarga: Punxó perforador unidireccional per a tap de bossa de solució de diàlisi. Connexió Luer Lock femella. Estèril, envàs individual, d'u n sol ús.		
Descripció tècnica: Punxó perforador unidireccional per a tap de bossa de solució de diàlisi . Connexió Luer Lock femella. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30002998
Descripció llarga: Bossa recol·lectora de líquids d'hemofiltració/hemodiàlisi continua de 5 litres (L) de capacitat. Compatible amb monitor Prisma, Pri smaflex o equivalent.		
Descripció tècnica: Bossa recol·lectora de líquids d'hemofiltració/hemodiàlisi continua de 5 litres (L) de capacitat. Compatible amb monitor Prisma, Prismaflex o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30003000
Descripció llarga: Bossa escalfadora per a líquid de diàlisi. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismafl ex o equivalent.		
Descripció tècnica: Bossa escalfadora per a líquid de diàlisi. Estèril, lliure de làtex, lli ure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equival ent.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30006488
Descripció llarga: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a adult (+ 30 Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre a/membrana capil·lar sintètica superfíc ie eficaç 0,90 m2, línia arterial+venosa, pinces, filtre, bossa. Est,s/làt/DEHP,lús. Compatible a/monitor Prismaflex o eq		
Descripció tècnica: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a pacient adult (+ 30 Kg) . Inclou: cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica amb una su perfície eficaç de 0,90 m2, línia arterial i venosa, pinces, filtre i bo ssa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatibl e amb monitor Prismaflex o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 2 / 18		
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30007358								
Descripció llarga: Solució de segellat de catèters permanents per a hemodiàlisi. Solució anticoagulant i antimicrobiana p/profilaxi d'infeccions i prev enció d'incidències trombòtiques. Composició: citrat trisòdic Solució aquosa 46 ,7%. 2 xeringues 3mL. Est,s/lât/DEHP,lús								
Descripció tècnica: Solució de segellat de catèters permanents per a hemodiàlisi. Solució an ticoagulant i antimicrobiana per a profilaxi d'infeccions i prevenció d' incidències trombòtiques. Composició: citrat trisòdic en solució aquosa al 46,7%. Presentació: 2 xeringues de 3mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30007518								
Descripció llarga: Equip format per 2 connector de 4 vies amb 4 punxons per a bosses de solucions o efluentes. Connector Luer Lock. Estèril, lliure de l àtex, lliure de ftalats. Compatible amb línia Aqualine/Aqualine RCA o equivalent.								
Descripció tècnica: Equip format per 2 connector de 4 vies amb 4 punxons per a bosses de sol ucions o efluentes. Connector Luer Lock. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats. Compatible amb línia Aqualine/Aqualine RCA o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30010328								
Descripció llarga: Tira reactiva colorimètrica per a la detecció de clor i cloramina en aigua de preparació de líquid de diàlisi i aigua de neteja de m àquines de diàlisi.								
Descripció tècnica: Tira reactiva colorimètrica per a la detecció de clor i cloramina en aig ua de preparació de líquid de diàlisi i aigua de neteja de màquines de d iàlisi.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30012938								
Descripció llarga: Test colorimètric mitjançant tira reactiva per a detecció d'àcid peracètic en el sistema hidràulic de monitors d'hemodiàlisi.								
Descripció tècnica: Test colorimètric mitjançant tira reactiva per a detecció d'àcid peracètic en el sistema hidràulic de monitors d'hemodiàlisi.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30017852								
Descripció llarga: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua p/pediatria (8 a 12 Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre a/membrana capil·lar sintètica superf ície eficaç 0,20 m2, línia arterial+venosa, pinces, filtre,bossa.Est ,s/lât/DEHP,lús.Compatible a/monitor Prismaflex o eq								
Descripció tècnica: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a pacient pediàtric (8 a 12 Kg).Inclou: cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica amb u na superfície eficaç de 0,20 m2, línia arterial i venosa, pinces, filtre i bossa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Comp atible amb monitor Prismaflex o equivalent.								

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47713386R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.08.2026
HORA: 13:54:36
PÀGINA: 3 / 18

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30017970

Descripció llarga:

Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua p/pediatrics (+ 11 Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre a/membrana capil·lar sintètica superfície eficaç 0,60 m2, línia arterial+venosa, pinces, filtre, bossa. Est,s/làt/DEHP,lús. Compatible a/monitor Prismaflex o eq

Descripció tècnica:

Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a pacient pediàtric (+ 11 Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica amb superfície eficaç de 0,60 m2, línia arterial i venosa, pinces, filtre i bossa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30019717

Descripció llarga:

Equip hemofiltració/hemodiàlisi continua a/heparina,adult (+30Kg).Cartutx/hemofiltre a/membrana capil·lar sintètica alta permeabilitat superfície eficaç 1,5m2.Línia arterial+venosa,pinces ,filtre,bossa.Est,s/làt/DEHP,lús.Compatible monitor Prismaflex o eq

Descripció tècnica:

Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua amb heparina, per a adult (+ 30 Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica d'alta permeabilitat amb una superfície eficaç de 1,5 m2. Línia arterial i venosa, pinces, filtre i bossa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30019718

Descripció llarga:

Equip hemofiltració/hemodiàlisi continua adult(+30Kg).Cartutx/hemofiltre endotoxines membrana capil·lar sintètica alta permeabilitat superfície eficaç 1,2m2.Línia arterial+venosa,pinces,filtre,bossa. Est,s/làt/DEHP,lús.Compatible monitor Prismaflex o eq

Descripció tècnica:

Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a adult (+ 30 Kg). Inclou : cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica d'alta permeabilitat amb una superfície eficaç de 1,2m2 amb capacitat per a absorbir i eliminar endotoxines. Línia arterial i venosa, pinces, filtre i bossa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30019721

Descripció llarga:

Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi pacient adult. Membrana sintètica polipropilè (PP) amb una superfície eficaç de membrana de 0,35 m2. Inclou: línies, bossa i pinces. Est ,s/làt/DEHP,lús.Compatible monitor Prismaflex o eq

Descripció tècnica:

Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi per a pacient adult. Membrana sintètica de polipropilè (PP) amb una superfície eficaç de membrana de 0,35 m2. Inclou: línies, bossa i pinces. Estèril , lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 27 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 4 / 18		
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30029632								
Descripció llarga: Bossa de recollida d'efluent de 10 litres amb connexió tipus Luer Lock i aixeta de descarrega. Bossa de PVC. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb línia de drenatge i monitor Multifiltrate o equivalent.								
Descripció tècnica: Bossa de recollida d'efluent de 10 litres amb connexió tipus Luer Lock i aixeta de descarrega. Bossa de PVC. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb línia drenatge SAP 30072057 i amb monitor Multifiltrate o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30031377								
Descripció llarga: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua adult (+30Kg). Inclou: cartutx/hemofiltre membrana capil·lar sintètica alta permeabilitat superfície eficaç 1,50m2,línia arterial+venosa, pinces,filtre,bossa.Est ,s/làt/DEHP,lús.Compatible monitor Prismaflex o eq								
Descripció tècnica: Equip d'hemofiltració/hemodiàlisi continua per a adult (+ 30 Kg). Inclou : cartutx/hemofiltre amb membrana capil·lar sintètica d'alta permeabilitat amb una superfície eficaç de 1,50 m2, línia arterial i venosa, pinces , filtre i bossa. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30032662								
Descripció llarga: Filtre de plasmafèresi amb membrana capil·lar sintètica de polietilè amb EVOH (etilèvinilalcohol) amb una superfície eficaç de membrana de 0,8 m2, gruix de membrana de 50 µ i diàmetre intern de 330 µ. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
Descripció tècnica: Filtre de plasmafèresi amb membrana capil·lar sintètica de polietilè amb EVOH (etilèvinilalcohol) amb una superfície eficaç de membrana de 0,8 m2, gruix de membrana de 50 µ i diàmetre intern de 330 µ. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30032811								
Descripció llarga: Equip de línies per a plasmafèresi tipus PE. Inclou: línia d'entrada i sortida, filtre d'aire, línia per a anticoagulant, filtre de microagregant ,bossa de recollida, connexió per a sèrum fisiològic. Estèril. Compatible monitor Plasauto Sigma V.3 o eq.								
Descripció tècnica: Equip de línies per a plasmafèresi PE (intercanvi de plasma). Inclou: línia d'entrada i sortida, filtre d'aire, línia per a anticoagulant, filtre de microagregant, bossa de recollida, connexió per a sèrum fisiològic . Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Plasauto Sigma V.3 o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30033185								
Descripció llarga: Solució per a hemodiàlisi i hemofiltració continua amb citrat, Composició: Citrat 18 mmol/L, Na 140 mmol/L, Clorur 86 mmol/L. Presen tació: Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 5 / 18
Descripció tècnica: Solució per a hemodiàlisi i hemofiltració continua amb citrat, Composició: Citrat 18 mmol/L, Na 140 mmol/L, Clorur 86 mmol/L. Presentació: Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30033187			
Descripció llarga: Solució hemodiàlisi i hemofiltració continua s/citrat, s/fosfat, s/calci i amb lactat i glucosa. Composició: Lactat 3mmol/L, Na 140 mmol/L, Clorur 120,5 mmol/L, Potassi 4 mmol/L, Glucosa 6,1 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure làtex/DEHP, lús			
Descripció tècnica: Solució hemodiàlisi i hemofiltració continua s/citrat, s/fosfat, s/calci i amb lactat i glucosa. Composició: Lactat 3mmol/L, Na 140 mmol/L, Clorur 120,5 mmol/L, Potassi 4 mmol/L, Glucosa 6,1 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30033188			
Descripció llarga: Línia d'infusió de calci per al sistema d'anticoagulació amb citrat. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.			
Descripció tècnica: Línia d'infusió de calci per al sistema d'anticoagulació amb citrat. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.			
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30033703			
Descripció llarga: Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi pacient > 9kg. Membrana sintètica de polipropilè (PP) superfície eficaç de membrana de 0,15 m2. Inclou: línies, bossa i pines. Est, s/làtx/DEHP, lús. Compatible monitor Prismaflex o eq			
Descripció tècnica: Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi per a pacient > 9 kg. Membrana sintètica de polipropilè (PP) amb una superfície eficaç de membrana de 0,15 m2. Inclou: línies, bossa i pines. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.			
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30033739			
Descripció llarga: Solució per a hemodiàlisi HD i hemofiltració continua HFC amb fosfat i sense calci. Composició: Na 133 mmol/L, Clorur 117, 75 mmol/L, Potassi 4 mmol/L, Fosfat 1,25 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, lús. Dialysate K4 Plus o equiv			
Descripció tècnica: Solució per a hemodiàlisi HD i hemofiltració continua HFC amb fosfat i sense calci. Composició: Na 133 mmol/L, Clorur 117, 75 mmol/L, Potassi 4 mmol/L, Fosfat 1,25 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, lús. Dialysate K4 Plus o equiv			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 6 / 18
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30033740						
Descripció llarga: Solució per a hemodiàlisi (CVVHD) i hemodiafiltració continua (CVVH) amb citrat t i sense calci. Composició: Citrat trisòdic 4%, Na# Citrat 40 g/L, ions de citrat 40g/L. Bossa de 1500 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, un ús						
Descripció tècnica: Solució per a hemodiàlisi (CVVHD) i hemodiafiltració continua (CVVH) amb citrat t i sense calci. Composició: Citrat trisòdic 4%, Na3Citrat 40 g/L, ions de citrat 40g/L. Bossa de 1500 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, un ús. CIFOBAN, ref:F00011189						
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30033741						
Descripció llarga: Eq hemod contin adult. Dialitzad polisulfona alta permea 1,8m2, gruix 35µØ220 µ. Línia art, ven, efluent, monitoritzar pressions, anticoagulació, bossa líquid encebat, pinça, adaptador recirculació. Línia diàlisi càmera escalfadora. Multifiltrate o eq.						
Descripció tècnica: Equip d'hemodiàlisi continua per a pacient adult. Inclou: Dialitzador amb b membrana capil·lar sintètica de polisulfona d'alta permeabilitat amb una superfície eficaç de 1,8 m2, gruix de membrana de 35 µ i diàmetre intern de 220 µ. Línia arterial, línia venosa, línia efluent, línies per a monitoritzar pressions (arterial, venosa, PTM, prefiltre i efluent), línia d'anticoagulació, bossa per a líquid d'encebat, pinça i adaptador per a recirculació. Línia de Diàlisi amb càmera escalfadora integrada. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Multifiltrate o equivalent.						
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30033842						
Descripció llarga: Cartutx/hemofiltre d'hemoperfusió. Extracció selectiva de endotoxines de la sang mitjançant la hemoperfusió directa (HDP). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.						
Descripció tècnica: Cartutx/hemofiltre de depuració extra renal contínua: hemoperfusió. Extracció selectiva de endotoxines de la sang mitjançant la hemoperfusió directa (HDP). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. To raymyxin, ref: APMX-20R o equivalent.						
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30042640						
Descripció llarga: Cartutx/filtre de plasmafèresi per a leucocitafèresi (LCAP) amb membrana cilíndrica en espiral de teixit sense teixir de polietilè telephalat. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.						
Descripció tècnica: Cartutx/filtre de plasmafèresi per a leucocitafèresi (LCAP) amb membrana cilíndrica en espiral de teixit sense teixir de polietilè telephalat. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.						
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30042667						
Descripció llarga: Equip línies de plasmafèresi leucocitafèresi (LCAP). Inclou: línia entrada i sortida, filtre aire, línia anticoagulant, filtre de microprecipitant, bossa recollida, connexió sèrum fisiològic. Estèril, s/làtex/DEHP, lliure de ftalats. Compatible amb monitor Plasauto SigmaV.3 o equivalent.						

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 7 / 18
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica:

Equip de línies de plasmafèresi per a leucocitafèresi (LCAP). Inclou: línia d'entrada i sortida, filtre d'aire, línia per a anticoagulant ,fi ltre de microagregant, bossa de recollida, connexió per a sèrum fisiològ ic. Estèril, lliure làtex, lliure ftalats, d'un sol ús. Compatible amb m onitor Plasauto SigmaV.3 o eq

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30042818

Descripció llarga:

Equip de línies de plasmafèresi per a plasmaadsorció (PA). Estèril, lliure làtex, lliure ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monito r Plasauto Sigm V.3 o equivalent.

Descripció tècnica:

Equip de línies de plasmafèresi per a plasmaadsorció (PA). Estèril, lliu re làtex, lliure ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Plasauto S igma V.3 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30047621

Descripció llarga:

Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compat ible amb Spectra OPTIA o equivalent.

Descripció tècnica:

Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi. Estè ril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spe ctra OPTIA o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30047622

Descripció llarga:

Solució d'anticoagulant (ACD-A) de Citrat, dextrosa formula A, bossa de 750 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un so l ús.

Descripció tècnica:

Solució d'anticoagulant (ACD-A) de Citrat, dextrosa formula A, bossa de 750 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30052065

Descripció llarga:

Solució d'hemodiàlisi per a tècniques continues (TCRR). Composició: K+ 4 mmol/L, Na 140 mmol/L, Calci 1,5 mmol/L, Magnesi 0,5 mmol/L , Clorur 113 mmol/L, Glucosa 5,55 mmol/L, Bicarbonat 35 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, atòxic i apiretogen.

Descripció tècnica:

Solució d'hemodiàlisi per a tècniques continues (TCRR). Composició: K+ 4 mmol/L, Na 140 mmol/L, Calci 1,5 mmol/L, Magnesi 0,5 mmol/L , Clorur 113 mmol/L, Glucosa 5,55 mmol/L, Bicarbonat 35 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, atòxic i apiretogen.



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJ0XXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 31 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47713386R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.08.2026
HORA: 13:54:36
PÀGINA: 8 / 18

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30052442

Descripció llarga:

Hemofiltre per l'absorció i eliminació de citoquines, disparadors resposta inflamatòria, enterotoxines i metabòlits. Volum de 300 mL . Flux de 100-700 mL/h. Compatible amb sistema de circulació extracorpòria. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

Descripció tècnica:

Hemofiltre per l'absorció i eliminació de citoquines, disparadors respos ta inflamatòria, enterotxines i metabòlits. Volum de 300 mL. Flux de 100-700 mL/h. Compatible amb sistema de circulació extracorpòria. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30052444

Descripció llarga:

Equip adaptador postfiltre. 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock femella i DINLock femella i 1 tub adaptador amb connexió Luer Lo ck mascle i DINLock mascle. Compatible amb filtre de citoquines. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

Descripció tècnica:

Equip adaptador postfiltre. 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock femella i DINLock femella i 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock mascle i DINLock mascle. Compatible amb filtre de citoquines. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30052445

Descripció llarga:

Equip adaptador prefiltre encebata. Connexió 1 DINLock femella vermella, 1 DINLock femella blava, 1 DINLock mascle i 1 bossa de 2 lit res. Compatible amb filtre de citoquines. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

Descripció tècnica:

Equip adaptador prefiltre encebata. Connexió 1 DINLock femella vermella, 1 DINLock femella blava, 1 DINLock mascle i 1 bossa de 2 litres. Compati ble amb filtre de citoquines. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèr il.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30052446

Descripció llarga:

Equip adaptador postfiltre encebata. 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock mascle blau, 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock femella vermella i 1 bossa de 2 litres. Compatible amb filtre de citoquines. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril.

Descripció tècnica:

Equip adaptador postfiltre encebata. 1 tub adaptador amb connexió Luer Lo ck mascle blau, 1 tub adaptador amb connexió Luer Lock femella vermella i 1 bossa de 2 litres. Compatible amb filtre de citoquines. Lliure de là tex, lliure de ftalats, estèril.

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30059975

Descripció llarga:

Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compat ible amb Spectra OPTIA o equivalent.



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 32 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 9 / 18		
Descripció tècnica: Equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic terapèutic/plasmafèresi. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spectra OPTIA o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30060176								
Descripció llarga: Bossa accessòria de rebuig, de 4.000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spectra OPTIA o equivalent.								
Descripció tècnica: Bossa accessòria de rebuig, de 4.000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spectra OPTIA o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30060177								
Descripció llarga: Bossa accessòria emmagatzemament de plasma 1.000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spectra OPTIA o equivalent.								
Descripció tècnica: Bossa accessòria emmagatzemament de plasma 1.000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb Spectra OPTIA o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30060410								
Descripció llarga: Equip d'autoefluent. Inclou: cartutx d'autoefluent, garfi de drenatge, línia de de 6,7 (+/-0,3) metres (m), bosses d'1 i 5 litres (L), línies, vàlvula unidireccional i pinça de comprovació. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Prismaflex o equivalent.								
Descripció tècnica: Equip d'autoefluent. Inclou: cartutx d'autoefluent, garfi de drenatge, línia de de 6,7 (+/-0,3) metres (m), bosses d'1 i 5 litres (L), línies, vàlvula unidireccional i pinça de comprovació. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor PrisMax o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30061917								
Descripció llarga: Solució anticoagulant concentrada de citrat (113 mmol/L), per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) i segellat catèter s venosos. Composició: Citrat trisòdic 74,8 mmol/L i àcid cítric 38,1 mmol/L. Presentació: Bossa 2000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
Descripció tècnica: Solució anticoagulant concentrada de citrat (113 mmol/L), indicada per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) i segellat de catèters venosos. Composició: Citrat trisòdic 74,8 mmol/L i àcid cítric 38,1 mmol/L. Presentació: Bossa de 2000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 10 / 18
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30061918
Descripció llarga: Solució per a hemodiàlisi, hemofiltració i hemodiàfiltració continua 100% bicarbonatada i lliure de lactat i potassi Composició mmol /mL: Na140; Ca 1,75; Mg 0,5; Cl 109,3; HCO3 35;. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, un sol ús		
Descripció tècnica: Solució per a hemodiàlisi, hemofiltració i hemodiàfiltració continua 100 % bicarbonatada i lliure de lactat i potassi Composició mmol/mL: Na140; Ca 1,75; Mg 0,5; Cl 109,3; HCO3 35;. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure d e làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30062015
Descripció llarga: Eq hemodiàlisi continua citrat i/o hepar pacient adult. Inclou: Dialitzador membrana capil·lar sintètica polietersulfona alta permea bilitat a/una superfície eficaç 1,2m2, gruix membrana 30 µ i DI 200 µ i línies. Est,lús. Comp/monitor Aquarius o eq		
Descripció tècnica: Equip d'hemodiàlisi continua per a totes les CRRT amb citrat i/o heparina per a pacient adult. Inclou: Dialitzador membrana capil·lar sintètica polietersulfona , tecnologa High Cut-Off, indicat per a pacients amb sèpsia, sieving coefficient inferior a 0,01 per l'albumina i igual a 1 per la beta 2 microglobulina, alta permeabilitat amb una superfície eficaç 1 ,2m2, gruix membrana 30 µ i diàmetre intern 200 µ i línies validades per a 100 hores. Est,lús. Compatible a/monitor Aquarius o eq.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30062016
Descripció llarga: Eq hemodiàlisi continua citrat i/o hepar pacient adult. Inclou: Dialitzador membrana capil·lar sintètica polietersulfona alta permea bilitat amb una superfície eficaç 1,9m2, gruix membrana 30 µ i DI 200 µ i línies. Est,lús. Comp/monitor Aquarius o eq		
Descripció tècnica: Equip d'hemodiàlisi continua per a totes les CRRT amb citrat i/o heparina per a pacient adult. Inclou: Dialitzador membrana capil·lar sintètica polietersulfona , tecnologa High Cut-Off, indicat per a pacients amb sepsia, sieving coefficient inferior a 0,01 per l'albumina i igual a 1 per la beta 2 microglobulina, alta permeabilitat amb una superfície eficaç 1,9m2, gruix membrana 30 µ i diàmetre intern 200 µ i línies validades per a 100 hores. Est,lús. Compatible a/monitor Aquarius o eq.		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30062017
Descripció llarga: Adaptador/connector Y per a línia Aqualine/AqualineRCA a dos bosses de reposició/diàlisis o dos bosses d'efluent. connector Luer Loc k mascle-femella, clamp. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Aquarius o eq		
Descripció tècnica: Adaptador/connector Y per a línia Aqualine/AqualineRCA a dos bosses de r eposició/diàlisis o dos bosses d'efluent. connector Luer Lock mascle-fem ella, clamp. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. C ompatible amb monitor Aquarius o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 11 / 18	
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30062018					
Descripció llarga: Bossa de recollida d'ultrafiltrat, PVC amb superfície antiadherent, de 5000 (+/-100)mL capacitat, orificis per a penjar en part sup i inf i connector Luer Lock femella, clam. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, lús. Comp/monit Aquarius o equival					
Descripció tècnica: Bossa de recollida d'ultrafiltrat, PVC amb superfície antiadherent, de 5000 (+/-100)mL capacitat , dos orificis per penjar en la part superior i inferior, per ampliar la compatibilitat amb altres monitors i connector Luer Lock femella, clam. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Aquarius o eq.					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30064107					
Descripció llarga: Eq línies i dialitzador TDEC per a pacient adult membrana capil·lar sintètica polisulfona alta permeabilitat amb una superfície eficaç de 1,4 m2, gruix de membrana de 35 µ i diàmetre intern de 220 µ.Est,s/làt/ftalats,lús.Compatible MultifiltratePRO o eq					
Descripció tècnica: Equip de línies i dialitzador per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) per a pacient adult amb membrana capil·lar sintètica de polisulfona d'alta permeabilitat (Kuf 40 mL/h mmHg) amb una superfícieeficaç de 1,4 m2, gruix de membrana de 35 µ i diàmetre intern de 220 µ. Inclou: línia d'accés de sang, línia de retons de sang amb cambra atrapa-bombolles venosa, línia d'efluent, línia d'anticoagulació, punxó i adaptador de recirculació, línia de diàlisi amb cambra escalfadora, línia de substitució amb cambra escalfadora. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor MultifiltratePRO o equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30064108					
Descripció llarga: Eq línies i dialitz TDEC amb citrat paci adult membra capil sintèt polisulf d'alta permeabil amb una superf eficaç1,8 m2,gruix membr ana35 µ i diàm inte220µ.Est,s/làt/ftalats,lús.Compat MultifilPRO(B*) Baixa per duplicitat # Veure codi 30072204					
Descripció tècnica: Equip de línies i dialitzador per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) amb citrat per a pacient adult amb membrana capil·lar sintètica de polisulfona d'alta permeabilitat amb una superfície eficaç del,8 m2, gruix de membrana de 35 µ i diàmetre intern de 220 µ. Inclou: línia d'accés, línia de retorn amb cambra atrapa-bombolles venosa, líniad'efluent, línia per a líquid de diàlisi amb bossa calefactora, sensorsde pressió, línia anticoagulant heparina, línia de citrat i calci, bossa de líquid de encebat, pinça i adaptador recirculació. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor MultifiltratePRO o equivalent.(B*) Baixa per duplicitat # Veure codi 30072204					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30064109					
Descripció llarga: Eq línies i dialitzador TDEC amb citrat pacient adult membrana capil·lar sintètica polisulfona d'alta permeabilitat amb una superfíc ie eficaç 1,8 m2, gruix membrana de 35 µ i diàmetre intern 220 µ.Est,s/làt/ftalats,lús.Compatible MultifiltratePRO o eq					
Descripció tècnica: Equip de línies i dialitzador per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) amb citrat per a pacient adult amb membrana c apil·lar sintètica de polisulfona d'alta permeabilitat (Kuf 52 mL/h mmHg) amb una superfície eficaç de 1,8 m2, gruix de membrana de 35 µ i diàmetre internde 220 µ. Inclou: línia d'accés, línia de retorn amb cambra atrapa-bombolles venosa, línia d'efluent, línia p er a líquid de diàlisi amb bossa calefactora, sensors de pressió, línia anticoagulant heparina, línia de citrat i calci, bossa de lí quid de encebat, pinça i adaptador					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 12 / 18		
recirculació. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Mu ltifiltratePRO o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30064110								
Descripció llarga: Solució per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) continua amb citrat. Composició: Clorur càlcic 100 mmol/L. Bossa de 1500 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
Descripció tècnica: Solució per a tècniques de depuració extrarrenal continua (TDEC) continua amb citrat. Composició: Clorur càlcic 100 mmol/L. Bossa de 1500 mL. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30064111								
Descripció llarga: Adaptador de clorur de polivinil (PVC) per a bossa de líquid d'hemofiltració (calci) a qualsevol línia Luer. Connexió de seguretat-L uer Lock. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb monitor multiFiltrate i multiFiltratePRO o equivalent.								
Descripció tècnica: Adaptador de clorur de polivinil (PVC) per a bossa de líquid d'hemofiltració (calci) a qualsevol línia Luer. Connexió de seguretat-L uer Lock. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb monitor Multifiltrate i MultiFiltratePRO o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30066233								
Descripció llarga: Eq d'hemodiàlisi continua amb heparina per a pacient adult. Inclou:línies i dialitzador a/membrana capil·lar sintètica polietersulfo na alta permeabilitat a/una superfície eficaç 1,2 m2.gruix membrana 30u Estèril ,s/làt/DEHP,lús.Comp/monitor Aquarius+ o eq								
Descripció tècnica: Eq d'hemodiàlisi continua amb heparina per a totes les CRRT amb heparina per a pacient adult. Inclou: línies validades per a 100 hores i dialitzador amb membrana capil·lar sintètica de polietersulfona, tecnologa High Cut-Off, indicat per a pacients amb sèpsia, sieving coefficient inferior a 0,01 per l'albumina i igual a 1 per la beta 2 microglobulina, alta permeabilitat amb una superfície eficaç 1,2 m2, gruix membrana 30 µ i diàmetre intern 200 µ. Estèril,s/làt/DEHP,lús. Compatible monitor Aquarius+ o eq.								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30066492								
Descripció llarga: Columna d'immunoadsorció ECA per a aferesi compost: absorbent gel de polivinilalcohol amb triptòfan inmovilitzat 350ml,filtre de mic ropartícules de PE 0,7m2, Lliure de làtex,estèril,un sol ús. Tipus IMMUSORBA TR-350o equivalent								
Descripció tècnica: Columna d'immunoadsorció ECA per a aferesi compost: absorbent gel de polivinilalcohol amb triptòfan inmovilitzat 350ml,filtre de micropartícules de PE 0,7m2, Lliure de làtex,estèril,un sol ús. Tipus IMMUSORBA TR-350o equivalent								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 13 / 18	
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30067759					
Descripció llarga: Filtre capil·lars LDL-C i altres proteïnes plasma,Ø57mm,long280mm+/-10mm ,superf membr2,0m²,mida porus 0,05micres,volum enceb150ml,si st doble filtració p/tract malalties metab: hipercolesterol familiar ,hiperlipoproteinemia(a),hipertrigliceridè,estèril,lús					
Descripció tècnica: Filtre de capil·lars per retenció LDL-C i d'altres proteïnes del plasma ,Ø57mm,longitud 280mm+/-10mm,superfície de membrana 2,0m²,mid a del porus0,05 micres,volum encebament 150ml,amb sistema de doble filtració per atractament de malalties metabòliques: hipercoleste rolèmia familiar, hiperlipoproteinemia (a), hipertrigliceridèmia.Plasmateràpia selectiva extracorpòria.Estèril,un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30067760					
Descripció llarga: Equip de línies d'afèresis terapèutica,PVC,doble filtració plasma (DFPP) ,volum enceb 70ml+/-: línea entr/sort,filtre aire,línia anti coagul,filtre microagregat,bossa recollida,connexio SF,estèril,N/làtex i ftalatslús.Comp a/monitor Plasauto Sigma o equiv					
Descripció tècnica: Equip de línies d'afèresis terapèutica,PVC flexible i semirígid,doble filtració de plasma (DFPP) Rheofèresis o filtració en cascada, amb volum d'encebament 70ml+/-: línea d'entrada/sortida,filtre d'aire,línia anticoagulant,filtre de microagregat,bossa de recollida, connexio per rentat.Estèril, lliure làtex i ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor Plasauto Sigmao equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30068647					
Descripció llarga: Filtre capil·lars LDL-C i altres proteïnes plasma,Ø57mm,long 280mm (+/-10) mm,superf membrana 2,0m²,mida porus 0,02micres,volum ence b 150ml ,contenidor PC i capilars copolímers d'etilè i alcohol vinílic,lliure de Bisfenol-A,estèril,lús.Comp Plasauto o eq					
Descripció tècnica: Filtre capil·lars LDL-C i altres proteïnes plasma, Ø57mm, long 280mm (+/-10) mm,superf membrana 2,0m²,mida porus 0,02micres,volum enceb 150ml, contenidor de policarbonat i capilars de copolímers d etilè i alcohol vinílic,lliure de Bisfenol-A, estèril, un sol ús. CASCADEFLO XC, Ref Izasa 525EC-30W. Ref Pallex: 656548. Compatible amb dispositiu multiterapia Plasauto					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30072057					
Descripció llarga: Línia de drenatge per al buidatge de l'efluent en Tècniques Continuas de Depuració Extracorpòrea (TCDE) per CVVHD i CVVHDF, longitud 6,5(+/-05)m. Compatible amb bossa de recollida d'efluent SAP 30029632					
Descripció tècnica: Línia de drenatge per al buidatge de l'efluent en Tècniques Continuas de Depuració Extracorpòrea(TCDE) per CVVHD i CVVHDF,longitud 6,5(+/-05)m. Compatible amb bossa de recollida d'efluent SAP 30029632.Presentació 10 unitats. Multiefluent Drain Line, ref:F50009240					
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30072204					
Descripció llarga: Eq CiCa amb EMiC2, CVVHD Citrat:filtre polisul,casset CiCa a/linia accés ,linia retorn+càmara venosa,linia efluent,linia diàlisi+boss a calef,sensors,linia hepar,linies citrat i calci,bossa liq d'encebat (1L),pinça i adapt.Comp a/Multifiltrate o equivalent					

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47713386R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.08.2026
HORA: 13:54:36
PÀGINA: 14 / 18

Descripció tècnica:

Equip CiCa amb EMiC2, CVVHD amb anticoagulació regional amb Citrat:filtre polisulfona,casset CiCa amb línia accés, línia retorn+càmar a bombolles venosa, línia efluent, línia líquid diàlisi+bossa calefactora , sensors monitorització, línia anticoagulació per heparina, línia es anticoagulació per citrat i calci, bossa líquid d'encebat (1L), pinça i adaptador recirculació compatible amb monitor Multifiltrate, ref:F00000462

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30072210

Descripció llarga:

Solució per a hemodiàlisi HD i hemofiltració continua HFC sense calci. Composició: Na 133 mmol/L, Clorur 116,5 mmol/L, Potassi 2 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, un sol ús Dialysate K4,o equivalent

Descripció tècnica:

Solució per a hemodiàlisi HD i hemofiltració continua HFC sense calci. Composició: Na 133 mmol/L, Clorur 116,5 mmol/L, Potassi 2 mmol/L. Bossa de 5000 mL. Estèril, lliure làtex/ftalats, un sol ús Dialysate K4,o equivalent. Dialysate K4,ref:F00010396

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999302262

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 13F a 15F, longituds de 15cm a 35cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 13F a 15F, longituds de 15cm a 35cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999302264

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta canó d'escopeta, Ø de 9F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta canó d'escopeta, Ø de 9F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999302994

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions corbes, Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions corbes, Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 38 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 15 / 18
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 999302995
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions rectes, Ø de 6F a 10F, longitud s de 7cm a 12cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions rectes, Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 999302996
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llums indepenents, recte, PUR, inserció retrògrada, Ø de 6F a 12F, longit uds de 20cm a 70cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llums indepen ents, recte, PUR, inserció retrògrada, Ø de 6F a 12F, longituds de 20cm a 70cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 999302999
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 11F a 12F, longituds de 12cm a 30cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 11F a 12F, longituds de 12cm a 30cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 999303063
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 999303064
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 25cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 25cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 16 / 18
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 999303065
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 9F a 14F, longituds de 12cm a 25cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 9F a 14F, longituds de 12cm a 25cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 999303067
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, extensions rectes, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 24cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, extensions rectes, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 24cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 999303068
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 55cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 55cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 999303069
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 24cm a 55cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 24cm a 55cm		
SOL.COMANDA: 1101480446	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 999303070
Descripció llarga: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta escalona, punta arterial angulada, Ø de 10F a 15,5F, longituds de 24cm a 40cm		
Descripció tècnica: A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta escalona, punta arterial angulada, Ø de 10F a 15,5F, longituds de 24cm a 40cm		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47713386R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 04.08.2026
HORA: 13:54:36
PÀGINA: 17 / 18

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999303071

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, inserció retrògrada, llum interna doble D, punta separa ble, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 55cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, re cte, inserció retrògrada, llum interna doble D, punta dividida, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 36cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999303072

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 12F a 13F, longituds de 15cm a 32cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 12F a 13F, longituds de 15cm a 32cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999303073

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, punta "S", Ø de 15,5F, longituds de 20cm a 55cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, punta "S", Ø de 15,5F, longituds de 20cm a 55cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999303074

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, tipus Carbotan, recte, punta "Z", recobrimnt heparina no desprendi ble, llum interna en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 36cm a 50cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, tipus Carbotan, recte, punta "Z",recobrimnt heparina no desprendible, llum interna en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 36cm a 50cm

SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999303075

Descripció llarga:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta simètrica, Ø de 1 3F a 14F, longituds de 12cm a 30cm

Descripció tècnica:

A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta simètrica, Ø de 13F a 14F, longituds de 12cm a 30cm



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJ0XXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 41 de 67

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47713386R			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 04.08.2026 HORA: 13:54:36 PÀGINA: 18 / 18		
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999303127								
Descripció llarga:								
A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, punta canó d'escopeta, Ø de 12F a 15,5F, longituds d e 15cm a 24cm								
Descripció tècnica:								
A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, punta canó d'escopeta, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 24cm								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999303128								
Descripció llarga:								
A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, punta coaxial, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm								
Descripció tècnica:								
A - Catèter per a hemodiàlisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, punta coaxial, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999303129								
Descripció llarga:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm								
Descripció tècnica:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999303130								
Descripció llarga:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm								
Descripció tècnica:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm								
SOL.COMANDA: 1101480446 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999303131								
Descripció llarga:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llums, recte, tipus Carbotan, punta simétrica inferior a 1cm, llum intern a en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 24cm a 50cm								
Descripció tècnica:								
A - Catèter per a hemodiàlisi llarga durada, tunelitzat, 2 llums, recte, tipus Carbotan, punta simétrica inferior a 1cm, llum interna en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 24cm a 50cm								



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101480446_2bis

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 43 de 67

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 44 de 67



S'ha d'omplir el excel Licitació 1101480446_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll, varies mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll, varies mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cónica,flexible i angulada, longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 45 de 67



La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 46 de 67

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 47 de 67

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté:		
- Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 49 de 67

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marc CE/ Tipus de classe	Marc CE = SI Quan el material té Marc CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marc CE = NO Quan el material NO te Marc CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 50 de 67

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe	(SI/NO)		
Compliment regulació prod sanitaris	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material		
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 51 de 67

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag2_cat_180718

Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 52 de 67



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 53 de 67

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 54 de 67

RESUM FITXES TÉCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101480446/27/AM

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TERÀPIES CONTÍNUES DE DEPURACIÓ EXTRA-RENAL

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulación prod sanitarios (SI/NO)
1	999302994	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions corbes, Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm							
1	999302995	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, recte, extensions rectes, Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm							
1	999303063	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric Ø de 6F a 10F, longituds de 7cm a 12cm							
1	999303064	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 25cm							
1	999302262	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 13F a 15F, longituds de 15cm a 35cm							
1	999303065	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 9F a 14F, longituds de 12cm a 25cm							
1	999302263	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, punta separable, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm							
1	999302264	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta canó d'escopeta, Ø de 9F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm							
1	999303067	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, extensions rectes, Ø de 9F a 12F, longituds de 15cm a 24cm							
1	999303127	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, punta canó d'escopeta, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 24cm							
1	999303128	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, punta coaxial, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 15cm a 25cm							
1	999303075	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta simètrica, Ø de 13F a 14F, longituds de 12cm a 30cm							
1	999302999	A - Catèter per a hemodialisi curta durada, no tunelitzat, 3 llum, PUR, recte, extensions rectes i/o corbes, punta cònica, Ø de 11F a 12F, longituds de 12cm a 20cm							
2	999302996	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum independents, PUR, recte, inserció retrògrada, Ø de 6F a 12F, longituds de 20cm a 70cm							
2	999303073	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, punta "S", Ø de 15,5F, longituds de 20cm a 55cm							
2	999303068	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 55cm							
2	999303071	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte, inserció retrògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 14F a 16F, longituds de 24cm a 55cm							
2	999303072	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, Ø de 12F a 13F, longituds de 15cm a 32cm							
2	999303129	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, silicona, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm							
2	999303130	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, pediàtric, Ø de 8F a 10F, longituds de 18cm a 24cm							
2	999303070	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, recte i/o corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta escalona, punta arterial angulada, Ø de 10F a 15,5F, longituds de 24cm a 40cm							
2	999303069	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, PUR, corbat, inserció anterògrada, llum interna doble D, punta separable, Ø de 12F a 15,5F, longituds de 24cm a 55cm							
2	999303074	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llum, tipus Carbotan, recte, punta "Z", recobriments heparina no desprendible, llum interna en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 36cm a 50cm							
2	999303131	A - Catèter per a hemodialisi llarga durada, tunelitzat, 2 llums, recte, tipus Carbotan, punta simètrica inferior a 1 cm, llum interna en doble D, Ø de 14,5F a 15,5F, longituds de 24cm a 50cm							
3	30002998	Bossa recol·lectora i bossa escalfadora per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
3	30003000	Bossa recol·lectora i bossa escalfadora per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							

ANNEX D2 - RESUM



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 55 de 67

RESUM FITXES TÉCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101480446/27/AM

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TERÀPIES CONTÍNUES DE DEPURACIÓ EXTRA-RENAL

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)
4	30006488	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30017852	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30017970	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30019717	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
4	30019718	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30019721	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30031377	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30033188	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
4	30033703	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30060145	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30060410	Equip d'hemofiltració/hemodialísi continua, equip per a teràpia d'intercanvi plasmàtic i línia d'infusió de calci per a Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30033185	Solucions HD per Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
5	30033187	Solucions HD per Teràpies Contínues de Depuració Sanguínia i Pacients Crítics							
	30029599	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30029630	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30033741	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
6	30042705	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30064107	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30064108	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30072204	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
6	30064109	Equip línies i dialitzador TDEC, HDVVC, HDVV, HDFVVC per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30029632	Bossa de recollida d'efluent i adaptador bossa per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30064111	Bossa de recollida d'efluent i adaptador bossa per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF i Plasmafèresi (TPE)							
	30072057	Multieffluent Drain Line F50009240							
7	30033739	Solucions HD per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF							
	30052065	Solucions HD per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF							
	30072210	Solucions HD per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïció, CVVHD, CVVHDF							

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 56 de 67

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101480446/27/AM

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE TERÀPIES CONTÍNUES DE DEPURACIÓ EXTRA-RENAL

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)
8	30033740	Solucions HD per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïó, CVVHD, CVVHDF							
8	30064110	Solucions HD per Teràpies contínues de reemplaçament renal:CVVH pre/post diluïó, CVVHD, CVVHDF							
9	30007518	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
9	30062016	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
9	30066233	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
9	30062015	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
9	30062017	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
9	30062018	Bossa, adaptador i equip per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
10	30061917	Solucions HD per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
10	30061918	Solucions HD per Depuració extracorpòrea amb anticoagulació regional amb citrat i/o heparina							
11	30033842	Hemofiltres							
11	30033590	Hemofiltres							
12	30066492	Equip de línies per a Plasmàferesi per filtratge							
12	30032811	Equip de línies per a Plasmàferesi per filtratge							
12	30042667	Equip de línies per a Plasmàferesi per filtratge							
12	30042818	Equip de línies per a Plasmàferesi per filtratge							
13	30068647	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
13	30067759	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
13	30032662	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
13	30067760	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
13	30042640	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
13	30062272	Filtre i catutx per Plasmàferesi per filtratge							
14	30060176	Bossa accessòria per Plasmàferesi per centrifugació							
14	30060177	Bossa accessòria per Plasmàferesi per centrifugació							
15	30047621	Equip per a teràpia Plasmàferesi per centrifugació							
15	30059975	Equip per a teràpia Plasmàferesi per centrifugació							
16	30047622	Solució d'anticoagulant per Plasmàferesi per centrifugació							
17	30052442	Filtre de citoquines i línies de connexió a sistema de circulació extracorpòria.							
17	30052443	Filtre de citoquines i línies de connexió a sistema de circulació extracorpòria.							
17	30052444	Filtre de citoquines i línies de connexió a sistema de circulació extracorpòria.							
17	30052445	Filtre de citoquines i línies de connexió a sistema de circulació extracorpòria.							
17	30052446	Filtre de citoquines i línies de connexió a sistema de circulació extracorpòria.							
18	30007358	Solució de segellat de catèters tunelitzats/permanents per a hemodiàlisi.							
18	30035738	Solució de segellat de catèters permanents per a hemodiàlisi.							
19	30010328	Tira reactiva							
19	30012938	Tira reactiva							
20	30002225	Punxó perforador tap de bossa de solució de diàlisi i Connectors de circuit extracorporei							
20	30002224	Punxó perforador tap de bossa de solució de diàlisi i Connectors de circuit extracorporei							

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 57 de 67

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 58 de 67



ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL
FORMAT A PRESENTAR**

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Facilitat de ruptura de l'introductor pelable valvulat.

Ergonomia de la punta del tunelitzador

Flexibilitat del material del catèter i resistència als plecs

Rigidesa del catèter

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb
la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor**

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 59 de 67



ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101480446

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER A LOT 2	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
Facilitat de ruptura de l'introductor pelable valvulat.	
Ergonomia de la punta del tunelitzador	
Flexibilitat del material del catèter i resistència als plecs	
Rigidesa del catèter	

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que **hconsti clarament** tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol.licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquets criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 60 de 67

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 61 de 67

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 62 de 67

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya *lot x*

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *lot x*

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpiració,subjecte davant,creuada darrera,mànga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cost,zona crítica.Mida M,lliarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpiració,subjecte davant, creuada darrera,mànga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cost,zona crítica.Mida L,lliarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 63 de 67

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30032818	Emulsió amb àcid
Proveïdor	LOT 27 LOT 28



Doc.original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 64 de 67

ANNEX E- Estructura del codi agrupador



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 65 de 67

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 66 de 67

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE					OFERTA VARIANT 1					OFERTA VARIANT 2				
Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador		Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador		Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00		Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00		Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargàries de 20 a 40mm	1.645,00	
Cada una de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cada una d'aquestes referències incloues en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.					Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents					Ofertes diferenciades per diferent gamma de productes				
OFERTA BASE					OFERTA VARIANT 2									
Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador		Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador						
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00		MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00						



Doc. original signat per:
Albert Tarrats Oliva 06/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/08/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09XA98UMREKKDU6GYD1OZNJOXXEW2A62

Data creació còpia:
25/08/2026 09:30:55

Pàgina 67 de 67