

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DEFIBRIL·LADORS

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

ÍNDEX:

- 1.- OBJECTE DE LICITACIÓ**
- 2.- MITJANS HUMANS A DESTINAR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**
- 3.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**
- 4.- DESCRIPCIÓ GÈNERICA DELS SERVEIS A PRESTAR**
- 5.- PENALITATS**
- 6.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR**
- 7.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I MANTENIMENT**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DEFIBRIL·LADORS

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

1. OBJECTE DE LICITACIÓ

Contractació del servei rènting (lloguer i manteniment) de 9 aparells desfibril·ladors per als equipaments d'Atrium (2), Podium, Estadi Municipal de Beisbol, Camp Municipal de Futbol Torre-roja, Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal de Montserratina, Ateneu de les Arts i Cúbic, gestionats per Viladecans Qualitat, S.L

El **CPV** corresponent als serveis objecte de la licitació són el número 33182100-0 "Adquisició d'equipament i articles mèdics, farmacèutics i d'higiene personal. Desfibril·lador" i el número 50420000-5 "Serveis de reparació i manteniment d'aparells mèdics i quirúrgics"

2. MITJANS HUMANS A DESTINAR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Per a la correcta execució dels treballs objecte d'aquest plec, el licitador destinarà els mitjans humans professionals necessaris que garanteixin la correcta realització de les tasques encomandes.

3. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel RD 54/2003, de 2 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i en particular, de les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a que es refereix l'art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener que desenvolupa el citat article 24.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DEFIBRIL·LADORS

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

En el termini d'un mes des de la notificació de l'adjudicació, l'administració i el contractista establiran els mecanismes de coordinació necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre ells als respectius treballadors. A aquests efectes, l'empresa contractista haurà de presentar en el termini fixat l'avaluació de riscos propis, i en la que es determinin també els riscos que poden afectar als usuaris i treballadors de les instal·lacions.

4. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DELS SERVEIS A PRESTAR

Servei de subministrament en règim de renting i manteniment preventiu i assistència tècnica de 9 aparells desfibril·ladors per als equipaments d'Atrium (2, un al teatre i un a la zona d'esports), Podium, Estadi Municipal de Beisbol, Camp Municipal de Futbol Torre-roja, Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal de Montserratina, Ateneu de les Arts i Cúbic, gestionats per Viladecans Qualitat, S.L, executant-ne una revisió anual programada de tots els seus elements que siguin necessàries, al mateix temps que es duen a terme totes aquelles intervencions (per trencament o avaria sobtada) en un màxim de 24 hores i amb el subministrament de recanvis necessaris, la mà d'obra i desplaçaments dels operaris que les duguin a terme. Aquestes reparacions d'averies sobtades, es considerarà que formen part de l'assistència tècnica, atès que l'objecte de les intervencions dutes a terme a les revisions periòdiques programades és evitar aquesta mena d'incidències.

Totes les operacions de manteniment es realitzaran en dies hàbils en horari d'obertura de la instal·lació.

Tota la prestació del servei inclou les peces (per tal de garantir la seguretat dels usuaris i la qualitat tècnica dels aparells, les peces que s'utilitzin com a recanvis a totes les reparacions hauran de ser peces compatibles, que garanteixin la seguretat i la utilitat dels equips en les mateixes prestacions tècniques que en el moment de la seva instal·lació i de conformitat amb les normes establertes per la CE), així com la mà d'obra i desplaçament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PER A L'ADJUDICACIÓ PER

**PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DEFIBRIL·LADORS**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

De la mateixa manera, l'empresa subministradora haurà de dur a terme l'informe preceptiu amb la informació registrada en cas d'ús d'un dels aparells aportar immediatament un aparell de substitució.

Hauran de quedar inclosos també en el preu, tots els consumibles descrits en el punt 6 del present PPT.

5. PENALITATS

Per a la part del servei d'assistència tècnica per atendre averies sobtades, l'incompliment del termini d'intervenció superior a 24 hores suposarà una penalització econòmica de CENT EUROS (100,00 €) per a cada 24h. de retard a descomptar de la factura següent. Es considera manca d'intervenció quan no s'hagi produït, dins les 24 hores següents de la comunicació del comunicat d'incidència, la visita del tècnic per determinar l'averia i la substitució dels elements necessaris per a que torni a quedar en servei.

6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

9 aparells desfibril·ladors equip DEA semiautomàtic preparat per poder-lo usar una persona no especialitzada en reanimació amb assistent intel·ligent a la reanimació cardiopulmonar (indicacions de pressioni més fort/més ràpid/més lent...al fer la reanimació cardiopulmonar), anàlisi automàtica del pacient si necessita o no desfibril·lar, amb bloqueig automàtic si no ho necessita, amb descàrregues de desfibril·lació per a infants de 50J i per a adults d'entre 150J i 200J, amb carrega inferior a 8s. per a 150J i inferior a 12s. per descàrregues de 200J, que compleixi els requisits ISO 60601-2-4 en quant a la sensibilitat i especificitat en la precisió de l'anàlisi, amb el seu corresponent equip bateria/elèctrode d'adult. Protecció IP56.

9 equips bateria/elèctrode pediàtric, indicat per a infants d'1 a 8 anys, o per menys de 25 kg. de pes.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DEFIBRIL·LADORS

viladecansqualitat
empresa
municipal de
viladecans

9 Kits de socors que incloguin:

- tissores talla-roba
- maquineta de rasurar
- tovallola absorbent
- guants de nitril

Una única data de caducitat per a tots els consumibles de 4 anys.

9 vitrines per als desfibril·ladors amb alarma i il·luminació, que no precisi d'instal·lació elèctrica, fetes de material dur i resistent tipus policarbonat. I una senyal internacional de la crioprotecció, de la ubicació del DEA, tot en una placa de PVC fluorescent amb la informació següent.

- senyalització amb procediment d'utilització
- senyalització d'Espai Cardioprotegit
- indicacions d'obertura de la porta de la vitrina

7. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I MANTENIMENT

Cal garantir:

- Servei d'atenció 24 h
- Revisió anual
- Assistència telefònica 24 hores
- Gestió d'incidències en 24 hores

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A L'ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A
LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE RENTING DE
DESFIBRIL·LADORS

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

- Substitució il·limitada dels packs d'adult (Bateria i Elèctrodes) i pediàtrics, per ús i/o per caducitat
- Equip de substitució en cas d'averia que requereixi de retirada a revisió o posada a 0.

Sr. José Antonio Molina Flores

Gerent

VILADECANS QUALITAT, S.L.