

Expedient CSI-2026-128 Subministrament de 4 taules quirúrgiques i accessoris d'aquestes per a l'Hospital Dos de Maig i reposició de coixins per a les taules quirúrgiques existents del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

Annex 1 criteris d'adjudicació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord amb l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, tenint en compte que es tracta d'un subministrament i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- a) Estan vinculats a l'objecte del contracte
- b) S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

LOT 1- TAULES QUIRURGiques I ACCESSORIS

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)

PROPOSTA ECONÒMICA (70 punts): Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 70 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_{\bar{V}}$ = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{V}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)

Criteri d'adjudicació	Puntuació	Justificació del criteri d'adjudicació
El sistema de frenada elèctrica de la taula es mitjançant la retracció de les 4 rodes dobles, de manera que quan estigui frenada, haurà de recolzar el xassís directament a terra, per aconseguir la màxima estabilitat i seguretat.	SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS	Quan la base de la taula recolza directament sobre el terra, s'eliminen els possibles moviments residuals associats a les rodes, especialment durant maniobres que impliquen desplaçaments del tauler, posicionaments extrems del pacient o aplicació de forces per part de l'equip quirúrgic. Aquesta configuració contribueix a millorar la seguretat del pacient i la precisió dels procediments.
La taula permet el muntatge tant en mode normal com en mode invers, incloent-hi el dispositiu d'extensions i la placa per a cirurgia d'espatlla, especialment per a la gestió de casos de	SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS	Aquesta característica incrementa la versatilitat clínica de la taula i permet adaptar-se a un major nombre de procediments quirúrgics.

politraumatisme. Caldrà presentar el manual corresponent.		
La taula quirúrgica disposa d'un comandament sense fil amb possibilitat que se li incorpori un cable de connexió a la columna i que es pugui utilitzar com a emergència en cas de fallada de la bateria del comandament.	SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS	Aquesta característica proporciona una capa addicional de seguretat operativa.
La placa de cap disposa d'un sistema de bloqueig situat a banda i banda, que bloqueja completament els moviments d'articulació de la placa de cap davant un moviment no desitjat. Caldrà presentar el manual corresponent.	SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS	Un sistema de bloqueig a ambdós costats proporciona una major seguretat mecànica davant moviments involuntaris i minimitza el risc de desplaçaments no desitjats.
La taula quirúrgica no disposa de cap botó d'encesa o apagada manual.	SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS	Elimina el risc d'activacions o desconnexions involuntàries derivades d'accions accidentals del personal o del contacte amb altres equips presents al quiròfan.
Les quatre rodes dobles situades a cada cantonada de la base tenen un diàmetre de 100 mm.	SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS	Un diàmetre superior facilita la superació de petites irregularitats del paviment, redueix l'esforç necessari per al desplaçament de la taula i millora la maniobrabilitat en espais reduïts.
Les vàlvules impermeables per a l'entrada i sortida d'aire dels encoixinats estiguin	SI: 2 PUNTS NO: 0 PUNTS	Les membranes GORE-TEX permeten l'intercanvi d'aire mantenint la impermeabilitat davant líquids. Aquesta propietat afavoreix la gestió de la humitat dins dels encoixinats, contribueix a preservar les seves propietats mecàniques al llarg del temps i facilita el manteniment de les condicions higièniques exigibles en l'entorn quirúrgic.

instal·lades a la part inferior dels coixins i son de GORE-TEX.		
La taula disposa d'un sistema de temporitzador de decúbit amb temps ajustable, que permeti recordar quan cal recol·locar un pacient durant els procediments quirúrgics de llarga durada.	SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS	Constitueix una eina de suport per a la prevenció de lesions per pressió en intervencions de llarga durada.
La taula té un sistema de bloqueig des del comandament que permet: - Bloquejar el tauler quirúrgic, de manera que la columna es podrà moure independentment del tauler. - Bloquejar la taula quirúrgica de manera que el tauler i la columna queden bloquejats completament alhora. Caldrà presentar el manual corresponent.	SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS	La possibilitat de bloquejar únicament el tauler quirúrgic o bloquejar simultàniament el tauler i la columna aporta una major precisió en els ajustos de posicionament, evita moviments no desitjats i incrementa la seguretat durant les maniobres quirúrgiques i anestèsiques.
	30 PUNTS	

LOT 2- COIXINS PER A TAULA QUIRURGICA

Al subministrament objecte del contracte el preu és l'únic factor determinant de l'adjudicació perquè, com preveu l'article 145.3 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest correspon a un contracte de subministrament

on l'objecte del contracte està perfectament definit tècnicament i no és possible variar els terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe al contracte.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de **100 punts**, distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 100 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació:1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.