FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL

PLEC DE CLÀUSULES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA – PROCEDIMENT NEGOCIAT PER RAONS D'EXCLUSIVITAT

SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'EQUIPAMENT DE BIOIMATGE PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP)

NÚM. EXPEDIENT 19/2026

Índex

1. Objecte del contracte

2. Abast del servei

3. Descripció del servei

    3.1 Manteniment preventiu
    3.2 Manteniment correctiu
    3.3 Mitjans materials
    3.4 Mitjans personals

4. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

    4.1 Genèriques
    4.1.1 Obligacions en matèria de seguretat i salut laboral

5. Sistemàtica d'avaluació del servei i del contracte

1. Objecte del contracte

L'objecte del present PPT és definir les prestacions que haurà d'assolir el servei de manteniment integral de l'equipament d'imatge diagnòstica, intervencionista i quirúrgica de la Fundació d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), ubicats en el Centre de Medicina i Bioimatge de Catalunya.

En aquest plec es concreten les accions que s'hauran de dur a terme per assolir el correcte manteniment de l'equipament posteriorment descrit, així com la seva máxima eficiencia i la validació dels processos que executen.

Per això és licita un servei de manteniment que inclou el manteniment normatiu, predictiu i correctiu dels equips de bioimatge.

2. Àbast del servei

La prestació del servei de manteniment d'imatge diagnòstica, intervencionista i quirúrgica es refereix als equips següents:

Equip	Model	Num Serie
ARC EN C	C-ARM, ZIEHM VISION FD	92692
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA	Galan 3T XGO, MEXL-3020/S7	S7B1922007
ANGIOGRAF	Allphenix Core +, INFX-8000V/Y3	Y3B1972002
ECOGRAF	APLIO a, CUS-AA000	99A1982049

3. Descripció del servei

Les especificacions del tipus de servei que es descriuen a aquest plec no seran limitatives, sino mínimes, i s'hauran d'ampliar per part de l'empresa licitadora en tot allò que consideri necessari pel correcte funcionament dels equips.

El servei de manteniment integral de l'equipament d'imatge mèdica, intervencionista i quirúrgica es divideix en manteniment preventiu i correctiu.

Està inclosa en aquest servei l'assistència técnica presencial de personal qualificat de l'empresa adjudicataria si l'IGTP ho necessites en cas d'inspeccions normatives o auditories per part d'organismes de l'adminsitració pública.

El manteniment es realitzarà en horari laboral del centre de 8 a 17 h, excepte actuacions puntuals que es puguin consensuar de mutu acord. El calendari laboral serà el de la ciutat de Badalona.

3.1 Manteniment preventiu

El manteniment preventiu consta de les actuacions necessàries recollides en el pla de manteniment dels equips que s'haurà d'entregar amb l'oferta. Dins d'aquest pla de Manteniment s'haurà de contemplar un mínim de quatre visites anuals per la ressonància magnética i el angiograf i una visita pel cas de l'ecògraf i l'arc en C.

En ell es recolliran els fungibles a substituir en cada manteniment, així com les pròpies accions de manteniment. Tot el material i la mà d'obra necessària per dur a terme aquests treballs estarà inclosa en el preu de la licitació del servei. Tots els materials substituïts seran idèntics als instal·lats o de millor qualitat en cas de canvi obligatori.

Qualsevol incidència en el manteniment preventiu s'haurà d'anotar i notificar per escrit als responsables del contracte per part de l'IGTP i s'haurà de subsanar mitjançant accions correctives.

La planificació de manteniment preventiu haurà de ser anual i presentada a principis d'any per l'aprovació del personal responsable de L'IGTP. En aquestes intervencions es duran a terme els treballs necessaris per mantenir l'equip sense interrupcions de servei, sense alteracions o perturbacions de les seves funcions i per asegurar l'estat més eficiente de l'equip.

Aquestes intervencions s'aprofitaran per fer calibracions, reajustaments, revisions, netejes de filtres i equips, comprovacions de l'estat dels components dels equips i proves de qualitat d'imatge i funcionament.

Control radiològic dins la normativa de seguretat (protecció radiològica).

3.2 Manteniment correctiu

Està inclòs en aquest servei tot el manteniment correctiu necessari per realitzar les reparacions de l'equipament inclòs en la licitació.

El temps de resposta al requeriment per part de l'IGTP no serà en cap cas superior a 4 hores, en la franja de dies laborables de 8 a 17 h.

La reparació de l'avaria haurà de ser solucionada en un termini no superior a 12 hores, en la franja de dies laborables de 8 a 17 h.. En cas de necessitat d'un termini més gran, caldrà un informe justificatiu i l'assabentat per escrit de la persona responsable de l'IGTP.

L'assistència tècnica podrà ser en format remot si és possible i en format presencial si és necessari. L'empresa adjudicataria posarà a disposició de l'IGTP un contacte directe via telefònica en horari habitual (de 8 a 17 h) per l'assistència tècnica en remot.

Cada intervenció en qualsevol equip, cal estar coordinada i informada prèviament per poder analizar el potencial impacte sobre l'activitat i els projectes de recerca, i comportarà un informe d'assitència que haurà de signar la persona responsable de l'IGTP.

3.3 Mitjans materials

Amb l'objectiu de poder cumplir amb els estàndards de qualitat establerts per l'IGTP, s'inclouen en la prestació del servei de l'empresa licitadora els materials de reposició necessaris pel correcte funcionament dels equips.

En aquest llistat de materials están incloses les antenes i accessoris, el capçal de refredament, els tubs de RX, detectors, intensificadors d'imatge, sensors d'oxigen, filtres, etc… Aquest llistat no és limitatiu.

Està també inclosa la substitució anual d'una sonda per l'ecògraf.

Els mitjants manterials fan referència tant al hardware, com al software, lliciències i actualitzacions obligatòries (seguretat, CE, PRL), i de millores per al bon funcionament dels equips.

3.4 Mitjans personals

El personal de l'empresa adjudicatària responsable del servei de manteniment de l'equipament de bioimatge descrit designarà un tècnic responsable del servei i facilitarà a l'IGTP un llistat de tècnics amb els noms i la categoría profesional que poden prestar el servei. Qualsevol canvi en el llistat s'haurà de notificar amb una setmana d'antelació al primer accés.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar i garantir el compliment de la normativa i legislació vigent en matèria de seguretat i salut, i de prevenció de riscos laborals.

El personal de la empresa adjudicatària que presti el seu servei en l'IGTP haurà de restringir el seu accès a les zones validades. L'aspecte general de l'operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l'atenció que requereixen els centres de recerca sanitaris, i seguirà les normes de bioseguretat del CMCiB.

El personal de la empresa adjudicataria tindrà cura no només dels equips que ha de mantenir sino de totes les instal·lacions del CMCIB.

L'empresa adjudicatària està obligada a substituir, a petició raonada i per escrit del responsable del contracte de l'IGTP, a aquelles persones que prestin el seu servei a l'IGTP.

L'empresa adjudicatària serà responsable davant dels Tribunals de Justícia dels accidents que puguessin sobrevenir als seus treballadors en el compliment de les seves responsabilitats assumides en virtut d'aquest contracte.

En cas de vaga, l'empresa adjudicatària haurà de cobrir el servei contractat amb l'IGTP.

4. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

4.1 Genèriques

El personal de l'adjudicatari no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l'IGTP, assumint només dependència de l'adjudicatari, qui tindrà tots els drets i deures respecte aquest personal segons la legislació vigent i la que, en el seu cas, es promulgui més endavant. En cap cas resultarà responsable la part contractant de les obligacions del adjudicatari respecte al seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta del compliment, interpretació o rescissió del contracte.

L'adjudicatari resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin les tasques de prestació de serveis contractats, així com al compliment de la legislació laboral vigent. Totes les despeses de caràcter social, impostos i càrregues econòmiques de tot tipus seran per compte de l'adjudicatari.

L'adjudicatari serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones, responent davant dels Tribunals competents dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació de serveis.

4.1.1 Obligacions en matèria de seguretat i salut laboral

L'empresa adjudicatària i el personal que en depengui seran responsables de l'adopció i l'acompliment de totes les disposicions legals vigents en matèria de prevenció de riscos laborals.

Durant les seves activitats, l'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'aplicació pràctica de les mateixes, així com de les conseqüències que es derivin del seu incompliment, tant pel que fa a l'activitat per ella realitzada com la que pogués subcontractar a tercers. En el cas que a l'IGTP se l'imposés alguna sanció o se li derivés algun tipus de responsabilitat per part de l'autoritat competent com a conseqüència de l'incompliment de mesures preventives per part de l'empresa contractada, l'IGTP repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi d'abonar a l'empresa contractada.

Respecte als diferents plans d'emergència de l'IGTP, l'empresa contractada s'haurà d'implicar i participar en la

mesura que indiqui el pla corresponent, tant per garantir la pròpia seguretat i la d'altres persones que puguin romandre a l'IGTP, com per preservar la integritat dels béns i patrimoni de l'IGTP.

L'empresa contractada haurà de participar en totes les reunions de coordinació empresarial en que sigui convocada per IGTP.

5. Sistemàtica d'avaluació del servei i del contracte

L'IGTP designarà la/es persona/es que assumiran les tasques de seguiment del contracte i de la qualitat del servei.

L'empresa adjudicatària està obligada a nomenar una persona responsable de contracte que serà l'interlocutor principal amb les persones responsables de l'IGTP.

La personaresponsable de contracte de l'empresa adjudicatària estarà capacitada per atendre les indicacions que li facin les persones designades per l'IGTP i a proporcionar a aquestes persones qualsevol documentació que requereixin en l'exercici de les seves funcions i permetre'ls, igualment, que portin a terme els controls que considerin oportuns.

L'empresa adjudicatària ha d'informar puntualment als representants de l'IGTP de qualsevol incidència que es produeixi en el desenvolupament de la seva activitat.

L'IGTP pot encarregar externament la realització de controls de qualitat i auditories del servei. En aquest cas, l'empresa adjudicataria estarà obligada a facilitar la realització d'aquesta tasca.

La qualitat del servei s'ajustarà als temps descrits en els apartats anteriors. El temps de resposta i solució de les avaries de l'equipament té carácter esencial per l'IGTP i aquest es reserva el dret d'imposició de multes quan el proveïdor, per causes imputables al mateix, estigués sobrepassant els terminis previstos en aquest Plec.

En cas d'incompliment reiterat dels estàndards de qualitat, l'IGTP podrà instar l'aplicació de les penalitats previstes al PCAP o, si escau, la resolució del contracte