

ANNEX 2 PCAP OFERTA ECONÒMICA i ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

TÍTOL EXPEDIENT:

ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'EQUIPS D'ELECTROCIURGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

NÚMERO D'EXPEDIENT:

26_CSA_2026

NOM LICITADOR:

DOMICILI CI:

LOCALITAT:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

DADES DEL SIGNANT:

NOM I COGNOMS:

DNÍ:

CÀRREC:

SIGNAT I SEGELLAT:

DATA:

OFERTA ECONÒMICA

Nº LOT	Equipament	Consum estimat 2026	Consum estimat 2027	Consum estimat 2028	Consum estimat 2029	Consum estimat 2030	Consum TOTAL estimat durada AM	Preu unitari màxim de licitació s/iva	IVA	Preu unitari màxim de licitació amb IVA	Import màxim de licitació s/iva	Import màxim de licitació amb IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA s/IVA	IVA	PREU UNITARI DE L'OFERTA amb IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA s/IVA	PREU TOTAL DE L'OFERTA amb IVA
LOT 1	Electrobisturi Tipus A (electrobisturi amb segellador)	1	1	1	0	1	4	11.500,00 €	21%	13.915,00 €	46.000,00 €	55.660,00 €		21%	- €	- €	- €
LOT 1	Electrobisturi Tipus B (electrobisturi sense segellador)	0	1	1	1	0	3	8.500,00 €	21%	10.285,00 €	25.500,00 €	30.855,00 €		21%	- €	- €	- €
LOT 2	Electrobisturi amb modul d'Argó	1	0	0	0	0	1	26.000,00 €	21%	31.460,00 €	26.000,00 €	31.460,00 €		21%	- €	- €	- €
LOT 3	Electrobisturi per procediments dermatològics	0	1	1	1	0	3	6.000,00 €	21%	7.260,00 €	18.000,00 €	21.780,00 €		21%	- €	- €	- €

ALTRES ASPECTES QUATIFICABLES AUTOMÀTICAMENT				
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS		VALOR REQUERIT	VALOR OFERT	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
LOT 1 - Electrobisturi Tipus A (electrobisturi amb segellador)	Activació bipolar - S'atorgaran 3 punts en cas que l'equip disposi d'activació i desactivació bipolar automàticament amb detecció de la impedància de teixit entre els 2 electrodes bipolars de la pinça, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Demora activació bipolar - S'atorgaran 3 punts en cas que l'equip disposi de l'opció de seleccionar una demora d'activació del mode bipolar abans de transmetre l'energia a aplicar al teixit, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Aspirador de fums - S'atorgaran 8 punts en cas que s'inclougui a l'oferta l'entrega d'un aspirador de fums amb activació controlada des de l'electrobisturi Tipus A, i s'atorgan 0 punts en cas contrari.	Si s'inclou a l'oferta o no		
	Ampliació de garantia - S'atorgaran 1 punt per cada any addicional de garantia que s'ofereixi amb un màxim de 3 anys, que són addicionals als 2 anys requerits com a garantia mínima d'acord amb l'ap 6.1 del PPT.	Nº anys addicionals		
LOT 1 - Electrobisturi Tipus B (electrobisturi sense segellador)	Activació bipolar - S'atorgaran 3 punts en cas que l'equip disposi d'activació i desactivació bipolar automàticament amb detecció de la impedància de teixit entre els 2 electrodes bipolars de la pinça, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Demora activació bipolar - S'atorgaran 3 punts en cas que l'equip disposi de l'opció de seleccionar una demora d'activació del mode bipolar abans de transmetre l'energia a aplicar al teixit, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Ampliació de garantia - S'atorgaran 1 punt per cada any addicional de garantia que s'ofereixi amb un màxim de 3 anys, que són addicionals als 2 anys requerits com a garantia mínima d'acord amb l'ap 6.1 del PPT.	Nº anys addicionals		
LOT 2	Endoscopia - S'atorgaran 4 punts en cas de que l'equip disposi de software d'aplicació per endoscopia digestiva, polípectomia, dissecció de submucosa endoscòpica, mucosectomia, EnodCut o similar, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Activació bipolar - S'atorgaran 4 punts en cas que l'equip disposi d'activació bipolar sense pedal i sense botó a l'accessori, mitjançant AutoStart, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Modes coagulació - S'atorgaran 6 punts en cas que l'equip disposi de mínim 4 modes de coagulació mitjançant plasma d'argó diferents pels manecs d'argó, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si en disposa o no		
	Mode segellat - S'atorgaran 6 punts en cas que el mode de segellat i de tall bipolar pugui ser amb activació simultània, i s'atorgan 0 punts en cas contrari.	Si ho permet o no		
	Nº cicles lectura - S'atorgaran 6 punts a la opció amb major nº de cicles de lectura per segon per a determinar el tipus de teixit abans d'aplicar l'energia, i a la resta de casos s'atorgaran amb la següent regla matemàtica: Puntuació = (oferta a analitzar x 6 punts) /millor oferta)	nº de cicles de lectura		
	Connexió instruments - S'atorgaran 8 punts en cas de permetre la connexió d'un mínim de 6 instruments simultaniament + 1 electrode neutre, i 0 en cas contrari.	Si ho permet o no		
	Tipologia pinces segellat - S'atorgaran 6 punts en cas de que l'equip pugui funcionar amb pinces de segellat reutilitzables i incorpori controlador digital dels usos de les mateixes, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.	Si ho permet o no		
	Ampliació de garantia - S'atorgaran 2 punt per cada any addicional de garantia que s'ofereixi amb un màxim de 3 anys, que són addicionals als 2 anys requerits com a garantia mínima d'acord amb l'ap 6.1 del PPT.	Nº anys addicionals		
LOT 3	Ampliació de garantia - S'atorgaran 2 punt per cada any addicional de garantia que s'ofereixi amb un màxim de 3 anys, que són addicionals als 2 anys requerits com a garantia mínima d'acord amb l'ap 6.1 del PPT.	Nº anys addicionals		