

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica				
TÍTOL EXPEDIENT:	ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'EQUIPS D'ELECTROCIRURGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA			
NÚMERO D'EXPEDIENT:	26_CSA_2026			
Nº LOT:	LOT 1			
NOM LICITADOR:				
DOMICILI:				
LOCALITAT:				
TELÈFON:				
CORREU ELECTRÒNIC:				
DADES DEL SIGNANT:				
NOM I COGNOMS:				
DNI:				
CÀRREC:				
SIGNAT I SEGELLAT:				
DATA:				
CONCEPTES	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA		COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Electrobisturi Tipus A (electrobisturi amb segellador)	Definició	Electrobisturi de com a mínim 300 watts de potència màxima de tall i de com a mínim 120 watts de potència màxima de coagulació, que cal que disposi de les següents prestacions:		
	Característiques bàsiques	Pantalla LCD tàctil		
		Mínim de 1 connector bipolar, 1 connector monopolar, 1 connector de placa i 1 connector per segellador.		
		Amb valoració constant d'ohms de nivell de contacte de placa amb la pell del pacient, visualitzant-ho a la pantalla de l'equip.		
		Monitorització neonatal d'electrode neutre.		
		Electrobisturi dissenyat amb programes modificables i emmagatzemables.		
		Actualització amb mòdul compatible d'aspirador de fums, controlada l'activació des de l'electrobisturi.		
		Possible ús per cirurgia oberta i endoscòpica.		
		Com a mínim 2 modes de tall, 3 modes de coagulació monopolar i 1 mode bipolar.		
		Ajust del volum del so i de la intensitat de llum a la pantalla.		
		Possibilitat de treballar amb potència independent amb 2 instruments monopolars.		
		Compatible amb mànecs electroquirúrgics amb connexió tipus Valleylab (universal de 3 pins)		
		Activació d'instruments quirúrgics manual i a través de pedal amb cable.		
		Alarmes sonores i visuals de desconnexió de placa de pacient i desactivació automàtica de la sortida de potència.		
		Reconeixement automàtic del tipus de placa de pacient (monolobulada o bilobulada).		
		Pedal d'activació de l'equip		
Electrobisturi Tipus B (electrobisturi sense segellador)	Definició	Electrobisturi de com a mínim 300 watts de potència màxima de tall i de com a mínim 120 watts de potència màxima de coagulació, que cal que disposi de les següents prestacions:		
	Característiques bàsiques	Pantalla LCD tàctil		
		Mínim de 1 connector bipolar, 1 connector monopolar i 1 connector de placa.		
		Amb valoració constant d'ohms de nivell de contacte de placa amb la pell del pacient, visualitzant-ho a la pantalla de l'equip.		
		Monitorització neonatal d'electrode neutre.		
		Electrobisturi dissenyat amb programes modificables i emmagatzemables.		
		Actualització amb mòdul compatible d'aspirador de fums, controlada l'activació des de l'electrobisturi.		
		Possible ús per cirurgia oberta i endoscòpica.		
		Com a mínim 2 modes de tall, 3 modes de coagulació monopolar i 1 mode bipolar.		
		Ajust del volum del so i de la intensitat de llum a la pantalla.		
		Possibilitat de treballar amb potència independent amb 2 instruments monopolars.		
		Compatible amb mànecs electroquirúrgics amb connexió tipus Valleylab (universal de 3 pins)		
		Activació d'instruments quirúrgics manual i a través de pedal amb cable.		
		Alarmes sonores i visuals de desconnexió de placa de pacient i desactivació automàtica de la sortida de potència.		
		Reconeixement automàtic del tipus de placa de pacient (monolobulada o bilobulada).		
		Pedal d'activació de l'equip		

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'EQUIPS D'ELECTROCIRURGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	26_CSA_2026
Nº LOT:	LOT 2

NOM LICITADOR:	
DOMICILI:	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

CONCEPTES		DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Electrobisturi LOT 2	Definició	Electrobisturi amb mòdul d'Argó de com a mínim 300 watts de potència màxima de tall i de com a mínim 300 watts de potència màxima de coagulació, que cal que disposi de les següents prestacions:		
	Característiques bàsiques	Pantalla LCD tàctil		
		Basat amb tecnologia digital controlada per multimicroprocessadors.		
		Mínim de 1 connector bipolar, 1 connector monopolar, 1 connector de placa i 1 connector per segellador.		
		Amb valoració constant d'ohms de nivell de contacte de placa amb la pell del pacient, visualitzant-ho a la pantalla de l'equip.		
		Lectura de simetria de l'electrode neutre.		
		Monitorització neonatal d'electrode neutre.		
		Electrobisturi dissenyat amb programes modificables i emmagatzemables.		
		Actualització amb mòdul compatible d'aspirador de fums, controlada l'activació des de l'electrobisturi.		
		Possible ús per cirurgia oberta i endoscòpica.		
		Com a mínim 2 modes de tall, 3 modes de coagulació monopolar, 1 mode bipolar i 1 model de tall fragmentat amb intervals de coagulació.		
		Ajust del volum del so i de la intensitat de llum a la pantalla.		
		Compatible amb mànecs electroquirúrgics amb connexió tipus Valleylab (universal de 3 pins)		
		Activació d'instruments quirúrgics manual i a través de pedal amb cable.		
		Alarmes sonores i visuals de desconexió de placa de pacient i desactivació automàtica de la sortida de potència.		
		Reconeixement automàtic del tipus de placa de pacient (monolobulada o bilobulada).		
	Accessoris	Mòdul de coagulació per plasma d'Argó		
		Suport rodable per la bala d'argó amb connexions de terra pels diferents mòduls		
		Pedal simple de coagulació		
		Pedal doble de tall i coagulació		
		Cable de placa o electrode neutre		

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'EQUIPS D'ELECTROCIRURGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	26_CSA_2026
Nº LOT:	LOT 3

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: C/:	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

CONCEPTES		DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Electrobisturí LOT 3	Definició	Electrobisturí per procediments dermatològics de com a mínim 100 watts de potència màxima de tall i de com a mínim 80 watts de potència màxima de coagulació, que cal que disposi de les següents prestacions:		
	Característiques bàsiques	Pantalla LCD tàctil		
		Connector bipolar, connector monopolar i connector de placa.		
		Amb valoració constant d'ohms de nivell de contacte de placa amb la pell del pacient, visualitzant-ho a la pantalla de l'equip.		
		Lectura de simetria de l'electrode neutre.		
		Electrobisturí dissenyat amb programes modificables.		
		Com a mínim 2 modes de tall, 2 modes de coagulació monopolar i 1 mode bipolar.		
		Ajust del volum del so i de la intensitat de llum a la pantalla.		
		Compatible amb manecs electroquirúrgics amb connexió tipus Valleylab (universal de 3 pins)		
		Activació d'instruments quirúrgics manual i a través de pedal amb cable.		
		Alarmes sonores i visuals de desconexió de placa de pacient i desactivació automàtica de la sortida de potència.		
		Reconeixement automàtic del tipus de placa de pacient (monolobulada o bilobulada).		