

INFORME TÈCNIC DE DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Havent procedit en data 06 de juliol de 2026, a l'obertura dels sobres A del procediment amb número d'expedient CSAPG CB 2026/01 relatiu a la contractació del subministrament de dues unitats de radiologia no robotitzada amb telemetries destinades a les sales de radiologia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès de l'Hospital Sant Antoni Abat, contracte basat en l'acord marc SCS-2021-371 de subministrament d'equipament de radiologia per a diversos centres assistencials del SISCAT - Lot 3 i que, en la mateixa data es va entregar als tècnics de referència la documentació aportada en el sobre B per part de les empreses licitadores per procedir a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor, del que s'extreuen les següents conclusions.

El present informe es realitza un cop oberts els sobres B, estant encara pendent l'obertura del sobre C, amb la documentació tècnica avaluable de manera automàtica i la proposta econòmica.

1. Licitadors admesos a valorar

Els licitadors als que fa referència el present informe, en relació amb les ofertes que han presentat els mateixos, són les següents:

- PHILIPS IBERICA SAU (en endavant **PHILIPS**)
- FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L (en endavant **FUJIFILM**)

2. Criteris de Valoració mitjançant judici de valor

Els criteris subjectius basats en judici de valor i apreciació tècnica, són els indicats en l'apartat H del Quadre de Característiques del concurs objecte d'aquest informe:

- **Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor: màxim 30 punts sobre 100.**
Configuració específica de l'equip d'acord amb les necessitats assistencials del centre: prestacions tècniques i funcionals:

Criteris de valoració de judici de valor	Puntuació màxima
Característiques tècniques i funcionals del generador i del tub de raigs X	24
1.1 Càmera de vídeo en el col·limador, amb visualització del pacient a la pantalla integrada al propi capçal del tub de raigs X i a l'estació de treball	8
1.2 Major nombre de mides focals per millorar rendiment i qualitat d'imatge >2	10
1.3 Pantalla tàctil integrada al capçal del tub on es puguin veure les imatges de les radiografies adquirides i el nom del pacient al seleccionar estudi.	6

Característiques tècniques i funcionals taula amb Bucky i Bucky mural	6
1.4 Reixetes antidifusores a la taula i bucky vertical de tipus oscil·lants	6
Puntuació total	30 PUNTS

Per la valoració de les ofertes tècniques del present concurs, s'ha tingut en compte la documentació aportada en el sobre A.

Característiques tècniques i funcionals del generador i del tub de raigs x

1.1 Càmera de vídeo al col·limador amb visualització del pacient a la pantalla integrada al propi capçal del tub de raigs x i a l'estació de treball (8 punts)

PHILIPS (8 punts): Integra una càmera de vídeo d'alta sensibilitat. Permet la visualització simultània tant a la pantalla tàctil del capçal del tub com a la consola de control. El seu sistema de col·limació en viu redueix la repetició de dosis, sent d'alt valor clínic per al nostre servei.

FUJI (4 punts): La seva solució només compleix parcialment amb els requisits de visualització o funcionalitats de col·limació en viu descrites al plec, motiu pel qual rep la meitat de la puntuació.

1.2 Major nombre de mides focals per millorar rendiment >2 (Màxim: 10 Punts)

PHILIPS (10 punts): Presenta un sistema amb **7 mides de focus diferents** garantint una resolució espacial òptima.

FUJI (0 punts): No disposa d'aquesta funció adaptativa ni supera el llistat de mides focals sol·licitat en els requeriments tècnics

1.3 Pantalla tàctil integrada al capçal amb imatge de raigs X i nom (Màxim: 6 Punts)

PHILIPS (6 punts): La pantalla tàctil del capçal mostra la imatge adquirida a pantalla completa i les dades del pacient. Permet al tècnic validar la qualitat de la radiografia a l'interior de la sala sense descuidar l'atenció al pacient.

FUJI (2 punts): La seva pantalla mostra informació bàsica, però no ofereix la capacitat de visualització completa de la imatge de la radiografia adquirida a peu de llit, limitant el flux de treball sol·licitat.

1.4 Reixetes antidifusores a la taula i Bucky vertical oscil·lants (Màxim: 6 Punts)

PHILIPS (6 punts): Incorpora reixetes oscil·lants controlades electrònicament que eliminen la radiació dispersa de manera molt més eficient que els sistemes fixos, evitant haver de canviar la reixeta segons la distància focal.

FUJI (6 punts): Presenta una solució equivalent de reixetes oscil·lants que compleix amb l'estàndard requerit

En conclusió, la tècnica que subscriu el present informe considera que la puntuació relativa als criteris de valoració subjectes a judici de valor ha de ser la que segueix:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
PHILIPS	30 punts
FUJI	12 punts

Per tot l'exposat, la Sotsdirectora d'Infraestructures i Serveis Generals del CSAPG eleva el present informe a la Mesa de contractació, tot detallant la valoració exposada, amb el fi de que procedeixi d'acord amb la legislació vigent.

Vilafranca del Penedès, a 02 de setembre de 2026

Sra. Mercè Martí Duran
Coordinadora Diagnòstic per la Imatge
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Sra. Marta Terrones Urpí
Sotsdirectora d'Infraestructures i Serveis Generals
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf