

PLEC D'ESPECIFICACIONS DE CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES DOMICILIÀRIES

Aquest plec recull les especificacions de contraprestació per resultats aplicables als contractes basats.

1. MODEL DE CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS

- Amb la finalitat de vetllar per la qualitat, l'accessibilitat, l'adherència als tractaments i l'atenció centrada en la persona en la prestació de serveis de teràpies respiratòries domiciliàries (TRD) amb càrrec al Servei Català de la Salut (Servei Català de la Salut), la contractació i prestació de l'objecte del contracte inclourà l'avaluació anual dels resultats dels serveis prestats per les empreses proveïdores.
- L'empresa proveïdora de TRD pediàtric podrà percebre una quantitat de fins a un 5% de l'activitat **facturada i acceptada pel Servei Català de la Salut**, sempre que aquesta no superi el 5% de l'import total contractat.
- La formulació d'aquests objectius contractuals inclosos en l'avaluació es centrarà en les prioritats que estableixen el Pla de Salut (PdS), així com en els objectius estratègics de la compra de serveis del Servei Català de la Salut.
- L'avaluació dels resultats dels objectius definits serà duta a terme anualment per les Comissions de Seguiment Territorial de TRD que el Servei Català de la Salut.
- El valor d'assoliment d'aquesta contraprestació per resultats es calcularà en base a l'Índex Sintètic de Qualitat (ISQ) descrit en el punt 2 d'aquest Plec.
- Una vegada recollides totes les accions referides anteriorment, la Regió Sanitària que correspongui serà la responsable de fer l'informe d'assoliment, aquest es trametrà a l'entitat contractada de TRD, que l'aplicarà a la facturació.
- Per la recollida de la informació, el Servei Català de Salut aportarà la informació de PLAENSA i del Registre de TRD, necessàries per a l'avaluació dels indicadors, i els hospitals s'encarregaran de sol·licitar a les empreses proveïdores de TRD la informació i els documents addicionals necessaris per a l'avaluació.

2. METODOLOGIA D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

L'avaluació de la qualitat vinculada a la contraprestació per resultats dels serveis de teràpies respiratòries domiciliàries es realitzarà mitjançant la construcció d'un Índex Sintètic de Qualitat.

Aquest índex és l'eina per obtenir el resultat de l'apartat 3.1 Objectius i indicadors de qualitat, d'aquest plec, als quals s'assignarà una puntuació ponderada d'acord amb la taula de graus d'assoliment i puntuacions (taula 1). L'ISQ tindrà un rang de puntuació de 0 a 100 punts.



Taula 1. Taula de graus d'assoliment i puntuacions		
Objectiu	Puntuació	Valoració
TR01	15	≥90%: 15 punts De <90% a 80%: 10 punts De <80% a 70%: 5 punts <70%: 0 punts
TR02	10	Sí: 10 punts No: 0 punts
TR03	10	≥90%: 10 punts De <90% a 70%: 5 punts <70%: 0 punts
TR04	15	≥90%: 15 punts De <90% a 80%: 10 punts De <80% a 70%: 5 punts <70%: 0 punts
TR05	15	≥90%: 15 punts De <90% a 80%: 10 punts De <80% a 70%: 5 punts <70%: 0 punts
TR06	10	Sí: 10 punts No: 0 punts
TR07	10	Sí: 10 punts No: 0 punts
TR08	15	≥95%: 15 punts <95%: 0 punts
TOTAL	100	

La vinculació de la puntuació resultant de l'ISQ amb la contraprestació per resultats és la que determina la taula següent (Taula 2).

Taula 2. Taula de trams d'assoliment de la Contraprestació per Resultats	
Punts obtinguts	% d'assoliment
=>95	5%
85,00 - 94,99	4,5%
75,00 - 84,99	4%
65,00 - 74,99	3,5%
55,00 - 64,99	3%
45,00 - 54,99	2,5%
35,00 - 44,99	2%
25,00 - 34,99	1,5%
15,00 - 24,99	1%
5,00 - 14,99	0,5%
<5	0%

3. OBJECTIUS DE QUALITAT DE L'ATENCIÓ

Una de les finalitats de l'actual procediment de contractació és garantir la vinculació de la prestació del servei de Teràpies Respiratòries Domiciliàries a l'obtenció de resultats en salut. Per fer-ho, s'ha prioritzat l'elecció d'aquells indicadors referents a les dimensions que avaluen l'accessibilitat, l'adherència als tractaments, la coordinació amb la resta de la xarxa assistencial, tot des de la perspectiva d'atenció centrada en la persona en la prestació de serveis.

Les fonts d'informació en les quals es basarà l'avaluació seran essencialment fonts existents com el Registre de Teràpies Respiratòries Domiciliàries (RTRD). Tanmateix, aquest procediment de contractació establirà la realització d'enquestes específiques d'avaluació de l'experiència del pacient i de documentació específica aportada per l'entitat proveïdora de TRD.

3.1. Objectius i indicadors de qualitat

TR01. Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació de la bona qualitat en la provisió del material fungible sigui “gairebé sempre”, “sempre” o “sovint”¹.

- indicador TR01: Percentatge de pacients de pacients amb puntuació de la bona qualitat en la provisió del material fungible és “gairebé sempre”, “sempre” o “sovint”.

TR02. Existència d'un consens entre l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries i el servei prescriptor, de quina informació escrita sobre la malaltia i l'ús de la teràpia se li proveirà al pacient¹.

- indicador TR02: Lliurament del protocol conjunt entre l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries i el servei prescriptor en relació a quina informació escrita sobre la malaltia i l'ús de la teràpia se li proveirà al pacient.

TR03. Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació de la qualitat percebuda en la informació rebuda sobre funcionament dels aparells sigui “perfecta”, “molt bona” o “bona”¹.

- indicador TR03: Percentatge de pacients els quals la puntuació de la qualitat percebuda en la informació rebuda sobre funcionament dels aparells és “perfecta”, “molt bona” o “bona”.

TR04. Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències sigui “molt bo”, “perfecte” o “bo”¹.

- indicador TR04: Percentatge de pacients els quals la puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències és “molt bo”, “perfecte” o “bo”.

TR05. Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació autodeclarada en relació als coneixements que percep que tenen els professionals de l'empresa proveïdora de teràpies que l'han atès siguin “perfectes”, “molt bons” o “bons”¹.

- indicador TR05: Percentatge de pacients els quals, la puntuació autodeclarada en relació als coneixements que percep que tenen els professionals de l'empresa proveïdora de teràpies que l'han atès és “perfectes”, “molt bons” o “bons”.

¹ Aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS (BIPAP -CPAP), ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre.

TR06. Existència d'un protocol de detecció precoç i comunicació de símptomes de descompensació².

- indicador TR06: Lliurament del protocol de detecció precoç i comunicació de símptomes de descompensació.

TR07. Existència d'un protocol que tingui els objectius d'incrementar l'adherència del pacient amb oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS.

- indicador TR07: Lliurament d'un protocol que tingui els objectius d'incrementar l'adherència del pacient amb oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS.

TR08. Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients amb oxigenoteràpia, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica, s'hagi fet comunicació al Registre de TRD, amb periodicitat mínima mensual, del temps d'ús diari de la teràpia³.

- indicador TR08: Percentatge de pacients amb oxigenoteràpia, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica, en els quals s'ha fet comunicació al Registre de TRD, amb periodicitat mínima mensual, del temps d'ús diari de la teràpia.

2 Aplicable a les línies de servei d'oxigenoteràpia, ventilació mecànica, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre.

3 Aplicable a les línies de, oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS.

3.2. Fitxes tècniques del indicadors d'avaluació

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
--------------------------	--

Objectiu TR01	Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació de la bona qualitat en la provisió del material fungible sigui “gairebé sempre”, “sempre” o “sovint”
--------------------------	--

Indicador ITR01	Percentatge de pacients de pacients amb puntuació de la bona qualitat en la provisió del material fungible “gairebé sempre”, “sempre” o “sovint”
----------------------------	---

Descripció	- El material fungible ha de ser de qualitat i s'ha de modificar amb la periodicitat convenient
Unitat proposant	- Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori
Font dades	- registre: enquesta anual - unitat responsable: Gerència d'Atenció Ciutadana
Fórmula	- Numerador: nombre de pacients atesos enquestats amb puntuació de la qualitat en la provisió del material fungible “gairebé sempre”, “sempre” o “sovint”. - Denominador: nombre de pacients atesos enquestats
Definicions	La pregunta que es realitzarà serà: - De l'1 al 5 en quina mesura el servei de recanvi de material que vostè fa servir és de qualitat? Les respostes: - 5. Sempre - 4. Gairebé sempre - 3. Sovint - 2. Poques vegades - 1. Mai/gairebé mai - 9. NS/NC (inclou no se'n recorda)
Referències	Valor de referència: 94,8% (mitjana PLAENSA 2016 per les respostes 3, 4 i 5)
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS, ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre. - La mostra de l'enquesta haurà de tenir un nombre significatiu de pacients de cada modalitat de tractament. - La recollida d'informació es farà anualment de manera alterna, un any pel Servei Català de la Salut i el següent pel propi proveïdor mitjançant el model iPLAENSA.

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
--------------------------	--

Objectiu TR02	<i>Existència d'un consens entre l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries i el servei prescriptor, de quina informació escrita sobre la malaltia i l'ús de la teràpia se li proveirà al pacient</i>
--------------------------------	--

Indicador ITR02	<i>Lliurament del protocol conjunt entre l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries i el servei prescriptor en relació a quina informació escrita sobre la malaltia i l'ús de la teràpia se li proveirà al pacient</i>
----------------------------------	---

Descripció	- El protocol d'informació i la documentació escrita sobre la malaltia i l'ús de les teràpies que rep el pacient han de ser consensuats entre l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries i el servei prescriptor
Unitat proponent	- Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori
Font dades	- registre: enviament del document - unitat responsable: Regió Sanitària
Fórmula	- sí/no (existència del document i el material)
Definicions	- Protocol d'informació: instrument que alinearà l'estratègia i continguts informatius entre el servei prescriptor i l'empresa proveïdora de teràpies respiratòries domiciliàries - La informació escrita que l'empresa proveïdora ha de consensuar amb el prescriptor ha d'incloure tot allò referent a la malaltia, a la seguretat en l'ús dels aparells i a l'ús apropiat del tractament. - Aquest protocol haurà d'estar actualitzat anualment pel què fa a continguts.
Referències	- Cada àmbit territorial ha de tenir el consens validat per ambdues parts.
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS, ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre.

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
-------------------	---

Objectiu TR03	<i>Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació de la qualitat percebuda en la informació rebuda sobre funcionament dels aparells sigui “perfecta”, “molt bona” o “bona”.</i>
------------------	---

Indicador ITR03	<i>Percentatge de pacients els quals la puntuació de la qualitat percebuda en la informació rebuda sobre funcionament dels aparells és “perfecta”, “molt bona” o “bona”.</i>
--------------------	--

Descripció	- A fi de garantir la seguretat i l'ús eficient dels aparells, l'empresa de teràpies respiratòries domiciliàries ha d'informar d'una manera adequada sobre el funcionament dels aparells.
Unitat proposant	- Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori
Font dades	- registre: enquesta anual - unitat responsable: Gerència d'Atenció Ciutadana
Fórmula	- Numerador: nombre de pacients atesos enquestats amb puntuació de la qualitat percebuda en la informació rebuda sobre funcionament dels aparells “perfecta”, “molt bona” o “bona” - Denominador: nombre de pacients atesos enquestats
Definicions	Aquest és un dels aspectes de millora destacats en el PLAENSA. La pregunta que es realitzarà serà: - De l'1 al 5 com valora les instruccions que li varen donar sobre com funcionava l'oxigen (l'aparell, la màquina...)? Les respostes: - 5. Perfecta - 4. Molt bona - 3. Bona - 2. Regular - 1. Dolenta - 8. No em van donar informació - 9. NS/NC (inclou no se'n recorda)
Referències	Valor de referència: 86,6% (mitjana PLAENSA 2016 per les respostes 3, 4 i 5)
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS, ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre. - La mostra de l'enquesta haurà de tenir un nombre significatiu de pacients de cada modalitat de tractament. - La recollida d'informació es farà anualment de manera alterna, un any pel Servei Català de la Salut.

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
--------------------------	--

Objectiu TR04	<i>Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències sigui "molt bo", "perfecte" o "bo".</i>
--------------------------	--

Indicador ITR04	<i>Percentatge de pacients els quals la puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències és "molt bo", "perfecte" o "bo".</i>
----------------------------	---

Descripció	- Per garantir l'adequada experiència del pacient, el temps de resolució dels problemes tècnics i de funcionament és un element molt important.
Unitat proposant	- Pla Director de Malalties de l'Àparell Respiratori
Font dades	- registre: enquesta anual - unitat responsable: Gerència d'Atenció Ciutadana
Fórmula	- Numerador: nombre de pacients atesos enquestats amb puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències sigui "molt bo", "perfecte" o "bo". - Denominador: nombre de pacients atesos enquestats
Definicions	Aquest és un dels aspectes de millora destacats en el PLAENSA. La pregunta que es realitzarà serà: - De l'1 al 5 en quina mesura creu que el temps de resposta per resoldre els problemes urgents és adequat? Les respostes: - 5. Perfecte - 4. Molt bo - 3. Bo - 2. Regular - 1. Dolent - 9. NS/NC (inclou no se'n recorda)
Referències	Valor de referència: 84,9% (mitjana PLAENSA 2016 per les respostes 3, 4 i 5)
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS, ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre. - La mostra de l'enquesta haurà de tenir un nombre significatiu de pacients de cada modalitat de tractament. - La recollida d'informació es farà anualment de manera alterna, un any pel Servei Català de la Salut i el següent pel propi proveïdor mitjançant el model iPLAENSA.

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
-------------------	---

Objectiu TR05	<i>Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients, la puntuació autodeclarada en relació als coneixements que percep que tenen els professionals de l'empresa proveïdora de teràpies que l'han atès siguin “perfectes”, “molt bons” o “bons”.</i>
------------------	---

Indicador ITR05	<i>Percentatge de pacients els quals, la puntuació autodeclarada en relació als coneixements que percep que tenen els professionals de l'empresa proveïdora de teràpies que l'han atès és “perfectes”, “molt bons” o “bons”.</i>
--------------------	--

Descripció	- Un aspecte clau en l'avaluació de l'experiència del pacient, que valora la confiança que té el pacient vers els professionals que l'atenen és el nivell de coneixement que aquests professionals tenen sobre la malaltia i els aparells que fan servir.
Unitat proposant	- Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori
Font dades	- registre: enquesta anual - unitat responsable: Gerència d'Atenció Ciutadana
Fórmula	- Numerador: nombre de pacients atesos enquestats amb puntuació autodeclarada en relació al temps de resolució d'incidències siguin “perfectes”, “molt bons” o “bons”. - Denominador: nombre de pacients atesos enquestats
Definicions	La pregunta que es realitzarà serà: - De l'1 al 5 què li sembla la professionalitat del tècnic de l'empresa quan li revisa l'oxigen? (és a dir, el noi quan comprova el funcionament de l'aparell, la màquina...) Les respostes: - 5. Perfectes - 4. Molt bons - 3. Bons - 2. Regulars - 1. Dolents - 9. NS/NC (inclou no se'n recorda)
Referències	Valor de referència: 98,3% (mitjana PLAENSA 2016 per les respostes 3, 4 i 5)
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei de: oxigenoteràpia, tractaments del SAHS, ventilació mecànica, monitoratge infantil, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre. - La mostra de l'enquesta haurà de tenir un nombre significatiu de pacients de cada modalitat de tractament. - La recollida d'informació es farà anualment de manera alterna, un any pel Servei Català de la Salut i el següent pel propi proveïdor mitjançant el model iPLAENSA.

Línia contractual

Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries

Objectiu TR06	Existència d'un protocol de detecció precoç i comunicació de símptomes de descompensació
----------------------	---

Indicador ITR06	Lliurament del protocol de detecció precoç i comunicació de símptomes de descompensació
------------------------	--

Descripció	Existència d'un protocol d'identificació precoç i actuació vers els signes d'alarma de descompensació, en les visites de seguiment establertes en cada teràpia i en els casos de visites a demanda del pacient.
Unitat proponent	- Àrea d'Atenció Sanitària (Servei Català de la Salut)
Font dades	- registre: enviament del document - unitat responsable: Regió Sanitària
Fórmula	- sí/no (existència del document)
Definicions	- Descompensació: situació clínica d'inestabilitat relacionada amb la malaltia per la qual es prescriu la teràpia respiratòria a domicili o amb les malalties coadjuvants que interfereixin en la funció respiratòria. - Detecció precoç: són les actuacions dirigides a la identificació primerenca de reagudització i que poden incloure accions tals com la mesura de la temperatura corporal (febre), de la freqüència respiratòria, saturació d'oxigen, presència de dispnea, manifestació de malestar general per part del pacient o altres símptomes que facin sospitar una reagudització del pacient.
Referències	- Estratègies per a reduir els reingressos dels pacients que ingressen per agudització greu de la MPOC. Document de treball del taller que es va celebrar a l'IES el 28 d'octubre de 2010. Institut d'Estudis de la Salut. Generalitat de Catalunya. http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/malalties_de_laparell_respiratori/documents/arxiu/reingressos_final_m_poc.pdf
Observacions	- Aquest protocol haurà d'estar actualitzat anualment pel què fa a continguts clínics, circuits i interlocutors del territori. - Aquest objectiu és aplicable a les línies de servei d'oxigenoteràpia, ventilació mecànica, aerosolteràpia, sistema mecànic d'aclariment mucociliar, aspirador de secrecions, pulsioxímetre.

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
--------------------------	--

Objectiu TR07	Existència d'un protocol que tingui els objectius d'incrementar l'adherència del pacient amb oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS
--------------------------	---

Indicador ITR07	Lliurament del protocol que tingui els objectius d'incrementar l'adherència del pacient amb oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS
----------------------------	--

Descripció	- El protocol d'adherència és l'instrument que guiarà els professionals de l'empresa de TRD per dur a terme actuacions que garanteixin una intensitat de tractament adequada en funció de la prescripció indicada.
Unitat proposant	- Àrea d'Atenció Sanitària (Servei Català de la Salut)
Font dades	- registre: enviament del document - unitat responsable: Regió Sanitària
Fórmula	- sí/no (existència del document)
Definicions	- Protocol d'adherència: En els últims anys, l'adherència al tractament s'ha convertit en un tema fonamental dins el marc de les malalties respiratòries cròniques. Perquè l'adherència al tractament es compleixi, el pacient ha d'adquirir i mantenir al llarg del temps un hàbit de conducta que inclogui l'acceptació de la malaltia i el seu tractament, evitar comportaments de risc i incorporar un estil de vida saludable. L'OMS defineix l'adherència com: "el grau en què els hàbits en la presa de medicaments, el compliment d'una dieta, i/o canvis en l'estil de vida, es corresponen amb les recomanacions aportades per un proveïdor de salut". Protocol d'adherència: document que ha d'incloure, per les diferents patologies i tipus de teràpia, les mesures orientades a incrementar l'adherència del pacient a la teràpia respiratòria indicada..
Referències	- Eusebi Chiner, Esther Barreiro, Pilar de Lucas. Año SEPAR 2014 del paciente crónico y las terapias respiratorias domiciliarias. Puntos para la reflexión. Disponible a: http://www.archbronconeumol.org/es/ano-separ-2014-del-paciente/articulo/S0300289614000763/ - Eusebi Chiner, Carme Hernández. Un reto es un desafío, o como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua "un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta". Disponible a: https://www.separ.es/?q=node/764
Observacions	- Aquest document haurà d'estar actualitzat anualment pel què fa a continguts clínics, circuits i interlocutors del territori. - Aquest objectiu és aplicable a les línies de, oxigenoteràpia, ventilació mecànica i Tractament del SAHS

Línia contractual	Serveis de teràpies respiratòries domiciliàries
--------------------------	--

Objectiu TR08	Assolir que en un determinat percentatge mínim de pacients amb oxigenoteràpia, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica, s'hagi fet comunicació al Registre de TRD, amb periodicitat mínima mensual, del temps d'ús diari de la teràpia.
--------------------------	--

Indicador TR08	<i>Percentatge de pacients amb oxigenoteràpia, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica, en els quals s'ha fet comunicació al Registre de TRD, amb periodicitat mínima mensual, del temps d'ús diari de la teràpia.</i>
---------------------------	---

Descripció	- Cal que l'empresa proveïdora d'oxigenoteràpia domiciliària notifiqui al servei prescriptor, via Registre de TRD, els temps d'utilització dels aparells d'oxigenoteràpia, tractament del SAHS i Ventilació Mecànica.
Unitat proposant	- Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori
Font dades	- registre: Registre de Teràpies Respiratòries Domiciliàries (RTRD) - unitat responsable: Divisió de Provisió de Serveis
Fórmula	- Numerador: nombre de pacients amb serveis d'oxigenoteràpia domiciliària, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica atesos durant l'any a avaluar, en què s'ha fet comunicació al Registre de TRD, amb periodicitat mínima mensual, del temps d'ús diari de la teràpia - Denominador: nombre de pacients amb servei d'oxigenoteràpia domiciliària, tractament del SAHS i/o ventilació mecànica, atesos durant l'any a avaluar.
Definicions	- Per al correcte tractament de l'MPOC cal que la utilització d'oxigen tingui una durada de 15 o més hores al dia. Tanmateix, no té sentit proposar una durada així d'extensa en la resta de patologies. - Per al correcte tractament del SAHS cal que la utilització de CPAP tingui una durada de 5 o més hores al dia. - Per al correcte tractament, cal que la utilització de la ventilació mecànica tingui una durada de 4 o més hores al dia. - Comunicació de la informació al registre de TRD: la farà l'empresa proveïdora de Teràpies Respiratòries Domiciliàries mitjançant el registre de TRD. En el cas que l'empresa proveïdora de TRD, a data d'inici del contracte, no tingui fetes les adaptacions tècniques per poder-la fet automàticament mitjançant les opcions d'interoperabilitat del sistema de Salut, caldrà fer l'entrada manual de la informació mitjançant els formularis que hi haurà definits en el sistema
Referències	Valor de referència: 95%
Observacions	- Aquest objectiu és aplicable a les línies de, oxigenoteràpia, ventilació mecànica i tractament del SAHS.