

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA DETECCIÓ DE VIRUS HBV, HCV, HIV I HPV MITJANÇANT TÈCNIQUES MOLECULARS AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS - EXPEDIENT 27SM0165Q

SOBRE B FINS A 100 PUNTS

Es valorarà tant la qualitat dels productes, en base a les fitxes tècniques, com la qualitat dels serveis proposats.

En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades, essent la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent:

A) Valoració Tècnica *fins a 50 PUNTS*

GENERALS:

- 1. L'estabilitat dels reactius una vegada oberts és igual o superior a 90 dies (6 punts)**
SI – 6 punts
NO – 0 punts
- 2. Reactius i controls llestos per ús, sense necessitat de manipulació (que no requereixin congelació, ni liofilització i per tant no necessiten ni agitació, ni reconstitució ni cap manipulació ni espera abans de ser carregats al sistema (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts
- 3. Possibilitat de programar el processament de controls per hores (5 punts)**
Fins a 24 hores – 1 punt
Fins a 48 hores – 3 punts
Fins a 72 hores – 5 punt

CÀRREGUES:

- 4. Permet realitzar fins a 6 proves simultànies (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

- 5. La tècnica HIV no té diana terapèutica amb l'objectiu de prevenir possibles no deteccions per mutacions. Per a la seva valoració, s'ha d'amplificar el gen gag del HIV-1 i la regió LTR del HIV-1. (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

- 6. El calibratge està integrat en el reactiu sense necessitat que el tècnic realitzi calibratges externs per lot ni calibratges periòdics addicionals (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

- 7. Límit de quantificació inferior de la tècnica per l'HIV sigui 20 còpies/ml (4 punts)**
SI – 4 punts
NO – 0 punts

HPV:

- 8. Existència d'un sistema de control intern de la cel·lularitat per a garantir la idoneïtat/representativitat de la mostra (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

- 9. Aprovació per l'FDA per al cribratge primari en càncer de cèrvix en mostres de recollida per part dels professionals. (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

- 10. El sistema facilita informació dels genotips 16 i 18, de manera individualitzada, en una única anàlisi de la mostra (5 punts)**
SI – 5 punts
NO – 0 punts

B) Criteri econòmic**fins a 50 punts**

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

M = 2