

EXP. CE 07_26 - ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC

TÍTOL: Subministrament d'equips científics de laboratori destinats al Programa Path2Cure del Campus Can Ruti, al Campus Sant Joan de Déu i als serveis d'ús comú del Campus Can Ruti

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

TRAMITACIÓ: Ordinària

PROCEDIMENT: Contracte específic de Sistema Dinàmic d'Adquisició CSUC E23/02

CPV: 38000000-5 Equip de laboratori, òptic i de precisió (excepte ulleres)

NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

De forma virtual, el dia **divendres 28 d'agost de 2026 a les 11:00 hores**, es constitueix l'Òrgan Tècnic dependent i designat per part de l'Òrgan de Contractació amb els següents assistents, de conformitat amb les **clàusules** del Plec de Clàusules Administratives Particulars del CSUC que regeix la contractació, així com en el document d'invitació enviat als licitadors homologats a la **Categoria 3 de l'SDA 23/02 "Subministrament d'instrumentació general auxiliar i electrònica de laboratori, equips de laboratori i aparells de mesura"**:

- Laia Reyes, Responsable de la Unitat de Compres de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (**IJC**).
- Ruth Blanco, Tècnica de Compres de la Unitat de Compres de l'**IJC**.

1. Desenvolupament de la sessió

PRIMER. - L'objecte de la present sessió, en acte privat i virtual, és l'obertura i valoració del **Sobre Únic** el qual comprèn la documentació administrativa, la documentació tècnica i l'oferta econòmica avaluable automàticament mitjançant fórmules automàtiques presentada per les empreses licitadores convidades al procediment de contractació del contracte específic del **subministrament d'equips científics de laboratori** destinats al Programa Path2Cure del Campus Can Ruti, al Campus Sant Joan de Déu i als serveis d'ús comú del Campus Can Ruti de l'**IJC** (Exp. **CE 07_26**), estructurat en els vuit (8) lots que es detallen a continuació:

LOT	Descripció
1	Cabines de seguretat biològica
2	Incubadors



3	Centrífugues
4	Equips de fred
5	Comptador de cèl·lules
6	Microscopi invertit
7	Agitador orbital
8	Incubador d'hipòxia

SEGON. - En data **12 d'agost de 2026** va publicar-se l'anunci de licitació corresponent a la contractació del **subministrament d'equips científics de laboratori** per a l'IJC (Exp. **CE 07_26**), a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, en la qual es troba el Perfil del contractant de l'entitat.

Donat el procediment d'aquest expedient, va enviar-se invitació als proveïdors homologats relacionats.

TERCER. - Havent-se fixat com a data i hora límit de presentació de les ofertes el dia 27 d'agost de 2026 a les 09:59:59h, es deixa constància que s'han presentat, en temps i forma, al present procediment les següents empreses licitadores, per als lots que s'indiquen:

- **Fisher Scientific, S.L.** → Lots 1, 2, 3, 4, 6, 7
- **Cultek, S.L.U.** → Lots 1, 7, 8
- **DDBiolab, S.L.U.** → Lots 1, 3, 4, 5, 7
- **Eppendorf Ibérica, S.L.U.** → Lot 3
- **Genochem World** → Lots 3, 5
- **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS S.L.** → Lot 4
- **Life Technologies, S.A.** → Lot 5

QUART. - Havent-se tramitat el procediment mitjançant Sobre Digital, en la sessió d'obertura del **Sobre Únic** l'Òrgan Tècnic dependent i designat procedeix amb l'obertura. S'apliquen les credencials en la Plataforma de Contractació i es procedeix a l'obertura de les proposicions formulades per les empreses licitadores.

CINQUÈ. - A continuació es deixa constància de la documentació administrativa, tècnica i econòmica inclosa en el **Sobre Únic** presentat per cada una de les empreses licitadores, de conformitat amb l'apartat "**Documentació Sobre Únic**" del document d'invitació, per a cada lot en el qual han presentat oferta:



1. **Declaració responsable** relativa a la capacitat i aptitud de contractar, segons l'**Annex núm. 1** del document d'invitació.
2. **Oferta econòmica** per a cada lot ofertat, segons els **Annexos núm. 2A a 2H** del document d'invitació.
3. **Característiques tècniques** dels equips proposats per a cada lot ofertat.

SISÈ. - Revisada la **documentació administrativa general** presentada per totes les empreses licitadores indicades a l'apartat **TERCER** de la present Acta, es dona per vàlida i admesa al procediment de licitació la documentació presentada per la totalitat de les set (7) empreses.

SETÈ. - Tot seguit, es procedeix a la revisió de la **documentació tècnica** presentada per les empreses licitadores, en base al compliment de les característiques tècniques mínimes exigides a la invitació. Aquesta revisió consta detalladament a l'**Informe tècnic de valoració** (Exp. CE 07/26), signat digitalment pels responsables tècnics següents: **Gael Roué** (Lots 1, 2, 5, 6 i 7, i els equips sense etiqueta "(SJD)" dels Lots 3 i 4), amb signatura de data 14 de setembre de 2026; **Pablo Menéndez** (equips etiquetats "(SJD)" dels Lots 3 i 4), amb signatura de data 15 de setembre de 2026; i **Alba Garcia**, en substitució d'Albert Pérez (Lot 8), amb signatura de data 21 de setembre de 2026. El resultat d'aquesta revisió, per a cada lot, és el següent:

Lot 1 — CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA:


- **Fisher Scientific, S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.
- **Cultek, S.L.U.:** no compleix — dimensions internes inferiors a les exigides, motors AC en lloc de DC i amplada externa superior a la màxima permesa, entre altres discrepàncies.
- **DDBiolab, S.L.U.:** no compleix — alçades i amplades internes inferiors a les exigides i taula de suport d'alçada fixa (no ajustable) en el model amb taula.

Lot 2 — INCUBADORS:

- **Fisher Scientific, S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.

Lot 3 — CENTRÍFUGUES:

- **Fisher Scientific, S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.
- **DDBiolab, S.L.U.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.



- **Eppendorf Ibérica, S.L.U.:** no compleix — no ofereix dos jocs de dues tapes antiaerosols en la centrifuga refrigerada amb rotor.
- **Genochem World:** no compleix — el rotor oscil·lant de la centrifuga d'alt rendiment no assoleix les 5.000 rpm / 5.000 xg exigides.

Lot 4 — EQUIPS DE FRED:

- **Fisher Scientific, S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.
- **DDBiolab, S.L.U.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.
- **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.

Lot 5 — COMPTADOR DE CÈL·LULES:

- **DDBiolab, S.L.U.:** no compleix — el rang de mesura de l'equip (5×10^4 a 1×10^7 cèl·lules/mL) no arriba al límit inferior mínim exigít d' 1×10^4 cèl·lules/mL.
- **Genochem World:** no compleix — la documentació no especifica cap mecanisme de transferència de dades o imatges a un PC o al núvol.
- **Life Technologies, S.A.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.

Lot 6 — MICROSCOPI INVERTIT:


- **Fisher Scientific, S.L.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.

Lot 7 — AGITADOR ORBITAL:

- **Fisher Scientific, S.L.:** no compleix — la documentació no confirma la resistència al CO₂ de l'equip, ni pots ajustables ni disseny específic contra el desplaçament durant l'ús.
- **Cultek, S.L.U.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.
- **DDBiolab, S.L.U.:** no compleix — la documentació no confirma la resistència al CO₂ de l'equip, ni pots ajustables ni disseny específic contra el desplaçament durant l'ús.

Lot 8 — INCUBADOR D'HIPÒXIA:

- **Cultek, S.L.U.:** compleix la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides.



VUITÈ. - Tot seguit, es procedeix a la **revisió de l'oferta econòmica presentada** per les empreses licitadores admeses tècnicament, en base als criteris de valoració automàtics segons el que disposa la **clàusula 10** del document d'invitació i que es detallen a continuació:

10.1 Oferta econòmica (fins a 75 punts): $P_v = [1 - ((O_v - O_m) / IL) \times (1/1,5)] \times 75$

P_v = puntuació de l'oferta a valorar | O_v = import de l'oferta a valorar | O_m = import de l'oferta més baixa entre les empreses admeses tècnicament | IL = import màxim (pressupost base del lot)

10.2 Extensió de garantia (fins a 25 punts): 1 any = 15 punts | 2 anys = 20 punts | 3 anys = 25 punts | Sense extensió = 0 punts.

NOVÈ. - L'empresa i/o empreses licitadores admeses han presentat, per a cada lot, les ofertes següents:

Lot 1 — CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA

Les empreses **Cultek, S.L.U., DDBiolab, S.L.U.** no compleixen els requisits tècnics mínims exigits per a aquest lot (apartat **SETÈ**) i, en conseqüència, queden excloses de la valoració econòmica.

Empresa	Cabina sobretaula	Cabina amb taula	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Fisher Scientific, S.L.	6.110,00 €	7.470,00 €	13.580,00 €	1 any(s) (15 pts)	75,00	90,00

Lot 2 — INCUBADORS

Empresa	Incub. càmeres aïllades	Incub. calor directe	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Fisher Scientific, S.L.	15.130,00 €	5.400,00 €	20.530,00 €	0 any(s) (0 pts)	75,00	75,00

Lot 3 — CENTRÍFUGUES

Les empreses **Eppendorf Ibérica, S.L.U., Genoschem World** no compleixen els requisits tècnics mínims exigits per a aquest lot (apartat **SETÈ**) i, en conseqüència, queden excloses de la valoració econòmica.

Empresa	Centrífuga refrigerada	Centrífuga no refrigerada (SJD) 2uds	Centrífuga alt rendiment	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Fisher Scientific, S.L.	4.380,00 €	5.040,00 €	9.580,00 €	19.000,00 €	3 any(s) (25 pts)	75,00	100,00
DDBiolab, S.L.U.	4.490,00 €	5.510,00 €	12.620,00 €	22.620,00 €	3 any(s) (25)	66,74	92,34

Lot 4 — EQUIPS DE FRED

Empresa	Congelador	Frigorífic	Frigorífic (SJD) 2uds	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Fisher Scientific, S.L.	2.789,00 €	2.559,00 €	3.078,00 €	8.426,00 €	1 any(s) (15 pts)	75,00	90,00
DDBiolab, S.L.U.	2.805,00 €	2.805,00 €	3.210,00 €	8.820,00 €	0 any(s) (0 pts)	72,81	72,81
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS S.L.	2.833,96 €	2.819,77 €	3.220,00 €	8.873,73 €	0 any(s) (0 pts)	72,51	72,51

Lot 5 — COMPTADOR DE CÈL·LULES

Les empreses **DDBiolab, S.L.U.**, **Genochem World** no compleixen els requisits tècnics mínims exigits per a aquest lot (apartat **SETÈ**) i, en conseqüència, queden excloses de la valoració econòmica.

Empresa	Comptador cèl·lules	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Life Technologies, S.A.	4.504,60 €	4.504,60 €	2 any(s) (20 pts)	75,00	95,00

Lot 6 — MICROSCOPI INVERTIT

Empresa	Microscopi invertit	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Fisher Scientific, S.L.	2.010,00 €	2.010,00 €	1 any(s) (15 pts)	75,00	90,00

Lot 7 — AGITADOR ORBITAL

Les empreses **Fisher Scientific, S.L.**, **DDBiolab, S.L.U.** no compleixen els requisits tècnics mínims exigits per a aquest lot (apartat **SETÈ**) i, en conseqüència, queden excloses de la valoració econòmica.

Empresa	Agitador orbital	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Cultek, S.L.U.	3.580,00 €	3.580,00 €	1 any(s) (15 pts)	75,00	90,00

Lot 8 — INCUBADOR D'HIPÒXIA



Empresa	Incubador d'hipòxia	Total (Ov)	Garantia (anys / pts)	Pts econòmica	TOTAL PUNTS
Cultek, S.L.U.	9.595,00 €	9.595,00 €	3 any(s) (25 pts)	75,00	100,00

DESE. - D'aquesta manera, les ofertes que presenten una millor relació qualitat-preu per al present procediment de licitació, per a cada lot, són:

LOT	Descripció	Adjudicatari
1	Cabines de seguretat biològica	Fisher Scientific, S.L.
2	Incubadors	Fisher Scientific, S.L.
3	Centrífugues	Fisher Scientific, S.L.
4	Equips de fred	Fisher Scientific, S.L.
5	Comptador de cèl·lules	Life Technologies, S.A.
6	Microscopi invertit	Fisher Scientific, S.L.
7	Agitador orbital	Cultek, S.L.U.
8	Incubador d'hipòxia	Cultek, S.L.U.

En conseqüència, aquest **Òrgan Tècnic** dependent i designat adopta els següents.

ACORDS

Primer. - TENIR com a presentades al procediment de referència **CE 07_26** les empreses licitadores següents:

- **Fisher Scientific, S.L.**
- **Cultek, S.L.U.**
- **DDBiolab, S.L.U.**
- **Eppendorf Ibérica, S.L.U.**
- **Genochem World**
- **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS S.L.**
- **Life Technologies, S.A.**

Segon. - QUALIFICAR com a correcta i acceptada la documentació administrativa inclosa al **Sobre Únic** de la totalitat de les empreses licitadores indicades al **primer** acord de la present acta.



Tercer. - ADMETRE en el procediment de contractació de l'expedient **CE 07_26** a totes les empreses indicades a l'acord **primer** de la present Acta.

Quart. - QUALIFICAR, d'acord amb l'**Informe tècnic de valoració** (Exp. CE 07/26), les ofertes tècniques presentades, **admetent** a la classificació de cada lot únicament les empreses que compleixen la totalitat de les característiques tècniques mínimes exigides, en els termes indicats a l'apartat **SETÈ** d'aquesta acta.

Cinquè. - ELEVAR a l'Òrgan de Contractació la proposta de classificació de les ofertes admeses tècnicament, per a cada lot, en els termes que s'indiquen a l'apartat **DESE** d'aquesta acta.

Sisè. - ELEVAR a l'Òrgan de Contractació la proposta d'adjudicació del contracte específic del present expedient, per a cada lot, a les empreses:

LOT	Descripció	Adjudicatari
1	Cabines de seguretat biològica	Fisher Scientific, S.L.
2	Incubadors	Fisher Scientific, S.L.
3	Centrífuges	Fisher Scientific, S.L.
4	Equips de fred	Fisher Scientific, S.L.
5	Comptador de cèl·lules	Life Technologies, S.A.
6	Microscopi invertit	Fisher Scientific, S.L.
7	Agitador orbital	Cultek, S.L.U.
8	Incubador d'hipòxia	Cultek, S.L.U.

Setè. - PUBLICAR el present Acord al **Perfil de Contractant** de l'IJC.

I, en prova de conformitat, es signa la present **Acta** al lloc indicat a l'encapçalament i en la data de les signatures electròniques.

Laia Reyes
Responsable de la Unitat de Compres

Ruth Blanco
Tècnica de la Unitat de Compres

