

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS QUIRÚRGICS I ADDITAMENTS DE LA MARCA CONMED PEL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**Subministrament de motors quirúrgics i additaments de la marca
Conmed pel Servei de Traumatologia del Consorci Sanitari Integral**

Expedient CSI-2026-131

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS QUIRÚRGICS I ADDITAMENTS DE LA MARCA CONMED PEL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL.

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT	3
GARANTIA	4
NORMATIVA.....	4
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ	4
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT	5

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS QUIRÚRGICS I ADDITAMENTS DE LA MARCA CONMED PEL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de motors quirúrgics i additaments de la marca Conmed pel Servei de Traumatologia del Consorci Sanitari Integral.

Descripció	Irreparables	Motor nou	Total
Motor serra oscil·lant Hall® Titan™	1	1	2
Motor modular de dos gallets Hall® Titan™	1	1	2
Additament taladre/fresador AO hexagonal		1	1
Additament taladre/fresador Zimmer-Hudson		1	1
Additament passa-pins universal		1	1
Additament Jacobs 1/4		1	1
Additament taladre Small AO		1	1
Bateria de liti esterilitzable gran	2	1	3

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors **ompliran l'Annex 2 tècnic** i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica**.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:

- Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques
- Carta d'exclusivitat
- Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745 i al reglament (UE) 2023/307 del 15 de març de 2023 sobre productes sanitaris:
 - ✓ En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.
 - ✓ En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS QUIRÚRGICS I ADDITAMENTS DE LA MARCA CONMED PEL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL.

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 12 mesos.

NORMATIVA

Els licitadors hauran d'estar al corrent de l'acompliment de la normativa vigent a la que estigui subjecte l'equipament ofert.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOTORS QUIRÚRGICS I ADDITAMENTS DE LA MARCA CONMED PEL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL.

de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **de 12 mesos**. Així mateix garantirà la reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equip no serà superior a 60 dies a partir de la data de formalització del contracte.