CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES D'ÀMBIT SANITARI EXPEDIENT 26SM0003P-PN

FINS A 100 PUNTS - sobre únic

VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT - Màxim 25 punts: Lots EL07 i EL13.

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no acompleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

LOT EL07 Elèctrode Neonatal — Màxim 25 punts

Criteri 1: Valoració tècnica de la mostra.
Subcriteris:

- **Facilitat de col·locació (fins a 10 punts)**
  Es valorarà que l'elèctrode presenti un disseny i un sistema d'aplicació senzill i segur, que permeti una col·locació ràpida i precisa sobre la pell del pacient neonatal o pediàtric, minimitzant la manipulació i el risc de despreniment.
- **Flexibilitat i adaptabilitat (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la capacitat del material per adaptar-se a les superfícies corporals petites i irregulars, mantenint un bon contacte elèctric sense generar pressió ni molèsties per al pacient.
- **Impedància i qualitat del senyal (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la baixa impedància de contacte i l'estabilitat del senyal elèctric durant el registre, assegurant una transmissió fiable sense artefactes ni interrupcions.
- **Disseny infantil (fins a 5 punts)**
  Es valorarà que el producte presenti elements visuals o ergonòmics adequats per a ús pediàtric o neonatal (colors suaus, formes amables), afavorint una experiència menys invasiva i més confortable.

Quedaran excloses aquelles propostes que no superin els llindars mínims indicats a continuació per aquest criteri de valoració:

- ***Llindar mínim de qualitat: puntuació mínima de 15 punts.***

LOT EL13 Elèctrode intracardíac — Màxim 25 punts

Criteri 1: Valoració tècnica de la mostra.
Subcriteris:

- **Precisió i estabilitat del senyal intracardíac (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la qualitat del senyal obtingut (nitidesa, absència de soroll i estabilitat de registre) durant tot el procediment, especialment en condicions de moviment o canvi de posició.
- **Facilitat d'introducció i manipulació (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la flexibilitat, la suavitat de superfície i el comportament del catèter durant la inserció, guiatge i posicionament intracardíac, assegurant una navegació segura i controlada.
- **Precisió i estabilitat de posicionament (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la capacitat del dispositiu per mantenir una posició estable en el punt d'interès sense desplaçaments no desitjats ni risc de lesió del teixit.
- **Ergonomia i seguretat del connector proximal (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la facilitat i seguretat en la connexió amb el cable o sistema de monitoratge, així com el disseny que permeti una manipulació còmoda i sense risc de desconnexions accidentals.
- **Qualitat i acabats (fins a 5 punts)**
  Es valorarà la qualitat dels materials, l'acabat del recobriment, la resistència a la torsió i tracció, i la percepció global de fiabilitat del dispositiu.

Quedaran excloses aquelles propostes que no superin els llindars mínims indicats a continuació per aquest criteri de valoració:

- ***Llindar mínim de qualitat: puntuació mínima de 15 punts.***

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Màxim 75 punts: Lots EL07 i EL13.

1. **Comanda Mínima (fins a 5 punts)**

Existeix import de comanda mínima per a l'entrega de material a les nostres instal·lacions de CLS (Coordinació Logística Sanitària) de Santa Perpètua de la Mogoda (fins a 5 punts)

- Si (0 punts.)
- No (5 punts.)

2. **Termini de lliurament (fins a 5 punts)**

Reducció del termini de lliurament per sota del màxim de cinc dies estipulat en el PPT (fins a 5 punts)

- Redueix el termini fins a 4 dies naturals, entrega 24h (5 punts.)
- Redueix el termini fins a 3 dies naturals, entrega 48h (2.5 punts.)
- Redueix el termini fins a 2 dies naturals, entrega 72h (1.5 punts.)
- No redueix el termini o no indica (0 punts.)

3. Criteris ambientals (fins a 5 punts)

L'envàs de transport està compost, com a mínim, per un 50% de material reciclat

- SÍ – 5 punts
- NO – 0 punts

Per obtenir puntuació en aquest punt cal que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents. Les ofertes que no aportin acreditació obtindran 0 punts.

4. Criteri econòmic

Màxim 60 punts: Lots EL07 i EL13

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL}\right) \times \frac{1}{M}\right]$$

Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL= Import de licitació
M=2 Factor de modulació