

Núm. d'expedient: CS/AH04/1101484815/27/PNSP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut- Gerenta del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Objecte: Subministrament reactius per a quantificació i qualificació de DNA, i preparació de llibreries de DNA pel Laboratori de Genòmica de l'Hospital Universitari De Girona Doctor Josep Trueta.

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Acord marc, per Procediment negociat sense publicitat

Resolució de modificació

Antecedents

Mitjançant resolució de la Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, en data 02 d'octubre de 2026 es va incoar l'expedient CS/AH04/1101484815/27/PNSP corresponent a la contractació del Subministrament reactius per a quantificació i qualificació de DNA, i preparació de llibreries de DNA pel Laboratori de Genòmica de l'Hospital Universitari De Girona Doctor Josep Trueta.

.

En data 02 d'octubre de 2026 mitjançant resolució de la Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, es va aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent.

En data 07 d'octubre de 2026 s'ha detectat un error de transcripció en l'annex 5 del PCAP relatiu a la cessió d'equips, que afecta al Quadre de característiques – punt 15 – Mostres, demostracions i/o altres.

Al Annex 5 del PCAP :

On diu:

No s'escau.

Ha de dir:

Les empreses licitadores han de cedir els equips i material complementari i han de tenir en compte, que la cessió no tindrà cost econòmic addicional pels aparells detallats necessaris per a la utilització d'aquest material en el nostre centre.

L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu dels equips cedits.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

Requisits obligatoris del Robot:

1. El robot ha de poder-se instal·lar sobre taulell.
2. El robot ha de permetre realitzar llibreries en grups de 8 mostres.
3. Tot el material fungible utilitzat pel robot per realitzar les llibreries ha de ser subministrat per

la casa comercial sense cap cost addicional.

4. El robot ha de generar llibreries preparades per a la seqüenciació compatibles amb les plataformes Illumina.

5. El robot ha de comprendre un instrument, reactius i protocols preconfigurats.

6. El sistema ha d' estar totalment automatitzat per generar 8 llibreries en menys de 9 hores, utilitzant entre 10 i 200 ng d'entrada d'ADN i RNA genòmic tant de mostres parafinades com de material fresc.

7. La qualitat de les llibreries generades pel robot ha d' estar suportada per la precisió i fiabilitat del sistema.

8. El robot ha d' estar validat amb tecnologia SureSelect.

9. Els protocols de formació de llibreries basades en tecnologia SureSelect han d' estar validats i preoptimitzats amb reactius SureSelect.

10. Ha de poder detectar fusions gèniques tant en DNA com en RNA així com l'omissió d'exons ("exon skipping") sobre RNA

Al Quadre de característiques – punt 15 – Mostres, demostracions i/o altres

On diu :

15. Mostres, demostracions i/o altres

- ☐ Sí
☒ No

Lloc de lliurament de les mostres: Veure annex 5.

Ha de dir:

15. Mostres, demostracions i/o altres

- ☒ Sí
☐ No

Lloc de lliurament de les mostres: Veure annex 5.

Les empreses licitadores han de cedir els equips i material complementari i han de tenir en compte, que la cessió no tindrà cost econòmic addicional pels aparells detallats necessaris per a la utilització d'aquest material en el nostre centre.

L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu dels equips cedits.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

Requisits obligatoris del Robot:

1. El robot ha de poder-se instal·lar sobre taulell.
2. El robot ha de permetre realitzar llibreries en grups de 8 mostres.
3. Tot el material fungible utilitzat pel robot per realitzar les llibreries ha de ser subministrat per la casa comercial sense cap cost addicional.
4. El robot ha de generar llibreries preparades per a la seqüenciació compatibles amb les plataformes Illumina.
5. El robot ha de comprendre un instrument, reactius i protocols preconfigurats.
6. El sistema ha d' estar totalment automatitzat per generar 8 llibreries en menys de 9 hores, utilitzant entre 10 i 200 ng d'entrada d'ADN i RNA genòmic tant de mostres parafinades com de material fresc.
7. La qualitat de les llibreries generades pel robot ha d' estar suportada per la precisió i fiabilitat del sistema.
8. El robot ha d' estar validat amb tecnologia SureSelect.
9. Els protocols de formació de llibreries basades en tecnologia SureSelect han d' estar validats i preoptimitzats amb reactius SureSelect.
10. Ha de poder detectar fusions gèniques tant en DNA com en RNA així com l'omissió d'exons ("exon skipping") sobre RNA.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

D'acord amb l'article 136.2 de la LCSP, donat que la modificació és significativa, s'ha procedit a ampliar el termini de presentació de les ofertes.

Vist el que preveu l'art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar l'annex 5 del PCAP relatiu a la cessió d'equips, que afecta al Quadre de característiques – punt 15 – Mostres, demostracions i/o altres.

Al Annex 5 del PCAP :

On diu:

No s'escau.

Ha de dir:

Les empreses licitadores han de cedir els equips i material complementari i han de tenir en compte, que la cessió no tindrà cost econòmic addicional pels aparells detallats necessaris per a la utilització d'aquest material en el nostre centre.

L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu dels equips cedits.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

Requisits obligatoris del Robot:

1. El robot ha de poder-se instal·lar sobre taulell.
2. El robot ha de permetre realitzar llibreries en grups de 8 mostres.
3. Tot el material fungible utilitzat pel robot per realitzar les llibreries ha de ser subministrat per la casa comercial sense cap cost addicional.
4. El robot ha de generar llibreries preparades per a la seqüenciació compatibles amb les plataformes Illumina.
5. El robot ha de comprendre un instrument, reactius i protocols preconfigurats.
6. El sistema ha d'estar totalment automatitzat per generar 8 llibreries en menys de 9 hores, utilitzant entre 10 i 200 ng d'entrada d'ADN i RNA genòmic tant de mostres parafinades com de material fresc.
7. La qualitat de les llibreries generades pel robot ha d'estar suportada per la precisió i fiabilitat

del sistema.

8. El robot ha d' estar validat amb tecnologia SureSelect.

9. Els protocols de formació de llibreries basades en tecnologia SureSelect han d' estar validats i preoptimitzats amb reactius SureSelect.

10. Ha de poder detectar fusions gèniques tant en DNA com en RNA així com l'omissió d'exons ("exon skipping") sobre RNA

Al Quadre de característiques – punt 15 – Mostres, demostracions i/o altres

On diu :

15. Mostres, demostracions i/o altres

☐ Sí

☒ No

Lloc de lliurament de les mostres: Veure annex 5.

Ha de dir:

15. Mostres, demostracions i/o altres

☒ Sí

☐ No

Lloc de lliurament de les mostres: Veure annex 5.

Les empreses licitadores han de cedir els equips i material complementari i han de tenir en compte, que la cessió no tindrà cost econòmic addicional pels aparells detallats necessaris per a la utilització d'aquest material en el nostre centre.

L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu dels equips cedits.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

Requisits obligatoris del Robot:

1. El robot ha de poder-se instal·lar sobre taulell.
2. El robot ha de permetre realitzar llibreries en grups de 8 mostres.
3. Tot el material fungible utilitzat pel robot per realitzar les llibreries ha de ser subministrat per la casa comercial sense cap cost addicional.
4. El robot ha de generar llibreries preparades per a la seqüenciació compatibles amb les plataformes Illumina.
5. El robot ha de comprendre un instrument, reactius i protocols preconfigurats.
6. El sistema ha d' estar totalment automatitzat per generar 8 llibreries en menys de 9 hores, utilitzant entre 10 i 200 ng d'entrada d'ADN i RNA genòmic tant de mostres parafinades com de material fresc.
7. La qualitat de les llibreries generades pel robot ha d' estar suportada per la precisió i fiabilitat del sistema.
8. El robot ha d' estar validat amb tecnologia SureSelect.
9. Els protocols de formació de llibreries basades en tecnologia SureSelect han d' estar validats i preoptimitzats amb reactius SureSelect.
10. Ha de poder detectar fusions gèniques tant en DNA com en RNA així com l'omissió d'exons ("exon skipping") sobre RNA.

Tercer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes.

Quart. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>) i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Girona, a 07 d'octubre de 2026

Per delegació del Director Gerent de l' Institut
Català de la Salut de data 4 de juliol de 2024

Àngels Morales Lozano
Gerenta de l'Hospital Universitari
de Girona Dr. Josep Trueta