

**Expedient:** CT2026399  
**ID GEEC:** STE-2026-15  
**Entitat:** Salut Terres de l'Ebre  
**Tipus:** Subministrament  
**Procediment:** Obert  
**Tràmit:** Ordinari  
**Objecte:** Contractació del subministrament d'un Campímetre per a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

***PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES***

## PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CAMPÍMETRE PER L'HOSPITAL COMARCAL MÓRA D'EBRE

### 1. DETALL EQUIPAMENT

L'objectiu és l'adquisició del següent equipament mèdic:

| Equipament | Unitat | Import màxim licitació sense IVA |
|------------|--------|----------------------------------|
| Campímetre | 1      | 31.500,00 €                      |

### 2. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

- El present document de condicions tècniques generals,
- Relació de productes inclosos a la licitació,
- Les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels articles objecte de la licitació,
- Condicions de garantia i d'instal·lació,
- L'equipament ha de ser entregat al centre abans del 24/12/2026.

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part del Salut Terres de l'Ebre i amb destí a l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre, d'un equipament que ve relacionat en el punt 1 d'aquest document.

L'article ofert ha de ser nou; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

### 3. FITXA TÈCNICA

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos en la licitació es troben definides en els documents anomenats "Fitxa tècnica" de cadascun d'ells.

Aquestes fitxes es troben agrupades en un únic arxiu en format Microsoft Office Excel (\*.xls), anomenat "4.1 Annex PPT\_MÍNIMS I CRITERIS", que conté diversos fulls: el primer d'ells, identificat a la pestanya inferior com a Annex B, inclou la relació de l'equipament objecte de la licitació; els restants fulls d'aquest llibre d'excel, corresponen a la **Fitxa tècnica** de l'equipament, amb el detall dels elements que es valoraran i la seva puntuació màxima.

En la **fitxa tècnica** es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofertat, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i que

seran objecte de valoració i, si s'escau, aquelles altres dades que cal informar tot i no ser objecte de valoració.

En la columna “**Característiques específiques (Descripció breu)**” cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

En la columna “**Índex documental**”, i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofertat així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment ofertats (per exemple: catàleg del producte, pàg. XX del document memòria tècnica).

Les cel·les corresponents a l'índex documental estan configurades per ser ampliades automàticament en funció del contingut del text que s'hi introdueixi. Tot i això, recordeu que no és un espai destinat a incloure el contingut de la informació requerida, sinó que és l'índex del contingut de la proposta. Per a incloure el contingut de la informació requerida es destina la columna “**Característiques específiques (Descripció breu)**”, on cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.

#### **Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada:**

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària.

En aquest sentit, és important remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o la inadmissió de l'article, o la no valoració d'aquella prestació.

#### **4. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL**

Juntament amb les fitxes tècniques, s'haurà de presentar la següent documentació:

- **Memòria tècnica** de cadascun dels articles, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts.
- **Document descriptiu de les dades de servei tècnic durant el període de garantia**, manteniment i reposició dels articles, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.

Pel que fa a les condicions de garantia, els licitadors podran optar per ampliar el termini de garantia comercial respecte al mínim previst en el quadre de característiques del contracte, expressant-ho únicament en el sobre C, juntament

**amb l'oferta econòmica, mai en el sobre B, donat que comportaria l'exclusió del producte de la licitació.**

D'igual manera els licitadors hauran d'especificar l'import de manteniment de l'equip a realitzar un cop finalitzat el període de garantia, el qual serà també objecte de valoració, **expressant-ho únicament en el sobre C, juntament amb l'oferta econòmica, mai en el sobre B, donat que comportaria l'exclusió del producte de la licitació.**

- **Restant documentació:** condicions de muntatge, instal·lació i altra informació dels productes, quan així es requereixi en la fitxa tècnica corresponent.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció al català; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

## **5. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ**

### **5.a.-DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA LEGAL**

D'acord amb l'article 120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s'estableix un termini legal de garantia per a respondre dels vicis o defectes dels equips/productes subministrats de **3 anys**.

El termini legal de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de posada en marxa de l'equip, prèvia acceptació per escrit del centre.

Durant el període de garantia legal aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent-hi el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (sigui dels materials o del funcionament).
- La reparació o la substitució de les parts defectuoses.

### **5.b.-DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA COMERCIAL**

Paral·lelament, s'estableix un període de garantia comercial de **3 anys** que començarà a comptar a partir de la data de posada en marxa de l'equip, prèvia acceptació per escrit del centre. (legal i comercial en paral·lel).

Durant el període de garantia comercial, i complementàriament a l'establert en l'apartat anterior sobre la garantia legal, aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent-hi el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l'equip per al seu correcte funcionament segons les especificacions del fabricant.

Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d'assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigít 95%.
- Temps de resposta, màxim 48 hores presència física.
- Temps de resolució de l'avaria 72 hores.

### 5.c.-REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l'equip, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.

## 6. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ

### 6.a.-DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català:

- **2 manuals** complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- **1 manual** tècnic i de manteniment complet, incloent-hi instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.

### 6.b.-FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d'electromedicina del Centre (tots els torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient.

Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el mateix centre sanitari. L'horari de formació el proposarà el Centre. Un cop finalitzada la formació s'ha d'expedir un certificat nominal d'aquesta.

Cal incloure a l'oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d'aquest.

Móra d'Ebre, a data de la signatura digital de 2026.

Nàdia Godoy  
Coordinadora Servei Oftalmologia  
**HCME**