

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RADIOFREQUÈNCIA PER
AL TRACTAMENT DEL DOLOR
EXPEDIENT 26SER0026P**

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del present contracte la prestació del servei de realització de tècniques de radiofreqüència per al tractament intervencionista del dolor en règim de quiròfan ambulatori per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant CCSPT).

El servei cal que inclogui, com a mínim, el subministrament de material fungible per a la realització del procediment del tractament del dolor, la cessió i el manteniment d'un equip generador de senyal de radiofreqüència programable per a lesions nervioses i la presència física de personal tècnic i qualificat a les instal·lacions del CCSPT durant els procediments planificats a cada sessió.

Tant l'equip generador com el fungible i el personal tècnic es requeriran per petició expressa per part del CCSPT amb data concreta i certa per a portar a terme els tractaments en qüestió. L'equip generador i, si s'escau, el material fungible no utilitzat, seran retirats un cop finalitzada cada sessió de procediments, i la seva manipulació es durà a terme per un tècnic qualificat de l'entitat adjudicatària, que, a aquest efecte, haurà de desplaçar-se al CCSPT per a la seva manipulació i prestació d'assistència al personal de l'hospital.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de tractaments que el CCSPT necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'annex III del PCAP Proposició econòmica, suposin un compromís de contractació per part del CCSPT, que podran incrementar o reduir les necessitats expressades, sense



ANNEX-I

que l'empresa adjudicatària pugui reclamar cap indemnització o compensació per aquest fet.

El preu unitari del servei inclou la totalitat de les prestacions necessàries per a la realització del procediment, incloent-hi el material fungible, la cessió i manteniment de l'equip i l'assistència tècnica, per tant, en cap cas es basarà en la quantitat de fungible utilitzat per procediment.

Si durant la vigència del contracte s'innovessin o milloressin les característiques dels productes o equipaments objecte del contracte, aquestes podran incorporar-se, sempre que siguin compatibles amb l'objecte del contracte, no alterin les seves condicions essencials i comportin un interès d'ús o servei, mantenint-se el preu adjudicat. Aquestes millores seran valorades pel comitè tècnic designat.

2. ABAST

- a) Subministrament d'un sistema integral de radiofreqüència terapèutica.
- b) Components plenament compatibles.
- c) Aplicació en el tractament del dolor crònic.
- d) Horari de prestació ordinària: de 8:00h – 21:00 h, segons necessitats del centre.

3. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

En cas de trencament d'estoc, alerta sanitària, i/o qualsevol altre circumstància que impedeixi o dificulti la prestació del servei, l'adjudicatari haurà de subministrar els productes i equipament, objecte d'aquesta licitació, amb característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen en aquest PPT, sense que això suposi cap cost addicional per al CCSPT. El termini màxim en el que s'haurà de realitzar el servei, serà el que indiqui el CCSPT, per garantir les seves necessitats sense que això suposi un dany irreparable. En cas de no poder prestar el servei previst



ANNEX-I

en les condicions establertes a la licitació, l'adjudicatari haurà d'informar al CCSPT i proporcionar una alternativa de característiques similars al servei adjudicat.

En el cas que la falta de servei es repeteixi en el temps o l'adjudicatari no hagi ofert una alternativa, es penalitzarà segons l'establert en l'apartat 6 d'aquest PPT.

L'equip generador de senyal de radiofreqüència haurà de ser posat a la disposició del CCSPT per l'adjudicatari, per al seu ús en les intervencions. El generador serà propietat de l'adjudicatari, que el cedirà per al servei i una vegada finalitzat serà retirat. A més, un tècnic qualificat de l'entitat adjudicatària, haurà de desplaçar-se al CCSPT per a manipular el citat generador i prestar assistència al personal del centre. El cost de la cessió de l'equip està inclòs en el preu unitari ofert a la licitació.

Amb anterioritat mínima d'una hora a l'hora prevista per a la intervenció el contractista haurà de personar-se a les instal·lacions del CCSPT amb l'equip en cessió, per dur a terme la instal·lació i posada en marxa d'aquest. Comprovarà el seu correcte funcionament, així com, realitzarà els ajustos necessaris per a garantir el seu correcte ús durant el període d'execució del servei fins a la seva finalització.

S'entendrà com a procediments efectivament realitzats aquells que hagin quedat codificats com a tal al sistema del CCSPT, i per tant aquests seran els procediments a facturar. Després del procediment i amb les fulles clíniques internes que es generin, el departament de compres enviarà a l'adjudicatari la comanda amb les quantitats de procediments efectivament realitzats perquè es pugui procedir a la seva facturació. No s'especificarà la quantitat d'agulles utilitzades per pacient ja que no influiran en el preu del procediment.

El CCSPT no assumirà cap despesa derivada del transport i dels embalatges del fungible i equipament.

3.1. Termini

El CCSPT notificarà a l'empresa adjudicatària, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils, la data prevista per a la realització dels procediments i el volum previst. Aquest



ANNEX-I

termini no serà aplicable als serveis urgents no programats regulats a l'apartat 9 del present PPT.

L'empresa adjudicatària haurà de confirmar la seva assistència al CCSPT amb un mínim de 5 dies hàbils previs a la data programada dels procediments.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades, sense cap càrrec pel CCSPT.

El proveïdor ha d'embalar convenientment els seus productes i equips per tal que aquests arribin en les millors condicions. El transport fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Qualsevol desperfecte ocasionat durant el seu trasllat va a càrrec del proveïdor.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat.

3.2. Lloc de lliurament

El lloc de lliurament del material serà al Departament del Quiròfan Ambulatori del CCSPT de Sabadell, on es duen a terme els procediments.

Direcció: C/ Parc Taulí, núm. 1 , 08208, Sabadell, Barcelona

Telèfon de contacte per la recepció de material: 671 658 728

Durant la vigència del contracte el CCSPT podrà, per canvis organitzatius i/o logístics, canviar la ubicació i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu del contracte.

3.3. Personal tècnic a la disposició del CCSPT

L'entitat adjudicatària haurà de comptar amb el personal tècnic i especialitzat adequat, i suficient per a atendre les obligacions de prestació de serveis inherents a aquest contracte, obligada a mantenir una plantilla que haurà de ser suficient per a la correcta execució del subministrament i serveis associats, no podent excusar en cap cas falta d'efectius per a justificar retards, incompareixences.



En cas de malaltia o qualsevol altra contingència del personal, l'entitat adjudicatària ha de procedir a la seva substitució immediata a fi que, en cap cas, el servei quedi sense cobrir, i puguin quedar paralitzats tractaments ja programats o previstos. Seran per compte de l'adjudicatari, l'import dels salaris i les càrregues socials de tot el personal, així com qualsevol conseqüència derivada de la rescissió dels contractes de treball. L'entitat adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria tributària i de seguretat social, havent de mantenir-se al corrent d'aquestes obligacions. En tot cas el personal assignat al servei haurà de comparèixer perfectament identificat, obligat a complir amb les normes establertes pel CCSPT respecte a zones d'accés, deambulació, interlocució, etc.

4. MITJANS MATERIALS I EQUIPAMENT

L'empresa adjudicatària haurà de disposar i aportar els mitjans **materials, equipament mèdic i instrumental necessari** per a la correcta realització dels procediments de radiofreqüència en el tractament intervencionista del dolor, garantint en tot moment la seguretat del pacient i la qualitat assistencial.

Com a mínim s'haurà de disposar de:

- a) Generador de radiofreqüència, apte per a la realització de radiofreqüència tèrmica i polsada, amb marcatge CE i conforme a la normativa sanitària vigent.
- b) Cànules/agulles de radiofreqüència de diferents calibres, punta activa i disseny per a la realització òptima de la tècnica.
- c) Elèctrodes de radiofreqüència compatibles amb les cànules ofertades.
- d) Esterilització, manipulació i conservació del material.

Els components reutilitzables utilitzats per a la prestació del servei de radiofreqüència hauran de ser esterilitzats, manipulats i conservats d'acord amb les especificacions i instruccions del fabricant i amb la normativa aplicable.



ANNEX-I

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària garantir l'adequada esterilització, manipulació, conservació, manteniment i traçabilitat del material reutilitzable que porti per a la prestació del servei.

El CCSPT podrà prestar suport, quan sigui necessari, en els processos d'esterilització i en el dipòsit o emmagatzematge del material, d'acord amb els procediments interns del centre. Aquest suport no implicarà en cap cas la transferència al CCSPT de la responsabilitat de l'empresa adjudicatària sobre el material, ni sobre el compliment de les instruccions del fabricant, les condicions d'esterilització, manipulació, conservació o traçabilitat.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que el material es troba en tot moment en les condicions adequades per al seu ús, i haurà de substituir, sense cap cost addicional per al CCSPT, qualsevol material que no compleixi les condicions requerides o que hagi assolit el nombre màxim de cicles d'esterilització establert pel fabricant.

- e) Placa del pacient compatible amb el generador de radiofreqüència.
- f) Documentació tècnica i de seguretat, en llengua castellana o catalana.
- g) Mitjans necessaris per a la formació, el manteniment i el suport tècnic.

5. REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT

Generador de radiofreqüència:

- a) Ús clínic per a tècniques de radiofreqüència en el tractament del dolor.
- b) Funcionament mitjançant corrent alterna d'alta freqüència.
- c) Un mínim de tres canals de treball independents.
- d) Capacitat per realitzar de manera fluida radiofreqüència continua monopolar i bipolar, a més de radiofreqüència polsada monopolar i bipolar.
- e) Possibilitat d'ajustar, com a mínim, tres valors diferents per a cadascun dels paràmetres de voltatge, freqüència i duració del pols de radiofreqüència polsada.



- f) Capacitat de control i monitorització de paràmetres tècnics rellevants, com ara:
- Temperatura en temps real
 - Impedància
 - Voltatge
- g) Lectura dels paràmetres anteriors amb codificació de colors i mostrats de manera preferent en gràfics.
- h) Compatibilitat amb diferents tipus de cànules i elèctrodes.
- i) Sistema automàtic d'alarmes visuals i acústiques.
- j) Pantalla de visualització clara i de fàcil maneig.
- k) Disseny apte per al entorn hospitalari.
- l) Possibilitat d'exportar dades mitjançant port USB.

Compatibilitat dels components del sistema de radiofreqüència

Tots els components que integrin el sistema de radiofreqüència utilitzat en la prestació del servei hauran de ser compatibles entre si, garantint el correcte funcionament de l'equip i la seguretat del pacient.

En particular, s'haurà d'acreditar la compatibilitat entre:

- El generador de radiofreqüència i els elèctrodes, les agulles/cànules i els connectors utilitzats.
- Els elèctrodes i les agulles/cànules utilitzades.

Aquesta acreditació serà exigible quan els components utilitzats siguin de fabricants diferents.

El licitador haurà d'aportar la documentació tècnica del fabricant o altra documentació acreditativa suficient que permeti verificar la compatibilitat entre els diferents components del sistema.



ANNEX-I

La compatibilitat haurà d'estar degudament acreditada abans de la utilització o subministrament dels components corresponents. No es podran utilitzar ni subministrar components la compatibilitat dels quals amb la resta del sistema no estigui degudament acreditada.

Aquesta exigència respon a la necessitat de garantir el correcte funcionament del sistema de radiofreqüència i la seguretat del pacient, especialment pel que fa al correcte control i monitorització dels paràmetres de la lesió, inclosa la temperatura.

Elèctrodes de radiofreqüència:

Els elèctrodes reutilitzables hauran de disposar d'un full de registre, a càrrec de l'empresa adjudicatària, en què es faci constar el nombre d'esterilitzacions realitzades de cadascun dels elèctrodes, així com el nombre màxim de reutilitzacions o esterilitzacions establert pel fabricant, quan sigui aplicable.

- a) Elèctrode reutilitzable amb sensor per al control de temperatura.
- b) Compatible amb les cànules i màquina de radiofreqüència utilitzada.
- c) Mides exigibles: 5 a 15 cm d'acord amb les agulles utilitzades.
- d) Compatible amb cànules de 18 a 22G.
- e) Han de disposar de beina metàl·lica o plàstica protectora de l'elèctrode.
- f) Lliure de làtex.
- g) Elèctrode amb capacitat de recuperar la seva forma després de l'ús, mantenint les propietats necessàries per a la correcta realització del procediment.
- h) Ha de permetre una transmissió segura i eficaç de l'energia de radiofreqüència.

Cànules/Agulles de radiofreqüència:



ANNEX-I

a) S'haurà de disposar almenys de les següents agulles/cànules de radiofreqüència.

- Recta 10 cm 10 mm de punta activa 22G – 18G bisellada.
- Recta 10 cm 5 mm de punta activa 22G – 20G bisellada.
- Recta 15 cm 10 mm de punta activa 20G bisellada.
- Corba 10 cm 10 mm de punta activa 22G – 18G bisellada.
- Corba 10 cm 5 mm de punta activa 22G – 20G roma.
- Recta 10 cm 5 mm de punta activa 22G – 20G roma.
- Corba 10 cm 5 mm de punta activa 22G roma.
- Corba 15 cm 10 mm de punta activa 20G roma.
- Recta 15 cm 15 mm o 20 mm de punta activa 22G bisellada.
- Agulla amb elèctrode incorporat i via per a l'administració de medicaments 5 cm 5 mm punta activa 22G bisellada.
- Agulla amb elèctrode incorporat i via per a l'administració de medicaments 10-15 cm 10 mm punta activa 22G – 20G bisellada.

b) Compatibilitat garantida amb el generador utilitzat.

c) Identificació clara del producte i traçabilitat.

d) Ús específic per a tècniques de radiofreqüència en dolor, almenys número de lot i data de caducitat.

Placa pacient:

a) Placa neutra d'un sol ús compatible amb l'equip de radiofreqüència.

b) Lliure de làtex.



6. NORMATIVA I SEGURETAT

Els equips i materials hauran de complir, com a mínim, amb la normativa que els sigui aplicable i, en particular, amb:

- a) Reglament (UE) 2017/745 sobre productes sanitaris (MDR).
- b) Marcat CE com a producte sanitari.
- c) Normes de seguretat elèctrica:
 - IEC 60601-1 (seguretat bàsica i funcionament essencial).
 - IEC 60601-1-2 (compatibilitat electromagnètica).
- d) Normativa vigent aplicable en matèria de seguretat elèctrica, electromagnètica i seguretat del pacient.
- e) Declaració de conformitat del fabricant.

7. MANTENIMENT I GESTIÓ D'INCIDÈNCIES DE L'EQUIPAMENT

L'empresa adjudicatària serà responsable del manteniment preventiu i correctiu de l'equip generador de radiofreqüència cedit al CCSPT, sense que això suposi cap cost addicional per al CCSPT.

- a) L'adjudicatari haurà de garantir en tot moment el correcte funcionament i les condicions de seguretat de l'equipament durant la vigència del contracte.
- b) El manteniment preventiu es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i amb la periodicitat establerta en la normativa aplicable, garantint que l'equip es trobi en les condicions adequades d'ús.



ANNEX-I

- c) L'adjudicatari haurà de realitzar les actuacions de manteniment correctiu necessàries davant qualsevol avaria o incidència que afecti el correcte funcionament de l'equip.
- d) Qualsevol incidència tècnica que pugui comprometre la realització d'un procediment haurà de ser comunicada immediatament al responsable designat pel CCSPT.
- e) En cas d'avaria que impedeixi la utilització de l'equip, l'adjudicatari haurà de garantir una alternativa tècnica adequada que permeti la continuïtat del servei o, si escau, la substitució de l'equip, sense cap cost addicional per al CCSPT.
- f) L'adjudicatari haurà de disposar dels recursos humans i materials necessaris per garantir la continuïtat del servei i evitar la suspensió de procediments programats per causes imputables a l'equipament.
- g) Les actuacions de manteniment, verificació, calibratge o reparació efectuades sobre l'equip hauran de quedar degudament registrades i documentades.
- h) L'adjudicatari haurà de facilitar al CCSPT, quan sigui requerit, els certificats, informes de manteniment, verificació o calibratge corresponents.

8. SUPORT TÈCNIC DURANT EL PROCEDIMENT

- a) Suport tècnic especialitzat durant la realització dels procediments.
- b) Disponibilitat de personal tècnic amb experiència acreditada en radiofreqüència per al tractament del dolor.
- c) Capacitat de resposta davant incidències tècniques que es produeixin durant el procediment, amb una resposta efectiva en un termini màxim de 2 hores.

9. TEMPS DE RESPOSTA EN SERVEIS URGENTS NO PROGRAMATS

ANNEX-I

El temps de resposta serà aplicable exclusivament a aquelles actuacions de caràcter urgent que siguin requerides de manera puntual i no estiguin prèviament programades.

A aquests efectes:

- a) Es considerarà actuació urgent aquella que sigui expressament qualificada com a tal pel centre sol·licitant en el moment de la petició.
- b) El temps de resposta es computarà des de la recepció de la sol·licitud per part de l'adjudicatari fins a la presència efectiva del personal tècnic i la disponibilitat de l'equipament necessari per iniciar el procediment.
- c) L'adjudicatari haurà de disposar d'un sistema de registre que permeti identificar aquestes sol·licituds urgents i acreditar els temps de resposta associats.
- d) L'adjudicatari haurà de garantir un temps de resposta màxim de 24 hores des de la recepció de la sol·licitud.
- e) Aquest compromís no serà exigible en actuacions programades ni en aquelles situacions degudament justificades (causes de força major o impossibilitat sobrevinguda).
- f) El responsable del contracte efectuarà el seguiment específic d'aquestes actuacions urgents i verificarà el compliment dels temps de resposta compromesos.

10. FORMACIÓ

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la durada del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per a la utilització dels productes subministrats.

L'adjudicatari garantirà la formació del personal sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels productes subministrats, per optimitzar al màxim el funcionament d'aquests.



Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels productes o equipament, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar una actualització de la formació del personal del CCSPT.

El personal susceptible de rebre formació serà aquell que designi el CCSPT. Aquesta formació s'haurà de realitzar pel personal de tots els torns (diürn i nocturn), en horari de matí i tarda.

L'adjudicatari haurà d'aportar un pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment, adjuntant tota la documentació i informació necessària per realitzar la formació.

11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària serà responsable i haurà de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) respecte de les activitats desenvolupades pel seu personal treballador així com el compliment de les normes internes, instruccions, protocols, mesures preventives específiques o procediments que es duen a terme en centres de treball del CCSPT.

En les actuacions de manteniment, reformes o obres que es duguin a terme en centres del CCSPT, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures necessàries per prevenir el risc d'infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (nosocomials) d'acord amb els protocols establerts pel CCSPT.

L'empresa adjudicatària informará i formarà adequadament al seu personal treballador sobre els riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions del CCSPT. Així mateix, garantirà que disposen dels equips de protecció individual (EPI) i dels mitjans adients per desenvolupar les tasques contractades.

L'empresa adjudicatària serà responsable i haurà de comunicar els accidents laborals, incidents o situacions de risc greu que es produeixin durant l'execució de les tasques contractades als centres del CCSPT, sense perjudici de les obligacions de notificació establertes per la normativa vigent.



ANNEX-I

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els equips de treball necessaris per a la correcta execució del servei, garantint que compleixen la normativa aplicable en matèria de seguretat, marcatge CE, manteniment i verificacions periòdiques.

En el cas dels equips de radiofreqüència utilitzats per a la prestació del servei hauran de complir la normativa vigent aplicable als productes sanitaris i equips electromèdics (Apartat 6 del PPT). L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que els equips disposen dels certificats, autoritzacions i manteniments preventius i correctius exigibles, i que són utilitzats exclusivament per personal degudament qualificat i format.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar la seva organització preventiva indicant la modalitat preventiva adoptada. Així mateix, la identificació de la persona responsable o interlocutora designada en matèria preventiva de l'empresa, incloent-hi les seves dades de contacte.

Abans de l'inici de qualsevol activitat o servei, l'empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions derivades de la normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) i aportar, a través de la plataforma SGRED, tota la documentació i informació que li sigui requerida pel CCSPT i que es mantingui vigent i actualitzada.

L'activitat no es podrà iniciar fins que el CCSPT hagi revisat la documentació presentada i n'hagi donat conformitat.

Entre la documentació que l'empresa adjudicatària haurà d'aportar al CCSPT a través plataforma SGRED s'inclou:

1. Modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa adjudicatària.
2. Relació del personal treballador que desenvoluparà les seves funcions en els centres del CCSPT, juntament amb l'acreditació de la seva aptitud mèdica vigent, d'acord amb normativa.
3. Avaluació de riscos associats a les activitats que desenvolupin els treballadors de l'empresa adjudicatària a les instal·lacions del CCSPT i puguin afectar els treballadors o instal·lacions del CCSPT o altres treballadors d'empreses concurrents.



ANNEX-I

4. Relació de mesures de protecció i prevenció adoptades per controlar els riscos identificats a l'avaluació de riscos quan són al CCSPT, incloent-hi els equips de protecció individual (EPI) utilitzats pels treballadors i facilitats per l'empresa adjudicatària.
5. Relació actualitzada de maquinària, equips de treball i de productes químics que s'utilitzaran, així com les corresponents fitxes de seguretat, si s'escau.
6. Acreditació de la formació i informació rebudes pel personal treballador en matèria de prevenció de riscos laborals relacionada amb les activitats a desenvolupar al CCSPT.
7. Designació de recursos preventius que hagin d'estar presents durant l'execució dels treballs en aquells supòsits previstos legalment o quan així ho determini l'avaluació de riscos.

El CCSPT podrà requerir qualsevol altra documentació complementària que consideri necessària per verificar el compliment de les obligacions preventives.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT facilitarà a l'empresa adjudicatària la documentació següent:

1. Informació sobre els riscos generals existents als centres de treball del CCSPT i les mesures preventives corresponents.
2. Informació sobre l'actuació en cas d'emergències als centres del CCSPT.
3. Document acreditatiu de recepció de la informació facilitada a l'empresa adjudicatària que haurà de ser retornat al CCSPT degudament signat.

L'empresa adjudicatària es compromet a traslladar aquesta informació a la totalitat del seu personal treballador i, si s'escau, als treballadors de les empreses subcontractades que participin en l'execució dels treballs contractats. Igualment, es compromet a complir les normes de seguretat i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en les actuacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.



L'incompliment dels requisits de PRL, incloent els de CAE, podrà comportar la suspensió dels treballs, la prohibició d'accés als centres del CCSPT o, si s'escau, la resolució contractual.

12. DEMOSTRACIÓ

Els licitadors hauran de fer una demostració amb el material que hagin presentat a la seva oferta. Per a aquesta demostració el CCSPT els convocarà amb la suficient antelació segons indicat al QC.

La demostració tindrà per objecte verificar el compliment dels requisits tècnics establerts en aquest PPT, així com el funcionament del generador, la compatibilitat entre els diferents components i la capacitat del licitador per prestar el servei en les condicions requerides.

13. PENALITZACIONS

Les penalitzacions s'aplicaran d'acord amb el següent:

- Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment en els terminis establerts a aquest PPT, es podrà penalitzar amb l'u per cent (1%) tots aquells procediments que no s'hagin pogut realitzar en la data prevista per motius externs al CCSPT.
- Quan l'adjudicatari incorri en tres o més incompliments de les condicions establertes al contracte de forma consecutiva o no consecutiva, es podrà penalitzar amb el deu per cent (10%) i es podrà resoldre el contracte.

Els % indicats s'imputaran sobre l'import de la facturació, d'acord amb allò previst en el QC o en els seu cas sobre retingut de la garantia definitiva.



Parc Taulí
Consorti Corporació Sanitària

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

ANNEX-I

Així mateix, el CCSPT es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis ocasionats al CCSPT (al seu servei i/o personal), d'acord amb allò previst en l'article 194 de la LCSP i el PCAP.

Dr. Fernando Martínez López
Direcció del Servei d'Anestesiologia

Sabadell, datat i signat digitalment