

ANNEX A. Criteris valorables

Làmpada quirúrgica i columna d'anestèsia per quiròfan de simulació			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		MODEL:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
Quiròfan de simulació per la formació de personal assistencial en el treball en entorn quirúrgic. L'equipament ha d'estar format per: - Làmpada quirúrgica amb braç portamonitor - Columna d'anestèsia			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	10,5		
Característiques a valorar <u>Làmpada quirúrgica amb braç portamonitor</u> <i>Cúpula de llum</i> 1 Nanses laterals instal·lades en ambdós costats cada cúpula Es valorarà que la vida útil dels LED sigui el més llarga possible. Es puntuarà de manera 2 proporcional, sent l'oferta que ofereixi LEDs de vida més llarga la que rebi la puntuació màxima. Es valorarà que la profunditat d'il·luminació L1+L2 al 60% sigui el més llarga possible. Es 3 puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi la làmpada amb profunditat d'il·luminació L1+L2 al 60% més alta la que rebi la puntuació màxima. 4 L'equipament disposa de recobriment que minimitzi l'adhesió bacteriana. 5 La làmpada és compatible amb la incorporació d'una càmera.	3 2 1,5 1 3		
2 Funcionalitats	1,5		
Característiques a valorar <u>Làmpada quirúrgica amb braç portamonitor</u> <i>Cúpula de llum</i> 6 Sistema per millorar la dilució d'ombres (Electrònic o mecànic).	1,5		
3 Accessoris	2		
Característiques a valorar <u>Làmpada quirúrgica amb braç portamonitor</u> <i>Cúpula de llum</i> 7 Es valorarà que la làmpada tingui possibilitat d'integrar-se amb altres dispositius de quiròfans o consoles externes. Descriure les possibilitats de connectivitat.	2		

4	Servei tècnic durant el període de garantia	4		
	Característiques a valorar			
8	Equip de substitució en cas d'avaría.	3		
9	Temps de resposta presencial en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	1		
5	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2		
	Característiques a valorar			
10	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1		
11	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1		
		20		