GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MASCARETA DE PROTECCIÓ FFP3 SENSE VÀLVULA (COMPLEMENTARI)

CS/CC00/1101485884/27/PS

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0HHUW7N774Y94COKXNMXCI2TROPP0AAZ

Data creació còpia:
21/10/2026 10:48:19

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció del material, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots detallats a l´ANNEX A – Característiques de la licitació i al punt 3 d´aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris tècnics seleccionats tenen per objecte valorar característiques addicionals relacionades amb l'ajust facial, la subjecció, el confort d'ús i l'ergonomia de la mascareta, atès que aquests aspectes poden influir en la correcta utilització del producte per part dels professionals sanitaris.

2.1 PUNTUACIÓ ECONÒMICA

Aquesta licitació es composa d'un únic lot i article. El preu es de referència, no limita el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{Preu\ de\ la\ oferta\ més\ econòmica}{Preu\ de\ la\ oferta\ x\ a\ valorar} \times P.max.assig.$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2.2 PUNTUACIÓ TÈCNICA

Aquesta licitació consta d'un únic lot.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques, les mostres aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

En aquests lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la tècnica de 45 punts.

Lot 001 - Mascareta de protecció FFP3 sense vàlvula

Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	**1.- Subjecció mitjançant dues bandes elàstiques independents amb fixació occipital i cervical.** Es valorarà amb 8 punts que la mascareta disposi de dues bandes elàstiques independents amb fixació occipital i cervical, verificable mitjançant la documentació tècnica i mostra. - Si la mascareta disposa de dues bandes elàstiques independents, amb fixació occipital i cervical, obtindrà 8 punts - Si la mascareta no disposa de dues bandes elàstiques independents, amb fixació occipital i fixació cervical, obtindrà 0 punts	8
	2.- Clip/pinça nasal mal·leable integrada amb recobriment plàstic o protector. Es valorarà amb 15 punts que la mascareta incorpori una pinça nasal mal·leable integrada amb recobriment plàstic o altre protector, verificable mitjançant documentació tècnica i mostra. - Si la pinça nasal mal·leable integrada disposa de recobriment plàstic o protector, obtindrà 15 punts. - Si la pinça nasal mal·leable integrada no disposa de recobriment plàstic o protector, obtindrà 0 punts.	15
	3.- Reforç nasal: Presència de coixinet o reforç nasal de material escumat. Es valorarà amb 10 punts que la mascareta incorpori un coixinet o reforç nasal de material escumat, verificable mitjançant documentació tècnica i mostra. - Si la mascareta incorpora un coixinet o reforç nasal de material escumat, obtindran 10 punts. - Si la mascareta no porta incorporat un coixinet o reforç nasal de material escumat, obtindran 0 punts	10
	4.- Estructura plegable. Es valorarà amb 2 punts que la mascareta presenti una estructura plegable, verificable mitjançant documentació tècnica i mostra. - Si la mascareta presenta una estructura plegable, obtindran 2 punts - Si la mascareta no presenta una estructura plegable, obtindrà 0 punts	2
	5.- Classificació com a producte hipoal·lergènic acreditada pel fabricant: Es valorarà amb 5 punts que la mascareta estigui classificada pel fabricant com a producte hipoal·lergènic, acreditat mitjançant documentació tècnica. - Si la mascareta està classificada pel fabricant com a producte hipoal.lergènic, obtindrà 5 punts. - Si la mascareta no està classificada pel fabricant com a producte hipoal.lergènic, obtindrà 0 punts	5
	6.- Adaptabilitat facial: Es valorarà amb 5 punts la disponibilitat de diferents talles i/o models de mascareta FFP3 sense vàlvula que permetin adaptar-se a diverses morfologies facials, incloent opcions específiques per a cares petites o grans, verificable mitjançant documentació tècnica i mostra. - Si es disposa de diferents talles i/o models de mascareta FFP3 dissenyats per adaptar-se a diferents morfologies facials, obtindran 5 punts - Si no es disposa de diferents talles i/o models de mascareta FFP3 dissenyats per adaptar-se a diferents morfologies facials, obtindran	5

GENERALITAT DE CATALUNYA

Justificació d'aquests criteris:

1.- Subjecció mitjançant dues bandes elàstiques independents amb fixació occipital i cervical:

La disposició de dues bandes elàstiques independents afavoreix una millor distribució de les forces de subjecció i contribueix a mantenir la mascareta correctament posicionada durant el seu ús, especialment en moviments repetits o durant períodes prolongats de temps. Aquesta característica pot afavorir l'estabilitat de l'ajust facial i reduir els desplaçaments de la mascareta.

2.- Clip/pinça nasal mal·leable integrada amb recobriment protector:

La pinça nasal és un dels principals elements responsables de l'adaptació de la mascareta a la morfologia facial de l'usuari. La seva conformabilitat permet optimitzar l'ajust a la zona del pont nasal, contribuint a minimitzar les fuites d'aire i a millorar l'eficàcia de la protecció respiratòria.

3.- Reforç o coixinet nasal de material escumat:

La incorporació d'un reforç nasal de material escumat contribueix a millorar el contacte amb la zona del pont nasal, afavorint el confort durant l'ús prolongat i complementant l'acció de la pinça nasal en l'ajust de la mascareta. Així mateix, pot ajudar a reduir els punts de pressió derivats de l'ús continuat.

4.- Estructura plegable: l'estructura plegable facilita el transport, l'emmagatzematge i la manipulació de la mascareta abans del seu ús, aportant una millora funcional per a l'usuari.

5.- Classificació com a producte hipoal·lergènic acreditada pel fabricant:

Es valora la disponibilitat d'una classificació o declaració específica de producte hipoal·lergènic emesa pel fabricant, atès que pot contribuir a minimitzar el risc de reaccions adverses derivades del contacte dels materials amb la pell, especialment en usos prolongats o en professionals amb sensibilitat cutània.

6.- Adaptabilitat facial: La disponibilitat de diverses talles i/o models de mascareta FFP3 sense vàlvula que afavoreixin l'ajust permet assolir una millor estanqueïtat, reduint el risc de fuites d'aire i garantint el manteniment del nivell de protecció requerit.

Una adequada adaptació facial contribueix a incrementar el confort durant l'ús, disminuint els punts de pressió i les molèsties derivades d'un ajust insuficient o excessiu. Per aquest motiu, es considera interessant valorar la disponibilitat de talles i/o models de mascareta FFP3 per poder obtenir una adaptabilitat facial que afavoreixen tant la seguretat dels professionals com la funcionalitat del producte

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0HHUW7N774Y94COKXNMXCI2TROPP0AAZ

Data creació còpia:
21/10/2026 10:48:19