Institut Català de la Salut

ANNEX 4
DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

1. Oferta tècnica. Criteris tècnics de valoració automàtica (fins a 50 punts)

Ampliació del termini de garantia (fins a 5 punt):

Es valorarà de forma proporcional a l'oferta més avantatjosa les garanties superiors als 2 anys mínims i obligatoris.

La puntuació s'obtindrà a partir de la següent fórmula:

$$P_X = \frac{(T_x - T_g)}{(T_e - T_g)} \times 5$$

On

- Te: major termini de garantia ofert
- Tx: termini de garantia valorat
- Tg: termini mínim de garantia exigit en el plec (2 anys)

Termini de lliurament (SI/NO 5 punts):

Es valorarà una reducció del termini de lliurament inferior a les 6 setmanes establertes en el PPT.

Bombes de dosificació volumètrica independents, amb llancetes de succió, i disseny antivessament per a garantir la correcta dosificació dels químics (desinfectant, activador i detergent) (SI/NO 5 punts):

Es valorarà que la rentadora-desinfectadora per al reprocessament de cistoscopis de bombes de dosificació volumètrica independents, amb llancetes de succió, i disseny antivessament per a garantir la correcta dosificació dels químics (desinfectant, activador i detergent).

Adaptadors de canal individual amb indicador gravat a làser en el port de connexió per evitar errors amb la connexió als diferents canals (SI/NO 5 punt):

Es valorarà que la rentadora-desinfectadora per al reprocessament de cistoscopis disposi d'adaptadors de canal individual amb indicador gravat a làser en el port de connexió per evitar errors amb la connexió als diferents canals.

Compatibilitat i integració amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase) (SI/NO 3 punts):

Es valorarà que la rentadora-desinfectadora per al reprocessament de cistoscopis sigui compatible i integrable amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase).

Sistema de codificació mecànica, per color i numeració de les connexions dels químics per evitar el risc de connexió errònia. (SI/NO 4 punts):
Es valorarà que la rentadora-desinfectadora per al reprocessament de cistoscopis disposi de Sistema de codificació mecànica, per color i numeració de les connexions dels químics per evitar el risc de connexió errònia.

Indicacions visuals LED de diferents colors per al reconeixement immediat de l'estat dels endoscopis. (SI/NO 4 punts):
Es valorarà que l'armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis disposi d'indicacions visuals LED de diferents colors per al reconeixement immediat de l'estat dels endoscopis.

Bloqueig electromagnètic de portes que garanteixi que només personal autoritzat pugui accedir als endoscopis emmagatzemats. (SI/NO 4 punts):
Es valorarà que l'armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis disposi de bloqueig electromagnètic de portes que garanteixi que només personal autoritzat pugui accedir als endoscopis emmagatzemats.

Opció d'extensió modular per augmentar la capacitat d'assecat i emmagatzematge segons les necessitats clíniques. (SI/NO 4 punts):
Es valorarà que l'armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis disposi d'opció d'extensió modular per augmentar la capacitat d'assecat i emmagatzematge segons les necessitats clíniques.

Compatibilitat amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase). (SI/NO 3 punts):
Es valorarà que l'armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis sigui compatible amb el sistema de documentació existent a la unitat (Endobase).

Sistema avançat de flux d'aire medicinal i filtració HEPA que garanteixi un assecat efectiu tant intern com extern. (SI/NO 5 punts):
Es valorarà que l'armari d'assecat i emmagatzematge per a cistoscopis disposi de sistema avançat de flux d'aire medicinal i filtració HEPA que garanteixi un assecat efectiu tant intern com extern.

Llicència que vinculi la informació del reprocessament dels cistoscopis (rentat i assecat) amb la història clínica del pacient, compatible amb el sistema actual de l'hospital (Endobase). (SI/NO 3 punts):
Es valorarà que disposi d'una llicència que vinculi la informació del reprocessament dels cistoscopis (rentat i assecat) amb la història clínica del pacient, compatible amb el sistema actual de l'hospital (Endobase).

2. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$Pv = \left[1 - \left(\frac{O_V - O_m}{IL}\right) \cdot \left(\frac{1}{VP}\right)\right] \cdot P$$

On:

- Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar
- P = Punts criteri econòmic. En aquest cas = 50 punts
- Om = Oferta Millor
- Ov = Oferta a Valorar
- IL = Import de Licitació
- VP = Valor de ponderació (VP=1,50)

Es podrà considerar que l'oferta es anormalment baixa o desproporcionada i que, per tant, el contracte no podria ser executat satisfactòriament, si aquesta suposa una baixada respecte el preu de licitació igual o superior a un 10%. Les ofertes temeràries seran analitzades com a tal i podran ser descartades, sent no adjudicatàries.