ANNEX II: CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES

EXPEDIENT: ***2026-02-PONH-SB – 2 Equips d'anestèsia compatibles amb RM (a IDI Vall d'Hebron i IDI Metropolitana Sud)***

EMPRESA	
NIF	
Correu electrònic	
Nota	*Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules. L'empresa ha d'indicar a «Dada ofertada» SÍ/NO o el valor ofert amb unitats, i a «Índex» la ubicació de l'acreditació. Les prestacions no acreditades es valoren amb zero punts. Prevalen els criteris del PCAP.*

Puntuació màxima	Criteri de valoració	Forma de valoració	Dada ofertada	Índex (Document i pàgina)
40	**GRUP 1. Configuració bàsica**			
	General			
4	Termini de lliurament, instal·lació i posada en marxa inferior a 10 setmanes (indicar el termini ofert en setmanes).	Inversament proporcional		
	Prestacions de l'equip			
4	Ventilador elèctric que funciona sense necessitat de gas motriu.	SÍ/NO		
4	Ventilador elèctric amb capacitat de treballar amb aire ambient en situacions d'urgència, garantint que el pacient continuï sent ventilat.	SÍ/NO		
4	Rotàmetres amb regulació digital del flux de gasos.	SÍ/NO		
4	Visualització a la pantalla de la combinació de gasos mitjançant fluxòmetres virtuals.	SÍ/NO		
4	Rotàmetre de flux total que actua com a element de seguretat davant d'una fallada elèctrica o de l'esgotament de la bateria.	SÍ/NO		
4	Pantalla en color d'almenys 6,5" amb representació d'almenys una corba.	SÍ/NO		
4	Mesurador de camp magnètic integrat, que avisi de la superació del valor de camp admès per al funcionament segur de l'equip.	SÍ/NO		
4	Reordenació de seguretat en cas que l' equip estigui completament apagat i desendollat de la xarxa elèctrica i sense bateria.	SÍ/NO		
4	Alarmes lluminoses LED integrades a la safata frontal del respirador.	SÍ/NO		
40	**PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES**			