FICHA DE MOBILIARIO CLÍNICO
LOTE 4

FOTOGRAFÍA:



Artículo:	Camas eléctricas de hospitalización de 4 secciones, con barandillas plegables, altura variable y múltiples posiciones de reposo.
Ubicación:	Sala de Tratamientos con Monitorización Continua - USRC

Dimensiones:	• Dimensiones exteriores totales con barandillas: 200–222 cm de largo × 90–99,5 cm de ancho. • Altura mínima del somier en el suelo: ≤40 cm. • Altura máxima del somier en el suelo: entre 75 y 90 cm. • Inclinación del respaldo: al menos 0–70°. • Trendelenburgo y antitrendelenburgo eléctricos: como mínimo ±13–18°. • Extensión manual de la cama en 20 y 30 cm, sin necesidad de herramientas. • Carga máxima de trabajo certificada: ≥250 kg.

Total unidades:	3

Materiales:	• Estructura de acero con recubrimiento epóxido de alta calidad. • Paneles de cabezal y pie robustos, de plástico resistente a los golpes, extraíbles sin herramientas y aptos para RCP. • Parachoques y/o zonas protectoras en las esquinas. • Barandillas partidas de polipropileno alrededor del perímetro de la cama. • Materiales y superficies aptas para la limpieza y desinfección habitual en entornos sanitarios y diseño que facilite la higiene.

Ergonomía:	• Regulación eléctrica de la altura y de las diferentes secciones de la cama. • Posición de RCP. • Mando de enfermería integrado en las barandillas, con funciones de RCP y Trendelenburg de emergencia, silla cardíaca parcial y total, respaldo, piernas y regulación de altura. • Mando del paciente integrado en la parte superior de las barandillas, con ajuste de respaldo, piernas y altura. • 4 ruedas de 150 mm con freno centralizado y tres posiciones: freno total, libre total y movimiento recto direccional con quinta rueda. • Barandillas con altura ≥23 cm con el colchón colocado. • Batería para movimientos de emergencia, con cargador incorporado y recarga mediante red eléctrica. • Alarma de freno no activado y luz nocturna de proyección debajo de la cama con indicador de color en la posición más baja.

Observaciones:	• Colchón viscoelástico adaptado al somier, con grosor mínimo de 14 cm. • Funda impermeable, hipoalergégena, transpirable, ignífuga, bacteriostática, antiácaros, fungiástica, libre de látex y apta para limpieza intensiva con desinfectantes; cremallera con solapa de protección. • Mástil de suero con 4 ganchos metálicos y mástil incorporador extraíble y triangular. • Mínimo de 6 soportes para dispositivos de sujeción mecánica. • Raíles para accesorios bajo barandillas y ganchos para colgar bolsas. • Soportes para contención mecánica accesibles sin levantar el colchón, a ambos lados de la cama. • 4 soportes en las esquinas para la colocación del mástil de suero. • Certificación por organismo acreditado del cumplimiento de la normativa IEC 60601-2-52. • El suministro incluye transporte, desembalaje, montaje, instalación, puesta en servicio y retirada de embalajes y residuos.