FICHA DE MOBILIARIO CLÍNICO
Lote 6

FOTOGRAFÍA:



Artículo:	CARRO DE ENFERMERÍA
Ubicación:	En cada box de pacientes y en la sala de tratamiento

Dimensiones:	• Altura: entre 90 y 110 cm. • Largo: entre 60 y 80 cm. • Profundidad: entre 45 y 60 cm. • Superficie de trabajo con mesa lateral extraíble o abatible, que permita ampliar la superficie útil de trabajo. • Mínimo de 3 cajones para el almacenamiento del material sanitario. • 4 ruedas giratorias, con sistema de frenado o bloqueo en un mínimo de 2 ruedas. • Soporte lateral para papelera o contenedor de residuos. • Soporte compatible con contenedores de objetos punzantes.

Total unidades:	9

Materiales:	• Estructura robusta, estable y resistente, adecuada para uso intensivo en entorno sanitario. • Materiales con adecuada resistencia mecánica, durabilidad y resistencia a la corrosión. • Materiales compatibles con los procesos habituales de limpieza y desinfección hospitalaria. • Superficies lisas, no porosas y fácilmente limpiables. • Superficie de trabajo, cajones y elementos accesibles fabricados con materiales de alta resistencia, como ABS o equivalentes. • Elementos estructurales en acero con tratamiento anticorrosivo, aluminio anodizado o materiales equivalentes.

Ergonomía:	• Elemento de empuje o sistema equivalente que facilite el desplazamiento. • Cajones de fácil acceso y ergonómico, adecuados para un uso continuado. • Superficie de trabajo accesible, estable y adecuada para la preparación y manipulación de material asistencial. • Mesa lateral estable durante su utilización y sin comprometer la maniobrabilidad cuando esté doblada. • Ruedas que permitan un desplazamiento fácil, suave y seguro, sin requerir un esfuerzo excesivo. • Diseño que minimice el riesgo de vuelco, atrapamientos o desplazamientos involuntarios. • Elementos móviles con funcionamiento seguro durante las operaciones de apertura, cierre, extracción y plegamiento.

Color:	• Color a determinar según las necesidades de integración con las instalaciones de la USRC. • El color y los acabados tiene que ser adecuados para un entorno sanitario y facilitar la identificación e integración del mobiliario con los espacios asistenciales.

Observaciones:	• El diseño deberá facilitar la limpieza y desinfección y minimizar espacios de difícil acceso. • Los cajones podrán disponer de sistemas de identificación o portaetiquetas para facilitar la organización del material. • Se valorará la disponibilidad de accesorios o complementos compatibles que amplíen la funcionalidad del carro. • Los soportes laterales tendrán que garantizar una correcta fijación y no comprometer la estabilidad ni el desplazamiento del carro. • El carro deberá ser adecuado para un uso continuado en un entorno sanitario e integrarse funcionalmente en los boxes y sala de tratamiento de la USRC.