ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	**ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I POSADA A PUNT DE 2 TERMODESINFECTADORES I EL SEU MANTENIMENT PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA**
NÚMERO D'EXPEDIENT:	**30_CSA_2026**

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: **C/.** LOCALITAT: TELÈFON: CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT: NOM I COGNOMS: DNI: CÀRREC: **SIGNAT I SEGELLAT:**	
DATA:	

CONCEPTES		DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEIX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Termodesinfectadora	**Definició**	Rentadora-desinfectadora automàtica d'instruments quirúrgics de cambra única, dissenyada per al rentat, esbandit, desinfecció tèrmica i assecat de material sanitari reutilitzable en centrals d'esterilització.		
	Característiques bàsiques	Rentadora amb un volum superior a 400L, per a una capacitat de mínim 15 cistells DIN 1/1 per cicle.		
		Equip de doble porta amb accionament automàtic.		
		Escalfament elèctric.		
		Rentadora amb sistema de rentat, termo desinfecció i assecat de tot tipus de material mèdic i quirúrgic en una mateixa càmera.		
		L' alçada de la càrrega i descàrrega ha de ser ergonòmica, essent inferior a 790mm des del terra a la part inferior de la porta d' entrada a la cambra.		
		Cambra de rentat, braços aspersors, filtres i bombes en acer inoxidable qualitat AISI 316L		
		Cambra de rentat amb disseny que permeti un drenatge efectiu i una fàcil neteja i desinfecció.		
		Cambra amb filtre fàcilment desmuntable, d' acer inoxidable per retenir residus sòlids.		
		Sistema de braços ruixadors en acer inoxidable, col·locats a la part superior i inferior de la cambra.		
		Microprocessador amb pantalla tàctil a color d' almenys 7-8 polzades de mida i impressora.		
		Bomba d' impulsió d' aigua d' acer inoxidable.		
		L' equip ha de disposar d'almenys 3 bombes peristàltiques de detergent.		
		Amb sistema que eviti la utilització del sistema d'extracció de bafs a l' exterior de la sala.		
		Amb impressora, port USB, port Ethernet i port RS232.		
		Avisos acústics i visuals.		
		Nivell de soroll inferior a 70dB.		
		Sistema d' assecament amb flux pels quatre costats de la cambra i amb filtre HEPA per a l' aire que entra de l' exterior.		
		Ajust automàtic a cada cicle del temps d' assecament en relació amb la càrrega d' instrumental en el mateix.		
		Sistema de drenatge en fred, que permeti desguassar afegint aigua freda mitjançant sonda de temperatura per adequar el consum d'aigua amb la temperatura (sistema d'estalvi d'aigua necessària per al drenatge).		
		Conduccions internes fabricades en acer inoxidable, sense angles morts, per evitar l'acumulació d'aigua.		
		Ports de validació per tests termomètrics.		
		Sistema de termodesinfecció de fins 93ºC (valor d'acord amb la EN ISO 15883-1-2)		
		Dosificació de químics mitjançant dues bombes dosificadores amb fluxòmetres incorporats. Amb la possibilitat d'incloure 2 bombes addicionals		
		2 preses d'aigua incloses per aigua descalcificada i desmineralitzada		
		Sistema d'assecat d'alta eficiència		
		Filtre HEPA H14		
		Accés a manteniment frontal		
		Baixa pressió sonora		
		Tancament a mida en innox (qualitat mínima AISI 304)		
	Accessoris mínims (per a cada rentadora)	1 rack de 3 nivells d'altura fixa amb braç de rentat a cada nivell, agafadors freds, contruït amb acer inoxidable qualitat AISI 304 i safates construïdes amb varetes en una sola direcció per impedir ensopegades		
		1 rack de 4 nivells de rentat amb braç de rentat a cada nivell. Aquest rack ha de tenir connexions compatibles amb el rentat específic de les pinces de l'equip de cirurgia robòtica model TOUMAI de la marca MEDBOT. També ha de disposar d'agafadors freds, contruït amb acer inoxidable qualitat AISI 304 i safates construïdes amb varetes en una sola direcció per impedir ensopegades. Cal aportar documentació de validació, per part de MEDBOT (o distribuïdor de la marca), per a l'ús del rack en qüestió. (Aquest accessori només caldrà per a la 1a rentadora a subministrar. No caldrà per a la 2a rentadora).		
		2 carros, per a racks, de càrrega manual amb sistema d'ancoratge a la rentadora, bloqueig de rack de càrrega, 4 rodes amb mínim 2 d'elles amb frens i completament d'inox (qualitat mínima AISI 304)		
	Compatibilitat software	Cal que permeti connectar-se al software d'explotació de dades per la traçabilitat de l'instrumental que disposa el CSA (TRAZINS). Per demostrar aquesta compatibilitat cal que el licitador aporti el nom d'almenys 2 centres on el model de termodesinfectadora oferta pel licitador ja es troba connectat i integrat al software TRAZINS de forma satisfactoria.		