Institut Català de la Salut
Atenció Primària

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Subministrament d'un esterilitzador de vapor per a la nova Unitat Central d'Esterilització de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat del Vallès Occidental i Oriental de l'Institut Català de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la Contractació
2. Relació codi d'article, quantitat i equip assistencial peticionari inclòs (annex A)
3. Documentació sobre únic:
    - 3.1 Fitxa característiques tècniques (annex B)
    - 3.2 Memòria tècnica
    - 3.3 Document descriptiu servi tècnic
    - 3.4 Documentació restant
4. Condicions de garantia, integració a la xarxa informàtica, reposició i formació
    - 4.1 Termini de garantia
    - 4.2 Integració a la xarxa informàtica
    - 4.3 Reposició
    - 4.4 Formació
5. Documentació tècnica complementaria
6. Condicions de muntatge i instal·lacions

1. Objecte de la contractació

L'objecte del present plec de condicions tècniques és el subministrament i instal·lació d'un esterilitzador a vapor per a la Unitat Central d'Esterilització de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat del Vallès Occidental i Oriental de l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit i l'abast que s'indica en aquest plec de prescripcions tècniques .

2. Relació codi d'article, quantitat i equip assistencial peticionari (Annex A)

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat del Vallès Occidental i Oriental, d'un esterilitzador a vapor relacionat a l'Annex A, amb el detall del codi d'article i equip assistencial peticionari al qual anirà ubicat.

Tots els articles oferts han de ser nous, no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

3. Documentació sobre únic

3.1 Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de licitació (Annex B)

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en els documents anomenats "Fitxes característiques tècniques" (Annex B).

A la Fitxa característiques tècniques es detallen tots els requeriments tècnics que han de complir els articles oferts, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració, si s'escau.

La complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal de que el licitador acrediti el compliment de les característiques requerides indicant per cadascuna de les característiques tècniques les dades següents:

1. En la columna **"És causa d'exclusió",** s'indica si les característiques són d'obligat compliment, es concreta la obligatorietat o no d'aquest.
2. En la columna **"Índex documental"**, haurà d'especificar la ubicació exacta a la documentació acreditativa aportada (full, apartat, etc.) del producte ofert.

Les ofertes tècniques que no presentin les fitxes amb l'indexat on consten les acreditacions del compliment de les característiques requerides no seran valorades i seran desestimades.

Per a cada equip/article al qual es licita, la documentació a presentar serà en format digital, mitjançant la Plataforma de Contractació, sobre digital 2.0 .

La fitxa tècnica i annex B , caldrà presentar-la degudament amb signatura digital.

3.2 Memòria tècnica de cadascun dels articles, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.

3.3 Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles oferts.

3.4 Documentació restant:

- Condicions de muntatge, instal·lació i altres dels productes.
- El proveïdor proporcionarà totes les certificacions que acreditin el compliment de la normativa i seguretat aplicables segons les directives vigents del material ofert.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües ensementades, en cas contrari, seran desestimades.

4. Condicions de garantia, integració a la xarxa informàtica, reposició i formació

4.1 Termini de garantia

El termini de garantia serà com a **mínim de 2 anys**, a comptar des de la signatura de l'acta de recepció i posada en marxa de l'equip per part del/la responsable del servei. La garantia també inclourà els accessoris i les diferents parts del producte.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) els següents punts:

1. Substitució de l'equip i material, quan aquests presentin vicis o defectes visibles i/o ocults, materials o de funcionament.

2. La reparació i substitució de les parts defectuoses

3. El manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment Preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.

4. Manteniment normatiu amb la corresponent requalificació anual.

Dins de l'oferta tècnica també cal descriure detalladament el nombre d'actuacions i continguts del contracte de manteniment preventiu. Així mateix, cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:

• Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
• Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
• El temps de resposta, amb presència física, que haurà de ser en un màxim de 8 hores
• El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà de ser en un màxim de 48 hores
• Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

4.2 Integració a la xarxa informàtica

Integració dels autoclaus al software de control de la central d'esterilització per descarregar les dades generades.

4.3 Reposició

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, a comptar de la data de signatura de l'acta de recepció de l'equip.
L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

4.4 Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). Els cursets inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal d'electromedicina en el manteniment de l'equip, a través de cursets i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

5. Documentació tècnica complementaria

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà:

- Manual complert d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'averies.

- Manual tècnic i de manteniment complert, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més habituals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.

- Si es tracta d'un equip que té instal·lació prèvia, requereix obra o connexions especials, cal manual d'instal·lació amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, d'accessoris i la seva aplicació.

6. Condicions de muntatge i instal·lació

El proveïdor proporcionarà un calendari previst d'entrega (termini màxim de 30 dies des de l'adjudicació), instal·lació i posada en marxa (termini màxim 72 hores), que serà consensuat amb els responsables de la Unitat Central d'Esterilització, de la GAPIC Vallès Occidental i Oriental.

Les tasques d'instal·lació es realitzaran fora de l'horari de funcionament de la Unitat.

Els treballs d'instal·lació estaran sota la supervisió de la nostra Àrea d'Infraestructures.

El proveïdor donarà coneixement detallat de qualsevol requeriment especial de la zona on s'instal·li l'equip, a nivell d'instal·lació elèctrica i/o fontaneria, les despeses d'aquesta adequació serà a càrrec del licitador.

Serà totalment responsable de l'entrega, instal·lació i proves d'acceptació sota la supervisió de la persona designada.

Es farà càrrec de la instal·lació complerta de l'equip, tràmits de legalització i validació de cicles (si s'escau).

Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.

El termini de subministrament dels equips i materials adjudicats no serà superior a 30 dies a comptar a partir de la data de publicació de la resolució d'adjudicació.

Es farà càrrec del tancament en Acer Inoxidable AISI 304 de l'esterilitzador a vapor

Àlex Fernàndez Fernàndez
Responsable de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Tècnics
GAPIC Barcelonès Nord i Maresme
GAPIC Vallès Occidental i Oriental

ANNEXOS

Annex A. Relació de codi article, quantitat i equip assistencial peticionari
Annex B. Fitxa característiques tècniques dels articles objecte de la licitació