PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101485958/27/AMUP

MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS (SOBREMATALÀS I MATALÀS) PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) AMB PAGAMENT PER L'ÚS

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 1 de 60

INDEX

1. Condicions generals 4
1.1. Objecte de la contractació 4
1.2. Característiques de la contractació 4
1.3. Tècnics 4
2. Requeriments obligatoris 4
2.1. Normativa aplicable 4
2.2. Especificacions tècniques generals 5
2.3. Requisits obligatoris addicionals: 5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit 10
3. Com presentar la oferta 11
3.1. Oferta tècnica 11
3.2. Model d'oferta tècnica 12
3.3. Presentació de mostres 13
3.4. Documentació confidencial 14
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista 14
4.1. Prevenció de riscos laborals 14
4.2. Formació 15
4.3. Manual d'usuari 15
4.4. Atributs logístics 15
4.5. Condicions logístiques i de subministrament 16
4.5.1. Condicions de subministrament 16
4.5.2. Garantia de subministrament 16
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) 16
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte 18
4.5.2.3. Termini de lliurament 18
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda 18
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes 18
4.5.3. Sistema EDI 20
4.6. Condicions de l'operador logístic 22
4.6.1. Embalatges 22
4.6.2. L'albarà 23
4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE 23

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....24
4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..25
4.6.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 27

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 3 de 60

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de matalassos, coixins i superfícies especials (sobrematalàs i matalàs) per al maneig de la pressió (SEMP) amb pagament per l'ús per als Centres de l'Institut Català de la Salut i altres.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que composen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que composen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

La empresa que presenti ofertes al **62003582 del lot 3** haurà d'aportar un autocertificat signat per l'empresa que indiqui que els matalassos són compatibles amb els llits tipus Hill-Rom Total Care.

2.3.1 Requisits obligatoris del per sobrematalàs d'us hospitalari adult de risc alt amb compressor. Codi 62003183.

- Lloguer per ús.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent
- Norma UNE-EN 597-1:2016 Mobiliari o equivalent
- Superficies de suport actives motoritzades amb baixa pressió continua i aire alternant destinats als pacients hospitalitzats.
- Sobrematalàs de suport automàtic de baixa pressió continua i aire alternant per ala prevenció i tractament de nafres per pressió de risc alt. Comptarà amb sistema de detecció de pes i col·locació del pacient ajustant automàticament la pressió que exerceixi el pacient en les diferents parts del cos.
- Cel·les amb control de pressió individuals, amb una alçada mínima de la cel·la de10 cm.(± 2cm).
- Sistema que permeti inflar la superfície fins a la pressió més alta per facilitar transferències i procediments d'infermeria, però que transcorreguts uns minuts, o bé, torni automàticament al mode de teràpia seleccionada inicialment, o bé, disposi d'un sistema d'alarma per avisar al personal.
- Apte per a llits hospitalaris amb una mida de matalàs aproximat de 83 cm (± 3cm) d'ample x 200 cm (± 10cm) de llarg. Aquestes mides són aproximades, la tolerància de les mides es considerarà en funció dels llits que cada centre te actualment.
- Compressor: lleuger, el màxim soroll que ha de produir en qualsevol fase durant el seu funcionament ha de ser menor o igual a 30db, sense vibracions, fàcil d'ús, amb sistema d'alarmes visuals i auditives.
- Subjecció segura a l'estructura del llit. Fixació integral que permet instal·lar el compressor al peu del llit.
- Funda amb cobertura bacteriostàtica, impermeable, transpirable, antifúngica, ignífuga, de fàcil neteja i elasticitat per evitar fricció i resistent. Cremallera que cobreixi com a mínim el 50% del sobre matalàs amb pestanya de protecció i serigrafia identificativa per posició correcta. Costures segellades.
- Sistema de transport: sistema per poder segellar l'aire durant un minin de 6 hores per poder portar als pacients a fer proves o per trasllats.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 5 de 60

- Sistema de buidat en cas de parada cardiorespiratòria: facilitat d'ús i temps de buidat ràpid.
- Ha de disposar de la classificació de producte sanitari IIa.
- Sistema informatitzat de gestió de les SEMP. El contractista haurà de disposar d'un sistema informatitzat de gestió de les superfícies especials per al maneig de la pressió per a realitzar comandes, baixes, incidències i control de facturació amb accés a diferents usuaris i amb un parc de sobre matalassos disponibles per a cadascun dels centres peticionaris.
- Disposar d'un protocol de neteja (procediment de neteja , desinfecció, productes i mètodes utilitzats) de les superfícies. Neteja al hospital amb amoni quaternari i lleixius fins a 1000 ppmm indistintament.
- Disposar d'un protocol de manteniment de les superfícies.
- Disposar d'un un pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment adequat a les necessitats de cadascun dels centres en tots els seus torns
- Disposar d'estoc d'unitats suficients per poder cobrir les potencials necessitats dels centres.
- Temps màxim d´entrega i retirada en 24h Laborables
- Check list amb identificació visual, de comprovació en les entregues de matalassos, en quant neteja, manteniment i funcionament
- Precinte/brida identificada amb traçabilitat amb el check list amb la identificació de matalàs i motor

2.3.2 Requisits obligatoris del per matalàs d'us hospitalari adult de risc alt amb compressor. Codi 62003318.

- Lloguer per ús.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent
- Norma UNE-EN 597-1:2016 Mobiliari o equivalent
- Superficies de suport actives motoritzades amb baixa pressió continua i aire alternant destinats als pacients hospitalitzats.
- Sistema que permeti inflar la superfície fins a la pressió més alta per facilitar transferències i procediments d'infermeria, però que transcorreguts uns minuts, o bé, torni automàticament al mode de teràpia seleccionada inicialment, o bé, disposi d'un sistema d'alarma per avisar al personal.
- Apte per a llits hospitalaris amb una mida de matalàs aproximat de 83 cm (± 3cm) d'ample x 200 cm (± 10cm) de llarg. Aquestes mides són aproximades, la tolerància de les mides es considerarà en funció dels llits que cada centre te actualment.
- Compressor: lleuger, el màxim soroll que ha de produir en qualsevol fase durant el seu funcionament ha de ser menor o igual a 30db, sense vibracions, fàcil d'ús, amb sistema d'alarmes visuals i auditives.
- Subjecció segura a l'estructura del llit. Fixació integral que permet instal·lar el compressor al peu del llit.
- Funda amb cobertura bacteriostàtica, impermeable, transpirable, antifúngica, ignífuga, de fàcil neteja i elasticitat per evitar fricció i resistent. Cremallera que cobreixi com a mínim el 50% del sobre matalàs amb pestanya de protecció i serigrafia identificativa per posició correcta. Costures segellades.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 6 de 60

- Sistema de transport: sistema per poder segellar l'aire durant unes hores per poder portar als pacients a fer proves o per trasllats.
- Sistema de buidat en cas de parada cardiorespiratòria: facilitat d'ús i temps de
- buidat ràpid.
- Matalàs de suport automàtic de baixa pressió continua i aire alternant per a la prevenció i tractament de nafres per pressió d'alt risc. Comptarà amb sistema de detecció de pes i col·locació del pacient ajustant automàticament la pressió que exerceixi el pacient en les diferents parts del cos.
- Que suporti un pes igual o superior a 200 kg.
- Cel·les amb control de pressió individual, amb una alçada mínima de la cel.la de
- 20cm. (+/- 2 cm.)
- Ha de disposar de la classificació de producte sanitari IIa.
- Sistema informatitzat de gestió de les SEMP. El contractista haurà de disposar d'un sistema informatitzat de gestió de les superfícies especials per al maneig de la pressió per a realitzar comandes, baixes, incidències i control de facturació amb accés a diferents usuaris i amb un parc de sobre matalassos disponibles per a cadascun dels centres peticionaris.
- Disposar d'un protocol de neteja (procediment de neteja , desinfecció, productes i mètodes utilitzats) de les superfícies. Neteja al hospital amb amoni quaternari i lleixius fins a 1000 ppmm indistintament.
- Disposar d'un protocol de manteniment de les superfícies.
- Disposar d'un un pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment adequat a les necessitats de cadascun dels centres en tots els seus torns
- Disposar d'estoc d'unitats suficients per cobrir les potencials necessitats dels centres.
- Temps màxim d´entrega i retirada en 24h Laborables
- Check list amb identificació visual, de comprovació en les entregues de matalassos, en quant neteja, manteniment i funcionament
- Precinte/brida identificada amb traçabilitat amb el check list amb la identificació de matalàs i motor

2.3.3 Requisits obligatoris del matalàs d'aire d'us hospitalari pediàtric amb compressor. Codi 62003964.

- Lloguer per ús.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent
- Norma UNE-EN 597-1:2016 Mobiliari o equivalent
- Superficies de suport actives motoritzades amb baixa pressió continua i aire alternant destinats als pacients hospitalitzats.
- Sistema que permeti inflar la superfície fins a la pressió més alta per facilitar transferències i procediments d'infermeria, però que transcorreguts uns minuts, o bé, torni automàticament al mode de teràpia seleccionada inicialment, o bé, disposi d'un sistema d'alarma per avisar al personal.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

- Compressor: lleuger, el màxim soroll que ha de produir en qualsevol fase durant el seu funcionament ha de ser menor o igual a 30db, sense vibracions, fàcil d'ús, amb sistema d'alarmes visuals i auditives.
- Subjecció segura a l'estructura del llit. Fixació integral que permet instal·lar el compressor al peu del llit.
- Funda amb cobertura bacteriostàtica, impermeable, transpirable, antifúngica, ignífuga, de fàcil neteja i elasticitat per evitar fricció i resistent. Cremallera que cobreixi com a mínim el 50% del sobre matalàs amb pestanya de protecció i serigrafia identificativa per posició correcta. Costures segellades.
- Sistema de transport: sistema per poder segellar l'aire durant un minin de 6 hores per poder portar als pacients a fer proves o per trasllats.
- Sistema de buidat en cas de parada cardiorespiratòria: facilitat d'ús i temps de buidat ràpid.
- Matalàs de suport automàtic de baixa pressió continua i aire alternant per a la prevenció i tractament de nafres per pressió d'alt risc. Comptarà amb sistema de detecció de pes i col·locació del pacient ajustant automàticament la pressió que exerceixi el pacient en les diferents parts del cos.
- Cel·les amb control de pressió individuals, mida 5,5 cm +/-0,5cm, amb una alçada mínima de la cel·la de 10 cm(± 2cm).
- Apte per a llits hospitalaris amb una mida de matalàs de 70 cm (± 3cm) d'ample x 150cm (± 10cm) de llarg, amb marc perimetral d´escuma HD, amb funda de les mateixes característiques del matalàs. Aquestes mides són aproximades, la tolerància de les mides es considerarà en funció dels llits que cada centre te actualment.
- El tub del compressor haurà de situar-se per sota del marc perimetral sense variar l´alçada del marc-matalàs.
- Que suporti un pes entre 5-95 kg.
- Ha de disposar de la classificació de producte sanitari IIa.
- Disposar d'un protocol de neteja (procediment de neteja , desinfecció, productes i mètodes utilitzats) de les superfícies. Neteja al hospital amb amoni quaternari i lleixius fins a 1000 ppmm indistintament.
- Disposar d'un protocol de manteniment de les superfícies.
- Disposar d'un un pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment adequat a les necessitats de cadascun dels centres en tots els seus torns
- Disposar d'estoc d'unitats suficients per poder cobrir les potencials necessitats dels centres.
- Temps màxim d´entrega i retirada en 24h Laborables
- Check list amb identificació visual, de comprovació en les entregues de matalassos, en quant neteja, manteniment i funcionament.
- Precinte/brida identificada amb traçabilitat amb el check list amb la identificació de matalàs i motor.

2.3.4 Requisits obligatoris del matalàs d'aire d'us hospitalari adult decúbit prono amb compressor. codi 62003965.

- Lloguer per ús.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 8 de 60

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent
- Norma UNE-EN 597-1:2016 Mobiliari o equivalent
- Superficies de suport actives motoritzades amb baixa pressió continua i aire alternant destinats als pacients hospitalitzats.
- Sistema que permeti inflar la superfície fins a la pressió més alta per facilitar transferències i procediments d'infermeria, però que transcorreguts uns minuts, o bé, torni automàticament al mode de teràpia seleccionada inicialment, o bé, disposi d'un sistema d'alarma per avisar al personal.
- Apte per a llits hospitalaris amb una mida de matalàs aproximat de 83 cm (± 3cm) d'ample x 200 cm (± 10cm) de llarg. Aquestes mides són aproximades, la tolerància
- de les mides es considerarà en funció dels llits que cada centre te actualment.
- Compressor: lleuger, el màxim soroll que ha de produir en qualsevol fase durant el seu funcionament ha de ser menor o igual a 30db, sense vibracions, fàcil d'ús, amb sistema d'alarmes visuals i auditives.
- Subjecció segura a l'estructura del llit. Fixació integral que permet instal·lar el compressor al peu del llit.
- Funda amb cobertura bacteriostàtica, impermeable, transpirable, antifúngica, ignífuga, de fàcil neteja i elasticitat per evitar fricció i resistent. Cremallera que cobreixi com a mínim el 50% del sobre matalàs amb pestanya de protecció i serigrafia identificativa per posició correcta. Costures segellades.
- Sistema de transport: sistema per poder segellar l'aire durant un minin de 6 hores per poder portar als pacients a fer proves o per trasllats.
- Sistema de buidat en cas de parada cardiorespiratòria: facilitat d'ús i temps de buidat ràpid.
- Matalàs de suport automàtic de baixa pressió continua i aire alternant per a la prevenció i tractament de nafres per pressió d'alt risc. Comptarà amb sistema de detecció de pes i col·locació del pacient ajustant automàticament la pressió que exerceixi el pacient en les diferents parts del cos.
- Que suporti un pes igual o superior a 200 kg.
- Cel·les amb control de pressió individual, amb una alçada mínima de la cel.la de 20cm. (+/- 2 cm.)
- Ha de disposar de la classificació de producte sanitari IIa.
- Disposar d'un protocol de neteja (procediment de neteja , desinfecció, productes i mètodes utilitzats) de les superfícies. Neteja al hospital amb amoni quaternari i lleixius fins a 1000 ppmm indistintament.
- Disposar d'un protocol de manteniment de les superfícies.
- Disposar d'un un pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment.
- Disposar d'estoc d'unitats suficients per poder cobrir les potencials necessitats dels centres.
- Temps màxim d´entrega i retirada en 24h Laborables.
- Check list amb identificació visual, de comprovació en les entregues de matalassos, en quant neteja, manteniment i funcionament.
- Precinte/brida identificada amb traçabilitat amb el check list amb la identificació de matalàs i motor.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 9 de 60

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.3.5 Requisits obligatoris per als codis del Lots 2, 3, 4, 5, 9, 12 i 13.

- Termini màxim d'entrega: una setmana.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE ISO 13485 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE-EN 597-1:2016 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Certificat de neteja amb amoni quaternari i hipoclorit sòdic fins a 1000 ppmm indistintament emès per el fabricant o laboratori extern.
- Garantia mínima.
    - Matalàs: 5anys.
    - Fundes: 2 anys.
    - Coixins: 2 anys.

  S'ha de presentar certificat.

  La funda i el matalàs han de portar una identificació completa per tal d'identificar la posició correcta del matalàs.

2.3.6 Requisits obligatoris per als codis del Lot 6 i 14.

- Termini màxim d'entrega: una setmana.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE ISO 13485 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE-EN 597-1:2016 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Certificat de neteja amb amoni quaternari i hipoclorit sòdic fins a 1000 ppmm indistintament emès per el fabricant o laboratori extern.
- Garantia mínima.
    - Matalàs: 5anys.

  S'ha de presentar certificat.
- Adaptabilitat a les articulacions del llit. Certificació NFG37-103 o equivalent emesa per fabricant o laboratori extern.
-

2.3.7 Requisits obligatoris per als codis del Lot 7 i 8.

- Termini màxim d'entrega: una setmana.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE ISO 13485 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE-EN 597-1:201 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Certificat de neteja amb amoni quaternari i hipoclorit sòdic fins a 1000 ppmm indistintament emès per el fabricant o laboratori extern.
- Garantia mínima.
    - Matalàs: 5anys.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

S'ha de presentar certificat.
- Identificació completa de la posició correcta del matalàs (a dalt, a baix, cap i peus).
- Adaptabilitat a les articulacions del llit. Certificació NFG37-103 o equivalent emesa per fabricant o laboratori extern.

2.3.8 Requisits obligatoris per als codis del Lots 10 i 11.

- Termini màxim d'entrega: una setmana.
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE ISO 13485 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Norma UNE-EN 597-1:201 o equivalent. S'ha de presentar certificat.
- Certificat de neteja amb amoni quaternari i hipoclorit sòdic fins a 1000 ppmm indistintament emès per el fabricant o laboratori extern.
- Garantia mínima.
    - Fundes: 2 anys.

  S'ha de presentar certificat.
- Funda extensible per poder adaptar-se al matalàs i al coixí amb certificació NFG37-103 o equivalent emesa per fabricant o laboratori extern.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**.
  S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101485958_2bis**
- **ANNEX D3 - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**
- **ANNEX D5 – Model de compliment dels requisits obligatoris.** En el punt 2.3 del present document s'especifiquen els requisits que obligatòriament han de complir les ofertes presentades en els diferents lots. S'ha de presentar com Annex D5 un certificat on s'indiqui detallant els lots i codis, que les referències presentades acompleixen amb els requisits obligatoris. En el cas de normes UNE s'ha de presentar el certificat emès per una agència acreditadora o bé un certificat del fabricant indicant que l'oferta presentada compleix amb dita normativa.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**
  A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

  Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

  El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

  Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx
  Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001
Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius**

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 14 de 60

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.
Donada la importància del sistema per dur a terme l'activitat que li és inherent, fa que la formació sigui bàsica per extreure el màxim profit a la inversió realitzada. El contractista realitzarà la formació necessària al personal que l'hospital determini, tant del propi funcionament de les SEMP com en les característiques i particularitats que li siguin inherents.

4.3. Manual d'usuari

Documentació mínima d'obligat compliment que s'haurà de lliurar juntament amb les superfícies SEMP:

- Manuals d'instruccions d'ús i tècnics preferiblement en català o castellà, en format digital.
- Instruccions de neteja i conservació (productes de neteja adequats i no adequats).
- Documentació tècnica de característiques i esquemes de funcionament.
- Llista d'operacions periòdiques de manteniment preventiu.

Per la resta de materials:
L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Syncrhonisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 15 de 60

- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuïtats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 16 de 60

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari,** la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'**.** El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF **i exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal** la **validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha *l'Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i *l'Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 17 de 60

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Definició del circuit del lot 1:

Els licitadors hauran d'aportar informe en el que s'especifiqui com es realitzarà l'entrega i recollida de les superfícies i el sistema d'emmagatzematge en les seves instal·lacions, tenint en compte les següents condicions mínimes:

El contractista es farà càrrec del subministrament de la superfície (entrega i recollida), neteja, manteniment i emmagatzematge, així com la substitució en cas d'avaria, en un centre logístic preparat per aquest objectiu i extern a l' Hospital. Les condicions de recollida i entrega dels SEMP seran les següents:

Horaris:

- Les comandes realitzades durant els dies laborables s'entregaran entre les 8.00 i les 15:00 hores del dia següent laborable.

- En quan a les comandes realitzades el dia hàbil posterior als dies no laborables, aquesta comanda es realitzarà entre les 8:00 i les 10:00 hores pel centre i haurà de ser entregada pel contractista a l' Hospital durant la tarda d'aquest mateix dia.

Lloc d'entrega i recollida: L'entrega es realitzarà a la unitat d'hospitalització que realitza la petició. La recollida es realitzarà en la planta i l'espai que indiqui la persona encarregada de fer la cancel·lació entre les 8:00 i les 15:00 hores.

Aquests llocs d'entrega i recollida poden variar, a petició del responsable del contracte, sense possibilitat de compensació a l'empresa contractista.

El contractista estarà obligat a tenir estoc de les SEMP per poder donar el servei, independentment del tipus de risc sol·licitat. En cas de no tenir estoc es servirà un de similar o de millors característiques.

La direcció d'infermeria, i en delegació de la supervisió de cada planta, determinarà quin tipus de superfície és la més convenient per cada pacient.

El contractista es farà càrrec de tots els inconvenients que sorgeixin en l'execució del contracte.

La facturació del subministrament es realitzarà d'acord amb les superfícies efectivament utilitzades.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 19 de 60

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

    - NIF del proveïdor
    - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
    - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
    - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
    - La descripció del producte
    - El número de lot i la caducitat
    - La quantitat per referència
    - El preu unitari
    - Import total
    - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 20 de 60

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	**Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:**
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa
ICS pròtesis y fungibles: https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 169 cm (amb la estructura de la paleta inclosa) sempre EU
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- Càrregues estables i paletes fleixades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestreta abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors , tant albarans com materials.
- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)
- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 22 de 60



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat (expressada en unitats, no envasos)

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència.*

En el moment de la recepció del material i durant el control de qualitat de l'entrada, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
    - NIF del proveïdor
    - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
    - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
    - La referència i el codi EAN (GTIN).
    - La descripció del producte
    - El número de lot i la caducitat
    - La quantitat per referència
    - El preu unitari
    - Import total
    - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agencia de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 24 de 60

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. **Identifiqueu-vos** quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el **vehicle totalment immobilitzat**. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle**. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.** b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà **d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.** c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

Pàgina 25 de 60

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

6. En cas d'**emergència:**

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Segueix les instruccions del personal de Logaritme.

Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

11. En cas **d'emergència**:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme

Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D3 - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
ANNEX D5 – Certificat dels requisits d'obligat compliment
ANNEX F – Atributs logístics

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

ANNEX A - Característiques de la licitació

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Annex A - CS/CC00/1101485958/27/AMUP

Lot	Descripció Lot	Obligatorietat
1	Matalàs d'aire d´ús hospitalari adult/pediàtric amb compressor. Preu per ús	SI
2	Diferents parts del matalàs d'aire llit intensius adult amb compressor	SI
3	Fundes per matalàs de intensius	NO
4	Sobrematàlas d'aire amb compressor	NO
5	Matalàs buit	NO
6	Matalàs monobloc escuma poliuretà amb funda	NO
7	Matalàs escuma visco i/o poliuretà amb funda. Llitera	NO
8	Matalàs escuma visco i/o poliuretà amb funda	NO
9	Coixí polièster d'un sol bloc amb funda	NO
10	Funda de coixí de poliuretà i polièster	NO
11	Funda matalàs polièster i poliuretà	NO
12	Matalàs canviador	NO
13	Matalasset	NO
14	Matalàs a capes d´escumes+funda	NO

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 15.10.2026
HORA: 09:35:08
PÀGINA: 1 / 8

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 62000000
Descripció llarga:
Coixí de escuma poliuretà dens minim 20kg/m3 +funda,termoadaptable ,transpirable,antial·lèrgica+funda cotó.Mida 90x20(+/-1)cm,alt min ima 11cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 62000011
Descripció llarga:
Matalàs monobloc d'escuma perfilada a una cara, de poliuretà (PUR) amb funda de polièster (PES) i poliuretà impermeable, transpirabl e, antial·lèrgica, desinfectable, i de fàcil neteja. Mida: 180 (+/-2)cm (llarg) x 15 (+/-1)cm (alt) x 80 (+/-2)cm (ample).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 62000012
Descripció llarga:
Matalàs monobloc d'escuma perfilada a una cara, de poliuretà (PUR) amb funda de polièster (PES) i poliuretà impermeable, transpirabl e, antial·lèrgica, desinfectable, i de fàcil neteja. Mida: 190 (+/-2)cm (llarg) x 15 (+/-1)cm (alt) x 90 (+/-2)cm (ample).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 62000014
Descripció llarga:
Funda matalàs cotó/PUR,color blanc, ajust de rus,amb cremallera segellada ,impermeable,transpirable,antial·lèrgica.Mida: 90x20x190(+/ -1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 62000143
Descripció llarga:
Coixí de escuma poliuretà densit minim 20kg/m3 termoadaptable ,transpirable,antial·lèrgica+funda PUR/PES,bieslàstica,antifricció,anti cisalla,impermeable,transpirable, ignífuga,antial.lèrgica.Mida 80x20(+/-1)cm,alt minim 9cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 62000144
Descripció llarga:
Coixí PES 1sol bloc+funda. Coixí #20 kg/m#, termoadaptable, transpirable, antial·lèrgica. Funda cremallera de cotó i polièster, tran spirable, antial·lèrgica, desinfectable i de fàcil neteja. Mida del coixí: 80 (+/-1)cm (llarg) x 10 (+/-1)cm (alt).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 62000160
Descripció llarga:
Funda matalàs PES+PUR amb cremallera, amb solapa,bielàstica ,antifricció/cisalla,impermeable,transpirable,ignífuga,antial·lèrgica,bac teriostàtica, fungistàtica,antiàcars 190x80x15

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 62000688
Descripció llarga:
Matalasset monobloc,a/funda.Mida60x120(+/-1)cm

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 62000725

Descripció llarga:

Matalàs monobloc d'escuma de poliuretà (PUR) amb funda de polièster (PES) i poliuretà impermeable, transpirable, antial·lèrgica, de sinfectable, i de fàcil neteja. Mida: 67 (+/-1)cm (llarg) x 6 (+/-1)cm (alt) x 36 (+/-1)cm (ample).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 62000757

Descripció llarga:

Matalàs monobloc d'escuma de poliuretà (PUR) amb funda de polièster (PES) i poliuretà impermeable, transpirable, antial·lèrgica, de sinfectable, i de fàcil neteja. Mida: 190 (+/-1)cm (llarg) x 15 (+/-1)cm (alt) x 80 (+/-1)cm (ample).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 62000784

Descripció llarga:

Matalàs visco/PUR minim51 Kg/m3/PUR minim 38 Kg/m3,Mida: 198x14x90(+/-1)cm+funda segellada,a/solapa de protec a/cremallera#impermeable,transpirable,ignífuga,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica,pes fins 250kg

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 62000785

Descripció llarga:

Matalàs visco minim50 Kg/m# /PUR minim 40Kg/m#. Funda PUR solapa cremallera,elàstica,antifricció,anticisalla,impermeab, transpirab,i gnífug ,antial·lèrg,bacterio/fungistàtica, desinfectab,rentab, màx250kg. 190x15x80(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 62000841

Descripció llarga:

Matalàs llitera escuma PUR densitat minim 40Kg/m3.Funda segellada PUR i PES,solapa protecció cremallera,impermeable,transpirable,ign ífuga ,antial·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtic.Mida: 180x10x66(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 62000957

Descripció llarga:

Matalasset/canviador encoixinat PUR,a/funda PVC,impermeable ,antial.lèrgica.Mida:50x70(+/-1)cm.Pes fins a 11kg

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 62000988

Descripció llarga:

Sobrematàlas d'aire amb compressor de regulació de pressió per a prevenció i tractament de nafres per pressió grau I, de PVC amb mat erial ignífug, més 100 (+/-1)cm de faldilla al voltant. Pes màxim del pacient: 100 (+/-5)Kg. Mida: 200x6x 86 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 62000992

Descripció llarga:

Funda matalàs PVC,amb cremallera 3cares 270°.Bi-elàstica,antifricció ,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/fungistàtica,#190 g/m².Mida: 90x15x190(+/-1)cm.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 62001170
Descripció llarga:
Coixí de fibra siliconada densitat minima 27kg/m3+funda cotó a/cremallera ,impermeable,transpirable,antial·lèrgica.Mida 90x40(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 62001171
Descripció llarga:
Funda coixí interior PES/PUR cremall tipus petaca,elàst ambdós sentits ,antifric,anticisalla,imperm,transp,igníf,antial·lèrg,bacterio stàtica,fungistàtica,Pes mínim: 170g/m².Mida:90x40(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 62001191
Descripció llarga:
Funda matalàs PES/PUR,cremallera 3cares 270°,segellada.Bi-elàstica ,antifricció,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,ba cterio/fungistàtica,#190 g/m².Mida: 90x20x200(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 62001260
Descripció llarga:
Funda coixí postural costat superior poliuretà (PUR) inferior polièster ,cremallera lateral,impermeable,transpirable,antial·lèrgica,M ida: 60x40 (+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 62001361
Descripció llarga:
Matalàs llitera escuma Visco minim55Kg/m3/PURminim40Kg/m3,funda segellada PUR/PES,solapa protecció cremallera,impermeable,transpirab le ,ignífuga,antial·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtic.Mida: 200x10x66(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 62001430
Descripció llarga:
Matalàs immobilitzador de buit per a taula quirúrgica. Interior d'esferes de material plàstic. Mida 70x150(+/-1)cm. Volum 56L

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 62001470
Descripció llarga:
Matalàs llitera escuma Visco mínim 55Kg/m3, PUR mínim 40Kg/m3,funda segellada PUR/PES,solapa protecció cremallera,impermeable,transp irable ,ignífuga,antial·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtic.Mida: 190x15x90(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 62001580
Descripció llarga:
Matalàs llitera escuma Visco minim55Kg/m3/PUR,minim40Kg/m3,funda segellada PUR/PES,solapa protecció cremallera,impermeable,transpira ble ,ignífuga,antial·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtic.Mida: 190x10x76(+/-1)cm.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 62002030

Descripció llarga:

Funda matalàs PES/PUR ,amb cremallera 360°,segellada.Bi-elàstica ,antifricció,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/fungistàtica, .Mida: 90x21x200(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 62002080

Descripció llarga:

Matalasset incubadora/bressol d´escuma,a/funda PUR, lliure de làtex.Mida:34x5x66(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 62002608

Descripció llarga:

Matalàs per a llitera d'escuma 25kg/m3 de 190x66x12 amb funda termosegellada. Funda de poliuretà impermeable, ignífuga, transpirable , bacterioestàtica i fungiestàtica. Amb solapa per cremallera.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 62002612

Descripció llarga:

Matalàs llitera escuma Visco minim55Kg/m3/PUR,minim40Kg/m3,funda segellada PUR/PES,solapa protecció cremallera,impermeable,transpira ble ,ignífuga,antial·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtic.Mida: 196x13x66(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 62002625

Descripció llarga:

Matalàs peu quadrat capçalera talls lateral, PUR#25 Kg/m# funda segellada PUR/PES, solapa protec cremallera, impermeab, transpirab,i gnífuga ,antial·lèrg, bacterio/fungistàtica,desinfectable ,rentable.12x76x190(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 62002626

Descripció llarga:

Funda matalàs llitera PES/PUR,amb cremallera amb solapa,impermeable ,transpirable, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/fungistàtica .Mid a: 66x12x190(+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 62002629

Descripció llarga:

Funda matalàs PES/PUR termoseg,a/cremallera.Bi-elàstica,antifricció ,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/fungistàtica.Mida: 90x20x195(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 62002860

Descripció llarga:

Matalàs visco/PUR minim 60 Kg/m3,Mida: 214x16x89(+/-1)cm+funda segellada ,a/solapa de protec a/cremallera#impermeable,transpirable,i gnífuga,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica.Comp/Total Care o equi

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 62002942

Descripció llarga:

Matalàs buit de poliamida de baixa densitat amb doble segellament, vàlvula SingleStep o equivalent, granulat intern de diàmetre peti t per a posicionament i immobilització de pacients. Volum: 90L. Mida: amplada 120/80 cm (+/-1cm), llargària 230 (+/-1cm).

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 62002943

Descripció llarga:

Matalàs de buit de poliamida impermeable amb doble segellament, vàlvula, granulat intern de diàmetre petit per a posicionament i imm obilització de pacients. Rentable. Compatible amb RX i RMN. Volum: 80(+/-2)L. Mida: 150 (+/-1)cm (x 100 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 62002944

Descripció llarga:

"Matalàs de buit poliamida baixa densit a/ doble segellament,vàlv dobl nivell, granulat intern Ø petit per posicionament i immobilit zació de pacients.Volum: 30 litres (L).Mida: amplada 100(+/-1) cm,llarg70(+/-1) cm.Compatible VBPUMP1,VBPUMP2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 62002974

Descripció llarga:

Matalàs visco/PUR minim55 Kg/m3,Mida: 198x14x85(+/-1)cm+funda segellada ,a/solapa de protec a/cremallera#impermeable,transpirable,ig nífuga,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica.Pes 150 (+/-5)kg

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 62002980

Descripció llarga:

Funda matalàs PES/PUR ,amb cremallera segellada.Bi-elàstica,antifricció ,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/ fungistàtica .Mida: 30x130(+/-1)cm.Comp/bressol SL6000 o equ

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 62003116

Descripció llarga:

Matalasset incubadora/bressol.gel de silicona,a/funda (PUR), lliure de làtex.Mida:48,5x13x 74,5 (+/-1)cm.Compatible amb Babytherm 80 10 o eq.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 62003183

Descripció llarga:

Sobrematalàs d'aire d´ús hospitalari adult amb compressor de regulació de pressió per a prevenció i tractament de nafres per pressió per a risc alt.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 62003318

Descripció llarga:

Matalàs d'aire d´ús hospitalari adult amb compressor de regulació de pressió per a prevenció i tractament de nafres per pressió per a risc alt.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 62003370

Descripció llarga:

Funda a dos nivells per a matalàs de polímer sintètic recobert de poliuretà (PUR) amb cremallera 360º i solapa de protecció imperme able, permeable a vapor i humitat als dos costats. Compatible amb matalàs SYMBIOSO 200 tipus B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 62003417

Descripció llarga:

Escuma per a matalàs SYMBIOSO 200 tipus B o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 62003582

Descripció llarga:

Funda protecció matalàs PUR i poliamida,baixa fricció,anticisalla ,bi-elàstica,transpirable,ignífuga,bacteriostàtica, fungistàtica,al ta resistència,desinfectable,cremallera 360º. Compatible a/matalàs tipus Progressa Pulmonary i llit tipus Total Care o eq

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 62003583

Descripció llarga:

Funda superior, solapa protecció de la cremallera, bi-elàstica, antifricció, anticisalla, impermeable, transpirable, ignífuga, antia l·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtica, antiàcars i de fàcil neteja. Compatible amb matalàs OptiCare o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 62003819

Descripció llarga:

Funda superior+capa confort. Funda a/solapa protecció cremallera, bi-elàstica, antifricció, anticisalla, impermeable, transpirable, ignífuga, antia l·lèrgica, bacteriostàtica, fungistàtica, antiàcars, de fàcil neteja. Compatible amb matalàs OptiCare o eq

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 62003843

Descripció llarga:

Matalàs visco/PUR minim48Kg/m3,Mida: 198x14x85(+/-1)cm+funda segellada ,a/solapa de protec a/cremallera#impermeable,transpirable,ign ífuga,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica.Pes 160 (+/-5)kg

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 62003853

Descripció llarga:

Matalàs per a llitera amb funda,d'escuma viscoelàstica doble capa,densitat minim 5 Kg/m3, dues capes: 4 (+/-0,5)cm visco i 10 (+/-0, 5)cm escuma poliuretà > 30 (+/-2)kg/m3.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 62003960

Descripció llarga:

Matalàs de llitera, d'escuma de poliuretà (PUR) de densitat mínima de 25 (+/-2)Kg/m3. Funda de PVC i polièster (PES), impermeable, i gnífuga, desinfectable i de fàcil neteja. Mida: 183 (+/-3)cm (llarg) x 12 (+/-1)cm(alt) x 63 (+/-1)cm (ample).

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 62003964

Descripció llarga:

Matalàs d'aire d´ús hospitalari pediàtric amb compressor de regulació de pressió per a prevenció i tractament de nafres per pressió per a risc alt.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 62003965

Descripció llarga:

Matalàs d'aire d´ús hospitalari adult posició decúbit prono amb compressor de regulació de pressió per a prevenció i tractament de n afres per pressió per a risc alt.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 62004080

Descripció llarga:

Matalàs visco/PUR minim50 Kg/m3/PUR minim35 Kg/m3,Mida: 200x14x85(+/-1)cm+funda segellada,a/solapa de protec a/cremallera# impermeab le,transpirable,ignífuga,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica.Comp/Galaxy3 o equi

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 62004090

Descripció llarga:

Funda coixí de polipropilè, no teixit, color blanc. Dimensions 72x50cm. Lliure de làtex i PVC amb una vida de 120 mesos

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 62004110

Descripció llarga:

Matalàs llitera escuma visco minim55 Kg/m3/PUR minim45 Kg/m3, 190x10x76(+/-1)cm,a/esqu biselada,antirellis a/velcro+funda segellada, a/solapa de protec a/cremallera#impermeable,transpirable,ignífuga ,antial·lèrgica, bacterio/fungistàtica.Pes fins 320(+/-5

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 62004140

Descripció llarga:

Funda matalàs PES/PUR, color blau fosc,bielàstica,impermeable ,transpirable, ignífuga.Mida: 80x190(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 62004152

Descripció llarga:

Funda matalàs PES/PUR,amb cremallera segellada.Bi-elàstica,antifricció ,anticisalla,imperm,transp, ignífuga,antial·lèrgica,bacterio/f ungistàtica .Mida: 76x10x190(+/-1)cm.

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 62004153

Descripció llarga:

Matalàs de buit de poliamida de baixa densitat amb doble segellament, vàlvula a doble nivell, granulat intern de diàmetre petit per a posicionament i immobilització de pacients. Volum: 65 litres (L). Mida: amplada 150+/-1) cm, llargària 80(+/-1) cm.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 62004157

Descripció llarga:

Matalàs escuma híbrida tanspirable,poro obert ,3 capes (PUR): capa sup Ecolast o equiv/infer escum freda densit 32 kg/m³,capa centra l Ecolast o equiv 35 kg/m³,a/funda(PU+PES) a/cremall selleg,imperm,transpir ,desinfect.Mida:190 x 80(+/-2)cm x 15 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 62004158

Descripció llarga:

Matalàs escuma híbrida tanspirable,poro obert ,3 capes (PUR): capa sup Ecolast o equiv/infer escum freda densit32 kg/m³,capa central Ecolast o equiv 35 kg/m³,a/funda(PU+PES) a/cremall selleg,imperm,transpir ,desinfect.Mida:190 x 90(+/-2)cm x 15 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101485958 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 62004159

Descripció llarga:

Coixí de fibra buida de polièster,extrafines, conjugades i siliconades a/funda pincel de polièster amb recobriment de poliuretà piro rretardant i antimicrobià, impermeable a liquits i permeable a gassos Mida: 80x35(+/-1)cm,alt minim 15cm

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	**Num. Exp.:**					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	**Descripció:**					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	**Empresa:**														
4	**NIF:**														
5	**Data**														
6	**Segell Empresa:**														
7	**Signatura:**														
8	**T. Oferta (B: Base, V: Variant):**					B									
9	**Número oferta Variant:**														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriment polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI								
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriment polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriment hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta | Hoja4 | Hoja1 | Hoja2 | Hoja3

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar **nom** de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar **NIF** de l'empresa licitadora **sense cap signe** de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en **majúscules.**	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar **B** Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar **V**	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya *Oferta*	Per a ofertes de codi SAP: Informar la referència Per a ofertes de codi agrupador: Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una **X** i informar OBLIGATORIAMENT els camps ***Referència marca i model*** si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica ***Licitacion1100XXXXXX.xls*** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat ***Documentació,*** dins de la documentació que hi ha a ***1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip***

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE
Empresa:	
NIF:	
Data	
Segell Empresa:	
Signatura:	
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B
Número oferta Variant:	

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Cànula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colçe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea *DADES DE LA LICITACIÓ*		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'**ANNEX B.** ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	**Casuística**	**Origen de la dada**
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE *(continuació)*	
Àrea *DADES DEL LICITADOR*	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu* i *ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. **//** Introductor 6F **//** Introductor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

Especificacions tècniques (*continuació)*	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	**Marcat CE = SI** Quan el material té **Marcat CE**, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE **Marcar CE = NO** Quan el material **NO te Marcat CE**, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document *Annex B2 Llista Resum*. **Tipus de classe:** Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF | Nom | Fabricant (SI / NO) | Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Marcat CE/Tipus de classe — *Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)

Altres acreditacions i/o auto certificació — *Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material*

Logo de l'empresa

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF | Nom | Fabricant | Fabricant (SI / NO) | Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT | Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF | Nom | Fabricant | Fabricant (SI / NO) | Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

ANNEX D3 - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101485958

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

	Assenyalar si es presenta documentació	
CRITERIS JUDICI DE VALOR PER A TOTS ELS LOTS	**Lot 1**	**Lot 2**
Protocol de neteja, desinfecció i manteniment		
Protocol d´entrada, sortida, trasllat , emmagatzematge i Logistica.		
Idoneïtat de la superfície respecte a l'ús al que va destinada		
Facilitat d' ús del sistema informatitzat de gestió de les SEMP		

Es OBLIGATORI presentar aquest annex en el sobre 2 bis
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol.licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquets criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut


S'ha d'omplir l'excel "ANNEX_D4_**1101485958"**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** '*intro*' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la *Plataforma* i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya PROVEÏDOR**



Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI
Proveïdor	
NIF	
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B
Número oferta Variant:	

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Proveïdor*

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Titol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Proveïdor*

Capçalera	Proveïdor	Informar **nom** de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar **NIF** de l'empresa licitadora **sense cap signe** de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en **majúscules.**	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar **B** Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar **V**	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

Doc.original signat per: Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia: 03/11/2026 10:57:51

2. **Pestanya LOT i/o LOTS**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya *LOT*

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *LOT*

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori

- **LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT:**

Per al lot/lots en què es presenta oferta a la totalitat dels articles que inclou o a una part, en cada línia de material cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI = tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

SI PRESENTA OFERTA = NO = els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.


Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Ampliada del puny de la bata es situi entre el 6 cm i 8 cm, ambós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situi entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts	3 punts	5 punts
			SÍ/NO	SÍ/NO	SÍ/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segellades sense cosi,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segellades s/cosi,zona crítica.Mida L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí	Sí	No


- **LOT EN QUÈ NO ES PRESENTA OFERTA A LA SEVA TOTALITAT (CAP OFERTA):**

En els lots en què no es presenta cap oferta es pot **eliminar** la pestanya, o full, del LOT de l´arxiu d´excel (només es deixen els lots que tenen oferta) (Fig. 1), i, **en cap cas, s´haurà d´amagar el full del llibre ja que impedeix la càrrega correcte de la informació, al sistema de treball (Fig. 2),**

Exemple:



(figura 1)



(figura 2)

ANNEX D5 - Certificat dels requisits d'obligat compliment

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNu	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el códigon numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

GENERALITAT DE CATALUNYA

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must been written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descricpiones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Codigo GTIN de la unidad jerarquica directamente inferior	Case and Pallet			

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerarquica directamente inferior				
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, …	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, …	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, …	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 28/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0CV2568T3AYMOYB8Q3COJE7RX1WREVD9

Data creació còpia:
03/11/2026 10:57:51

Pàgina 60 de 60