Hospital Clínic Veterinari
UAB

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP D´ESTERILITZACIÓ A VAPOR

Expedient núm. 3/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP D´ESTERILITZACIÓ A VAPOR

---

1) OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un equip autoclau d'esterilització a vapor destinat a la Fundació Hospital Clínic Veterinari MP (en endavant, FHCV), que inclogui el subministrament de tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, el servei de manteniment de l'equip, la formació del personal usuari, les proves de validació, la documentació tècnica i la garantia de l'equip, amb la finalitat d'assegurar l'esterilització i la traçabilitat del material sanitari utilitzat en l'activitat assistencial de l'Hospital Clínic Veterinari.

L'equip ofert i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament han de ser nous; no s'acceptaran components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

2) ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L'EQUIP

L'equip ofert per les empreses licitadores ha de complir amb les especificacions tècniques mínimes següents:

- Esterilitzador a vapor d´una porta, per un volum de més de 250 litres i potencia mínima de 21 KW:
  - PLC Industrial i pantalla tàctil de 5,7"
  - Doble CPU (control i registre)
  - Impressora integrada
  - Connexió Ethernet
  - Càmera construïda en inoxidable
  - Entrades sondes de validació tipo clamp 1-1/2".
  - Recambra contínua construïda en inoxidable
  - Panels frontals de acero inoxidable
  - Sistema de buit amb ejector
  - Generador de vapor 18 kW
  - Circuits d´aigua independents
  - Joc de guies inferiors
  - Manòmetres càmera/vapor en frontal
  - Programes inclosos de test de buit, test de Bowie & Dick, pre-escalfament, programes de sòlids configurables entre 115 i 135ºC, i programa ràpid
  - Conjunt de plafons laterals d´acer inoxidable
  - Dos prestatges extraïbles (entremig i inferior) amb nansa d´extracció, amb les corresponents guies i suports de fixació

- Descalcificador d´aigua:
  - Amb ampolla de 30L
  - Amb sistema de regeneració volumètric
  - Depòsit de sal integrat
  - Caudal del servei: 6.000l/h
  - Connexió d'entrada i sortida

- Planta de tractament d´osmosi inversa amb:
    - Prefiltració per l´eliminació de sediments
    - Prefiltració per l´eliminació de clor i altres agents contaminants orgànics
    - Postfiltració per la filtració final de l´aigua d´alimentació
    - Electrovàlvula d´entrada d´aigua
    - Bomba d´alta pressió
    - Manòmetre de pressió de treball

Les ofertes d'equips que no compleixin aquestes característiques tècniques mínimes seran excloses de la licitació.

3) MANTENIMENT I GARANTIA

El termini de garantia de l'equip es fixa en un mínim de 2 anys (que pot ser ampliat a proposta de les empreses licitadores, d'acord amb el criteri d'adjudicació núm. 2 de l'apartat I del quadre de característiques) i començarà a comptar a partir de la data de posta en marxa de l'equip.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).

- La reparació o la substitució de les parts defectuoses.

- 1 visita anual de manteniment preventiu i tècnic-legal de l'equip i els seus perifèrics.

Cal incloure les actualitzacions tècniques i de programari determinades com necessàries pel fabricant i tots els materials de recanvi.

Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció telefònic del servei tècnic en dies laborables, amb compromís de disponibilitat de dilluns a divendres, de 8h a 19 h. El temps màxim de resposta telefònica serà de 2 hores des de que es rebi l'avís d'avaria.

- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc. Acreditar igual que l'equip d'instal·lació haurà de ser de les mateixes titulacions i personal oficial o autoritzat pel fabricant.

- Temps de resposta amb presència física: el personal tècnic de l'empresa adjudicatària haurà de personar-se en les instal·lacions de l'Hospital Clínic Veterinari en un termini màxim de 12 hores des de què es realitza la trucada telefònica, per tal de resoldre l'avaria.

4) DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores han d'incloure en les seves ofertes tota la documentació tècnica suficient per a poder acreditar que l'equip ofert compleix les condicions tècniques mínimes.

En concret, s'haurà de presentar la documentació següent:

- Memòria tècnica de l'article ofert, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts.

- Document descriptiu de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició, per als productes on així s'indiqui en la seva fitxa tècnica.

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.

- 1 manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.

- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal·lació, requereixen obra o connexions especials.

- Document amb el detall de les condicions de garantia.

- Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació i altra informació dels productes.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana i/o castellana. D'acord amb la clàusula 10.7 del plec de clàusules administratives, quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció oficial a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

5) LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

D'acord amb el que s'especifica al plec de clàusules administratives, el lliurament s'ha de realitzar a les instal·lacions de la FHCV, d'acord amb les indicacions del responsable del contracte per coordinar l'accés del personal instal·lador.

El personal que ha de manipular directament l'equip o alguna de les parts ha de ser personal oficial o autoritzat pel fabricant a realitzar les tasques encomanades.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la retirada de l´equip existent a les instal·lacions de la FHCV.

6) FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària es compromet a formar adequadament al personal assistencial, facultatius i tècnics mitjançant cursets i documentació tècnica adient, seguint un pla de formació al propi Hospital Clínic Veterinari per a tot el personal implicat en la posada en marxa de l'equip.