EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS ENDOVASCULARS PEL TRACTAMENT D'ANEURISMES COMPLEXOS PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	**Criteris d'adjudicació**
	CS/AH01/1101488206/27/PS

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE ÚNIC):

La puntuació econòmica màxima serà de:

- Lot 1: 59 punts
- Lot 2: 59 punts

La puntuació màxima d'aquest criteri de 59 punts els rebrà l'oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:
P: *Punts criteri econòmic*
IL: *Import de licitació*
Ov: *Import de l'oferta econòmica a valorar*
Om: *Import de la millor oferta presentada*
Pv: *Punts atorgats a l'oferta*

OAB: *Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa.*

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu. 3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Un cop s'hagi identificat algun dels anteriors supòsits, s'instruirà el corresponent procediment contradictori, d'acord amb la clàusula 23 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE ÚNIC):

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de:

- Lot 1: 40 punts
- Lot 2: 40 punts

Aquelles ofertes que no aconsegueixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

LOT 1- MICROGUIES 0,010" D'ÚS INTRACRANIAL			
	CRITERIS DE VALORACIÓ TECNICA AUTOMÀTICA	VALORS	PUNTUACIÓ
B1	Mesura del segment radiòpac de la microguia	• ≥ 3 cm = 15punts	15
		• < 3 cm= 0 punts	
B2	Llargada del dispositiu	• Entre 2 i 3 m= 15 punts	15
		• < 3 m= 0 punts	
B3	La punta té una forma preformada	• Sí= 10 punts	10
		• No= 0 punts	
		TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1	40

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS ENDOVASCULARS PEL TRACTAMENT D'ANEURISMES COMPLEXOS PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	**Criteris d'adjudicació**
	CS/AH01/1101488206/27/PS

LOT 2- DISPOSITIU INTRASACULAR PER A UTILITZACIÓ AMB COILS			
	CRITERIS DE VALORACIÓ TECNICA AUTOMÀTICA	VALORS	PUNTUACIÓ
B4	El dispositiu presenta un disseny dual-laver i punta atraumàtica	• Sí = 10 punts • No= 0 punts	10
B5	Presenta un estudi que demostra l'oclusió adequada en un període de 6 mesos	• 80% d'oclusió completa= 10 punts • < 80% d'oclusió completa= 0 punts	10
B6	Despreniment electrolític amb taxa reportada del 100%	• Sí= 10 punts • No= 0 punts	10
B7	Presenta un estudi que demostra que la taxa d'esdeveniments adversos en un període de 6 mesos	• < 2,5% stroke= 10 punts • > 2,5% stroke= 0 punts	10
		TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2	40

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

D'acord amb el que es recull a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquests criteris tècnics i la seva ponderació han estat escollits pels professionals designats pel responsable del contracte, per tal d'assegurar la millor relació qualitat-preu vinculada a l'objecte del contracte i basats en un plantejament que atén a la millor relació cost-eficàcia.

Dins d'aquests aspectes s'han tingut en compte la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, la comercialització i les seves condicions així com l'organització, la qualificació i experiència del personal tenint en compte el servei postvenda, l'assistència tècnica i les condicions de lliurament, d'acord al tipus d'expedient.

C – CRITERIS DE VALORACIÓ D'ASPECTES EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER PROVEIDORS (SOBRE ÚNIC)

La puntuació màxima de la valoració d'aspectes en matèria de responsabilitat social corporativa és de 1 punt.

	CRITERIS DE VALORACIÓ D'APECTES EN MATERIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER PROVEÏDORS		PUNTUACIÓ
	1 – ÀMBIT SOSTENIBILITAT		
RSC1	Lliurar un càlcul de la petjada de carboni causat per l'objecte de la contractació. S'haurà d'acreditar el càlcul mitjançant l'eina ScopeCO2 que és la reconeguda pel Ministeri de Sanitat per las centres sanitaris espanyols.	Si = 0,50 punts No = 0 punts	0,50
	2 – ÀMBIT SOCIAL (IGUALTAT I EQUITAT)		
RSC2	El licitador certifica que el percentatge de contractació definitiva de la plantilla que executarà el contracte ha de superar el 50%.	Si = 0,50 punts No = 0 punts	0,50
		TOTAL PUNTUACIÓ	1

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS RSC

1. Àmbit sostenibilitat

RSC1: Càlcul i compensació de la petjada de carboni

Aquests criteris estan vinculats amb les fases de fabricació, distribució i entrega del subministrament. Atès que el procés de disseny i producció d'implants personalitzats genera emissions de CO_2, és pertinent valorar el càlcul d'aquest impacte mitjançant una eina reconeguda pel Ministeri de Sanitat (ScopeCO2), així com les mesures proposades per compensar-lo.

2. Àmbit social (Igualtat i Equitat) (RSC5 i RSC6)

RSC2: Contractació estable del personal

Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles.

Dr. Esther Rodríguez González
Subdirector Assistencial
Hospital Universitari Vall d'Hebron