

**Exp.:** 2022-31

**Tipus:** Contracte mixt de subministrament i serveis

**Procediment:** Obert

**Objecte:** Subministrament de gasos líquats i en ampolles, així com la producció d'aire medicinal i buit mèdic per l'Hospital Clínic de Barcelona i entitats vinculades.

**Promotor:** Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica

## **RESOLUCIÓ PER A LA CORRECCIÓ D'ERRORS DELS PLECS**

I.- Que en data 1 de desembre de 2022, es va publicar al Perfil del Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) l'anunci de licitació per a la contractació del subministrament de gasos líquats i en ampolles, així com la producció d'aire medicinal i buit mèdic per l'Hospital Clínic de Barcelona i entitats vinculades. L'anunci de licitació es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) en data 6 de desembre de 2022.

II.- Que a l'anunci de licitació s'estableix que el termini per presentar ofertes és fins al dia 9 de gener de 2023.

III.- Que mitjançant aquesta resolució es corregeix uns errors detectats al plec de prescripcions tècniques.

És per tot això que,

### **RESOLC**

**Primer.-** Publicar la correcció d'errades al Perfil del Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), del plec de prescripcions tècniques (PPT):

- En relació al punt 5.1.1.1 de "Condicions tècniques per a la instal·lació d'aire medicinal" del PPT:

Allà on diu:

El disseny de l'equip estarà d'acord amb l'ISO 7396-1, o similar amb certificat CE Producte Sanitari, d'acord amb la Directiva Europea 93/42/CEE classe IIb, garantint la qualitat de l'aire medicinal d'acord amb la farmacopea europea.

Ha de dir:

El disseny de l'equip estarà d'acord amb l'ISO 7396-1, o similar amb certificat CE Producte Sanitari, d'acord amb la Directiva Europea 93/42/CEE classe IIa, garantint la qualitat de l'aire medicinal d'acord amb la farmacopea europea.

- En relació al punt 5.1. de "Aire medicinal produït per elements electromecànics" del PPT:

Allà on diu:

La distribució d'aire medicinal es farà a dues pressions diferents, sempre inferiors a 10 kg/cm<sup>2</sup>.

Ha de dir:

La distribució d'aire medicinal es farà a dues pressions diferents. El rang de pressions per a la distribució d'aire medicinal estarà comprès entre els 8 i 10 kg/cm<sup>2</sup>.

**Segon.-** Publicar la correcció al Perfil del Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i al DOUE.

Barcelona, 23 de desembre de 2022

Josep M<sup>a</sup> Campistol i Plana  
Director General  
(Per delegació,  
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)