

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
IMPLANTS AUDITIUS, FONATORIS I COCLEARS

CS/CC00/1101334430/23/AM

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica.....	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Atributs logístics.....	10
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.5.1. Condicions de subministrament.....	10
4.5.2. Garantia de subministrament.....	11
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	11
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.5.2.3. Termini de lliurament.....	13
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.5.3. Sistema EDI	13
4.6. Condicions de l'operador logístic.....	15
4.6.1. Embalatges	15
4.6.2. L'albarà	16

4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	17
4.6.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	18
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'implants auditius, fonatoris i coclears per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Per les ofertes a codi individual, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Per les ofertes a codi agrupador, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

- **Annex D4 Fitxa resum Judici de Valor**

La documentació acreditativa de cada article (SAP o codi agrupador), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten **dividides en subcarpetes per lot.**

El fitxer acreditatiu s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten **dividides en subcarpetes per lot**.

El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

- **Fitxa criteris objectius ANNEX D3 amb la informació que cal omplir per la valoració dels criteris objectius.**

Aquest fitxer excel conté una pestanya per cada lot amb els criteris addicionals objectius definits en aquest expedient.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Fitxa criteris objectius lot XX.xls o .xlsx i s'ha de presentar, com a mínim, en format excel.

S'ha de fer una pestanya per cada lot.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a **l'ANNEX E – presentació de mostres**.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101334430/2023/AM]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en **l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats**.

Les mostres es lliuraran a Manuel Parra a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en **l'ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.6.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.	

f.	Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4.	Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
		 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5.	Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6.	En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7.	Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
----	--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius

ANNEX D4 - Fitxa resum judici valor

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

ANNEX A – Característiques de la licitació

ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	NUMERO ADJUDICATARIS	LOTS OBLIGATORIS
001	Pròtesi reconstrucció parcial cadena ossicular (PORP)	999201703	A - Pròtesi parcial cadena ossicular (PORP), de hidroxiapatita, varis diàmetres i longitud variable	1 ADJUDICATARI	NO
		999201804	A - Pròtesis PORP per a timpanoplàstia parcial,preformada, de titani, preformada, longitud fixa, diferents formes, diàmetres i longituds	2 ADJUDICATARIS	NO
002	Pròtesi total cadena ossicular (TORP)	999201520	A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), de titani, diferents formes, diàmetres i longituds	2 ADJUDICATARIS	NO
		999201704	A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), d'hidroxiapatita, diferents formes, diàmetres, i longituds	2 ADJUDICATARIS	NO
		999202656	A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), amb tija de titani i cap/anell d'hidroxiapatita, diferents formes diàmetres i longituds	2 ADJUDICATARIS	NO
003	Pròtesi d'estapedectomia	999201521	A - Implant d'oïda per a estapedectomia de material fluoroplàstic (PTFE), lliure de làtex, diferents formes, diàmetres i longituds	2 ADJUDICATARIS	NO
		999201549	A - Implant d'oïda per a estapedectomia, de titani, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	NO
		999201939	A - Implant per a estapedectomia i estapedotomia, ajustable, de platí i PTFE, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	NO
004	Tubs de drenatge transtimpànics	20080590	Drenatge transtimpànic bisellat en T amb volandera tipus Baxter Bevel, en silicona ferma. Diàmetre intern 1,27mm, longitud pestanya 9,5mm, longitud 3mm. Lliure de làtex. Estèril.	1 ADJUDICATARI	NO
		20016523	Tub de drenatge transtimpànic en T tipus Goode per a ventilació prolongada, material de silicona ferm. Mida: 1,14mm diàmetre intern, llargària de la vora(T) 6,0mm. Lliure de làtex. Estèril.	1 ADJUDICATARI	NO
		20080582	Drenatge tub en forma de T per a ventilació i drenatge transtimpànic material de silicona Mides: diàmetre intern 1,14 mm, diàmetre extern 12 mm, llargària 12,5 mm. Estèril. Lliure de làtex.	1 ADJUDICATARI	NO
		20059049	Tub de drenatge transtimpànic tipus Reuter Bobbin per a ventilació prolongada en otitis d'oïda mitjana. De material fluoroplàstic. Mida: diàmetre intern 1,0mm, diàmetre extern 2,5mm, longitud 1,5mm, sense perforacions. Estèril.	1 ADJUDICATARI	NO
		20139389	Tub de drenatge i ventilació transtimpànic collar button (tipus Sheehy), de fluoroplàstic. Mides: diàmetre intern 1,27 mm. Estèril. Lliure de làtex.	1 ADJUDICATARI	NO
		20060550	Tub de drenatge i ventilació transtimpànic collar button tipus Sheehy, de fluoroplàstic. Mides: diàmetre intern 1,27,diàmetre extern 3,0-3,2mm. Estèril. Lliure de làtex.	1 ADJUDICATARI	NO
		20060546	Tub de drenatge transtimpànic de tefló, per a supuracions de l'oïda mitja. Mides: diàmetre exterior 2,75 mm. Estèril. Lliure de làtex.	1 ADJUDICATARI	NO
		20060549	Tub de drenatge transtimpànic tipus Shepard, diàmetre intern 1,14 mm, diàmetre vorell interior 2,4 mm, diàmetre vorell exterior 2,4mm, diàmetre vorell dist. 1,6mm, llargada total 2,4mm, de fluoroplàstic blanc. Estèril. Lliure de làtex.	1 ADJUDICATARI	NO
		999202194	A - Tubs de ventilació/drenatge transtimpànic de mitja durada, diàmetre ≥ 1,25 mm, varies longituds i formes	1 ADJUDICATARI	NO
		999202657	A - Tubs de ventilació/drenatge transtimpànic de curta durada per a pediatria, diàmetre entre 0,76 i 0,89 mm, varies longituds i formes	1 ADJUDICATARI	NO
005	Pròtesi fonatòries primària, de recanvi i anella de protecció/fixació	999201399	A - Equip format per pròtesi fonatòria primària i accessoris per a recanvi per punció, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	SI
		999201713	A - Pròtesi fonatòria de recanvi, de silicona, amb eina d'inserció desplegada, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	
		999201721	A - Pròtesi fonatòria de recanvi, de silicona, amb eina d'inserció flexible, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	
		999201783	A - Equip de recanvi per a pròtesi fonatòria post Laringectomia, accessoris per a recanvi per punció, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	
		999201932	A - Anella de protecció/fixació per a perdues en periprotètiques en protesi fonatòria, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	
006	A - Pròtesi fonatòria de recanvi doble vàlvula	999201709	A - Pròtesi fonatòria de recanvi, doble vàlvula, de silicona, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	NO
007	Pròtesi de via aèria per a tiroplàstia tipus Montgomery	999201934	A - Pròtesi de tiroplàstia, tipus Montgomery, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	NO
008	Disc i làmina d'àcid hialurònic	999201708	A - Equip de discs d'àcid hialurònic per a reconstrucció de membrana timpànica, varis diàmetres i longituds	1 ADJUDICATARI	NO
		999201714	A - Làmina otològica d'àcid hialurònic, varies longituds	1 ADJUDICATARI	NO
009	Implant injectable d'hidrogel i hidroxiapatita per a cordes vocals	999202658	A - Implant d'hidrogel injectable percutani o agulla transoral per a cordes vocals amb hidroxiapatita	1 ADJUDICATARI	NO
010	Implants coclears	20000184	Implant coclear. Multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona. Mides: 33x23x4 (+/- 0,1)mm. Elèctrodes estimulació <50,700pps.Telemetria.Compatible RMN. Inclou dispositiu extern. Sist CONCERTO o eq compatible a/processador Opus 2/Rondo o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20097827	Implant coclear. Multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona.Mides:17,3x25,4x4,5 (+/- 0,1)mm. Elèctrodes estimulació >50,700pps.Telemetria.Compatible RMN 3.0T. Sist SYNCHRONY o eq compatible amb processador OPUS 2 o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20115802	Processador àudio digital p/implant coclear model RONDO 2 o eq. Gestió automàtica so,disseny modular, control remot, rang freqüencial audio 70Hz a 10KHz,sist conn sense fil, codificació so p/software p/sist SYNCHRONY,CONCERTO,SONATA, PULSAR,C40,C40+ o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20097828	Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear amb control remot. Compatible amb implant Synchrony Opus 2/Rondo o equivalent.	1 ADJUDICATARI	NO
		20115803	Processador àudio digital p/implant coclear tipus SONNET o eq. Gestió automàtica so, disseny modular,control remot, rang freqüencial àudio 70Hz a 10KHz, sist conn sense fil, codificació so p/software p/sist SYNCHRONY,CONCERTO,SONATA,PULSAR, C40,C40+ o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20136660	Implant coclear. Multicanal plataforma electrònica, encapsulat, titani.Mides: 24x47,9x5,7 (+/-0,1)mm. 12 canals dobles, 24 elèctrodes. Elèctrodes estimulació < 50,700 pps. Capacitat de telemetria. Compatible amb RMN fins a 3 Teslas sense retirar imant.	1 ADJUDICATARI	NO
		20138694	Elèctrode continu tipus ANTS (apical, mig i basal) de prova funcional per a nervi auditiu, de silicona i platí-iridi, de 129mm de llargària. ANTS, ref:37137	1 ADJUDICATARI	NO
		20145580	Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear. Compatible amb Clarion C1 (1.0 i 1.2) o equivalent.	1 ADJUDICATARI	NO
		20115801	Processador àudio digital p/implant coclear per a implant coclear model RONDO o eq. Gestió automàtica so, disseny integrat en una única unitat, a/control remot, rang freqüencial àudio 70Hz a 10KHz, p/sist SYNCHRONY,CONCERTO,SONATA,PULSAR,C40+,C40 o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20119811	Implant coclear,encapsulat,titani,silicona. Mides:24,5x45,7x5,9(+/-0,1)mm.12 canals dobles,24 elect estimulació <50,700pps.Telemetria. Compatible RMN 3T s/retirar imant.Dispositiu extern.Sist MAESTRO SYNCHRONY ST o eq compatible processador Sonnet o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20115800	Processador d'àudio digital per a implant coclear model OPUS 2 o equivalent. Gestió automàtica del so, disseny modular, amb control remot, rang freqüencial d'àudio d e 70Hz a 10KHz, per a sistemes CONCERTO, SONATA, PULSAR, C40+, C40 o equivalent.	1 ADJUDICATARI	NO
		20053705	Implant coclear. Multicanal, encapsulat, titani i silicona. Mides: 19.3x20.5x6.9(+/-0,1)mm. Fixació implant per sutura. 22 elèctrodes actius independents.Taxa estimulació màxima 31,500pps. Capacitat de telemetria. Compatible RMN 3T. Sistema Nucleus o eq	1 ADJUDICATARI	NO

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	NUMERO ADJUDICATARIS	LOTS OBLIGATORIS
		20107124	Implant coclear multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona.Mides: 56,5x33x6,5 (+/- 0,1)mm, 24 elèctrodes+2 terra. Possible 8 canals simultanís virtuals >150 , velocitat estimulació >35,000pps.Telemetria. Codificació APS. Sist Venus o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20107125	Implant coclear multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona. Mides: 56x28x4,5 (+/- 0,1)mm, velocitat estimulació 83.000pps, 16 elèctrodes.Telemetria. Compatible a/RMN fins a 1,5 Tesla. Inclou dispositiu extern. Sistema HiResUltra CI o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20107126	Implant coclear multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona. Øbase 0'5mm, 0'4mm zona apical, gruix 4'0mm centre i 4'5mm extrem, velocitat estimulació 47500pps, 20 elèctrodes.Telemetria.RMN 1,5T.Dispositiu extern. Sist Neuro 2 o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20109817	Implant coclear multicanal plataforma electrònica, encapsulat,titani,silicona. 52,4(+/-0,1)mm, elèctrodes actius independents, velocitat estimulació 47500pps de 20 elèctrodes.Telemetria.RMN 1,5T.Neuro 2 compatible a/implants Digisonic SP i Neuro Zti o eq	1 ADJUDICATARI	NO
		20119480	Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear. Compatible amb Nucleus o equivalent.	1 ADJUDICATARI	NO
011	Implant d'òida mitja	20112395	Processador d'àudio esquerra, rang freqüencial d'àudio de 250Hz a 8KHz,model tipus SAMBA o equivalent, per a sistemes BONEBRIDGE i VIBRANT SOUNDBRIDGE o equivalent.	1 ADJUDICATARI	SI
		20112396	Processador d'àudio dret, rang freqüencial d'àudio de 250Hz a 8KHz, model tipus SAMBA o equivalent, per a sistemes BONEBRIDGE i VIBRANT SOUNDBRIDGE o equivalent.	1 ADJUDICATARI	
		20112394	Implant òida mitjana.Estimulador/receptor a/transductor massa flotant,multicanal,titani,silicona.Mides: 35x30x10(+/-0,1)mm.Fixació a/cargols corticals autoperforants.Compatible RMN fins 1,5.Sist VIBRANT SOUNDBRIDGE o eq compatib processador SAMBA o eq	1 ADJUDICATARI	
012	Implant auditiu passiu per a via òssia	999202301	A - Sistema d'implant auditiu passiu per a via òssia amb cargols per a implantacio transcutani i/o percutani i sistema de transmissió intern, vàries mides	2 ADJUDICATARIS	NO
		999202302	A - Processador extern de so per a implant auditiu passiu per via òssia, diferents db	Adjudicació vinculada al 999202301 i 999202667	NO
		999202667	A - Implant auditiu passiu per a via òssia amb cargols compatible amb implantacio transcutani i/o percutani sense processador, vàries mides	2 ADJUDICATARIS	NO
		999202665	A - Equip per implantació d'implant auditiu passiu per a via òssia, varies mides	Adjudicació vinculada a l'agrupador 999202301.	NO
		999202305	A - Cargols per a implant auditiu passiu per a via òssia, varies mides		NO
		999202671	A - Pilar de titani compatible amb BAHA o equivalent, vàries mides		NO
		999202670	A - Transmissor sense fil per a diversos dispositius compatible amb el processador Ponto 5 o equivalent		NO
013	Implant auditiu actiu per via òssia	999202303	A - Sistema d'implant auditiu actiu per a via òssia (sense cargols) amb component implantable i sistema transcutani de transmissió intern, vàries mides	2 ADJUDICATARIS	NO
		999202304	A - Processador extern de so per a implant auditiu actiu per via òssia, diferents db	Adjudicació vinculada a l'agrupador 999202303.	NO
		999202672	A - Transmissor sense fil per a dispositiu compatible amb el processador Baha 5 o equivalent		NO

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 20000184

Descripció tècnica:

Implant coclear. Multicanal de plataforma electrònica, encapsulat, de titani i silicona. Mides: 33x23x4 (+/-0,1)mm (12 canals dobles, 2,4 mm distància entre ells). Elèctrodes estimulació < 50,700 pps. Capacitat de telemetria. Compatible amb Resonància Magnètica Nuclear fins a 1,5 Tesla sense retirar imant. Inclou dispositiu extern. Sistema CONCERTO o equivalent compatible amb processador Opus 2/Rondo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 20016523

Descripció tècnica:

Tub de drenatge transtimpànic en T tipus Goode per a ventilació prolongada, material de silicona ferm. Mida: 1,14mm diàmetre intern, llargària de la vora(T) 6,0mm. Lliure de làtex. Estèril. Ref:VT-0400-01

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 20053705

Descripció tècnica:

Implant coclear. Multicanal, encapsulat, titani i silicona. Mides: 19.3x 20.5x6.9 (+/-0,1)mm. Fixació implant per sutura. 22 elèctrodes actius independents. Taxa d'estimulació màxima de 31,500 pps. Capacitat de telemetria. Compatible Resonància Magnètica Nuclear fins a 3 tesles sense retirar imant. Sistema Nucleus o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 20059049

Descripció tècnica:

Tub de drenatge transtimpànic tipus Reuter Bobbin per a ventilació prolongada en otitis d'oida mitjana. De material fluoroplàstic. Mida: diàmetre intern 1,0mm, diàmetre extern 2,5mm, longitud 1,5mm, sense perforacions. Estèril. TympoVent. Ref:7014-W

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 20060546

Descripció tècnica:

Tub de drenatge transtimpànic de tefló, per a supuracions de l'oida mitjana. Mides: diàmetre exterior 2,75 mm. Estèril. Lliure de làtex. Ref:104100

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 20060549

Descripció tècnica:

Tub de drenatge transtimpànic tipus Shepard, diàmetre intern 1,14 mm, diàmetre vorell interior 2,4 mm, diàmetre vorell exterior 2,4mm, diàmetre vorell dist. 1,6mm, llargada total 2,4mm, de fluoroplàstic blanc. Estèril. Lliure de làtex. Ref:104115

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 20060550

Descripció tècnica:

Tub de drenatge i ventilació transtimpànic collar button tipus Sheehy, de fluoroplàstic. Mides: diàmetre intern 1,27, diàmetre extern 3,0-3,2mm. Estèril. Lliure de làtex. Ref:525-011

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 20080582

Descripció tècnica:

Drenatge tub en forma de T per a ventilació i drenatge transtimpànic material de silicona tipus gromet t-goode. Mides: diàmetre intern 1,14 mm, diàmetre extern 12 mm, llargària 12,5 mm. Estèril. Lliure de làtex. Re f:103200

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 20080590

Descripció tècnica:

Drenatge transtimpànic bisellat en T amb volandera tipus Baxter Bevel, en silicona ferma. Diàmetre intern 1,27mm, longitud pestanya 9,5mm, longitud 3mm. Lliure de làtex. Estèril. Ref:24651

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 20097827

Descripció tècnica:

Implant coclear. Multicanal de plataforma electrònica, encapsulat, titani i silicona. Mides: 17,3x25,4x4,5 (+/-0,1)mm, cos central (bobina) Ø 2,9x3,3(+/-0,1)mm de gruix, pes 7,6 (+/-0,5)g. Elèctrodes estimulació >50, 700pps. Capacitat de telemetria. Compatible amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 3.0 Tesla sense retirar imant. Sistema SYNCHRONY o equivalent compatible amb processador OPUS 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 20097828

Descripció tècnica:

Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear amb control remot. Compatible amb implant Synchrony Opus 2/Rondo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 20107125

Descripció tècnica:

Implant coclear multicanal de plataforma electrònica, encapsulat de titani i silicona. Mides: 56x28x4,5 (+/-0,1)mm, velocitat d'estimulació 83.000pps, 16 elèctrodes d'implant posicionats en perímodiolar. Capacitat de telemetria. Compatible amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 1,5 Tesla sense extreure imant. Inclou dispositiu extern. Sistema HiResUltra CI o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 20107126

Descripció tècnica:

Implant coclear multicanal de plataforma electrònica, encapsulat de titani i silicona, extra fi. Mides: Ø de base de 0'5mm i de 0'4mm en zona apical, gruix de 4'0mm en centre i 4'5mm en extrem, elèctrodes actius independents, velocitat d'estimulació de 47500pps. de 20 elèctrodes, amb una longitud activa de 24mm i de 25mm d'inserció, sistema fixació al crani amb cargols. Capacitat de telemetria. Compatible amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 1,5 Tesla sense retirar imant. Inclou dispositiu extern. Sistema Neuro 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 20109817

Descripció tècnica:

Implant coclear multicanal de plataforma electrònica, encapsulat, titani i silicona. Mida: 52,4 (+/-0,1)mm, elèctrodes actius independents, velocitat d'estimulació de 47500pps de 20 elèctrodes, amb una longitud activa de 24mm i de 25mm d'inserció. Sistema de fixació amb cargols. Capacitat de telemetria. Compatibilitat amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 1,5 Tesla sense retirar imant. Neuro 2 és compatible amb implants Digisonic SP i Neuro Zti o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 20112394

Descripció tècnica:

Implant d'oïda mitjana. Estimulador/receptor amb transductor de massa fl otant, multicanal, encapsulat ,titani i silicona. Mides: 35x30x10 (+/-0, 1)mm. Fixació superfície cranial amb 3 cargols corticals autoperforants de titani. Compatible amb Resonància Magnètica Nuclear fins 1,5 Tesla. Sistema VIBRANT SOUNDBRIDGE o equivalent compatible amb processador SAM BA o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 20112395

Descripció tècnica:

Processador d'àudio esquerra, rang freqüencial d'àudio de 250Hz a 8KHz ,model tipus SAMBA o equivalent, per a sistemes BONEBRIDGE i VIBRANT SOU NDBRIDGE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 20112396

Descripció tècnica:

Processador d'àudio dret, rang freqüencial d'àudio de 250Hz a 8KHz , model tipus SAMBA o equivalent, per a sistemes BONEBRIDGE i VIBRANT SO UNDBRIDGE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 20115800

Descripció tècnica:

Processador d'àudio digital per a implant coclear model OPUS 2 o equival ent. Gestió automàtica del so, disseny modular, amb control remot, rang freqüencial d'àudio d e 70Hz a 10KHz, per a sistemes CONCERTO, SONATA, PULSAR, C40+, C40 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 20115801

Descripció tècnica:

Processador d'àudio digital per a implant coclear per a implant coclear model RONDO o equivalent. Gestió automàtica del so, disseny integrat en una única unitat, amb control remot, rang freqüencial d'àudio de 70Hz a 10KHz, per a sistemes SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA, PULSAR, C40+ i C40 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 20115802

Descripció tècnica:

Processador d'àudio digital per a implant coclear model tipus RONDO 2 o equivalent. Gestió automàtica del so, disseny modular, amb control remot , rang freqüencial d'àudio de 70Hz a 10KHz, sistema connexió sense fil, codificació de so per software per a sistemes SYNCHRONY, CONCERTO, SONAT A, PULSAR, C40 i C40+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 20115803

Descripció tècnica:

Processador d'àudio digital per a implant coclear model tipus SONNET o e quivalent. Gestió automàtica del so, disseny modular, amb control remot, rang freqüencial d'àudio de 70Hz a 10KHz, sistema connexió sense fil, c odificació de so per software per a sistemes SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA , PULSAR, C40 i C40+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 20119480

Descripció tècnica:

Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear. Compatible amb Nucleus o equivalent

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 20119811

Descripció tècnica:

Implant coclear. Multicanal de plataforma electrònica, encapsulat, de titani i silicona. Mides: 24,5x45,7x5,9 (+/-0,1)mm. 12 canals dobles, 24 elèctrodes. Elèctrodes estimulació < 50,700 pps. Capacitat de telemetria. Compatible amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 3 Teslas sense retirar imant. Inclou dispositiu extern. Sistema MAESTRO SYNCHRONY ST o equivalent compatible amb processador So nnet o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 20136660

Descripció tècnica:

Implant coclear. Multicanal de plataforma electrònica, encapsulat, de titani. Mides: 24x47,9x5,7 (+/-0,1)mm. 12 canals dobles, 24 elèctrodes. Elèctrodes estimulació < 50,700 pps. Capacitat de telemetria. Compatible amb Ressonància Magnètica Nuclear fins a 3 Teslas sense retirar imant.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 20138694

Descripció tècnica:

Elèctrode continu tipus ANTS (apical, mig i basal) de prova funcional per a nervi auditiu, de silicona i platí-iridi, de 129mm de l largària. ANTS, ref:37137

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 20139389

Descripció tècnica:

Tub de drenatge i ventilació transtimpànic tipus Donaldson, de fluoroplàstic. Mides: diàmetre intern 1,27 mm. Estèril. Lliure de làtex. Ref:23-40300

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 20145580

Descripció tècnica:

Processador d'àudio (dispositiu extern) per a implant coclear. Compatible amb Clarion C1 (1.0 i 1.2) o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999201399

Descripció tècnica:

A - Equip format per pròtesi fonatòria primària i accessoris per a recanvi per punció, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999201520

Descripció tècnica:

A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), de titani, diferents formes, diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999201521

Descripció tècnica:

A - Implant d'oïda per a estapedectomia de material fluoroplàstic (PTFE), lliure de làtex, diferents formes, diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999201549

Descripció tècnica:

A - Implant d'oïda per a estapedectomia, de titani, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999201703

Descripció tècnica:

A - Pròtesi parcial cadena ossicular (PORP), de hidroxiapatita, varis diàmetres i longitud variable

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999201704

Descripció tècnica:

A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), d'hidroxiapatita, diferents formes, diàmetres, i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999201708

Descripció tècnica:

A - Equip de discs d'àcid hialurònic per a reconstrucció de membrana timpànica, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999201709

Descripció tècnica:

A - Pròtesi fonatòria de recanvi, doble vàlvula, de silicona, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999201713

Descripció tècnica:

A - Pròtesi fonatòria de recanvi, de silicona, amb eina d'inserció desplegada, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999201714

Descripció tècnica:

A - Làmina otològica d'àcid hialurònic, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999201721

Descripció tècnica:

A - Pròtesi fonatòria de recanvi, de silicona, amb eina d'inserció flexible, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999201783

Descripció tècnica:

A - Equip de recanvi per a pròtesi fonatòria post Laringectomia, accessoris per a recanvi per punció, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999201804

Descripció tècnica:

A - Pròtesis PORP per a timpanoplàstia parcial,preformada, de titani, reformada, longitud fixa, diferents formes, diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999201932

Descripció tècnica:

A - Anella de protecció/fixació per a perdues en periprotèsiques en protesi fonatòria, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999201934

Descripció tècnica:

A - Pròtesi de tiroplàstia, tipus Montgomery, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999201939

Descripció tècnica:

A - Implant per a estapedectomia i estapedotomia, ajustable, de platí i PTFE, varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999202194

Descripció tècnica:

A - Tubs de ventilació/drenatge transtimpànic de mitja durada, diàmetre # 1,25 mm, varies longituds i formes

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999202301

Descripció tècnica:

A - Sistema d'implant auditiu passiu per a via òssia amb cargols per a implantacio transcutani i/o percutani i sistema de transmissió intern, varies mides

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999202302

Descripció tècnica:

A - Processador extern de so per a implant auditiu passiu per via òssia

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999202303

Descripció tècnica:

A - Sistema d'implant auditiu actiu per a via òssia (sense cargols) amb component implantable i sistema transcutani de transmissió i ntern

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999202304

Descripció tècnica:

A - Processador extern de so per a implant auditiu actiu per via òssia

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999202305

Descripció tècnica:

A - Cargols per a implant auditiu passiu per a via òssia, varies mides

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999202656

Descripció tècnica:

A - Pròtesi total cadena ossicular (TORP), amb tija de titani i cap/anell d'hidroxiapatita, diferents formes diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999202657

Descripció tècnica:

A - Tubs de ventilació/drenatge transtimpànic de curta durada per a pediatria, diàmetre entre 0,76 i 0,89 mm, varies longituds i formes

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999202658

Descripció tècnica:

A - Implant d'hidrogel injectable percutani o agulla transoral per a cordes vocals amb hidroxiapatita

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999202665

Descripció tècnica:

A - Equip per implantació d'implant auditiu passiu per a via òssia, varies mides

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999202667

Descripció tècnica:

A - Implant auditiu passiu per a via òssia amb cargols compatible amb implantacio transcutani i/o percutani sense processador, vârie s mides

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999202670

Descripció tècnica:

A - Transmissor sense fil per a diversos dispositius compatible amb el processador Ponto 5 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999202671

Descripció tècnica:

A - Pilar de titani compatible amb BAHA o equivalent, vâries mides

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47998164Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.02.2023
HORA: 10:54:43
PÀGINA: 8 / 8

SOL.COMANDA: 1101334430 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999202672

Descripció tècnica:

A - Transmissor sense fil per a dispositiu compatible amb el processador Baha 5 o equivalent

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte,
pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquesta guia es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius

ANNEX D4 - Fitxa resum judici valor

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 001

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Pla formatiu orientat al personal sanitari facultatiu i no facultatiu que intervé directament en el procediment quirúrgic dels implants auditius, acompanyat d'un protocol detallat del procediment de suport tècnics intraquiroman.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 002

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Pla formatiu orientat al personal sanitari facultatiu i no facultatiu que intervé directament en el procediment quirúrgic dels implants auditius, acompanyat d'un protocol detallat del procediment de suport tècnics intraquiroman.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 003

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Pla formatiu orientat al personal sanitari facultatiu i no facultatiu que intervé directament en el procediment quirúrgic dels implants auditius, acompanyat d'un protocol detallat del procediment de suport tècnics-comercial intraquirofan.

Memòria de l'implant, definida com la qualitat física del material a l'hora d'aplicar una força i/o font de calor per a deformar-la i la posterior recuperació de la seva forma original sense deformitats.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 005

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Absència de fugues d'aire a la pròtesis: bona adaptació de la mateixa al teixit i orifici de l'estoma.
Facilitat a la introducció i desplaçament del sistema introductor de la pròtesis.
Facilitat d'ús i neteja de la pròtesis fonatòria per part del pacient.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 006

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Absència de fugues d'aire a la pròtesis: bona adaptació de la mateixa al teixit i orifici de l'estoma.
Facilitat a la introducció i desplaçament del sistema introductor de la pròtesis.
Facilitat d'ús i neteja de la pròtesis fonatòria per part del pacient.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 007

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Mal·leabilitat i flexibilitat de l'implant: capacitat d'adaptació a la morfologia del pacient.
Facilitat a la introducció i desplaçament del sistema de la pròtesis per part del cirurgià.
Que el canal intern de la pròtesi presenti una capa interna lliscant, és a dir, la capacitat de lliscament de la mucositat per evitar la obstrucció del tub.
Facilitat de retirada de la pròtesi.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 008

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Capacitat d'adaptació de l'implant a la morfologia del pacient.
Manejabilitat entesa com la manca de dificultat en la manipulació de la pròtesi en el procés quirúrgic d'implant.
Facilitat de tall de l'implant.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX E - Presentació de mostres

No hi ha mostres.

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics adjudicatari