

## QUADRE CARACTERÍSTIQUES Expedient Procediment Obert Subministrament

**EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:** 052/2023-SSC-PORH

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE PRÒTESIS, ENDOPRÒTESI, OCLUSORS VASCULARS, COMPLEMENTES I EXTENSORS AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE CIRURGIA VASCULAR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.

### A.- OBJECTE DEL CONTRACTE

**Descripció:** Subministrament successiu i continuat de pròtesis, endopròtesi, oclusors vasculars, complementes i extensors amb destinació al Servei de Cirurgia Vascular del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons característiques i condicions definides al Plec de prescripcions tècniques de la licitació.

**Obligatorietat d'anar a la totalitat:** NO. Es podrà presentar oferta per un o diversos lots, sempre en la totalitat dels articles del lot (veure Annex 1 del PPT).

**Lots:** Sí. La present licitació es compon de 13 lots:

- **Lot 1** Oclusors vasculars
- **Lot 2** Pròtesis bifurcades
- **Lot 3** Pròtesis rectes
- **Lot 4** Pròtesis bicapa
- **Lot 5** Pròtesis axilobifemorals amb heparina
- **Lot 6** Pròtesis amb heparina rectes
- **Lot 7** Endopròtesi aorto-toràica
- **Lot 8** Endopròtesi d'aorta abdominal, aortounifàica i complementes
- **Lot 9** Endopròtesi troncal, ilíaqües i extensors
- **Lot 10** Endopròtesi conformable toràica
- **Lot 11** Endopròtesi d'abdomen per a aneurismes aortoiliacs
- **Lot 12** Endopròtesi i extensions aortoiliagues abdominals estàndard
- **Lot 13** Endopròtesi i components toraco-abdominals a mida

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, donades la naturalesa i l'objecte del contracte permeten aquesta divisió en lots, atès que s'han agrupat els productes per tipus de procediment quirúrgic depenent de la patologia a tractar, afavorint la concurrència de les empreses.

**Obligatorietat d'anar a lots sencers:** Sí.

**Obligatorietat d'anar a sublots sencers:** No procedeix.

**Codis CPV:** 33184200-5 "Pròtesis vasculares"

**Distribució per articles o lots, preus unitaris, unitats de mesura, quantitat estimada i imports:**  
Veure Annex 8 del PCAP.

### B.- DADES ECONÒMIQUES

**B1. Determinació del Preu del contracte:** El preu de licitació del subministrament s'ha determinat per preus unitaris segons estudis de mercat i es consideren inclosos tant els costos directes com indirectes. Així mateix, s'ha tingut en compte l'històric de consums dels articles (objecte d'aquesta licitació) dels darrers 12 mesos com també l'augment o disminució de l'activitat assistencial.

**B2. Valor Estimat del Contracte a efectes d'aplicació del procediment d'adjudicació:**

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 2.806.832,74 €

IMPORT LICITACIÓ (sense IVA): 1.039.567,68 €

IMPORT MODIFICACIONS (sense IVA): 207.913,54 € (20% del preu inicial del contracte)

IMPORT PRÒRROGA (sense IVA): 1.559.351,52 €

**B3. Pressupost base de licitació:**

BASE IMPOSABLE: 1.039.567,68 euros

IVA 10%: 103.956,78 euros

TOTAL: 1.143.524,46 euros

Les quantitats que es faciliten són a nivell orientatiu, ja que per la pròpia naturalesa del contracte la quantia exacta de les unitats a subministrar no es pot definir amb exactitud.

**Costos directes i indirectes i altres eventuais despeses calculades per a la determinació d'aquest pressupost:** Es consideren inclosos tant els costos directes com indirectes.

**Preus Unitaris Màxims:** Sí. Veure Annex 1 del PPT.

**Pressupost per Lots:** Sí. Veure Annex 1 del PPT.

Les quantitats de consum i el pressupost de licitació corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat estimades en base a un anàlisi històric de consum. Es tracta d'un contracte de tracte successiu i a preus unitaris. En tot cas, aquest pressupost té caràcter orientatiu i no vinculant.

**B4. TIPUS FACTURACIÓ:** Veure Annex 8 del PCAP.

**C.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT**

**C1. Partida Pressupostària:** 221.0004 del Pressupost 2023, 2024 i 2025.

**C2. Expedient d'abast plurianual:** Sí.

**Distribució de les anualitats (si procedeix):** Veure Annex 8 del PCAP (amb caràcter orientatiu).

**D.- TERMINI DE LLIURAMENT/DURADA DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ I PERÍODE DE PROVA**

**Data d'inici estimada:** A partir de la formalització del contracte, (prevista per a l'01/09/2023).

**Durada del contracte prevista:** 2 anys.

**Pròrroga:** Sí, possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de 3 anys més.

**Període de prova:** NO.

**E.- VARIANTS**

**Admissió de Variants:** NO.

**Elements:** No procedeix.

**Condicions:** No procedeix.

**F.- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE**

**Procediment d'Adjudicació:** Obert.

**Tipus de contracte:** Contracte de subministrament d'acord amb l'article 16 de la LCSP.

**Subjecte a regulació harmonitzada:** Sí.

**Tramitació:** Ordinària.

**Tramitació electrònica:** Sí.

**Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:** Sí.

**Formats de documents electrònics admissibles:** S'admeten els formats pdf i zip autenticats mitjançant signatura electrònica. Si no es disposa dels documents en l'esmentat format perquè van ser emesos originalment en suport paper aportaran còpies digitalitzades, d'acord amb l'establert a la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

**Subhasta electrònica:** NO.

**G- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL**

**G1. Solvència econòmica, financera i tècnica:** La que s'estableix a l'Annex 3 del PCAP.

**G2. Solvència específica:** NO.

**H.- DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES:** D'acord amb l'establert a la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i la indicada en l'Annex 10 del PCAP.

**I.- GARANTIA PROVISIONAL:** NO.

**J.- GARANTIA DEFINITIVA:** NO, s'exceptua de la formalització de garantia. De conformitat amb el que disposa l'art. 107 de la LCSP, atesa la naturalesa de la contractació s'exceptua als adjudicataris de la constitució de la garantia definitiva.

**K.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:** Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

**K1. MESA DE CONTRACTACIÓ:**

**President:** Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport  
**Vocals:** Sr. Manel Puig Marcobal, cap de Control de Gestió i Gestió Financera (òrgan de control intern)  
 Dra. Carme Llorc Pont, cap de secció del Servei de Cirurgia Vascular  
 Sr. Joan M<sup>a</sup> Aviñó i Parés, tècnic de Contractació de Producte Sanitari  
 Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l'Assessoria Jurídica (assessor jurídic)  
**Secretària:** Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació

**L.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE**

**L1. Subcontractació:** Sí. La subcontractació només serà possible, prèvia autorització expressa per part de l'òrgan de contractació, sempre que es compleixi l'establert en l'art. 215 de la LCSP.

**L2. Cessió del contracte:** L'adjudicatari no podrà cedir les prestacions de subministrament del present contracte sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació d'acord amb l'art. 214 de la LCSP.

**M.- REVISIÓ DE PREUS**

**Procedeix revisió de Preus:** NO.

**Fórmula aplicable (si és el cas):** No procedeix.

**N.- TERMINI DE GARANTIA**

**Procedeix definir Termini de Garantia:** NO.

**En cas afirmatiu, termini i moment d'inici del còmput:** No procedeix.

**O.- PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT**

Al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/>).

**P.- PROGRAMA DE TREBALL:** D'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

**Q.- OFERTES DESPROPORCIONADES:** Veure Annex 4 del PCAP.

**R.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:** Veure Annex 4 del PCAP.

**S.- MOSTRES:** No procedeix.

**T.- RÈGIM DE PENALITATS I DE CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADDICIONALS A LES ESTABLERTES AMB CARÀCTER GENERAL:** Veure Annex 6 del PCAP.

**U.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC I/O MEDIAMBIENTAL:** D'acord amb l'Annex 19 del PCAP de la licitació.

**V.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE:** Dr. Albert Clarà Velasco, cap del Servei de Cirurgia Vascular del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

**W.- CONSULTES RELACIONADES AMB L'EXPEDIENT**

**Correu electrònic:** [contractacio@parcdesalutmar.cat](mailto:contractacio@parcdesalutmar.cat)

**Perfil del contractant:** Dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/>), també accessible a través de la pàgina web del CMPSB: [www.parcdesalutmar.cat](http://www.parcdesalutmar.cat).

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

**Visita obligatòria a les instal·lacions:** No procedeix.

**X.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES**

**Lloc:** Mitjançant l'eina Sobre Digital 2.0 disponible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

**Data i hora:** L'establerta a l'anunci de licitació.

**Y.- OBERTURA DE SOBRES**

**Sobre núm. 2:** L'establerta a l'anunci de licitació.

## **I. DISPOSICIONS GENERALS**

### **1. ELEMENTS DEL CONTRACTE**

- 1.1.- Legislació aplicable i naturalesa jurídica de la contractació
- 1.2.- Òrgan de contractació
- 1.3.- Tramitació i Procediment d'adjudicació
- 1.4.- Règim de recursos
- 1.5.- Règim d'invalidesa
- 1.6.- Jurisdicció competent
- 1.7.- Responsable del contracte

### **2. OBJECTE i ABAST DE LA CONTRACTACIÓ**

- 2.1.- L'objecte de la contractació
- 2.2.- Necessitats que cal satisfer i idoneïtat dels contractes
- 2.3.- Admissibilitat de variants
- 2.4.- Durada i pròrroga de la contractació

### **3. PRESSUPOST i VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE**

- 3.1.- Import i valor estimat del contracte
- 3.2.- Revisió de preus

## **II. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ i FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE**

### **4. CAPACITAT PER CONTRACTAR**

### **5. LICITACIÓ**

- 5.1.- Documentació i Sobre Digital
- 5.2.- Lloc de presentació
- 5.3.- Documentació del sobre núm. 1 (Documentació general)
- 5.4.- Documentació del sobre núm. 2 i 3
- 5.5.- Criteris de presentació i custòdia dels sobres
- 5.6.- Retirada de les proposicions un cop presentades
- 5.7.- Publicitat, utilització de mitjans electrònics i certificats digitals

### **6. ADJUDICACIÓ**

- 6.1.- Mesa de contractació
- 6.2.- Obertura i examen de la documentació del sobre núm. 1
- 6.3.- Obertura i examen de la documentació del sobre núm. 2 i 3
- 6.4.- Criteris d'adjudicació
- 6.5.- Subhasta electrònica
- 6.6.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
- 6.7.- Determinació de l'oferta més avantatjosa
- 6.8.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació
- 6.9.- Garantia definitiva
- 6.10.- Adjudicació

### **7. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE**

- 7.1.- Formalització i perfecció del contracte
- 7.2.- Publicitat de la formalització del contracte

## **III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

### **8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

- 8.1.- Forma d'execució
- 8.2.- Programa de treball
- 8.3.- Compliment dels terminis i correcta execució del contracte
- 8.4.- Responsabilitat del contractista
- 8.5.- Confidencialitat
- 8.6.- Protecció de dades

#### **8.7.- Altres obligacions de l'adjudicatari**

#### **9. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE**

#### **10. SUCCESSIÓ, CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ**

##### **10.1.- Successió i Cessió del contracte**

##### **10.2.- Subcontractació**

#### **11. RÈGIM DE PAGAMENT**

#### **12. RESPONSABILITATS**

##### **12.1.- Indemnització de danys i perjudicis**

#### **13. RÈGIM D'INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS**

##### **13.1.- Imposició de les penalitats**

#### **14. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ**

#### **IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

#### **15. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

#### **16. COMPLIMENT DEL CONTRACTE**

##### **16.1.- Recepció i liquidació**

##### **16.2.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva**

#### **17. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I EFECTES**

##### **17.1.- Causes**

##### **17.2.- Efectes**

#### **ANNEX 1.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE**

#### **ANNEX 2.- MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA**

#### **ANNEX 3.- MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA, I DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA**

#### **ANNEX 4.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

#### **ANNEX 5.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE**

#### **ANNEX 6.- RÈGIM DE PENALITATS**

#### **ANNEX 7.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE**

#### **ANNEX 8.- DISTRIBUCIÓ DELS LOTS, ANUALITATS I TIPUS DE FACTURACIÓ**

#### **ANNEX 9.- MOSTRES**

#### **ANNEX 10.- DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES**

#### **ANNEX 11.- MODEL DE RELACIÓ DETALLADA DELS PRODUCTES OFERTS**

#### **ANNEX 12.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECÍFICA (Incloure en el Sobre núm. 1)**

#### **ANNEX 13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS CONTRACTISTES HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT**

#### **ANNEX 13 BIS.- CLÀUSULA ÈTICA**

#### **ANNEX 14.- DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)**

#### **ANNEX 15.- DECLARACIÓ RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL**

#### **ANNEX 16.- DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LES NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT**

#### **ANNEX 17.- DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DOCUMENTS**

#### **ANNEX 18.- DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA**

#### **ANNEX 19.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC I/O MEDIAMBIENTAL**

#### **ANNEX 20.- MODEL DE CONTRACTE REGULADOR DE L'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS**

## **I. DISPOSICIONS GENERALS**

### **1. ELEMENTS DEL CONTRACTE**

#### **1.1.- Legislació aplicable i naturalesa jurídica de la contractació**

Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica tal com s'indica a l'**apartat F del quadre de característiques**.

El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i pel Plec de prescripcions tècniques (PPT).

Així mateix, es regirà pel règim següent:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic i la resta de normes que la desenvolupin.
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en quant no es trobi derogat per les normes relacionades anteriorment.
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
- Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat.
- Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
- Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
- La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, particularment, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, Reglament General de Protecció de Dades).
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen.
- Supletòriament, són d'aplicació les restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat.
- Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Legislació específica, si és el cas:

- Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig).
- Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
- Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

1.1.1.- El present Plec de Clàusules i els seus Annexos revestiran caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.

1.1.2.- La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació, si és el cas, es farà tenint en compte en primer lloc el Plec de Clàusules i el Plec de Prescripcions Tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. En els aspectes no regulats per aquests serà d'aplicació la normativa relacionada a l'apartat 1.1 per llur ordre de prelación.

1.1.3.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.

## **1.2.- Òrgan de contractació**

L'òrgan de contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB), és l'indicat a **l'apartat K del quadre de característiques**.

## **1.3.- Tramitació i Procediment d'adjudicació**

L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació i el procediment que es descriuen a **l'apartat F del quadre de característiques**.

## **1.4.- Règim de recursos**

### 1.4.1.- Recurs especial en matèria de contractació:

En cas de tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació d'acord amb allò indicat a l'article 44 i següents de la LCSP, els actes a què es refereix l'esmentat article, que s'adoptin en el procediment de contractació, podran ser objecte de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb el que preveu l'article esmentat.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l'òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l'escrit d'interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l'òrgan de contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de

Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

#### 1.4.2.- Recurs ordinari:

En cas de tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació serà susceptible del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

1.4.3.- Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

#### **1.5.- Règim d'invalidesa**

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

#### **1.6.- Jurisdicció competent**

L'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts, amb expressa submissió als tribunals de Barcelona.

#### **1.7.- Responsable del contracte**

El responsable del contracte es descriu a **l'apartat V del quadre de característiques**.

Correspon al responsable del contracte supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació o prestacions pactades es realitzaran correctament, dins l'àmbit de facultats que li siguin atribuïdes.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

## **2. OBJECTE I ABAST DE LA CONTRACTACIÓ**

### **2.1.- L'objecte de la contractació**

L'objecte del contracte és la realització dels subministraments que es descriuen a **l'apartat A del quadre de característiques**.

Els lots en què es divideix el contracte, si s'escau, s'identifiquen a **l'apartat A del quadre de característiques**.

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta a **l'apartat A del quadre de característiques**.

### **2.2.- Necessitats que cal satisfer i idoneïtat dels contractes**

Tal com preveu l'article 28 de la LCSP, la present licitació se celebra per resultar necessària per al compliment i realització de les finalitats institucionals de CMPSB, segons es descriu al PPT i en la memòria justificativa.

### 2.3.- Admissibilitat de variants

S'admetran variants quan així consti a l'**apartat E del quadre de característiques** i respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s'estableixin.

### 2.4.- Durada i pròrroga de la contractació

El termini de durada del contracte és el que s'estableix a l'**apartat D del quadre de característiques**.

El contracte es podrà prorrogar si així s'ha previst a l'**apartat D del quadre de característiques**. En aquest cas, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per al contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Tanmateix, si al venciment del contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci el nou contracte sempre que es compleixin les condicions i requisits exigits a l'article 29.4 de la LCSP.

## 3. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

### 3.1.- Import i valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació és el que s'estableix a l'**apartat B3 del quadre de característiques**.

El valor estimat del contracte és el que s'estableix a l'**apartat B2 del quadre de característiques**.

Per al càlcul d'aquest valor estimat del contracte, d'acord amb allò previst a l'article 101 de la LCSP, s'ha tingut en compte el valor inicial del contracte més les possibles pròrroques i modificacions, si és el cas.

El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin a conseqüència de les obligacions establertes en els plecs de la licitació que s'han de complir durant l'execució del contracte.

Els embalatges, transports i muntatges es consideren part integrant de l'operació de lliurament i, en qualsevol cas, inclosos en el preu.

Es garanteix el compliment de tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per fer front a les obligacions econòmiques derivades dels contractes que se celebrin.

La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és la que s'esmenta **en l'apartat C1 del quadre de característiques**. En cas que el contracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de l'inici de la seva execució, expedient de despesa anticipada, l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

### 3.2.- Revisió de preus

La fórmula o sistema de revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l'**apartat M del quadre de característiques**. La revisió de preus, si és el cas, només serà procedent quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.

## **II. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE**

### **4. CAPACITAT PER CONTRACTAR**

Poden participar en aquesta contractació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec;
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l'objecte del contracte; i
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin al contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s'han d'acreditar pels licitadors.

Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat dels licitadors, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

### **5. LICITACIÓ**

#### **5.1.- Documentació i Sobre Digital**

Per participar en la licitació, els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb allò indicat als annexos del present PCAP.

Les proposicions presentades per una unió temporal d'empreses han de ser signades pels representants de totes les empreses que la componen.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del contingut del present Plec, així com del Plec de prescripcions tècniques i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, així com l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

#### **Sobre Digital**

Els licitadors, quan així es faci constar **en l'apartat F del quadre de característiques**, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes al/s sobre/s i en el termini màxim que

s'assenyala en l'anunci de licitació, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB>

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta. Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital. Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Els licitadors poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar els licitadors. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només els licitadors la/les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

El CMPSB demanarà als licitadors, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan els licitadors introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l'acte d'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part dels licitadors de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït el licitador la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d'entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

[https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin\\_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml](https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml)

D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició adicional setzena de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb

la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses per cap concepte.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquest licitador en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la Mesa podrà acordar l'exclusió del licitador.

Els licitadors podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

L'eina de Sobre Digital no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

[https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin\\_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml](https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml)

D'altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els indicats a l'**apartat F del quadre de característiques**.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Documentació declarada confidencial:

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Juntament amb la documentació els licitadors han d'incloure una declaració, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada quins documents i/o dades tècniques incorporades en els sobres consideren confidencials (**Annex 17**). No s'admeten declaracions genèriques o no justificades. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d'accés públic, ni tampoc les dades del DEUC que consten a registres públics ni l'oferta econòmica del licitador, que és objecte de lectura en acte públic.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una petició d'informació correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

## 5.2.- Lloc de presentació

Els sobres s'han de presentar segons les condicions indicades a **l'apartat X del quadre de característiques**.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses per cap concepte.

Els licitadors, quan s'admeti la tramitació electrònica i així es faci constar en **l'apartat F del quadre de característiques**, presentaran les ofertes electrònicament mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat/>). En aquest cas, l'òrgan de contractació podrà exigir als licitadors que tinguin prèviament inscrites en el Registre Electrònic de Licitadors les dades corresponents a la personalitat i la capacitat d'obrar, en el cas de persones físiques i, en el cas de persones jurídiques, les relatives a l'extensió de les facultats dels representants o apoderats amb capacitat per actuar en nom de l'empresa i obligar-la contractualment; les referides a les autoritzacions o habilitacions professionals i a la resta de requisits que resultin necessaris per actuar en el sector de la seva activitat; i les dades relatives a la solvència econòmica i financera.

La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, trametent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

## 5.3.- Documentació del sobre núm. 1 (Documentació general)

### 1. Índex de documents.

2. Declaració de complir amb els requisits d'aptitud per a contractar amb l'administració que s'ajustarà al **formulari del document europeu únic de contractació**, en els termes establerts a l'**Annex 14**, **signat electrònicament pel representat legal del licitador**.

Aquesta declaració substitueix la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar, inexistència de causes de prohibició de contractar i solvència de les empreses licitadores. Així mateix, la declaració emesa d'acord amb el formulari del document europeu únic de contractació identificarà una adreça de correu electrònic on s'hauran d'efectuar totes les notificacions concernents al present expedient, sense perjudici del que s'estableix a **l'apartat F del quadre de característiques**.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Els licitadors que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar el licitador en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l'adjudicació.

Així mateix, l'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, el licitador que estigui inscrit en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

### 3. Altra documentació requerida:

- a) Declaració responsable d'acord amb el model establert a l'**Annex 1**.
- b) Declaració respecte al **compliment de les normes de gestió mediambiental** requerides, d'acord amb l'**Annex 15**.
- c) Declaració respecte al **compliment de les normes de garantia de qualitat**, segons el model establert a l'**Annex 16**.
- d) Declaració dels empresaris que pretenguin concórrer a la licitació en **UTE**, indicant el compromís de constituir la mateixa de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 69 de la LCSP.

- e) Quan s'exigeixi la constitució d'una garantia provisional d'acord amb l'**apartat I del quadre de característiques del contracte**, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa d'haver-la constituït.
  - f) **Declaració de confidencialitat**, signada pel licitador segons model de l'**Annex 16** indicant, si escau, la concurrència de confidencialitat en els documents presentats en la proposició.
  - g) Quan correspongui, **la indicació de la part del contracte que tinguin previst subcontractar**, tot assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència tècnica o professional, dels subcontractistes a qui decideixin encomanar la seva realització (article 215.2 a) LCSP).
  - h) En el cas que **empreses que pertanyin a un mateix grup**, entenent-se com a tals les que es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç o societats en les quals concorri algun dels supòsits alternatius establerts al mateix article, presentin diferents proposicions per concórrer individualment o en UTE hauran de presentar una declaració expressa en la qual facin constar aquesta circumstància, tot indicant les empreses que el componen i la denominació del grup, als efectes del que estableix l'article 149.3 de la LCSP. Així mateix, aquelles empreses que presentin diferents proposicions i concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç, una declaració explícita respecte dels socis que la integren.
- La manca de presentació d'aquesta declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.
- i) Declaració de compromís d'**adscripció durant l'execució del contracte de mitjans materials i/o personals**, quan així es requereixi. Aquest compromís té el caràcter d'obligació essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP.
  - j) **Quan s'admeti la tramitació electrònica** i així es faci constar en l'**apartat F del quadre de característiques**, autorització perquè les notificacions es duguin a terme de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, en la qual s'han de designar les persones autoritzades a rebre les notificacions i s'indiqui el correu electrònic on rebre-les.
  - k) **Les empreses estrangeres** han d'aportar una **declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols** de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
  - l) Qualsevol **altra documentació** que s'exigeixi a l'**apartat H del quadre de característiques**.

## DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS D'APTITUD PER A CONTRACTAR

La documentació que es relaciona seguidament, en cas de ser requerida, haurà de presentar-se en original, en testimoni notarial o en còpia autèntica o legitimada, si no s'expressa el contrari al present Plec.

### Personalitat jurídica i capacitat d'obrar

#### A) Licitadors espanyols:

**Empresaris individuals:** Han d'aportar el Document Nacional d'Identitat i documentació acreditativa de la titulació o certificat de col·legiació, així com l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil. A més les persones naturals han de disposar de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat segons la normativa vigent.

**Persones jurídiques:** Han d'aportar l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, i les seves modificacions, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti i el NIF de la societat.

**B) Licitadors d'estats membres de la UE:**

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

**C) Licitadors d'estats no UE:**

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior s'acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o per l'Oficina Consular d'Espanya, del lloc del domicili de l'empresa en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte.

A més s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent d'Espanya, o de la Secretaria General del Comerç Exterior del Ministeri d'Economia, sobre la condició d'Estat signatari de l'acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l'informe de reciprocitat al que fa referència l'article 68 de la LCSP.

**D) La representació dels licitadors:**

Còpia de l'escriptura d'apoderament notarial atorgada per la persona amb poders suficients quan s'actuï en nom d'una altra persona jurídica, inscrita en el Registre mercantil o en el registre que correspongui i DNI de l'apoderat. En tot cas, s'haurà d'aportar declaració responsable del representat de la persona jurídica conforme la representació que ostenta continua vigent.

**E) Unions temporals d'empresaris (UTE):**

També poden contractar amb el sector públic les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte a favor seu.

Cada empresa acreditarà la seva capacitat d'obrar en la forma assenyalada en els punts anteriors segons correspongui, indicant el nom i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun d'ells. Totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins que aquest s'extingeixi.

La durada de les unions temporals d'empresaris ha de coincidir amb la del contracte fins a la seva extinció.

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l'apartat "Perfil del licitador".

**Manca de concurrència de supòsits de prohibició de contractar**

La inexistència de causes de prohibició de contractar es podrà acreditar en els termes establert a l'art. 85 de la LCSP i amb la documentació següent:

- a) Testimoni judicial o certificació administrativa d'acord amb l'art. 85 de la LCSP.
- b) Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social:
  - Document acreditatiu de l'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, relatiu a les activitats objecte del contracte i, el darrer rebut de l'impost, acompanyat d'una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.
  - Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, acreditant que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
  - Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social d'estar al corrent de l'acompliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.
  - Certificat positiu emès per les Intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

### **Solvència econòmica i financera o tècnica i professional**

**Acreditació de la solvència econòmica i financera** d'acord amb els mitjans que s'especifiquen a l'**Annex 3** d'aquest PCAP.

**Acreditació de la solvència tècnica o professional** de conformitat amb els mitjans que s'estableixen a l'**Annex 3** d'aquest PCAP.

### **ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER A CONTRACTAR MITJANÇANT REGISTRES O LLISTES OFICIALS DE CONTRACTISTES**

Els licitadors que **estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)**, hauran d'aportar una **declaració responsable** manifestant la seva inscripció i la vigència de les dades inscrites, adjuntant la **fitxa resum**. En aquest cas no caldrà que aportin la documentació enumerada als punts anteriors, sempre que aquestes dades constin inscrites.

Si les dades registrals han canviat s'ha de fer constar expressament en la declaració, tot afegint-hi la documentació corresponent.

La prova del contingut dels registres de licitadors s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat d'aquest.

Els certificats d'inscripció expedits pels òrgans competents per a portar les llistes oficials d'empresaris autoritzats per a contractar establerts pels Estats membres de la Unió Europea, referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat, constituïran una presumpció d'aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitatiu que figurin en aquests. Tindran el mateix valor de presumpció les certificacions emeses per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui establert l'empresari. Els documents anteriorment esmentats hauran de complir els requisits establerts a l'art. 97 de la LCSP.

### **ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER A CONTRACTAR MITJANÇANT DOCUMENTACIÓ PRÈVIAMENT DISPONIBLE PEL CMPSB**

**Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE):** els licitadors que en expedients de contractació tramitats l'any anterior a l'expedient objecte de la contractació, dels que n'haguessin resultat adjudicatàries, haguessin aportat a aquest òrgan de contractació la documentació administrativa referida a la personalitat jurídica, capacitat d'obrar i/o representació, requerida en aquest **sobre núm. 1** no caldrà que l'aportin de nou en la present licitació, sempre que aquesta documentació sigui plenament vigent. A tal efecte, els licitadors adjuntaran una declaració responsable amb una relació dels documents ja aportats, identificant l'expedient i manifestant de manera responsable la seva plena vigència.

**L'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran exigir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de la informació continguda a les declaracions quan existeixin dubtes sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment.**

**El licitador que sigui proposat com a adjudicatari haurà de presentar tota la documentació justificativa abans de l'adjudicació del contracte.**

**Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibició de contractar hauran de concórrer en la data en què finalitzi el termini de presentació de les proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte.**

#### 5.4.- Documentació del sobre núm. 2 i 3

**A)** Quan s'estableixin únicament criteris avaluable de forma automàtica com a únic criteri d'adjudicació, el sobre núm. 2 haurà de contenir tota la documentació que conforma la seva oferta, incloent la proposició segons el model que s'adjunti al PCAP.

**B)** Quan s'estableixin també criteris que requereixin un judici de valor:

- El **sobre núm. 2** haurà de contenir tota la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable segons judicis de valor de l'**Annex 4**.
- El **sobre núm. 3** haurà de contenir tota la documentació relativa als criteris avaluable de forma automàtica assenyalats a l'**Annex 4**, i s'ha d'ajustar al model que consta a l'**Annex 2** d'aquest PCAP.

#### 5.5.- Criteris de presentació i custòdia dels sobres

La presentació de la documentació haurà de fer-se necessàriament d'acord amb allò establert a l'**Annex 10** del present PCAP.

No seran admeses les ofertes en els següents supòsits:

- Presentació de l'oferta econòmica i/o documentació relativa als criteris d'apreciació automàtica en el sobre núm. 1 o en el sobre núm. 2 (aquest últim únicament en cas que hi hagi sobre núm. 3).
- Presentació de forma simultània per una mateixa empresa o un empresari individual, exceptuant els casos en què s'admetin variants i/o així ho mani el funcionament de l'eina Sobre 2.0.
- Presentació en unió temporal amb altres empreses quan una o diverses de les empreses que la integrin, hagin presentat una proposició conjunta que formi part d'una altra unió temporal.
- Presentació de la proposta fora de termini per motius injustificats. S'entendrà justificada la presentació extemporània quan es degui a raons operatives pròpies de la interfície de presentació d'ofertes.
- Quan la proposta presenti virus informàtics o qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, es procedirà a l'exclusió de l'empresa. En la resta de casos, la Mesa valorarà, en funció de la documentació afectada, si l'impossibilitat d'accedir al contingut és causa d'exclusió.

- Quan el licitador no hagi enviat degudament la paraula clau per a obrir el primer sobre xifrat en el termini establert.
- No evacuar el tràmit d'esmena o d'aclariment de documentació en el termini acordat per l'òrgan competent.
- La no acreditació de la capacitat, classificació o solvència econòmica i financera i professional o tècnica exigides en la present licitació.
- Quan l'objecte de l'avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el PPT.
- La no superació de la puntuació mínima establerta, si escau, en els criteris de valoració.
- Presentació de documents que variïn substancialment del model establert o que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixen conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar l'oferta.
- Excedir del pressupost de licitació i/o dels preus unitaris màxims, si és el cas.
- La no presentació de mostres en el termini concedit a l'efecte o en el lloc especificat.
- Qualsevol altre que resulti de l'aplicació de la documentació que regeix la licitació i de la normativa legal i reglamentària aplicable.

La documentació justificativa de la proposició que s'ha d'incloure en els sobres núm. 2 i 3, ha de figurar exclusivament dins dels corresponents sobres i s'haurà de mantenir secreta fins al moment d'obertura d'aquests en acte públic. Per aquest motiu, en el supòsit d'inclusió de tota o part d'aquesta informació, corresponent a elements que seran tinguts en compte per a la valoració de les proposicions en el sobre núm. 1, el licitador quedarà exclòs. Així mateix, quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 dades que permetin conèixer el contingut del sobre núm. 3, o que facin al·lusions al preu ofert en el sobre núm. 3.

## 5.6.- Retirada de les proposicions un cop presentades

Si no s'ha dictat la resolució d'adjudicació dins del termini de quatre mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva proposició.

## 5.7.- Publicitat, utilització de mitjans electrònics i certificats digitals

5.7.1.- Es donarà publicitat del procediment segons l'establert a l'**apartat O del quadre de característiques**, de conformitat amb els articles 134 i 135 de la LCSP.

5.7.2.- D'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d'acord amb el que s'indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició en l'e-NOTUM, haurà/n d'accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de

l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, els licitadors s'han de subscriure com a interessats en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l'adreça web del perfil de contractant de l'òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB>. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d'anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, els licitadors també es poden donar d'alta en el Perfil del licitador, prèvia l'autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats als licitadors amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada licitador, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer "clic" en l'apartat "Perfil de licitador" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

#### 5.7.3.- Certificats digitals:

D'acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres".

## 6. ADJUDICACIÓ

### 6.1.- Mesa de contractació

D'acord amb allò que disposen l'art. 326 de la LCSP, l'òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes.

Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria dels membres amb vot que l'hagin d'integrar. En cas d'empat dirimirà el vot del president.

La Mesa de contractació tindrà la composició establerta a l'apartat K1 del quadre de característiques.

La Mesa podrà actuar assistida dels tècnics que consideri convenients en aquest sentit.

## 6.2.- Obertura i examen de la documentació del sobre núm. 1

La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. 1. Si s'observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini de tres dies hàbils per esmenar-los. Així mateix, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels licitadors aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d'altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc dies naturals, sense que puguin presentar-se després d'haver-se declarat admeses les ofertes.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades pels licitadors en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

## 6.3.- Obertura i examen de la documentació del sobre núm. 2 i 3

En el dia, lloc i hora indicats a l'**anunci de licitació**, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre núm. 2, prèvia comunicació de la relació d'empreses admeses i excloses a conseqüència de la qualificació de la documentació continguda al sobre núm. 1, efectuada en sessió privada.

En aquest acte es permetrà als licitadors la comprovació que els seus sobres es troben en idèntiques condicions en què foren lliurats.

Durant la sessió, els licitadors podran formular els dubtes i sol·licitar les explicacions que considerin necessàries, procedint la Mesa als aclariments i respostes pertinents. Aquestes manifestacions quedaran recollides a l'acta de la sessió i, en cas que la resposta de la Mesa no es pugui aportar a la mateixa reunió, la resposta serà facilitada públicament a través del perfil del contractant del CMPSB.

Oberts els sobres núm. 2, s'avaluaran les proposicions d'acord amb els criteris establerts al present PCAP.

Quan s'hagin establert criteris subjectes a judici de valor, l'obertura del sobre núm. 3 es realitzarà amb posterioritat a la valoració de la proposició continguda al sobre núm. 2. A l'inici de la sessió pública es comunicarà als licitadors la puntuació assignada a les proposicions dels licitadors d'acord amb la ponderació de criteris establerta i les exclusions, si és el cas.

En aquest acte la Mesa podrà excloure de la licitació aquelles proposicions que no s'ajustessin a les condicions dels Plecs.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre els licitadors.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades pels licitadors en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

## 6.4.- Criteris d'adjudicació

Consta en l'**Annex 4** d'aquest Plec la relació desglossada i detallada dels criteris d'adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, i la seva forma de valoració.

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s'exclouen del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:

1. Quan els preus oferts pels licitadors superin els preus màxims de sortida establerts per a cada lot/sublot.
2. Quan l'objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el Plec de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat.
3. Quan les propostes no assoleixen com a mínim la puntuació indicada a l'**Annex 4**.
4. Quan modifiquin substancialment els models de proposició establerts en els plec de la licitació.

La Mesa de contractació podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l'àmbit d'activitat al qual correspongui l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

Els actes d'exclusió dels licitadors seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en la LCSP.

#### **6.5.- Subhasta electrònica**

Quan així estigui previst a l'**apartat F del quadre de característiques**, es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.

#### **6.6.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats**

A l'**apartat Q del quadre de característiques** s'estableixen els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà, si s'escau, que una proposició no pot ser complerta degut a la inclusió de valors anormals o desproporcionats.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació requerirà al/s licitador/s que l'/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà al/s licitador/s, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. El licitador disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant el licitador exclòs del procediment. Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.

#### **6.7.- Determinació de l'oferta més avantatjosa**

Dins el termini de quatre mesos des de l'obertura de les proposicions, l'òrgan de contractació acordarà quina/es és/són la/les millor/s oferta/es.

Quan un cop aplicats els criteris d'adjudicació s'estableixi un empat entre diversos licitadors, s'aplicaran els criteris de desempat de la LCSP.

#### **6.8.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació**

Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

La proposta d'adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor del licitador proposat com a adjudicatari, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta tenint en compte els criteris d'adjudicació, per què en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació corresponent al compliment dels requisits d'aptitud per a contractar, d'acord amb l'art. 140 de la LCSP i el que s'estableix a l'apartat 5.3 del present Plec.

Així mateix, es requerirà perquè en el mateix termini s'aporti comprovant d'haver constituït la garantia definitiva, en cas que es demani d'acord amb **l'apartat J del quadre de característiques**, o qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte s'hagués determinat.

De no complir-se amb l'establert al requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, si escau, s'hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar al licitador en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en les declaracions responsables dels licitadors pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1 e) de la LCSP.

#### **6.9.- Garantia definitiva**

En cas que es demani d'acord amb **l'apartat J del quadre de característiques**, serà condició indispensable per a l'adjudicació del contracte que el primer classificat hagi constituït en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà d'haver rebut el requeriment per aportar la documentació justificativa indicada a l'apartat 6.8, la garantia consistent en l'import indicat a **l'apartat J del quadre de característiques**, com a garantia de l'exacte compliment de les obligacions que assumeix, d'acord amb els articles 107 i següents de la LCSP.

Aquesta garantia podrà constituir-se per l'adjudicatari en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 de la LCSP, inclosa la retenció en el preu. En aquest últim cas el licitador haurà de presentar una declaració responsable on consti la seva sol·licitud de constituir la garantia definitiva mitjançant la retenció del percentatge que s'indica en **l'apartat J del quadre de característiques** de la factura total del contracte. L'incompliment d'aquest requisit per causes imputables a l'adjudicatari impedirà la formalització del contracte.

En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

Un cop transcorregut el termini d'execució i de la garantia del contracte a plena satisfacció del CMPSB, es podrà sol·licitar la seva devolució, de conformitat amb el previst a l'article 111 de la LCSP.

#### **6.10.- Adjudicació**

L'òrgan de contractació adjudicarà la contractació en el termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida. En el supòsit que es tracti d'un expedient amb diversitat d'adjudicatari, aquest còmput s'efectuarà a partir de la recepció, dintre de termini, de la darrera documentació rebuda.

L'adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

La notificació s'ha d'efectuar per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció per part del destinatari. Preferentment, s'efectuarà a la direcció de correu electrònic que els licitadors hagin designat en presentar les seves proposicions, d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015.

### **7. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE**

#### **7.1.- Formalització i perfecció del contracte**

El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l'adjudicatari podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

De conformitat amb allò establert a l'article 99.7 de la LCSP es preveu expressament que, en els contactes adjudicats per lots, constituïran un sol contracte tots els lots/sublots adjudicats al mateix licitador.

En el cas de contractes no inclosos en l'àmbit d'aplicació del recurs especial en matèria de contractació:

La formalització del contracte s'efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en el que es rebí la notificació de l'adjudicació als licitadors.

En el cas de contractes en els quals siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació:

Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

Es procedirà de la mateixa forma quan l'òrgan competent per a la resolució del recurs aixequi la suspensió del contracte.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'adjudicatari, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar al licitador en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'adjudicatari, s'adjudicarà al licitador següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les

ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació justificativa, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

Les Unions Temporals d'Empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

La formalització d'aquest contracte es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant, juntament amb el corresponent contracte.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat.

S'exceptua d'aquesta formalització els contractes d'import no superior a 15.000,00 euros anuals (IVA exclòs), pel seu caràcter de contractes menors, en aplicació d'allò previst a l'article 153.6 de la LCSP.

## **7.2.- Publicitat de la formalització dels contractes**

La formalització d'aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació i als diaris oficials que correspongui, d'acord amb allò indicat a l'**apartat O del quadre de característiques**.

## **III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

### **8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

#### **8.1.- Forma d'execució**

L'adjudicatari ha d'executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat i eficàcia, complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques corresponents.

El CMPSB té la facultat de comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis contractats i lliurament dels subministraments, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents.

L'òrgan contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l'execució del contracte, que el servei s'executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb les obligacions i exigències contingudes al present Plec.

#### **8.2.- Programa de treball**

El CMPSB podrà demanar l'elaboració d'un programa de treball que haurà d'aprovar l'òrgan de contractació quan així es determini a l'**apartat P del quadre de característiques** i, en tot cas, en els treballs de tracte successiu.

#### **8.3.- Compliment dels terminis i correcta execució del contracte**

El contractista resta obligat al lliurament dels béns objecte del subministrament en el temps i lloc fixats en el quadre de característiques i/o els annexos d'aquest plec.

Si el contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en el quadre de característiques del contracte, llevat que el CMPSB hagi incorregut en mora en rebre'ls.

Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials de lliurament, per causes a ell imputables, el CMPSB podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes a la clàusula 13 del present Plec, si s'escau.

El CMPSB tindrà la mateixa facultat respecte de l'incompliment o compliment defectuós, per causes imputables al contractista, de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució, en virtut de les quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials, o bé quan s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

L'import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret el CMPSB originats per la demora del contractista.

En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part del CMPSB.

#### **8.4.- Responsabilitat del contractista**

El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per al CMPSB o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució del contracte.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre del CMPSB.

#### **8.5.- Confidencialitat**

El contractista ha de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació expressi el contrari, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de prescripcions tècniques.

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui tenir accés per raó d'aquest contracte, i haurà d'adoptar les mesures oportunes per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d'aquesta informació fora de l'exercici de les funcions previstes en el marc d'aquest contracte.

#### **8.6.- Protecció de dades**

Les dades personals dels representats legals que subscriuen la sol·licitud de participació en la licitació, així com l'oferta presentada, seran tractades pel CMPSB d'acord amb allò que es disposa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, particularment, d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació

d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, Reglament General de Protecció de Dades).

Les dades personals dels representats legals dels licitadors seran tractades amb finalitats pròpies del procediment administratiu de licitació, si escau, per al seguiment de l'execució dels contractes, així com per al rendiment de comptes amb les instàncies i/o organismes de control intern i extern del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, Sindicatura de Comptes, Tribunal de Cuentas, entre altres).

Quan la documentació presentada pels licitadors incorpori dades personals dels seus empleats, els licitadors garantiran que la inclusió d'aquestes dades no vulnera cap dret de les persones afectades per aquesta inclusió, i hauran de deixar indemne al CMPSB de qualsevol reclamació que es pogués interposar a conseqüència de la inclusió d'aquestes dades personals a l'oferta, i del seu tractament per part del CMPSB, amb les finalitats pròpies del procediment de licitació, seguiment de l'execució del contracte o de rendiment de comptes, entre altres relacionades.

El representant legal del licitador és responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura al CMPSB i té la facultat d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic [protecciondades@parcdesalutmar.cat](mailto:protecciondades@parcdesalutmar.cat).

La documentació que es lliura al CMPSB podrà tenir la consideració d'informació pública d'acord amb allò que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Segons s'estableix a l'art. 24 d'aquesta norma, l'accés a informació pública per part de qualsevol interessat pot incloure l'accés a dades personals merament identificatives llevat que, en el cas concret, hagi de prevaler la protecció d'aquestes dades.

Quan arran d'aquesta contractació sigui necessari el tractament de dades de caràcter personal cedides pel CMPSB a l'adjudicatari, aquest accés tindrà la consideració d'accés a les dades per compte de tercers en condició d'encarregat de tractament, de conformitat amb el que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades, o altra normativa d'aplicació. A aquest efecte, l'adjudicatari només tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del CMPSB i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent del que constitueix l'objecte del contracte. A més, l'adjudicatari haurà de subscriure el model de contracte regulador de l'encàrrec de tractament de dades personals que s'adjunta com a **Annex 20** al PCAP.

Quan l'execució del contracte no requereixi el tractament de dades de caràcter personal quedarà prohibit l'accés de les parts a dades d'aquesta naturalesa, llevat de les estrictament identificatives que constin en la documentació concernent a la licitació, o en els corresponents contractes.

### 8.7.- Altres obligacions de l'adjudicatari

Són també obligacions del contractista les següents:

1. El contractista està obligat en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP. A aquest efecte, l'empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d'aquests pagaments a l'òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscal.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix aquest plec.

2. El contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
3. El contractista s'obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del contracte, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
4. L'adjudicatari ha d'emprar el català en les seves relacions amb el CMPSB derivades de l'execució de l'objecte del contracte. En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
5. El contractista en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s'obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, particularment, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.
6. D'acord amb l'establert als articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contractista s'obliga a facilitar la informació establerta en l'esmentada llei i a complir amb el "Codi de bones pràctiques professionals i Codi ètic al Parc de Salut MAR" disponible al Portal de la Transparència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de les penalitats indicades a la clàusula 13 del present Plec.
7. Durant el període de vigència del contracte, l'adjudicatari està obligat a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació, a més ho han de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació i aquest ha d'establir, si escau, de forma expressa, que els nous preus s'apliquin als subministraments que estigui realitzant.

## 9. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, aquest només podrà ser modificat per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula, en l'**Annex 5** i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a el contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP.

L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions del contractista i de tots els informes que, si s'escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aportï l'adjudicatari com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

## 10. SUCCESSION, CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

### 10.1.- Successió i Cessió del contracte

- Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

El contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que el contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

- Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions provinents del contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer quan així s'estableixi a l'**apartat L2 del quadre de característiques**.

En cap cas podran ser cedits els drets i obligacions provinents del contracte quan les qualitats tècniques o personals del cedent hagin estat la raó determinant de l'adjudicació del contracte.

Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els requisits següents:

- a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
- b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per cent de l'import del contracte.
- c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvència que sigui exigible, i que estigui degudament classificat si aquest requisit ha estat exigít al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.
- d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

Amb el compliment dels citats requisits, el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Quan sigui requisit la constitució de garantia definitiva, no es pot tornar o cancel·lar la garantia prestada pel cedent fins que no estigui formalment constituïda la del cessionari.

## 10.2.- Subcontractació

El contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el que es preveu a l'**apartat L del quadre de característiques** i pel/s percentatge/s que expressament es determini/in.

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies regulades a l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en l'esmentat article 215 per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front al CMPSB, de conformitat amb aquest Plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec, així com de l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que el CMPSB tingui dels contractes celebrats o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa enfront del CMPSB contractant per les obligacions concretes amb elles pel contractista, a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas pot concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l'article 71 de la LCSP.

El contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

En els supòsits en què l'import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el CMPSB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part del contractista. A aquests efectes, el contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penyalitats que es preveuen en aquest plec, responnent la garantia definitiva d'aquestes penyalitats.

## 11. RÈGIM DE PAGAMENT

El CMPSB abonarà el preu a partir de la data de l'expedició dels documents corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte, en el termini que estableix la LCSP.

## **12. RESPONSABILITATS**

### **12.1.- Indemnització de danys i perjudicis**

El contractista haurà d'indemnitzar al CMPSB i a tercers per tots els danys i perjudicis causats a conseqüència de l'execució del contracte, d'acord amb l'article 196 de la LCSP. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà pel CMPSB, en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia al contractista i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.

## **13. RÈGIM D'INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS**

### **13.1.- Imposició de les penalitats**

D'acord amb allò previst a l'article 192 de la LCSP, s'estableix un règim de penalitats per al compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condicions especials d'execució del contracte, que consta a l'**Annex 6**.

Les penalitats s'imposaran per resolució/acord de l'òrgan de contractació, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la seva deducció en les factures que s'han d'abonar al contractista.

## **14. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ**

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes. Les resolucions de l'òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.

L'exercici de les prerrogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

## **IV EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

### **15. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

El contracte s'extingeix per compliment o per resolució.

### **16. COMPLIMENT DEL CONTRACTE**

#### **16.1.- Recepció i liquidació**

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

El CMPSB determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

#### **16.2.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva**

El termini de garantia dels subministraments objecte de licitació és el que s'estableix a l'**apartat N del quadre de característiques**.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vici o defectes en els béns subministrats, el CMPSB té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.

Si l'òrgan de contractació, durant el termini de garantia, considera que els béns subministrats no són aptes per al fi pretès, a conseqüència dels vici o defectes observats i imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reposició o la reparació d'aquells béns no seran suficients per aconseguir aquell fi, podrà rebutjar els béns, abans que expiri el termini, i deixar-los a compte del contractista de manera que quedarà exempt de l'obligació de pagament o, si escau, tindrà dret a recuperar el preu satisfet.

Acabat el termini de garantia sense que el CMPSB hagi formalitzat algun dels inconvenients o la denúncia a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors, el contractista queda exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

En tot cas, la seva constatació exigeix per part del CMPSB un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del termini de trenta dies següents al lliurament o la realització de l'objecte del contracte.

## 17. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I EFECTES

### 17.1.- Causes

Són causes de resolució del contracte:

- a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual; no obstant això, l'òrgan de contractació pot acordar la continuació del contracte amb els hereus o successors del contractista.
- b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- c) El comú acord entre les parts. En aquest cas, els drets de les parts s'han d'ajustar al que vàlidament hagin estipulat aquestes parts.
- d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista, en els termes establerts al règim d'incompliments i penalitats establert al present PCAP i a la LCSP.
- e) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic si continua l'execució, quan no sigui possible modificar el contracte en els termes de la LCSP.
- f) La suspensió, per causa imputable al CMPSB, de l'inici del subministrament i per termini superior a 6 mesos a partir de la data fixada al contracte per al lliurament.
- g) La demora de l'Administració superior a sis mesos en l'abonament del preu del contracte.
- h) L'incompliment d'aquelles obligacions que d'acord amb la naturalesa del contracte s'han de considerar essencials, l'incompliment de l'obligació principal del contracte així com de la resta d'obligacions essencials del contracte si s'estableixen a l'**Annex 7** del present PCAP i de les condicions especials d'execució indicades a l'**Annex 18** del present PCAP.
- i) Les que assenyali per a cada tipologia de contracte la LCSP.
- j) L'impagament durant l'execució del contracte dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin adscrits a aquesta, o l'incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius en vigor per als seus treballadors també durant l'execució del contracte.

## 17.2.- Efectes

L'incompliment per part del CMPSB de les obligacions del contracte determina, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que aquest incompliment irroguin a l'adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha d'indemnitzar al CMPSB pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista pel que fa a l'import que excedeixi el de la garantia.

Quan el contracte es resolgui per les causes de la lletra e) de l'apartat anterior, el contractista tindrà dret a una indemnització del 3 per cent de l'import de la prestació deixada de realitzar, excepte si la causa li és imputable.

*Aquest Plec ha estat examinat per l'Assessoria Jurídica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i compleix els requisits que la vigent legislació reguladora dels contractes del sector públic estableix.*

*Narcís Pérez de Puig  
Cap de l'Assessoria Jurídica*

*Barcelona, 24 de febrer de 2023*

## ANNEX 1

### MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/La Sr./a. ...., amb DNI núm....., actuant en nom i representació de ..... (licitador), en la seva condició de ..... i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del Contracte ....., essent l'entitat contractant ..... amb el número de referència del expedient ....., **DECLARA RESPONSABLEMENT:**

1.- Que les dades d'identificació concretes de ..... (licitador) són:

- Denominació de la societat: [...]
- NIF [.....]
- Adreça postal: [.....]
- Persona de contacte: [.....]
- NIF [.....]
- Telèfon: [.....]
- Fax: [.....]
- Correu electrònic: [.....]
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [.....]
- PIME: SÍ/NO

2.- Que l'empresa no/si està participant en el present procediment de contractació juntament amb altres.

*(en cas de resposta afirmativa)*

- (a) *indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses específiques ...): [.....]*
- (b) *identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació conjuntament: [.....]*
- (c) *si escau, nom del grup participant: [.....]*

3.- Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de l'empresa:

- Nom: [.....]
- Càrrec/Representació en la qual actua: [.....]
- Adreça postal: [.....]
- Telèfon: [.....]
- Correu electrònic: [.....]
- NIF: [.....]

4.- Que l'empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d'aptitud, capacitat i solvència (econòmica i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.

Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit pel CMPSB a aportar, en el termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al procediment.

5.- Que l'empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.

6.- Que l'empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social, tant en el país en el qual està establert com en l'Estat espanyol.

7.- Que l'empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social ni mediambiental.

8.- Que l'empresa no té coneixement de cap conflicte d'interès amb el CMPSB degut a la seva participació en el present procediment de contractació.

9.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

10.- Que l'empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de conducta indicats pel CMPSB, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

11.- Que l'empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, ni ha impossibilitat l'adjudicació d'un contracte al seu favor per no complir allò establert a l'article 150.2 de la LCSP, dins el termini assenyalat a l'efecte intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor per causes que li siguin imputables.

12.- Que amb relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d'acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions al Sr./Sra. .... amb NIF: ..... a l'adreça de correu electrònic: .....

13.- Que l'empresa té intenció de subcontractar (si s'escau).....

14.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat en la present licitació de ..... és exacte i veraç i que són coneixedors de les conseqüències d'una falsa declaració.

15.- Que l'empresa té ..... persones treballadores a la seva plantilla i SÍ/NO disposa d'un Pla d'igualtat inscrit al Registre de Plans d'Igualtat.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ..... de ..... de .....

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

## ANNEX 2

### MODEL PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Exp. Núm. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### DADES DE L'EMPRESA/EMPRESARI

Nom/Raó social \_\_\_\_\_ N.I.F. \_\_\_\_\_

Telèfon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

El/la Sr./Sra. \_\_\_\_\_ amb residència a \_\_\_\_\_ al carrer \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_ i amb NIF \_\_\_\_\_ declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte de \_\_\_\_\_ amb expedient número \_\_\_\_\_ es compromet (en nom propi /en nom de l'empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:

LOT: \_\_\_\_\_

a) **Oferta Econòmica:** Per les quantitats que s'indiquen a l'oferta presentada d'acord amb l'Annex PE de la licitació.

b) **Valoració tècnica:**

#### LOT 1 OCLUSORS VASCULARS

| Codi                       | Descripció                         | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI069<br>GBI008<br>GBI096 | Oclusors Vasculars 1, 2 i 3 Cossos |                                                    |       |                    |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                         |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Disseny cilíndric autoexpandible fabricat en nitinol per a embolitzacions d'arteries i venes.                                                           |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Disponibilitat en 3 configuracions diferents: un, dos i tres lòbuls, per tractar arteries i venes d'entre 2 i 17mm.                                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| La compatibilitat amb introductor de màxim 7Fr.                                                                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que els dispositius de dos i tres cossos estiguin formats per una capa doble de nitinol i el d'un cos per una sola capa de nitinol.                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que estigui fixat en ambdós extrems amb bandes marcadores de platí.                                                                                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que incorpori un microcargol d'acer inoxidable soldat en un dels extrems que permeti acoblar el dispositiu a un cable portador de 135 o 155cm de llarg. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                         |  | NO |  |

## LOT 2 PRÒTESIS BIFURCADES

| Codi                                 | Descripció          | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI072<br>GBI073<br>GBI074<br>GBI075 | Pròtesis bifurcades |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Fabricades en teixit Köper (que consisteix en un tricatat de doble capa: una interna de tipus woven i una externa de tipus Knitted de dacró*). |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que incorporin impregnació de gelatina modificada parcialment carboxilada.                                                                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que posseeixin 100% porositat cero.                                                                                                            |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que tinguin disponibilitat de diàmetres de: 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11 i 24x12mm i longitud de 45cm.                                 |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |

(\*) barreja de polièster i cotó

## LOT 3 PRÒTESIS RECTES

| Codi             | Descripció      | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI082<br>GBI058 | Pròtesis rectes |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Fabricades en teixit Köper (que consisteix en un tricatat de doble capa: una interna de tipus woven i una externa de tipus Knitted de dacró*). |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que incorporin impregnació de gelatina modificada parcialment carboxilada.                                                                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Opció de dissenys suportats amb reforç removable.                                                                                              |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que posseeixin 100% porositat cero.                                                                                                            |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |
| Que tinguin disponibilitat de diàmetres de 6 a 24mm i longituds de 12,5 a 60cm.                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                |  | NO |  |

## LOT 4 PRÒTESIS BICAPA

| Codi   | Descripció                | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI040 | Pròtesis estàndard bicapa |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                   |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Disponibilitat de diàmetre intern de 6 mm, extern de 8,8 mm i longitud de 40 cm.                                                                                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Dissenyada amb PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).                                                                                                                                             |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Que incorpori capa intermèdia d'elastòmer de canulació primerenca per a hemodiàlisi (24h). Permet la canulació per a hemodiàlisis dins de les primeres 24 hores de la implantació de la pròtesis. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Recobriments d'heparina mitjançant enllaç covalent punt-terminal.                                                                                                                                 |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |

| Codi   | Descripció             | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI041 | Pròtesis cònica bicapa |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                   |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Disponibilitat de diàmetre intern de 4-7 mm, extern de 6,4-9,4 mm i longitud de 45 cm.                                                                                                            |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Dissenyada amb PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).                                                                                                                                             |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Que incorpori capa intermèdia d'elastòmer de canulació primerenca per a hemodiàlisi (24h). Permet la canulació per a hemodiàlisis dins de les primeres 24 hores de la implantació de la pròtesis. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Recobriments d'heparina mitjançant enllaç covalent punt-terminal.                                                                                                                                 |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | NO |  |

**LOT 5 PRÒTESIS AXILOBIFEMORALS AMB HEPARINA**

| Codi   | Descripció                                           | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI053 | Pròtesis axilobifemoral amb heparina paret estàndard |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).               |  | SI |  |
|                                                                                |  | NO |  |
| Disseny bifurcat.                                                              |  | SI |  |
|                                                                                |  | NO |  |
| Que el recobriments d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. |  | SI |  |
|                                                                                |  | NO |  |
| Que incorpori anellat complet amb els anells extraïbles.                       |  | SI |  |
|                                                                                |  | NO |  |
| Disponibilitat de gruixos de 0 a 0,65mm.                                       |  | SI |  |

|                                                                            |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
|                                                                            |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetre intern 8 mm i longitud de 70-40cm (extensible). |  | SI |  |
|                                                                            |  | NO |  |

## LOT 6 PRÒTESIS AMB HEPARINA RECTES

| Codi   | Descripció                                                                            | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI063 | Pròtesis amb heparina paret estàndard recta diàmetre intern de 6mm x 40cm de longitud |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                               |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit)               |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm extensible.                                      |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Disseny sense anells.                                                         |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                                                       | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI065 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 8mm x 40cm de longitud |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                               |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm extensible.                                      |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Disseny sense anells.                                                         |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                                                       | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI066 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 8mm x 80cm de longitud |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                  |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit). |  | SI |  |
|                                                                  |  | NO |  |
|                                                                  |  | SI |  |

|                                                                               |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. |  | NO |  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm, extensible.                                     |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Disseny amb anells extraïbles.                                                |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Longitud del segment anellat 70 cm.                                           |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                                                       | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI068 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 6mm x 50cm de longitud |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm, extensible.                                     |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |
| Disseny amb anells extraïbles.                                                |  | SI |  |
|                                                                               |  | NO |  |

**LOT 7 ENDOPRÒTESI AORTO-TORÀCICA**

| Codi                       | Descripció                                  | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI028<br>GBI026<br>GBI097 | Endopròtesi aorto-toràtica 100, 150 i 200mm |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                  |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Disponibilitat de configuració amb stent lliure tant proximal com distal.                                        |  | SI |  |
|                                                                                                                  |  | NO |  |
| Que disposi de quatre marcadors proximals de platí-iridi em forma de "8" per garantir una correcta col·locació.  |  | SI |  |
|                                                                                                                  |  | NO |  |
| Que per col·locar la pròtesi no sigui imprescindible ús d'introducció                                            |  | SI |  |
|                                                                                                                  |  | NO |  |
| Que estigui indicada per a aneurismes de mínim 15mm de coll (segons indicacions de fabricant o normes d'ús-IFU). |  | SI |  |
|                                                                                                                  |  | NO |  |
| Disponibilitat de mesures de diàmetre proximal de 22mm fins a 46mm amb increments de 2mm.                        |  | SI |  |
|                                                                                                                  |  | NO |  |

## LOT 8 ENDOPRÒTESI D'AORTA ABDOMINAL, AORTOUNILÍACA I COMPLEMENTES

| Codi                       | Descripció                                                                                | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI103<br>GBI104<br>GBI047 | Endopròtesi d'aorta abdominal bifurcada, Endopròtesi aortounilíaca i Branca contralateral |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                   |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que estiguin indicades per al tractament d'aneurismes de mínim 10mm de coll (segons IFU)                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Disponibilitat de disseny de branques de fins a 28mm de calibre                                                                                   |  | SI |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Que disposin de quatre marcadors proximals de platí-iridi per a una exacta alliberació.                                                           |  | SI |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO |  |
| Que per col·locar la pròtesi no sigui imprescindible ús d'introducció, la qual cosa permet assolir un perfil d'introducció real més petit (18 Fr) |  | SI |  |
|                                                                                                                                                   |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                     | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI061 | Sistema d'endograpes per fixar |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                            |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que estigui dissenyat en forma d'espiral per a la reparació i fixació d'endopròtesi que han d' ésser reparades             |  | SI |  |
|                                                                                                                            |  | NO |  |
| Que disposi d'una fixació addicional per a l'endopròtesi per al tractament d'Aneurisma Aorto-Abdominal i/o Toràcica.       |  | SI |  |
|                                                                                                                            |  | NO |  |
| Que disposi de capacitat d'evitar l'ús de dispositiu fenestrat per al tractament d'Aneurisma Aorto-Abdominal i/o Toràcica. |  | SI |  |
|                                                                                                                            |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                               | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI044 | Sistema oclúsor per a aneurismes d'aorta |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que disposi de sistema d'inserció, compost per beina d'inserció amb una vàlvula hemostàtica dotada d'un port lateral i una vareta d'empenta/retenció utilitzada per a la retenció estacionària. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Disseny autoexpandible recte                                                                                                                                                                    |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | SI |  |

|                                                                                             |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que estigui fabricat amb un teixit empelt de polièster i una estructura de Nitinol.         |  | NO |  |
| Que incorpori 2 corones de stent de nitinol recobertes íntegrament d'una tela de polièster. |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |
| Que integri marcadors ràdio opacs: proximal i distal.                                       |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |

No s'assignen criteris de valoració als següents articles del Lot 8, ja que són components de tipus complementari:

| Codi   | Descripció        |
|--------|-------------------|
| GBI050 | Extensió distal   |
| GBI052 | Extensió proximal |
| GBI089 | Tub aòrtic        |

## LOT 9 ENDOPRÒTESI TRONCALS, ILÍAQUES I EXTENSORS

| Codi   | Descripció                      | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI054 | Endopròtesi troncal conformable |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                         |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (Politetrafluoroetil expandit) i stent de nitinol flexible.                                                                                                             |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia, l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que la fixació infrarrenal es realitzi mitjançant ancoratges de nitinol dissenyats per donar estabilitat a llarg termini.                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que sigui reposicionable, flexible i autoexpandible la qual cosa permetrà realitzar ajustaments en funció de l'anatomia del pacient.                                                                    |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals entre 20 i 36 mm i longituds entre 12 i 14,5 cm.                                                                                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 15 a 18 Fr.                                                                                                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                         | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI029 | Endopròtesi troncal no conformable |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                             |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (Politetrafluoroetil expandit) i stent de nitinol flexible. |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |

|                                                                                                                                      |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que la fixació infrarrenal es realitzi mitjançant ancoratges de nitinol dissenyats per donar estabilitat a llarg termini.            |  | SI |  |
|                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Que sigui reposicionable, flexible i autoexpandible la qual cosa permetrà realitzar ajustaments en funció de l'anatomia del pacient. |  | SI |  |
|                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres de tronc de 23 a 35 mm i longituds de 12 a 18 cm.                                                        |  | SI |  |
|                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 a 18 Fr.                                                   |  | SI |  |
|                                                                                                                                      |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                        | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI017 | Endopròtesi ilíaca contra-lateral |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.   |  | SI |  |
|                                                                                                |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció. |  | SI |  |
|                                                                                                |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres distals entre 12 i 27 mm i longituds entre 10 i 14 cm.             |  | SI |  |
|                                                                                                |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 a 15 Fr.             |  | SI |  |
|                                                                                                |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                   | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI031 | Endopròtesi ilíaca bifurcada |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                               |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.                  |  | SI |  |
|                                                                                                               |  | NO |  |
| Que l'alliberament seqüencial sigui en dues fases, de tal manera que això permeti reposicionar el dispositiu. |  | SI |  |
|                                                                                                               |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetre proximal 23 mm i longitud de 10 cm i diàmetres distals de 10 mm, 12 mm i 14,5 mm.  |  | SI |  |
|                                                                                                               |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 Fr.                                 |  | SI |  |
|                                                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                 | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI035 | Endopròtesi ilíaca interna |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                              |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible. |  | SI |  |
|                                                                                              |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres distals de 10 mm, 12 mm i 14,5 mm i longitud de 7 cm.            |  | SI |  |
|                                                                                              |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 Fr.                |  | SI |  |
|                                                                                              |  | NO |  |

| Codi   | Descripció     | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI048 | Extensor ilíac |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                               |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.  |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres distals entre 10 i 14,5 mm i longitud de 7 cm.                    |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 Fr.                 |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                 | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI022 | Extensor d'aorta abdominal |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                               |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.  |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimit a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció. |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres entre 23 i 36 mm i longituds entre 3,3 i 4,5 cm.                  |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 a 18 Fr.            |  | SI |  |
|                                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                             | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI105 | Extensor d'aorta abdominal conformable |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.                                                                                                           |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals entre 20 i 36 mm i longitud de 4,5 cm.                                                                                                                           |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 15 a 18 Fr.                                                                                                                     |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

**LOT 10 ENDOPRÒTESI CONFORMABLE TORÀCICA**

| Codi   | Descripció                                                               | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI106 | Endopròtesi conformable d'aorta toràcica descendent de 10 cm de longitud |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 21 a 45mm.                                                                                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                                               | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI107 | Endopròtesi conformable d'aorta toràcica descendent de 15 cm de longitud |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 28 a 41 mm.                                                                                                                                              |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                                                | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI108 | Endopròtesi conformable d'aorta toràctica descendent de 20 cm de longitud |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 31 a 45 mm.                                                                                                                                              |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

**LOT 11 ENDOPRÒTESI D'ABDOMEN PER A ANEURISMES AORTOILIACS**

| Codi   | Descripció                              | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI109 | Endopròtesi d'aorta abdominal bifurcada |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un en forma d'"E majúscula" per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització, 3 proximals, 6 en contralateral i 1 en ipsi-lateral. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                              |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                              |  | SI |  |

|                                                                                                                                            |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que integri stents de nitinol autoexpandibles tallats amb làser i cosits en una coberta de polièster amb doble stent de segellat proximal. |  | NO |  |
| Que disposi de fixació activa suprarenal.                                                                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                            |  | NO |  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release*" de pull-back controlat.                                                         |  | SI |  |
|                                                                                                                                            |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres de la zona de fixació proximal de 23 – 36 mm.                                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                            |  | NO |  |

\*Sistema d' alliberament controlat per l'especialista.

| Codi   | Descripció                | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI059 | Endopròtesi aortounilíaca |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                 |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un en forma d'“E majúscula” per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització, 3 proximals i 1 distal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que integri stents de nitinol autoexpandibles tallats amb làser i cosits en una coberta de polièster amb doble stent de segellat proximal.                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que disposi de fixació activa suprarenal.                                                                                                                                       |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres de la zona de fixació proximal de 23 – 36 mm.                                                                                                       |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                    | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI079 | Endopròtesi ilíaca amb branques branch ilíaco |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                 |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que sigui indicada per al tractament d'aneurismes ilíacs aïllats i aorta ilíacs.                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que integri branca lateral lliure amb stent angulat per canalitzar l'artèria hipogàstrica.                                                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un d'ells en forma de "E majúscula" per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals de 14, 16 i 18mm, i distals 10, 12 i 14mm.                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                 |  | NO |  |

| Codi   | Descripció               | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI080 | Endopròtesi ilíaca recta |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                   |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Fabricada amb nitinol i polièster.                                                |  | SI |  |
|                                                                                   |  | NO |  |
| Que disposi de marca radioopaca de solapament a 30 mm del començament de la tela. |  | SI |  |
|                                                                                   |  | NO |  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat. |  | SI |  |
|                                                                                   |  | NO |  |

| Codi   | Descripció             | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI088 | Endopròtesi fenestrada |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                             |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Fabricada amb nitinol i polièster feta a mida segons l'anatomia del pacient.                                |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |
| Que incorpori marcador d'orientació en sistema d'alliberament tàtil i visual de forma línia.                |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |
| Que incorpori marcador d'orientació radioscòpic de branques externes i internes anterògrades i retrògrades. |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |
| Que disposi de 2 marcadors en forma d'"E majúscula" per al seu posicionament.                               |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |
| Disponibilitat de disseny recte i amb bifurcació integrada.                                                 |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                           |  | SI |  |
|                                                                                                             |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                          | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI084 | Extensió d'aorta abdominal (cuff *) |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                 |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que pugui ser utilitzada com a extensió proximal d'una endopròtesi bifurcada o aortounilíaca per segellar endofugues proximals. |  | SI |  |
|                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que incorpori stent autoexpandible de nitinol cosit a una coberta de polièster                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                 |  | NO |  |
| Que disposi de stent lliure per a ancoratge suprarenal                                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                 |  | NO |  |

|                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un d'ells en forma de "E majúscula" per tal de facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals fins a 38mm                                                                                                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

\*Extensor o allargament proximal.

## LOT 12 ENDOPRÒTESI I EXTENSIONS AORTOILÍAQUES ABDOMINALS ESTÀNDARD

| Codi   | Descripció                                        | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI110 | Endopròtesi d'aorta abdominal estàndard bifurcada |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Disponibilitat de diàmetres de 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36mm i longituds de 70, 84, 98, 108, 118, 128mm.                                                                                                                                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NO |  |
| Que el primer stent proximal vagi segellat a la part interna per facilitar segellat proximal.                                                                                                                                                                 |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NO |  |
| Que integri un sistema d'alliberament amb guies de subjecció proximal i distal per augmentar el control i la precisió en el seu posicionament.                                                                                                                |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NO |  |
| Que el sistema introductor de l'endopròtesi tingui un disseny de baix perfil de 16Fr per a endopròtesi de diàmetre de fins a 32 mm i de 17Fr per a endopròtesi de diàmetre des de 36mm. Longitud del sistema introductor de 43 cm.                            |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NO |  |
| Que incorpori 6 marcadors radioopacs d'or, 4 marcadors en la part superior amb una marca de verificació a la superfície lateral de l'stent més distal de la ramificació contralateral, i 2 marcadors més en l'stent més distal de la ramificació ipsilateral. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NO |  |

| Codi   | Descripció      | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI051 | Extensió ilíaca |                                                    |       |                    |

### ES VALORARÀ:

|                                                                                  |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Una longitud de la beina introductora de 71 cm.                                  |  | SI |  |
|                                                                                  |  | NO |  |
| Que integri una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca. |  | SI |  |
|                                                                                  |  | NO |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que el sistema introductor de l'endopròtesi tingui un disseny de baix perfil de 12Fr per a endopròtesi de diàmetre de fins a 16 mm i de 14Fr per a endopròtesi de diàmetre de 20 a 24 mm. Longitud del sistema introductor de 71 cm. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs: proximal i distal per facilitar la precisió en el posicionament.                                                                                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| La disponibilitat de 5 stents autoexpandibles de nitinol en Z i 1 stent en espiral de nitinol continu.                                                                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                        | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI111 | Extensió d'aorta abdominal (cuff) |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                        |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que el sistema introductor de l'endopròtesi tingui un disseny de baix perfil de 16Fr per a endopròtesi de fins a 32 mm de diàmetre i 17Fr per a endopròtesi de diàmetre igual a 36 mm. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que integri guies de subjecció per augmentar el control i la precisió en el posicionament.                                                                                             |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Sistema precarregat amb una beina introductora hidrofílica i coil-lada amb marca radioopaca,                                                                                           |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que tingui 2 stents autoexpandibles de nitinol en "Z" per a la longitud d'endopròtesi de 45 cm i 3 stents autoexpandibles de nitinol en "Z" per a la longitud d'endopròtesi de 58 cm.  |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs d'or: proximal i distal, per facilitar la precisió en el posicionament.                                                                      |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                        |  | NO |  |

**LOT 13 ENDOPRÒTESI I COMPONENTS TORACO-ABDOMINALS A MIDA**

| Codi   | Descripció                   | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI112 | Endopròtesi toràctica a mida |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                             |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| L'opció d'afegir-hi ganxos per a una fixació activa.                                        |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |
| Fabricada en acer i/o nitinol a mida segons anatomia del pacient.                           |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |
| Sistema precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil-lada amb marca radioopaca. |  | SI |  |
|                                                                                             |  | NO |  |
|                                                                                             |  | SI |  |

|                                                                                    |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| La disponibilitat de marcadors radioopacs d'orientació fabricats en or.            |  | NO |  |
| Stents a tot el llarg de l'endopròtesi, per oferir estabilitat i força d'expansió. |  | SI |  |
|                                                                                    |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                       | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI113 | Component proximal tub fenestrat |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                                      |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesis per facilitar la col·locació i el reajustament final de l'endopròtesi                                                              |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Fabricació en polièster i stents d'acer inoxidable i/o nitinol amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                                                                                  |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Filferro independent amb sistema de sutura, el qual permet alliberar la pròtesis desplegada parcialment, sense arribar al seu màxim diàmetre, així com també, permet recol·locar i alinear les fenestracions si cal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                               |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |
| Que les fenestracions estiguin reforçades amb cercols de Nitinol.                                                                                                                                                    |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                            | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI114 | Component proximal tub amb branques i/o fenestracions |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                                          |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Que les branques i fenestracions estiguin reforçades amb cercols de Nitinol.                                                                                                                                             |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesis per facilitar la col·locació i el reajustament final de l'endopròtesi.                                                                 |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable i/o nitinol amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                                                                                        |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Filferro independent amb sistema de sutura que permet alliberar la pròtesis desplegada parcialment, sense arribar al seu màxim diàmetre, així com també, permet recol·locar i alinear les branques/fenestracions si cal. |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                                   |  | SI |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                                             | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI115 | Component bifurcat a mida amb diferents configuracions |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                          |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesi per facilitar-ne la col·locació.                        |  | SI |  |
|                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                    |  | SI |  |
|                                                                                                                                          |  | NO |  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                   |  | SI |  |
|                                                                                                                                          |  | NO |  |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs fabricats en or en diferents parts de la pròtesis, per facilitar-ne el correcte posicionament. |  | SI |  |
|                                                                                                                                          |  | NO |  |

| Codi   | Descripció                    | Indicar el número de pàgina a documentació tècnica | SI/NO | Marcar amb una "X" |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| GBI116 | Component branch ilíac a mida |                                                    |       |                    |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                        |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca. |  | SI |  |
|                                                                                                                        |  | NO |  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                  |  | SI |  |
|                                                                                                                        |  | NO |  |
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesi per facilitar-ne la col·locació.      |  | SI |  |
|                                                                                                                        |  | NO |  |
| Que la vora proximal vagi reforçada amb un cercol de nitinol.                                                          |  | SI |  |
|                                                                                                                        |  | NO |  |

**c) Gestió d'incidències:**

| CRITERIS                                                                                                                                       | Marcar amb una X l'opció que correspongui |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| El licitador proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat igual o superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. |                                           |
| El licitador no dóna cap opció al client.                                                                                                      |                                           |

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

### ANNEX 3

#### MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA, I DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA

El primer classificat, proposat com a adjudicatari haurà d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica següent:

##### **Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera:**

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica i financera del licitador s'acreditarà pel mitjà següent:

- Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al valor estimat del contracte del/s lot/s al/s qual/s liciti.

En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d'Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil. Tractant-se d'empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d'empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu d'acreditació els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l'Administració.

##### **Documentació que acrediti la solvència tècnica o professional:**

De conformitat amb el que disposa l'article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica del licitador s'acreditarà pels mitjans següents:

- Relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, ja sigui públic o privat d'aquests.

## ANNEX 4

### CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

En primer lloc, es comprovarà el compliment dels requeriments bàsics exigits al PPT i al seu Annex 1. Quan una proposició no compleixi aquests requeriments quedarà exclosa. Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades.

Conforme la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta licitació s'utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública d'acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l'article 30 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

#### 1. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: Fins a 100 punts.

De conformitat amb la Directriu 1/2020 i l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzaran les següents:

- 1.1 Oferta econòmica: màxim 35 punts
- 1.2 Valoració tècnica: màxim 60 punts.
- 1.3 Gestió d'incidències: màxim 5 punts

S'informa que el total de puntuació de l'apartat 1.2 correspon a la mitjana de la puntuació total de tots els articles de cada lot al qual es presenti oferta valorats individualment, amb excepció dels lots 1, 2, 3, 5 i 7 ja que en estar formats per un sol article, no s'aplicarà cap mitjana, sinó la suma total de tots els criteris de valoració que conformen el lot:

##### 1.1. Oferta econòmica: fins a 35 punts (comú per a tots els lots):

Es podran obtenir de 0 a 35 punts, valorats de la forma següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P<sub>v</sub> = Puntuació de l'oferta a Valorar  
 O<sub>v</sub> = Oferta a Valorar  
 O<sub>m</sub> = Oferta Millor  
 IL = Import de Licitació  
 VP = Valor de Ponderació  
 P = Punts criteri econòmic

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que  $O_v \leq 0,9 \times PM$ , on PM és la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Justificació fórmula: Directriu 1/2020, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

S'assigna un valor de ponderació **VP=3**, tal com es recull en el punt 7 apartat b) de la Directriu 1/2020, associat a que en aquesta licitació s'exigeix que la prestació s'executi **amb un alt nivell qualitatiu**, atesa la complexitat tècnica en la utilització de materials i instruments necessaris en les intervencions de pròtesis endovasculars.

**JUSTIFICACIÓ:** Sent el preu una variable objectiva respecte a l'oferta del producte s'utilitza una ponderació **VP=3** atès que és de gran importància poder oferir una atenció confortable, de màxima seguretat i qualitat als seus usuaris assistencials i pacients, poder fer ús de materials i instruments de la millor qualitat per dur a terme un tractament de la patologia aneurismàtica i isquèmica d'aorta toràcica, abdominal i d'arteries ilíacques per a pacients amb aquest tipus de patologia vascular, tant vital. Té una relació directa amb la qualitat de vida que el pacient podrà gaudir a partir del moment de la seva utilització, per aquest motiu es valora que aquests materials siguin de la millor relació qualitat/preu.

### 1.2. Valoració Tècnica: fins a 60 punts en cada lot.

S'utilitzaran criteris que han estat validats pel responsable del contracte i que s'han descrit atenent a les diferents característiques de l'objecte del contracte.

Els criteris són els següents:

#### LOT 1 OCLUSORS VASCULARS

| Codi                       | Descripció                         | SI/NO | PUNTS |
|----------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| GBI069<br>GBI096<br>GBI008 | Oclusors Vasculars 1, 2 i 3 Cossos |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Disseny cilíndric autoexpandible fabricat en nitinol per a embolitzacions d'arteries i venes.                                                           | SI | 15 |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Disponibilitat en 3 configuracions diferents: un, dos i tres lòbuls, per tractar arteries i venes d'entre 2 i 17mm.                                     | SI | 15 |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| La compatibilitat amb introductor de màxim 7Fr.                                                                                                         | SI | 10 |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que els dispositius de dos i tres cossos estiguin formats per una capa doble de nitinol i el d'un cos per una sola capa de nitinol.                     | SI | 10 |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que estigui fixat en ambdós extrems amb bandes marcadores de platí.                                                                                     | SI | 5  |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que incorpori un microcargol d'acer inoxidable soldat en un dels extrems que permeti acoblar el dispositiu a un cable portador de 135 o 155cm de llarg. | SI | 5  |
|                                                                                                                                                         | NO | 0  |

#### LOT 2 PRÒTESIS BIFURCADES

| Codi                                 | Descripció          | SI/NO | PUNTS |
|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| GBI072<br>GBI073<br>GBI074<br>GBI075 | Pròtesis bifurcades |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Fabricades en teixit Köper (que consisteix en un tricatat de doble capa: una interna de tipus woven i una externa de tipus Knitted de dacró*). | SI | 30 |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |

|                                                                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que incorporin impregnació de gelatina modificada parcialment carboxilada.                                     | SI | 15 |
|                                                                                                                | NO | 0  |
| Que posseeixin 100% porositat cero.                                                                            | SI | 10 |
|                                                                                                                | NO | 0  |
| Que tinguin disponibilitat de diàmetres de: 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11 i 24x12mm i longitud de 45cm. | SI | 5  |
|                                                                                                                | NO | 0  |

(\*) barreja de polièster i cotó

### LOT 3 PRÒTESIS RECTES

| Codi             | Descripció      | SI/NO | PUNTS |
|------------------|-----------------|-------|-------|
| GBI082<br>GBI058 | Pròtesis rectes |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Fabricades en teixit Köper (que consisteix en un tricotat de doble capa: una interna de tipus woven i una externa de tipus Knitted de dacró*). | SI | 25 |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |
| Que incorporin impregnació de gelatina modificada parcialment carboxilada.                                                                     | SI | 15 |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |
| Opció de dissenys suportats amb reforç remobile.                                                                                               | SI | 10 |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |
| Que posseeixin 100% porositat cero.                                                                                                            | SI | 5  |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |
| Que tinguin disponibilitat de diàmetres de 6 a 24mm i longituds de 12,5 a 60cm.                                                                | SI | 5  |
|                                                                                                                                                | NO | 0  |

### LOT 4 PRÒTESIS BICAPA

| Codi   | Descripció                | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------|-------|-------|
| GBI040 | Pròtesis estàndard bicapa |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Disponibilitat de diàmetre intern de 6 mm, extern de 8,8 mm i longitud de 40 cm.                                                                                                                  | SI | 30 |
|                                                                                                                                                                                                   | NO | 0  |
| Dissenyada amb PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).                                                                                                                                             | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                   | NO | 0  |
| Que incorpori capa intermèdia d'elastòmer de canulació primerenca per a hemodiàlisi (24h). Permet la canulació per a hemodiàlisis dins de les primeres 24 hores de la implantació de la pròtesis. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                   | NO | 0  |
| Recobriments d'heparina mitjançant enllaç covalent punt-terminal.                                                                                                                                 | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                   | NO | 0  |

| Codi   | Descripció             | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------|-------|-------|
| GBI041 | Pròtesis cònica bicapa |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Disponibilitat de diàmetre intern de 4-7 mm, extern de 6,4-9,4 mm i longitud de 45 cm.                                                                                                          | SI | 30 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Dissenyada amb PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).                                                                                                                                           | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que incorpori capa intermèdia d'elastòmer de canulació primerenca per a hemodiàlisi (24h) Permet la canulació per a hemodiàlisi dins de les primeres 24 hores de la implantació de la pròtesis. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Recobriment d'heparina mitjançant enllaç covalent punt-terminal.                                                                                                                                | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |

**LOT 5 PRÒTESIS AXILOBIFEMORALS AMB HEPARINA**

| Codi   | Descripció                                           | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI053 | Pròtesis axilobifemoral amb heparina paret estàndard |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              | SI | 20 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Disseny bifurcat.                                                             | SI | 15 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. | SI | 10 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que incorpori anellat complet amb els anells extraïbles.                      | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |
| Disponibilitat de gruixos de 0 a 0,65mm.                                      | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetre intern 8 mm i longitud de 70-40cm (extensible).    | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |

**LOT 6 PRÒTESIS AMB HEPARINA RECTES**

| Codi   | Descripció                                                                            | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI063 | Pròtesis amb heparina paret estàndard recta diàmetre intern de 6mm x 40cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit)               | SI | 30 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. | SI | 15 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm extensible.                                      | SI | 10 |
|                                                                               | NO | 0  |

|                       |    |   |
|-----------------------|----|---|
| Disseny sense anells. | SI | 5 |
|                       | NO | 0 |

| Codi   | Descripció                                                                       | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI065 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 8mm x 40cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              | SI | 30 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. | SI | 15 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm extensible.                                      | SI | 10 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Disseny sense anells.                                                         | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                                                       | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI066 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 8mm x 80cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              | SI | 25 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. | SI | 15 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm, extensible.                                     | SI | 10 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Disseny amb anells extraïbles.                                                | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |
| Longitud del segment anellat 70 cm.                                           | SI | 5  |
|                                                                               | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                                                       | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI068 | Pròtesis amb heparina paret fina recta diàmetre intern de 6mm x 50cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                               |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit).              | SI | 30 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Que el recobriment d'heparina sigui mitjançant enllaç covalent punt-terminal. | SI | 15 |
|                                                                               | NO | 0  |
| Paret de gruix de 0 a 0,65mm, extensible.                                     | SI | 10 |
|                                                                               | NO | 0  |

|                                |    |   |
|--------------------------------|----|---|
| Disseny amb anells extraïbles. | SI | 5 |
|                                | NO | 0 |

#### LOT 7 ENDOPRÒTESI AORTO-TORÀCICA

| Codi   | Descripció                                  | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------------------------|-------|-------|
| GBI028 | Endopròtesi aorto-toràtica 100, 150 i 200mm |       |       |
| GBI026 |                                             |       |       |
| GBI097 |                                             |       |       |

##### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                  |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Disponibilitat de configuració amb stent lliure tant proximal com distal.                                        | SI | 25 |
|                                                                                                                  | NO | 0  |
| Que disposi de quatre marcadors proximals de platí-iridi em forma de "8" per garantir una correcta col·locació.  | SI | 15 |
|                                                                                                                  | NO | 0  |
| Que per col·locar la pròtesi no sigui imprescindible ús d'introductor                                            | SI | 10 |
|                                                                                                                  | NO | 0  |
| Que estigui indicada per a aneurismes de mínim 15mm de coll (segons indicacions de fabricant o normes d'ús-IFU). | SI | 5  |
|                                                                                                                  | NO | 0  |
| Disponibilitat de mesures de diàmetre proximal de 22mm fins a 46mm amb increments de 2mm.                        | SI | 5  |
|                                                                                                                  | NO | 0  |

#### LOT 8 ENDOPRÒTESIS D'AORTA ABDOMINAL, AORTOUNILÍACA I COMPLEMENTS

| Codi   | Descripció                                                                                | SI/NO | PUNTS |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI103 | Endopròtesi d'aorta abdominal bifurcada, Endopròtesi aortounilíaca i Branca contralateral |       |       |
| GBI104 |                                                                                           |       |       |
| GBI047 |                                                                                           |       |       |

##### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que estiguin indicades per al tractament d'aneurismes de mínim 10mm de coll (segons IFU)                                                           | SI | 25 |
|                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Disponibilitat de disseny de branques de fins a 28mm de calibre                                                                                    | SI | 15 |
|                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Que disposin de quatre marcadors proximals de platí-iridi per a una exacta alliberació.                                                            | SI | 10 |
|                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Que per col·locar la pròtesi no sigui imprescindible ús d'introductor, la qual cosa permet assolir un perfil d'introducció real més petit (18 Fr). | SI | 10 |
|                                                                                                                                                    | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                     | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------------|-------|-------|
| GBI061 | Sistema d'endograpes per fixar |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                            |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que estigui dissenyat en forma d'espiral per a la reparació i fixació d'endopròtesi que han d' ésser reparades             | SI | 30 |
|                                                                                                                            | NO | 0  |
| Que disposi d'una fixació addicional per a l'endopròtesi per al tractament d'Aneurisma Aorto-Abdominal i/o Toràcica.       | SI | 20 |
|                                                                                                                            | NO | 0  |
| Que disposi de capacitat d'evitar l'ús de dispositiu fenestrat per al tractament d'Aneurisma Aorto-Abdominal i/o Toràcica. | SI | 10 |
|                                                                                                                            | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                               | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------------------------|-------|-------|
| GBI044 | Sistema ocluser per a aneurismes d'aorta |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que disposi de sistema d'inserció, compost per beina d'inserció amb una vàlvula hemostàtica dotada d'un port lateral i una vareta d'empenta/retenció utilitzada per a la retenció estacionària. | SI | 20 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Disseny autoexpandible recte                                                                                                                                                                    | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que estigui fabricat amb un teixit empelt de polièster i una estructura de Nitinol.                                                                                                             | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que incorpori 2 corones de stent de nitinol recobertes íntegrament d'una tela de polièster.                                                                                                     | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que integri marcadors ràdio opacs: proximal i distal.                                                                                                                                           | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |

**No s'assignen criteris de valoració als següents articles del Lot 8, ja que són components de tipus complementari:**

| Codi   | Descripció        |
|--------|-------------------|
| GBI050 | Extensió distal   |
| GBI052 | Extensió proximal |
| GBI089 | Tub aòrtic        |

**LOT 9 ENDOPRÒTESI TRONCALS, ILÍAQUES I EXTENSORS**

| Codi   | Descripció                      | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------------|-------|-------|
| GBI054 | Endopròtesi troncal conformable |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (Politetrafluoroetil expandit) i stent de nitinol flexible.                                                                                                             | SI | 20 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia, l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que la fixació infrarrenal es realitzi mitjançant ancoratges de nitinol dissenyats per donar estabilitat a llarg termini.                                                                               | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que sigui reposicionable, flexible i autoexpandible la qual cosa permetrà realitzar ajustaments en funció de l'anatomia del pacient.                                                                    | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals entre 20 i 36 mm i longituds entre 12 i 14,5 cm.                                                                                                                  | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 15 a 18 Fr.                                                                                                                      | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                         | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------------------|-------|-------|
| GBI029 | Endopròtesi troncal no conformable |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (Politetrafluoroetil expandit) i stent de nitinol flexible.                                          | SI | 25 |
|                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Que la fixació infrarrenal es realitzi mitjançant ancoratges de nitinol dissenyats per donar estabilitat a llarg termini.            | SI | 15 |
|                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Que sigui reposicionable, flexible i autoexpandible la qual cosa permetrà realitzar ajustaments en funció de l'anatomia del pacient. | SI | 10 |
|                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres de tronc de 23 a 35 mm i longituds de 12 a 18 cm.                                                        | SI | 5  |
|                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 a 18 Fr.                                                   | SI | 5  |
|                                                                                                                                      | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                        | SI/NO | PUNTS |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|
| GBI017 | Endopròtesi ilíaca contra-lateral |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.   | SI | 30 |
|                                                                                                | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció. | SI | 15 |
|                                                                                                | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres distals entre 12 i 27 mm i longituds entre 10 i 14 cm.             | SI | 10 |
|                                                                                                | NO | 0  |
|                                                                                                | SI | 5  |

|                                                                                    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 a 15 Fr. | NO | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

| Codi   | Descripció                   | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------------|-------|-------|
| GBI031 | Endopròtesi ilíaca bifurcada |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                               |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.                  | SI | 30 |
|                                                                                                               | NO | 0  |
| Que l'alliberament seqüencial sigui en dues fases, de tal manera que això permeti reposicionar el dispositiu. | SI | 15 |
|                                                                                                               | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetre proximal 23 mm i longitud de 10 cm i diàmetres distals de 10 mm, 12 mm i 14,5 mm.  | SI | 10 |
|                                                                                                               | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 Fr.                                 | SI | 5  |
|                                                                                                               | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                 | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------|-------|-------|
| GBI035 | Endopròtesi ilíaca interna |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                              |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible. | SI | 30 |
|                                                                                              | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres distals de 10 mm, 12 mm i 14,5 mm i longitud de 7 cm.            | SI | 20 |
|                                                                                              | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 Fr.                | SI | 10 |
|                                                                                              | NO | 0  |

| Codi   | Descripció     | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------|-------|-------|
| GBI048 | Extensor ilíac |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.   | SI | 30 |
|                                                                                                | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció. | SI | 15 |
|                                                                                                | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres distals entre 10 i 14,5 mm i longitud de 7 cm.                     | SI | 10 |
|                                                                                                | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 12 Fr.                  | SI | 5  |
|                                                                                                | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                 | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------|-------|-------|
| GBI022 | Extensor d'aorta abdominal |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|  |    |    |
|--|----|----|
|  | SI | 30 |
|--|----|----|

|                                                                                               |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.  | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimit a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció. | SI | 15 |
|                                                                                               | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres entre 23 i 36 mm i longituds entre 3,3 i 4,5 cm.                  | SI | 10 |
|                                                                                               | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 16 a 18 Fr.            | SI | 5  |
|                                                                                               | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                             | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------------------|-------|-------|
| GBI105 | Extensor d'aorta abdominal conformable |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) i stent de nitinol flexible.                                                                                                           | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals entre 20 i 36 mm i longitud de 4,5 cm.                                                                                                                           | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que el perfil del catèter d'introducció permeti l'ús d'introductors de 15 a 18 Fr.                                                                                                                     | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

### LOT 10 ENDOPRÒTESI CONFORMABLE TORÀCICA

| Codi   | Descripció                                                                | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI106 | Endopròtesi conformable d'aorta toràctica descendent de 10 cm de longitud |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 21 a 45mm.                                                                                                                                               | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                                               | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI107 | Endopròtesi conformable d'aorta toràtica descendent de 15 cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 28 a 41 mm.                                                                                                                                              | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                                               | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI108 | Endopròtesi conformable d'aorta toràtica descendent de 20 cm de longitud |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que integri un sistema d'alliberament de control actiu.                                                                                                                                                | SI | 20 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que per a excloure l'aneurisma de la circulació sanguínia l'endopròtesi disposi d'un mecanisme addicional d'angulació proximal que permeti que l'endopròtesi s'adapti a l'angulació del coll proximal. | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Material de fabricació de PTFEe (politetrafluoroetilè expandit) reforçada per una estructura de filament de nitinol flexible.                                                                          | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que sigui autoexpandible i flexible comprimida a l'extrem davanter d'un catèter d'introducció.                                                                                                         | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetre distal/proximal de 31 a 45 mm.                                                                                                                                              | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

**LOT 11 ENDOPRÒTESI D'ABDOMEN PER A ANEURISMES AORTOILIACS**

| Codi   | Descripció                              | SI/NO | PUNTS |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------|
| GBI109 | Endopròtesi d'aorta abdominal bifurcada |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                              |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un en forma d'"E majúscula" per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització, 3 proximals, 6 en contralateral i 1 en ipsi-lateral. | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                              | NO | 0  |
| Que integri stents de nitinol autoexpandibles tallats amb làser i cosits en una coberta de polièster amb doble stent de segellat proximal.                                                                   | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                              | NO | 0  |
| Que disposi de fixació activa suprarenal.                                                                                                                                                                    | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                              | NO | 0  |
|                                                                                                                                                                                                              | SI | 5  |

|                                                                                    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release*" de pull-back controlat. | NO | 0 |
| Disponibilitat de diàmetres de la zona de fixació proximal de 23 – 36 mm.          | SI | 5 |
|                                                                                    | NO | 0 |

\*Sistema d'alliberament controlat per l'especialista

| Codi   | Descripció                | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------|-------|-------|
| GBI059 | Endopròtesi aortounilíaca |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                 |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un en forma d'"E majúscula" per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització, 3 proximals i 1 distal. | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que integri stents de nitinol autoexpandibles tallats amb làser i cosits en una coberta de polièster amb doble stent de segellat proximal.                                      | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que disposi de fixació activa suprarenal.                                                                                                                                       | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                                                                                               | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres de la zona de fixació proximal de 23 – 36 mm.                                                                                                       | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                 | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                    | SI/NO | PUNTS |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| GBI079 | Endopròtesi ilíaca amb branques branch ilíaco |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                 |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que sigui indicada per al tractament d'aneurismes ilíacs aïllats i aorta ilíacs.                                                                                | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que integri branca lateral lliure amb stent angulat per canalitzar l'artèria hipogàstrica.                                                                      | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un d'ells en forma de "E majúscula" per facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                                                                               | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                 | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals de 14, 16 i 18mm, i distals 10, 12 i 14mm.                                                                                | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                 | NO | 0  |

| Codi   | Descripció               | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| GBI080 | Endopròtesi ilíaca recta |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Fabricada amb nitinol i polièster.                                                | SI | 30 |
|                                                                                   | NO | 0  |
| Que disposi de marca radioopaca de solapament a 30 mm del començament de la tela. | SI | 20 |
|                                                                                   | NO | 0  |

|                                                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat. | SI | 10 |
|                                                                                   | NO | 0  |

| Codi   | Descripció             | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------|-------|-------|
| GBI088 | Endopròtesi fenestrada |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                             |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Fabricada amb nitinol i polièster feta a mida segons l'anatomia del pacient.                                | SI | 20 |
|                                                                                                             | NO | 0  |
| Que incorpori marcador d'orientació en sistema d'alliberament tàctil i visual de forma línia.               | SI | 15 |
|                                                                                                             | NO | 0  |
| Que incorpori marcador d'orientació radioscòpic de branques externes i internes anterògrades i retrògrades. | SI | 10 |
|                                                                                                             | NO | 0  |
| Que disposi de 2 marcadors en forma d'"E majúscula" per al seu posicionament.                               | SI | 5  |
|                                                                                                             | NO | 0  |
| Disponibilitat de disseny recte i amb bifurcació integrada.                                                 | SI | 5  |
|                                                                                                             | NO | 0  |
| Que incorpori sistema d'alliberament "squeeze-to-release" de pull-back controlat.                           | SI | 5  |
|                                                                                                             | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                          | SI/NO | PUNTS |
|--------|-------------------------------------|-------|-------|
| GBI084 | Extensió d'aorta abdominal (cuff *) |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que pugui ser utilitzada com a extensió proximal d'una endopròtesi bifurcada o aortounilíaca per segellar endofugues proximals.                                        | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que incorpori stent autoexpandible de nitinol cosit a una coberta de polièster                                                                                         | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que disposi de stent lliure per a ancoratge suprarenal                                                                                                                 | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que disposi de marcadors radioopacs d'or, un d'ells en forma de "E majúscula" per tal de facilitar el correcte posicionament de l'endopròtesi i correcta canalització. | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Disponibilitat de diàmetres proximals fins a 38mm                                                                                                                      | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

\*Extensor o allargament proximal

**LOT 12 ENDOPRÒTESI I EXTENSIONS AORTOILÍAQUES ABDOMINALS ESTÀNDARD**

| Codi   | Descripció                                        | SI/NO | PUNTS |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI110 | Endopròtesi d'aorta abdominal estàndard bifurcada |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Disponibilitat de diàmetres de 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36mm i longituds de 70, 84, 98, 108, 118, 128mm.                                                                                                                                                      | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  |
| Que el primer stent proximal vagi segellat a la part interna per facilitar segellat proximal.                                                                                                                                                                 | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  |
| Que integri un sistema d'alliberament amb guies de subjecció proximal i distal per augmentar el control i la precisió en el seu posicionament.                                                                                                                | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  |
| Que el sistema introductor de l'endopròtesi tingui un disseny de baix perfil de 16Fr per a endopròtesi de diàmetre de fins a 32 mm i de 17Fr per a endopròtesi de diàmetre des de 36mm. Longitud del sistema introductor de 43 cm.                            | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  |
| Que incorpori 6 marcadors radioopacs d'or, 4 marcadors en la part superior amb una marca de verificació a la superfície lateral de l'stent més distal de la ramificació contralateral, i 2 marcadors més en l'stent més distal de la ramificació ipsilateral. | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  |

| Codi   | Descripció      | SI/NO | PUNTS |
|--------|-----------------|-------|-------|
| GBI051 | Extensió ilíaca |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Una longitud de la beina introductora de 71 cm.                                                                                                                                                                                    | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Que integri una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                                                                                   | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Que el sistema introductor de la endopròtesis tingui un disseny de baix perfil de 12Fr per a endopròtesis de diàmetre fins a 16 mm i 14Fr per a endopròtesis de diàmetre des de 20 a 24 mm. Longitud sistema introductor de 71 cm. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Amb marcadors radioopacs proximal i distal per facilitar la precisió en el posicionament.                                                                                                                                          | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NO | 0  |
| Amb 5 stents autoexpandibles de nitinol en Z i 1 stent en espiral de nitinol continu.                                                                                                                                              | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                        | SI/NO | PUNTS |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|
| GBI111 | Extensió d'aorta abdominal (cuff) |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                        |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que el sistema introductor de l'endopròtesi tingui un disseny de baix perfil de 16Fr per a endopròtesi de fins a 32 mm de diàmetre i 17Fr per a endopròtesi de diàmetre igual a 36 mm. | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que integri guies de subjecció per augmentar el control i la precisió en el posicionament.                                                                                             | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |
| Sistema precarregat amb una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                           | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                        | NO | 0  |

|                                                                                                                                                                                       |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Que tingui 2 stents autoexpandibles de nitinol en "Z" per a la longitud d'endopròtesi de 45 cm i 3 stents autoexpandibles de nitinol en "Z" per a la longitud d'endopròtesi de 58 cm. | SI | 5 |
|                                                                                                                                                                                       | NO | 0 |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs d'or: proximal i distal, per facilitar la precisió en el posicionament.                                                                     | SI | 5 |
|                                                                                                                                                                                       | NO | 0 |

### LOT 13 ENDOPRÒTESI I COMPONENTS TORACO-ABDOMINALS A MIDA

| Codi   | Descripció                   | SI/NO | PUNTS |
|--------|------------------------------|-------|-------|
| GBI112 | Endopròtesi toràctica a mida |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                             |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| L'opció d'afegir-hi ganxos per a una fixació activa.                                        | SI | 25 |
|                                                                                             | NO | 0  |
| Fabricada en acer i/o nitinol a mida segons anatomia del pacient.                           | SI | 15 |
|                                                                                             | NO | 0  |
| Sistema precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca. | SI | 10 |
|                                                                                             | NO | 0  |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs d'orientació fabricats en or.                     | SI | 5  |
|                                                                                             | NO | 0  |
| Stents a tot el llarg de l'endopròtesi, per oferir estabilitat i força d'expansió.          | SI | 5  |
|                                                                                             | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                       | SI/NO | PUNTS |
|--------|----------------------------------|-------|-------|
| GBI113 | Component proximal tub fenestrat |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesis per facilitar la col·locació i el reajustament final de l'endopròtesi                                                              | SI | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Fabricació en polièster i stents d'acer inoxidable i/o nitinol amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                                                                                  | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Filferro independent amb sistema de sutura, el qual permet alliberar la pròtesis desplegada parcialment, sense arribar al seu màxim diàmetre, així com també, permet recol·locar i alinear les fenestracions si cal. | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                               | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                      | NO | 0  |
| Que les fenestracions estiguin reforçades amb cercols de Nitinol.                                                                                                                                                    | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                      | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                            | SI/NO | PUNTS |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI114 | Component proximal tub amb branques i/o fenestracions |       |       |

#### ES VALORARÀ:

|                                                                              |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Que les branques i fenestracions estiguin reforçades amb cercols de Nitinol. | SI | 25 |
|                                                                              | NO | 0  |

|                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesis per facilitar la col·locació i el reajustament final de l'endopròtesi.                                                                 | SI | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                          | NO | 0  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable i/o nitinol amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                                                                                        | SI | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                          | NO | 0  |
| Filferro independent amb sistema de sutura que permet alliberar la pròtesis desplegada parcialment, sense arribar al seu màxim diàmetre, així com també, permet recol·locar i alinear les branques/fenestracions si cal. | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                          | NO | 0  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                                                                                                   | SI | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                          | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                                             | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| GBI115 | Component bifurcat a mida amb diferents configuracions |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                                          |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesi per facilitar-ne la col·locació.                        | SI | 30 |
|                                                                                                                                          | NO | 0  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                                    | SI | 15 |
|                                                                                                                                          | NO | 0  |
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca.                   | SI | 10 |
|                                                                                                                                          | NO | 0  |
| La disponibilitat de marcadors radioopacs fabricats en or en diferents parts de la pròtesis, per facilitar-ne el correcte posicionament. | SI | 5  |
|                                                                                                                                          | NO | 0  |

| Codi   | Descripció                     | SI/NO | PUNTS |
|--------|--------------------------------|-------|-------|
| GBI116 | Component branch il·lac a mida |       |       |

**ES VALORARÀ:**

|                                                                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sistema d'alliberament seqüencial, precarregat en una beina introductora hidrofílica i coil·lada amb marca radioopaca. | SI | 30 |
|                                                                                                                        | NO | 0  |
| Fabricat en polièster i stents d'acer inoxidable amb fabricació a mida segons l'anatomia del pacient.                  | SI | 15 |
|                                                                                                                        | NO | 0  |
| Sistema de guies independents que fixin l'extrem proximal i distal de la pròtesi per facilitar-ne la col·locació.      | SI | 10 |
|                                                                                                                        | NO | 0  |
| Que la vora proximal vagi reforçada amb un cercol de nitinol.                                                          | SI | 5  |
|                                                                                                                        | NO | 0  |

**JUSTIFICACIÓ:** Les característiques i composició dels materials estan dissenyats basats en les necessitats d'adaptabilitat als pacients que requereixen un implant quirúrgic de pròtesis i/o endopròtesis vasculars per al tractament quirúrgic d'aneurismes d'aorta.

**1.3. Gestió d'incidències: fins a 5 punts (comú per a tots els lots):**

Es podran obtenir de 0 a 5 punts, valorat de la forma següent:

- El licitador proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat igual o superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació.....5 punts
- El licitador no dona cap opció al client.....0 punts

## ANNEX 5

### MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Les modificacions contractuals es faran de conformitat amb les previsions establertes a la LCSP i a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Tenint en compte que el CMPSB té la seva principal activitat en el serveis sanitaris de difícil planificació per estar fora del seu abast, es preveu expressament que el CMPSB podrà introduir modificacions al contracte amb la condició següent:

D'acord amb l'article 204 de la LCSP, es preveuen modificacions de fins a un 20% del preu inicial del contracte, amb l'objectiu de cobrir possibles desviacions en cas d'augment/disminució en el consum estimat dels articles objecte de l'expedient derivades de l'increment o reducció de l'activitat assistencial. Aquest percentatge pretén cobrir a l'alça o a la baixa la variació de l'activitat assistencial dels centres i del criteri tècnic dels diferents serveis/departaments usuaris dels articles a licitació.

La formalització de la modificació haurà de fer-se mitjançant compareixença, previ tràmit d'audiència amb l'adjudicatari, abans de la finalització del contracte.

D'acord amb l'article 301.2 de la LCSP, al contracte de subministrament on la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte, a què es refereix l'article 205.2.c).3.º de la LCSP, sense que sigui precís tramitar el corresponent expedient de modificació, acreditant el corresponent finançament a l'expedient.

L'adjudicatari restarà obligat a seguir les prestacions amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels lliuraments ni suspendre'ls.

Aquestes modificacions es valoraran d'acord amb els preus unitaris establerts en cada moment.

## ANNEX 6

### RÈGIM DE PENALITATS

#### Incompliments

##### **Són incompliments molt greus:**

- La paralització total i absoluta de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte imputable al contractista.
- La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l'ambient i de la seguretat en el lloc de treball. Un retard de 3 mesos es considerarà incompliment molt greu.
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament.
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i a la cessió contractual.
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.
- L'incompliment d'alguna de les obligacions essencials del contracte o de les condicions especials d'execució previstes.
- La reincidència en la comissió d'incompliments greus.
- L'aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims aplicables d'aquesta licitació.
- La negativa a subministrar les comandes que rebim del CMPSB en les condicions de preus aplicables, durant la vigència del contracte.

##### **Són incompliments greus:**

- La resistència als requeriments efectuats pel CMPSB, o la seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte.
- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes que afectin la qualitat de l'ambient i de la seguretat en el lloc de treball.
- L'incompliment de les condicions de qualitat ambiental i la no comunicació dels canvis que puguin afectar a aquestes condicions de qualitat.

- La reincidència en la comissió d'incompliments lleus.
- L'incompliment dels terminis de lliurament oferts pel proveïdor.

#### **Són incompliments lleus:**

- D'acord amb la normativa vigent, està prohibit fumar en tot el recinte dels centres del CMPSB, tant als espais tancats com a l'aire lliure. L'incompliment per part dels treballadors de l'adjudicatari de la prohibició de fumar dins dels centres i recintes hospitalaris del CMPSB serà considerat una falta lleu.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte, que no constitueixi incompliment greu.

#### **Penalitats**

Independentment de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis que, si escau, s'originin, el CMPSB podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliments. L'import de cada penalitat s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l'import total del contracte.
- b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliments. L'import de cada penalitat s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l'import total del contracte.
- c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliments. L'import de cada penalitat s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l'import total del contracte.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

Un incompliment lleu pot esdevenir greu, i un greu esdevenir molt greu en cas de manca de la deguda diligència en el compliment dels requeriments efectuats pel CMPSB al contractista. Per tant, un mateix incompliment pot comportar l'aplicació de penalitats corresponents a incompliments lleus, greus o molt greus, segons correspongui.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte al compliment dels terminis establerts en el contracte, seran d'aplicació les penalitats establertes a l'art. 193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d'acord amb allò establert al present PCAP.

En aquells contractes en què el contractista tingui l'obligació de presentar un programa de treball, l'incompliment dels terminis parcials establerts en aquest tindran la consideració d'incompliments molt greu i podran comportar l'aplicació de les penalitats previstes per a aquests tipus d'incompliments, o bé la resolució del contracte.

D'acord amb l'article 192 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva quantia total no superarà el 50 per 100 del pressupost del contracte.

## ANNEX 7

### OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L'adjudicatari està obligat a efectuar el subministrament en les millors condicions possibles i a complir amb totes les obligacions dimanants del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.

Està obligat també a:

- a) Compliment dels lliuraments sense dilació en el cas de subministraments de tracte successiu i d'acord amb els períodes que fixin les comandes programades.
- b) Compliment en la qualitat i característiques del producte d'acord amb l'oferta presentada i d'acord amb les prescripcions tècniques dels productes adjudicats.
- c) Compliment del contracte sense que hi hagin renúncies a l'adjudicació d'un codi o d'un contracte per causes imputables al proveïdor no justificades adequadament.
- d) L'adjudicatari estarà obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.
- e) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

- f) L'adjudicatari ha d'emprar el català en les seves relacions amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, derivades de l'execució de l'objecte del contracte. En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
- g) Sotmetre's en tot moment a les indicacions que li dictin des de la Direcció corresponent del CMPSB.
- h) Designar una persona responsable per a la bona marxa dels serveis, que farà d'enllaç amb la Direcció corresponent del CMPSB.
- i) Guardar reserva de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasió d'aquest.
- j) Aportar tot el personal suficient per a la realització de l'objecte del contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes i amb plena responsabilitat, per oferir una execució a plena satisfacció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Tot el personal que executi el servei dependrà únicament del contractista adjudicatari, a tots els efectes sense que existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral amb el Consorci.
- k) Ser responsable de tots els danys i perjudicis que se n'ocasionin a tercers i al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona o al personal que en depèn.
- l) L'execució del contracte és a risc i ventura de l'adjudicatari.
- m) No es podrà efectuar la subcontractació o cessió de contracte, sense autorització expressa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i d'acord amb els art. 215 i 214 de la LCSP.
- n) El compliment de les condicions especials d'execució de caràcter social, ètic i mediambiental establertes a l'Annex 19 del PCAP.



Així mateix, en cas d'incompliment d'alguna de les prestacions objecte del contracte, reiterada repetidament la seva execució, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona podrà ordenar la seva realització, corrent les despeses de la mateixa a càrrec del contractista.

## ANNEX 8

### DISTRIBUCIÓ DELS LOTS, ANUALITATS I TIPUS DE FACTURACIÓ

#### DISTRIBUCIÓ DELS LOTS:

| Lots         | Descripció                                                       | Base Imposable<br>2 anys<br>Import<br>(IVA exclòs) | 10% IVA            | Total<br>Import<br>(IVA inclòs) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1            | OCLUSORS VASCULARS                                               | 11.094,02 €                                        | 1.109,40 €         | 12.203,42 €                     |
| 2            | PRÒTESIS BIFURCADES                                              | 18.189,60 €                                        | 1.818,96 €         | 20.008,56 €                     |
| 3            | PRÒTESIS RECTES                                                  | 3.010,40 €                                         | 301,04 €           | 3.311,44 €                      |
| 4            | PRÒTESIS BICAPA                                                  | 3.477,22 €                                         | 347,72 €           | 3.824,94 €                      |
| 5            | PRÒTESIS AXIOBIFEMORALS AMB<br>HEPARINA                          | 18.302,40 €                                        | 1.830,24 €         | 20.132,64 €                     |
| 6            | PRÒTESIS AMB HEPARINA RECTES                                     | 57.978,62 €                                        | 5.797,86 €         | 63.776,48 €                     |
| 7            | ENDOPRÒTESI AORTO-TORÀCICA                                       | 57.352,32 €                                        | 5.735,24 €         | 63.087,56 €                     |
| 8            | ENDOPRÒTESI D'AORTA ABDOMINAL,<br>AORTOUNILÍACA I COMPLEMENTES   | 175.829,34 €                                       | 17.582,96 €        | 193.412,30 €                    |
| 9            | ENDOPRÒTESI TRONCALS, ILÍAQUES I<br>EXTENSORS                    | 75.748,74 €                                        | 7.574,86 €         | 83.323,60 €                     |
| 10           | ENDOPRÒTESI CONFORMABLE<br>TORÀCICA                              | 58.392,00 €                                        | 5.839,20 €         | 64.231,20 €                     |
| 11           | ENDOPRÒTESI D'ABDOMEN PER A<br>ANEURISMES AORTOILIACS            | 141.893,02 €                                       | 14.189,30 €        | 156.082,32 €                    |
| 12           | ENDOPRÒTESI I EXTENSIONS<br>AORTOILÍAQUES ABDOMINALS<br>ESTÀNDAR | 70.000,00 €                                        | 7.000,00 €         | 77.000,00 €                     |
| 13           | ENDOPRÒTESI I COMPONENTS<br>TORACO-ABDOMINALS A MIDA             | 348.300,00 €                                       | 34.830,00 €        | 383.130,00 €                    |
| <b>Total</b> |                                                                  | <b>1.039.567,68€</b>                               | <b>103.956,78€</b> | <b>1.143.524,46€</b>            |

#### ANUALITATS:

| Anualitats   | Base Imposable        | IVA 10%             | Total                 |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Any 2023     | 173.261,28 €          | 17.326,13 €         | 190.587,41 €          |
| Any 2024     | 519.783,84 €          | 51.978,39 €         | 571.762,23 €          |
| Any 2025     | 346.522,56 €          | 34.652,26 €         | 381.174,82 €          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.039.567,68 €</b> | <b>103.956,78 €</b> | <b>1.143.524,46 €</b> |

#### TIPUS DE FACTURACIÓ:

El pagament al contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.

D'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

Així, l'adjudicatari haurà de lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d'Entrada de Factures Electròniques del Sector Públic de Catalunya. Per major informació podeu consultar aquest enllaç:

[http://economia.gencat.cat/ca/70\\_ambits\\_actuacio/tresoreria\\_i\\_pagaments/factura-electronica/](http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/).

El codi DIR del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pels tres centres gestors és el A09006561. La generació d'aquestes factures es correspondrà amb els subministraments realitzats degudament conformades pels Serveis Tècnics del CMPSB.

A la factura s'haurà d'identificar el número d'expedient amb el qual s'ha licitat el contracte.

El/s pagament/s del subministrament es realitzarà d'acord amb el contingut de la LCSP i únicament mitjançant transferència bancària i prèvia recepció de la factura al departament de Comptabilitat del CMPSB, a través dels canals descrits anteriorment.

Durant la vigència del contracte no tindrà lloc cap increment de preu.

Qualsevol modificació sobre l'IVA serà motiu de revisió, no podent-ne repercutir cap altre increment.

La facturació haurà d'emetre's amb arrodoniment a dos dígits, conforme a allò establert a l'article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro.

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat de factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP. Per a l'eficàcia d'aquesta transmissió de drets enfront del CMPSB, caldrà que li hagi estat notificada fefaentment, això és, mitjançant documentació que permeti acreditar la celebració del contracte i la capacitat dels intervinents.



## **ANNEX 9**

### **MOSTRES**

No es precisen mostres en aquesta licitació.

## ANNEX 10

### DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES

La documentació que es relaciona seguidament haurà de presentar-se mitjançant Sobre Digital 2.0 disponible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en els formats de documents electrònics admissibles pdf i zip autenticats mitjançant signatura electrònica.

**Sobre núm. 1: Documentació general** (de conformitat amb el que s'estableix a la clàusula 5.3 d'aquest PCAP). També caldrà incloure signada electrònicament la documentació següent:

- DEUC.
- Model de l'Annex 1 del PCAP.
- Model de l'Annex 15 del PCAP.
- Model de l'Annex 16 del PCAP.
- Model de l'Annex 17 del PCAP.
- Model de l'Annex 18 del PCAP.

**Sobre núm. 2:** haurà de contenir tota la **documentació necessària** per a la ponderació dels criteris avaluable de forma automàtica assenyalats a l'**Annex 4**, i **s'ha d'ajustar a les indicacions que consten a l'Annex 2 d'aquest PCAP**, així com la resta de documentació justificativa del compliment del PPT, **signada electrònicament pel licitador o persona que el representi. Així, haurà d'incloure:**

- a) Índex de la documentació aportada.
- b) Model de l'Annex 2 del PCAP.
- c) Model de l'Annex PE.
- d) Relació detallada dels productes oferts d'acord amb l'**Annex 11** d'aquest PCAP.
- e) Documentació tècnica dels articles recollits a l'apartat 3 del plec de prescripcions tècniques:
  - Foto del producte i Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments detallats en el PPT i el seu Annex 1.
  - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.
  - Descripció d'embalatge i etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l'apartat 6 del PPT.
- f) Altra documentació complementària que el licitador estimi oportuna.

Quan l'objecte del contracte siguin productes sanitaris regulats pel Reial decret 1591/2009, serà causa de nul·litat del contracte el no compliment de la inclusió, en els productes adjudicats, del marcatge de conformitat "CE", així com el no compliment de les altres prescripcions establertes en aquest Reial decret.

## ANNEX 11

### MODEL DE RELACIÓ DETALLADA DELS PRODUCTES OFERTS

De conformitat amb el que s'estableix a l'Annex 10 d'aquest PCAP, s'haurà d'incloure en el Sobre núm. 2 la relació de productes oferts d'acord amb el model que s'adjunta:

**PROVEÏDOR:**

**NIF:**

**Expedient:**

**Lot:**

| Codi PSMar | Descripció PSMar | Referència Proveïdor | Marca | Model | Unitats d'envàs | Presentació |
|------------|------------------|----------------------|-------|-------|-----------------|-------------|
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |
|            |                  |                      |       |       |                 |             |



## ANNEX 12

### MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECÍFICA (Incloure en el Sobre núm. 1)

No procedeix.

## ANNEX 13

### PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS CONTRACTISTES HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals en l'àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d'ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o documents reguladors de la contractació.

Així mateix, i de conformitat amb l'article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic han d'incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

1.- Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d'interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d'interessos les contingudes a l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
- b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
- c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
- d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

- f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
- g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
- h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4.- L'incompliment de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per part dels licitadors o contractistes s'ha de preveure com a causa, d'acord amb la legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

## ANNEX 13 BIS

### CLÀUSULA ÈTICA

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.
- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

2.4. Les conseqüències o penalitats per l'incompliment d'aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 2.1 s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat

dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

## ANNEX 14

### Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Per obtenir el document DEUC, el licitador haurà de connectar via electrònica amb l'enllaç següent:

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

Per a la seva confecció, caldrà tenir en compte:

- En l'apartat IV del DEUC: "Criteris de selecció" s'haurà de contestar exclusivament si els operadors econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant la casella sí o no. NO S'HAN D'EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D'INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.
- S'indicarà la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació, si escau.
- En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
- En el cas que la licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 76 de la LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la part II, secció C del DEUC i presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.
- En el cas que la licitadora tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar emplenant les parts II a V del DEUC degudament signat.
- Les empreses licitadores que figurin inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

## ANNEX 15

### DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

#### Nº D'EXPEDIENT:

El/La Sr/a. ...., amb domicili a .....núm. ...., carrer .....núm. ...., proveït de D.N.I. número ....., en nom i representació de l'empresa ....., amb domicili a ..... carrer ....., proveïda de N.I.F. núm. ....

☐ Que l'empresa ..... ha obtingut el certificat de la implantació d'un sistema de gestió mediambiental de conformitat amb els requisits de la norma ISO 14001.

**Dades del certificat:** Emès per l'empresa .....

Número de certificat ..... Data ..... Vigència fins .....

**NOTA:** S'acredita el compliment de l'esmentada norma davant l'òrgan de contractació mitjançant el document adjunt (adjuntar còpia de la certificació).

☐ Que l'empresa ..... ha obtingut el certificat de la implantació d'un sistema de gestió mediambiental (**EMAS**) de conformitat amb el Reglament (CE) 196/2006, de la Comissió, de 3 de febrer.

**Dades del certificat:** Emès per .....

Número de certificat ..... Data ..... Vigència fins .....

**NOTA:** S'acredita el compliment de l'esmentada norma davant l'òrgan de contractació mitjançant el document adjunt. (adjuntar còpia de la certificació).

☐ Que l'empresa ..... **NO** té cap certificat de la implantació d'un sistema de gestió mediambiental de conformitat amb els requisits de la norma ISO 14001 ni amb l'EMAS de conformitat amb el Reglament (CE) 196/2006, de la Comissió, de 3 de febrer.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

## ANNEX 16

### DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LES NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT

#### Nº D'EXPEDIENT:

El/La Sr/a. ...., amb domicili a .....núm. ...., carrer ..... proveït de D.N.I. número ....., en nom i representació de l'empresa ....., amb domicili a ..... carrer ..... proveïda de N.I.F. núm. ....

☐ Que l'empresa ..... ha obtingut el certificat ..... de conformitat amb els requisits de la norma ISO .....

**Dades del certificat:** Emès per l'empresa .....

Número de certificat ..... Data ..... Vigència fins .....

**NOTA:** S'acredita el compliment de l'esmentada norma davant l'òrgan de contractació mitjançant el document adjunt (adjuntar còpia de la certificació).

☐ Que l'empresa ..... **NO** té cap certificat .....

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

## ANNEX 17

### DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DOCUMENTS

#### Nº D'EXPEDIENT:

El/La Sr/a. ...., amb domicili a ..... carrer ..... núm. ...., proveït de D.N.I. número ....., en nom i representació de l'empresa ....., amb domicili a ..... carrer ..... proveïda de N.I.F. núm. ....

☐ A l'efecte de complimentar el que disposa l'article 133 de la LCSP, declaro sota la meua responsabilitat que els documents que a continuació es relacionen tenen caràcter confidencial:

|                                            |
|--------------------------------------------|
| DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre núm. 1) |
| - Arxiu: .... pàgina: .....                |
| - Arxiu: .... pàgina: .....                |
| - Arxiu: .... pàgina: .....                |

|                                     |
|-------------------------------------|
| DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre núm. 2) |
| - Arxiu: .... pàgina: .....         |
| - Arxiu: .... pàgina: .....         |
| - Arxiu: .... pàgina: .....         |

☐ Cap dels documents que consten en la meua oferta tenen caràcter confidencial.

#### NOTES:

- 1.-En el supòsit que no es complementi cap camp, s'entendrà que la informació aportada pel licitador no té caràcter confidencial.
- 2.-Aquella informació que ha estat objecte de publicació en els Registres Públics (RELI) no es considerarà confidencial.
- 3.- Per tal de no interferir en els principis de publicitat i transparència dels procediments i llibertat d'accés a les licitacions, NO es considerarà confidencial la totalitat de documents que formen part del Sobre núm. 2, en tant que aquest és objecte d'obertura en acte públic, llevat d'aquells documents concrets que el licitador assenyali que afecti secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En aquest sentit, **els licitadors hauran d'especificar i motivar les causes per les quals els documents marcats com a confidencials ho són, així com si existeixen secrets comercials o tècnics susceptibles de protecció**, essent l'Òrgan de Contractació el que en última instància i en cas de discrepància, emetrà una resolució motivada sobre la confidencialitat o no dels documents marcats com a tal.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

## ANNEX 18

### DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

#### Nº D'EXPEDIENT:

El/La Sr/a. ...., amb domicili a  
....., carrer .....núm.  
....., proveït de D.N.I. número ....., en nom  
i representació de l'empresa ....., amb domicili a  
....., carrer ....., proveïda de N.I.F. núm.  
.....

☐ Que l'empresa ..... es compromet a complir els requisits que s'estableixen en la norma SA 8000:2001 i els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Per tal d'acreditar el compliment de l'esmentada norma (SA 8000:2001) i els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides l'empresa aporta la següent documentació:

☐ **DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL**

☐ **DECLARACIÓ DE PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES**

☐ **DECLARACIÓ DE NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

**NOTA:** S'acredita el compliment de les esmentades normes davant l'òrgan de contractació mitjançant els documents adjunts (adjuntar còpia de la certificació).

☐ Que l'empresa ..... NO es compromet a complir els requisits que s'estableixen en la norma SA 8000:2001 i els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Signatura electrònica de la persona que formula la proposició.

## ANNEX 19

### CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC I /O MEDIAMBIENTAL

Les condicions especials d'execució de caràcter social, ètic i /o mediambiental d'obligat compliment són les següents:

- a) L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.
- b) D'acord amb l'establert als articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contractista s'obliga a facilitar la informació establerta en l'esmentada llei i a complir amb el "Codi de bones pràctiques professionals i Codi ètic al Parc de Salut MAR" disponible al Portal de la Transparència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de les penalitats indicades en el present Plec.
- c) Realitzarà el subministrament objecte del contracte, d'acord amb l'Annex 13 i l'Annex 13bis d'aquest Plec relatiu als "Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat" i a la "Clàusula ètica" respectivament.
- d) L'adjudicatari té l'obligació de presentar la totalitat dels embalatges dels subministraments objecte del contracte reciclables o reutilitzables. El compliment d'aquesta condició es pot acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant aquelles mesures adoptades, quan sigui requerida, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.

Aquestes condicions tenen caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.



## ANNEX 20

### MODEL DE CONTRACTE REGULADOR DE L'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

No procedeix.