

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT D'INSTRUMENTS DE SUTURA MECÀNICA I MATERIAL I INSTRUMENTAL DE LAPAROSCÒPIA AMB DESTINACIÓ A L'ÀREA QUIRÚRGICA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB).

Barcelona, 17 de gener de 2023

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat d'instruments de sutura mecànica i material i instrumental de laparoscòpia amb destinació a l'Àrea Quirúrgica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB). La necessitat a cobrir és la capacitat de dotar a l'Àrea Quirúrgica del material i instruments necessaris per poder dur a terme un correcte tractament de les diferents patologies que requereixen intervencions ginecològiques, abdominals, urològiques, toràciques i endoscòpiques generals, dels pacients que assisteixen al centre, durant tota la vigència del contracte i compost dels lots que seguidament es detallen:

- Lot 1** Tròcar 11X100 mm i cànula
- Lot 2** Tròcar laparoscòpia tècnica Hasson
- Lot 3** Tròcars òptics
- Lot 4** Tròcars òptics amb baló
- Lot 5** Grapadores circulars corbes
- Lot 6** Endotalladores/grapadores motoritzades 35-45-60mm amb càrregues de grapes obertes
- Lot 7** Talladores/grapadores lineals i càrregues
- Lot 8** Endotalladora/endograpadora recarregable i grapes
- Lot 9** Talladora/grapadora corba
- Lot 10** Grapadora lineal i càrrega
- Lot 11** Grapadora sutura cutània
- Lot 12** Instrumental bàsic laparoscòpic
- Lot 13** Retractors laparoscòpics per a ús amb tròcar
- Lot 14** Endoaplicadors clips titani
- Lot 15** Aplicadors clips titani per a cirurgia oberta
- Lot 16** Grapadora circular motoritzada corba per a teràpia colorectal
- Lot 17** Complementos per a cirurgia bariàtrica
- Lot 18** Protectors i retractors per a incisió
- Lot 19** Cànules d'aspiració/irrigació per a laparoscòpia
- Lot 20** Dispositiu de fixació de malles per a cirurgia abdominal
- Lot 21** Clips de lligadura de polímer.

Així mateix, s'indica que s'haurà de lliurar en concepte de cessió per consum per als lots següents::

- **Lot 11 Grapadores sutura cutània.**
El número necessari de Pinces per extracció de grapes (FKF041, segons codificació interna del CMPSB).
- **Lot 17 Complementos per a cirurgia bariàtrica.**
El número necessari d'endograpadores reutilitzables (FKG103, segons codificació interna del CMPSB).
- **Lot 21 Clips de lligadura de polímer.**
El número necessari d'aplicadors reutilitzables, (KGK641 i KGK778, segons codificació interna del CMPSB).

Per cobrir les necessitats dels diferents serveis quirúrgics que formen part de l'àrea quirúrgica del CMPSB. Aquesta prestació és inseparable de l'objecte del contracte i no pot considerar-se independent d'aquest, ja que es imprescindible per al seu funcionament i continuïtat d'ús dels materials d'aquests 3 lots més amunt esmentats durant a la vigència del contracte.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I OBLIGACIONS ESSENCIALS:

En l'Annex 1 del PPT es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Les ofertes que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran valorades

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES VALORABLES:

Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades seguint els següents criteris automàtics indicats a l'Annex 4 del PCAP:

LOT 1	TRÒCAR 11X100 mm I CÀNULA
--------------	----------------------------------

Codi	Descripció
FLI006 FLI019	Tròcar 11x100mm estriat amb ganiveta i cànula per a Tròcar 11x100mm amb segell. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Ganiveta plana arrodonida amb protecció, que permet una força d'inserció baixa i una entrada sense problemes.

Que disposi de segell amb doble vàlvula integrada totalment desmuntable (per tal de facilitar l'extracció i una ràpida desinsuflació)

Cànula amb disseny estriat en Z

LOT 2	TRÒCAR LAPAROSCÒPIA TÈCNICA HASSON
--------------	---

Codi	Descripció
FLI400	Tròcar per a laparoscòpia tècnica Hasson 12mm amb baló sense làtex. Estèril. Un sol ús

ES VALORARÀ:

Con amb fixació de gel (que millora l'articulació de l'instrument)

Que permeti entrada amb Òptica.

Que disposi de segell amb doble vàlvula integrada totalment desmuntable (per tal de facilitar la extracció i una ràpida desinsuflació)

Que disposi d'un sistema de fixació addicional amb sutures

LOT 3	TRÒCARS ÒPTICS
--------------	-----------------------

Codi	Descripció
FLI010 FLI011 FLI012 FLI405	Doble tròcar òptic 5X100mm i 12X100mm primera incisió, estriat. Sense làtex. Estèril. Un sol ús. Tròcar òptic 5X100mm i 12x100mm primera incisió, estriat. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que disposi de segell amb doble vàlvula integrada totalment desmuntable (per tal de facilitar l'extracció i una ràpida desinsuflació)
Que només necessiti una penetració del tròcar de màxim 3mm per començar la insuflació
Cànula amb disseny estriat en Z

LOT 4	TRÒCARS ÒPTICS AMB BALÓ
--------------	--------------------------------

Codi	Descripció
FLI014 FLI016	Tròcar òptic de 5mm i 12mm amb baló primera incisió. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que només necessiti una penetració del tròcar de màxim 3mm per començar la insuflació
Que disposi de disc de retenció per a fixació de tròcar
Que disposi de segell amb doble vàlvula integrada totalment desmuntable (per tal de facilitar l'extracció i una ràpida desinsuflació)

LOT 5	GRAPADORES CIRCULARS CORBES
--------------	------------------------------------

Codi	Descripció
FKF010 FKF061 FKF062	Grapadora circular corba de 25mm, 29mm i 33mm. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Alçada de la grapa de titani oberta de 5,2mm
Alçada de la grapa de titani tancada regulable de 1,5 a 2,2mm
Que disposi de bloqueig de seguretat manual (per evitar risc de tret automàtic en entrar en rang)
Que incorpori senyal auditiva i tàctil en finalitzar el tret
Un control total de la compressió del teixit en el moment del tancament de la grapa

LOT 6	ENDOTALLADORES/GRAPADORES MOTORITZADES 35-45-60MM AMB CÀRREGUES DE GRAPES OBERTES
Codi	Descripció

FKG110	Endotalladora/grapadora punta corba motoritzada de 35mm Ø 8mm. Longitud d'eix 320mm. Endotalladora/grapadora motoritzada de 45mm. Ø 12mm. Longitud d'eix 340mm. Endotalladora/grapadora motoritzada de 60mm. Ø 12mm. Longitud d'eix 340mm Càrregues de 35mm grapa oberta 2.5mm. Càrregues de 45mm grapa oberta 2.6mm, 3.6mm, 3.8mm i 4.1mm Càrregues de 60mm grapa oberta de 2.6mm, 3.6mm, 3.8mm, 4.1mm i 4.4mm. Sense làtex. Estèril. Unitari. Un sol ús.
FKG111	
FKG151	
FKG152	
FKG153	
FKG154	
FKG155	
FKG050	
FKG147	
FKG148	
FKG149	
FKG150	
FKG024	

ES VALORARÀ:

Que incorpori superfície de subjecció de teixit (per evitar lliscament de teixit)

Disseny de les grapes amb potes asimètriques (per millorar la correcta formació del grapat)

LOT 7	TALLADORES/GRAPADORES LINEALS I CÀRREGUES
--------------	--

Codi	Descripció
FKF012 FKF021 FKF004 FKF005	Talladora/grapadora lineal de 60mm i 80mm. Càrrega per talladora grapadora lineal de 60mm i 80mm. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que pugui comprimir teixit entre 1,5 i 2,25mm en talladora de 60mm i 80mm

Que disposi d'alçada de grapes obertes de 3, 3,5 i 4mm en talladora de 60mm i 80mm

Que pugui col·locar dues triples files de grapes escalonades de titani en talladora de 60 i 80mm

LOT 8	ENDOTALLADORA/ENDOGRAPADORA RECARREGABLE I GRAPES
--------------	--

Codi	Descripció
FKG031 FKG032 FKG088 FKG125 FKG129 FKG135 FKG136	Endotalladora/endograpadora 360° estàndard. Càrregues articulades de 45mm, 60mm i 45mm corba. Sense làtex ni ftalats. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que disposi d'alçada de grapes obertes de 2, 2,5, 3 / 3, 3,5, 4 / 4, 4,5, 5mm en càrregues de 45 i

60mm
Que disposi d'alçada de grapes obertes de 2, 2,5, 3mm en càrrega de 45mm corba
Que pugui col·locar dues triples files de grapes escalonades de titani en talladora de 45 i 60mm

LOT 9	TALLADORA/GRAPADORA CORBA
--------------	----------------------------------

Codi	Descripció
FKF014	Talladora/grapadora corba 40mm precarregada. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que incorpori superfície de subjecció de teixit (per evitar lliscament de teixit)
Disseny de grapa en 3D (per abastar més superfície de teixit)
Longitud de grapa tancada de 2.0mm (indicat per a teixit gruixut)

LOT 10	GRAPADORA LINIAL I CÀRREGA
---------------	-----------------------------------

Codi	Descripció
FKF066 FKF009	Grapadora lineal 30mm. Càrrega per grapadora lineal 30mm teixit gruixut. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

SE VALORARÀ:

Que pugui col·locar una fila doble de grapes de titani
Compatible amb grapes de 3.5mm i de 4.8mm

LOT 11	GRAPADORA SUTURA CUTÀNIA (*)
---------------	-------------------------------------

Codi	Descripció
FKF018	Grapadora sutura cutània precarregada. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que la mida de la grapa tancada sigui de 6,5 x 4,1mm
Que el material de fabricació de les grapes sigui d'acer inoxidable
Que la grapadora disposi de precàrrega de 35 grapes i comptador de grapes

(*) L'adjudicatari del Lot núm. 11 haurà de lliurar en concepte de cessió per consum de Grapadores de sutura cutània precarregades el número necessari de Pinces per a extracció de grapes (FKF041) per cobrir les necessitats del Servei de Cirurgia General del CMPSB. Aquesta prestació és inseparable de l'objecte del contracte i no pot considerar-se independent d'aquest, ja que és imprescindible per al seu funcionament i continuïtat d'ús de les Grapadores de sutura cutània precarregades durant la vigència del contracte.

LOT 12	INSTRUMENTAL BÀSIC LAPAROSCÒPIC
---------------	--

Codi	Descripció
FKG044 FKG059	Pinça de subjecció de 5mm i Tisora per a laparoscòpia corba. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que la tisora sigui monopolar, de tipus Metzenbaum(*) i amb rotació 360°

Que la pinça de subjecció sigui tipus Clinch(**) amb sistema de bloqueig i desbloqueig amb rotació 360°

(*) Tisora de punta roma i angulada

(**) Pinça de subjecció amb dents atraumàtics

LOT 13	RETRACTORS LAPAROSCÒPICS PER A ÚS AMB TRÒCAR
---------------	---

Codi	Descripció
FKG046 FKG143	Retractor de 10mm Ø i retractor corb de 5mm Ø laparoscòpics per a ús amb tròcar. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que el retractor de 10mm Ø disposi de 5 dits articulables de 0° fins 45° i entri per un tròcar de 10mm

Que el retractor de 5mm Ø corb estigui fabricat d'aliatge de metall amb alt contingut en níquel i sigui apte per a cirurgia hepàtica

Que la longitud del retractor de 5mm Ø sigui de 31cm màxim i el de 10mm Ø de 32 cm màxim

LOT 14	ENDOAPLICADORS CLIPS TITANI
---------------	------------------------------------

Codi	Descripció
FKG156 FKG047 FKG048	Endoaplicador clips titani petit, mitjà i gran. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que l'endoaplicador petit de 5mm incorpori comptador digital amb sistema de bloqueig quan arriba a 0

Que l'angle de les mandíbules dels endoaplicadors sigui de 15°

Que l'endoaplicador petit de 10 i 10-12mm incorpori eix transparent per a visualització de clips

LOT 15	APLICADORS CLIPS TITANI PER A CIRURGIA OBERTA
---------------	--

Codi	Descripció
FKF002 FKF001 FKF000	Aplicador clips titani petit. Dimensions aprox. del clip obert 2,1mm i tancat 3,8mm. Sense làtex. Estèril. Un sol ús. Aplicador clips titani mitjà. Dimensions aprox. del clip obert 4.3mm i tancat 6.0mm. Sense làtex. Estèril. Un sol ús. Aplicador clips titani gran. Dimensions aprox. del clip obert 6.3mm i tancat 10.8mm. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Tancament progressiu de distal a proximal (per a major precisió i seguretat sobre estructures lligades)

Que disposi de branques en angle de 30° (per a millor visualització intraoperatòria)

Que incorpori estries latero transversals (per aconseguir major seguretat i adherència)

Que el clip sigui de color primari per a més visibilitat a la sang. Pot ser blau, groc o verd. No vermell.

Que disposi de sistema de subjecció per a què no caigui el clip en camp quirúrgic.

LOT 16	GRAPADORA CIRCULAR MOTORIZADA CORBA PER A TERÀPIA COLORECTAL
---------------	---

Codi	Descripció
FKF052	Grapadora circular motoritzada corba de 29mm diàmetre. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Alçada de la grapa de titani oberta de 5,2mm

Que incorpori superfície de subjecció de teixit (per evitar lliscament de teixit)

Alçada de la grapa de titani tancada regulable de 1,5 a 2,2mm

Disseny de grapa en 3D (per abastar més superfície de teixit)

LOT 17	COMPLEMENTS PER A CIRURGIA BARIÀTRICA (**)
---------------	---

Codi	Descripció
FKG127 FKG137	Funda mànec electrònic i càrrega reforçada per a teixit mitjà/gruixut per a cirurgies bariàtriques. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que pugui col·locar dues triples files de grapes de titani de 60mm

Que disposi de grapa oberta escalonada de 3, 3,5 i 4mm

Que incorpori reforç d'àcid poli-glicòlic 100% (PGA)

()**L'adjudicatari del Lot núm. 17 haurà de lliurar en concepte de cessió per consum de Complementos per a Cirurgia bariàtrica, el número necessari d'endograpadores reutilitzables (FKG103) per cobrir les necessitats del Servei de Cirurgia General del CMPSB. Aquesta prestació és inseparable de l'objecte del contracte i no pot considerar-se independent d'aquest, ja que és imprescindible per al seu funcionament i continuïtat d'ús dels Complementos per a cirurgia bariàtrica durant la vigència del contracte.

LOT 18	PROTECTORS I RETRACTORS PER A INCISIÓ
---------------	--

Codi	Descripció
FVC001 FVC002 FVC003 FVC004 FVC007 FVC008 FVC010 FVC011 FVC023	Protectors-Retractors per incisió amb anell rígid (Talles S a XXXL), amb anell flexible (Talla XS) i amb anell rígid amb sistema laparoscòpic (Talles S i M). Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

En els protectors-retractors per incisió amb anell rígid, que disposi de rangs d'incisió de mides: 2,5-6; 5-9; 9-14; 11-17; 17-25 i 25-32cm

En protector-retractor per incisió amb anell flexible, que disposi de cordó per a facilitar la retirada del dispositiu en incisions reduïdes.

LOT 19	CÀNULES D'ASPIRACIÓ/IRRIGACIÓ PER A LAPAROSCÒPIA
---------------	---

Codi	Descripció
FKG041 FKG126	Cànules d'aspiració/irrigació 5øx35cm i 5øx45cm per a laparoscòpia. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que el material de la cànula sigui de resina epoxy carregada amb fibra de vidre no conductora (per tal de disminuir el risc de lesions als teixits circumdants)

Que la cànula posseeixi punta Yankauer amb 6 forats en posició distal (per tal de prevenir lesions als teixits, evitant l'aspiració de teixits circumdants)

Que la longitud de la cànula sigui de 35cm (per tal d'arribar a camps profunds)

Que el tub de connexió al sistema de buit posseeixi una llargària de 3 m (Depenent d'on estigui ubicat el sistema d'aspiració al quiròfan, poder-hi arribar sense problemes).

Que el dispositiu es subministri llest per utilitzar (sense necessitat de muntar el dispositiu abans del

seu ús)
Que el tub d'irrigació incorpori a l'extrem un dispositiu (per connectar a la bossa d'irrigació i una pinça per tancar el sistema en cas de necessitat)
Que el material de fabricació dels dos tubs sigui de PVC i posseeixin un diàmetre intern de 6,0mm i extern de 9,5mm (per evitar obstruccions)

LOT 20	DISPOSITIU DE FIXACIÓ DE MALLES PER A CIRURGIA ABDOMINAL
---------------	---

Codi	Descripció
FKG104	Dispositiu de fixació de malles per a cirurgia abdominal rebutjable carregat amb 15 fixadors aproximadament. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que disposi d'obturador amb punta introductora (per tal de reduir el dolor postoperatori)
Que la punta del fixador/cargol sigui roma (per tal que sigui atraumàtica)
Que el fixador sigui de tipus cargol
Que la grapa sigui de tipus desenroscable i de nucli buit (per tal de facilitar el creixement tissular i la integració del teixit)
Que la longitud de penetració arribi a 5,9mm
Que disposi de marques de mesura en cm a la cànula
Que integri un indicador visual de les grapes que queden

LOT 21	CLIPS DE LLIGADURA DE POLÍMER (***)
---------------	--

Codi	Descripció
FKF032 FKF095 FKF053	Clip de Lligadura de Polímer no reabsorbible. Mitjana-gran, Gran i Extra-gran. Sense làtex. Estèril. Un sol ús.

ES VALORARÀ:

Que estigui homologat mitjançant aportació de fitxa tècnica i catàleg d'INTUITIVE(*) per al seu ús amb el sistema robòtic Da Vinci
Que el producte posseeixi classificació Classe III(**) segons Directiva Europea 93/42/EEC de Dispositius Mèdics
Disponibilitat de 4 mides de clip: mitjana, mitjana-gran, gran i extra-gran (per efectuar el tancament complet de vasos, conductes o estructures anatòmiques d'entre 2 i 16mm)
Disseny de Clip en forma de V arquejada (per facilitar l'accés en estructures anatòmiques, vasos i conductes)
Que disposi a l'interior dels braços uns ressalts en posicions alternes (per prevenir el lliscament dels clips)

Que el vèrtex de la V dels dos braços estigui fenestrat (per permetre que el clip pugui fer efecte de frontissa un cop col·locat a les mordasses de l'aplicador i abans de produir-se el tancament)

Que el tancament sigui total (O sigui, envoltant tot el perímetre exterior de l'estructura anatòmica on s'ha aplicat)

(*) Fabricant del robot quirúrgic Da Vinci propietat del CMPSB

(**) La classificació del producte Classe III permet el seu ús al sistema circulatori central i en ramificacions directes del cor

(*) L'adjudicatari del Lot núm. 21 haurà de lliurar en concepte de cessió per consum de Clips de Lligadura de Polímer, el número necessari d'aplicadors reutilitzables, (KGK641 i KGK778), per cobrir les necessitats del Servei de Cirurgia del CMPSB. Aquesta prestació és inseparable de l'objecte del contracte i no pot considerar-se independent d'aquest, ja que és imprescindible per al seu funcionament i continuïtat d'ús dels Clips de Lligadura de Polímer durant la vigència del contracte.**

4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

A continuació, i d'acord amb l'Annex 10 del PCAP, es detallen els documents tècnics a lliurar obligatòriament i l'absència d'ells serà causa d'exclusió de la licitació. La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà, en format digital dins del Sobre núm. 2:

- Foto del producte i Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cada un dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments detallats en aquest PPT i el seu Annex 1.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.
- Descripció d'embalatge, etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l'apartat 5 d'aquest PPT.

5. CONDICIONS DELS EMBALATGES:

Caldrà que s'acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la mercaderia no sigui retornada:

- En la seva proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes oferts.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En l'embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. Així mateix, en l'embolcall final també serà necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

6. CONDICIONS DE LLIURAMENT:

Segons indicacions per part del CMPSB de les diferents comandes.

S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb antelació al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.

Tot el material haurà de lliurar-se a l'adreça consignada a la comanda que podrà ser:



-MODIFICAT-

Material destinat als nostres centres:

- Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024 Barcelona
Tel. 93 367 41 40. Correu: compres@psmar.cat
- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@psmar.cat
Entrada magatzem per carrer Aiguader, 88.

Horari de lliurament:

- Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13,30 hores.
- Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12,30 hores.

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Codi EAN.
- Referència de l'article segons proveïdor
- Referència de l'article segons CMPSB
- Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.

Tot lliurament NO acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.

Embalatges:

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Caducitat/subministrament

Es requerirà que la caducitat dels productes subministrats posseeixin una caducitat NO inferior als 6 mesos. En el cas de no disposar d'aquesta caducitat caldrà comunicar-ho al Servei de Cirurgia General per tal que aquest confirmi l'acceptació del producte amb una data inferior de caducitat.

7. MOSTRES:

El CMPSB podrà requerir, a sol·licitud de la Unitat de Cirurgia General, la presentació de mostres un cop oberts els Sobres núm. 2, davant dubtes no resoltes. La seva presentació serà d'obligat compliment. El seu incompliment serà causa d'exclusió de la licitació.

8. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC:

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada

continuitat de l'abastiment de tots els articles objecte del contracte.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desabastiment de l'objecte del contracte:

- S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquest producte la qual cosa es farà conforme al punt 13.1 *Imposició de les penalitats* del PCAP.
- Així mateix, en el cas que no hi hagi alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte en les condicions pactades.

D'acord amb els criteris de valoració automàtica en l'apartat de gestió d'incidències (Annex 4 de PCAP), es farà una valoració global si el licitador proporciona un producte alternatiu de tots i cadascú dels articles del lot/s al qual/s es presenten, d'igual o superior qualitat, en cas de trencament d'estoc.

9. DISPOSICIONS GENERALS:

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del CMPSB. Impartint els tallers/sessions que calguin, així com aportar el material docent que s'escaigui, si és el cas.

Els adjudicataris tenen l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l'hospital i a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística i al Servei de Cirurgia General, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part d'aquest per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per d'altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en perjudici de l'adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen l'esmentada contractació.

10. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:

Correspon al Cap de Servei de Cirurgia General del CMPSB la responsabilitat envers el compliment del subministrament del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d'allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

11. ANNEXOS PPT



-MODIFICAT-

- **Annex 1:** Es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Dr. Miguel Pera Roman
Cap del Servei de Cirurgia General
CMPSB