

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CS/CC00/1101341344/23/PNSP

**Subministrament agregat d'Agulles, llancetes i
xeringues amb sistema de bioseguretat_Desert**

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

PUNTUACIÓ TÈCNICA

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris subjectes a judici de valor i/o criteris objectius.
- Pel que fa els criteris subjectes a judici de valor:
 - Seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.
 - **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjecte a judici de valor.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1 - Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Passiu (Lot No obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		67 punts
Puntuació tècnica subjectiva (presentació sobre 2 BIS)	<u>Fiabilitat i eficàcia del mecanisme.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Valoració de la seguretat en el mal ús previsible.</u> Es valora amb una mostra, que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar, davant la possibilitat de que el mecanisme de seguretat de l'equip dificulti la realització de la tècnica. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Ha de permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Es prioritzarà aquells materials que permetin una millor adaptació a les diferents característiques individuals dels professionals (característiques antropomètriques, lateralitat dominant o alguna discapacitat).</u> (es valora amb una mostra) Es valorarà aquell material que s'adapti més a les diferents característiques individuals (exemples: dreta o esquerra, mans grans o petites i altres característiques diferents de l'anatomia humana). Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 6009:2017.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

LOT 2 - Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Actiu (Lot No obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		63 punts
Puntuació tècnica subjectiva (presentació sobre 2 BIS)	<u>Fiabilitat i eficàcia del mecanisme.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Valoració de la seguretat en el mal ús previsible.</u> Es valora amb una mostra, que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar, davant la possibilitat de que el mecanisme de seguretat de l'equip dificulti la realització de la tècnica. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Ha de permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Es prioritzarà aquells materials que permetin una millor adaptació a les diferents característiques individuals dels professionals (característiques antropomètriques, lateralitat dominant o alguna discapacitat).</u> (es valora amb una mostra) Es valorarà aquell material que s'adapti més a les diferents característiques individuals (exemples: dreta o esquerra, mans grans o petites i altres característiques diferents de l'anatomia humana). Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació amb una sola mà.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar amb una sola mà.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació dins del cos del pacient.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar dins del cos del pacient.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 6009:2017.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

LOT 3 - Xeringues 3 cossos con luer-lock central (sense agulla fixa) amb sist seguretat Actiu (Lot No obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		50 punts
Puntuació tècnica subjectiva (presentació sobre 2 BIS)	<u>Fiabilitat i eficàcia del mecanisme.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Valoració de la seguretat en el mal ús previsible.</u> Es valora amb una mostra, que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar, davant la possibilitat de que el mecanisme de seguretat de l'equip dificulti la realització de la tècnica. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Ha de permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Es prioritzarà aquells materials que permetin una millor adaptació a les diferents característiques individuals dels professionals (característiques antropomètriques, lateralitat dominant o alguna discapacitat).</u> (es valora amb una mostra) Es valorarà aquell material que s'adapti més a les diferents característiques individuals (exemples: dreta o esquerra, mans grans o petites i altres característiques diferents de l'anatomia humana). Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació amb una sola mà.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar amb una sola mà.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació dins del cos del pacient.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar dins del cos del pacient.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Visualització de la graduació.</u> Es valora amb la mostra quines xeringues tenen una millor visualització de l'escala, que la serigrafia dels números sigui bona, que no s'esborri el números de l'escala, etc.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 5 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =8 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 7886-1:2018.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =8 punts No compleix = 0 punts
	<u>Amplitud de gamma.</u> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 8 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.
	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Graduació Addicional.</u> Es valora amb la mostra la graduació addicional de la xeringa. (Exemple: Si demanem xeringa de 4 mm, i la xeringa presentada porta marcades , a més a més, de 5 ml a 6 ml =addicional, es puntuarà)	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 4 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

LOT 4 - Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu (Lot No obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		50 punts
Puntuació tècnica subjectiva (presentació sobre 2 BIS)	<u>Fiabilitat i eficàcia del mecanisme.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Valoració de la seguretat en el mal ús previsible.</u> Es valora amb una mostra, que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar, davant la possibilitat de que el mecanisme de seguretat de l'equip dificulti la realització de la tècnica. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Ha de permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Es prioritzarà aquells materials que permetin una millor adaptació a les diferents característiques individuals dels professionals (característiques antropomètriques, lateralitat dominant o alguna discapacitat).</u> (es valora amb una mostra) Es valorarà aquell material que s'adapti més a les diferents característiques individuals (exemples: dreta o esquerra, mans grans o petites i altres característiques diferents de l'anatomia humana). Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació amb una sola mà.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar amb una sola mà.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Activació dins del cos del pacient.</u> Es valora amb la mostra que el mecanisme de seguretat es pugui activar dins del cos del pacient.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Visualització de la graduació.</u> Es valora amb la mostra quines xeringues tenen una millor visualització de l'escala, que la serigrafia dels números sigui bona, que no s'esborri el números de l'escala, etc.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 5 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix = 7 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 7886-1:2018.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix = 7 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 6009:2017.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix = 7 punts No compleix = 0 punts
	<u>Amplitud de gamma.</u> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 7 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.
	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

LOT 5 - Llancetes amb sistema de seguretat Passiu (Lot No obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		50 punts
Puntuació tècnica subjectiva (presentació sobre 2 BIS)	<u>Fiabilitat i eficàcia del mecanisme.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Valoració de la seguretat en el mal ús previsible.</u> Es valora amb una mostra, que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar, davant la possibilitat de que el mecanisme de seguretat de l'equip dificulti la realització de la tècnica. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Ha de permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica.</u> Es valora amb una mostra que el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional. Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 3 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Es prioritzarà aquells materials que permetin una millor adaptació a les diferents característiques individuals dels professionals (característiques antropomètriques, lateralitat dominant o alguna discapacitat).</u> (es valora amb una mostra) Es valorarà aquell material que s'adapti més a les diferents característiques individuals (exemples: dreta o esquerra, mans grans o petites i altres característiques diferents de l'anatomia humana). Es farà prova pràctica en la Unitat de Prevenció de riscos laborals.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 2 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Compliment de UNE-EN ISO 14001:2005.</u> Es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data, el compliment de la norma.	Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 15 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.
	<u>Amplitud de gamma.</u> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 22 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{PUNTUACIÓ} & & \text{Rang de mides a valorar} \\
 \text{CRITERI} & = & (\text{número de referències} \\
 & & \text{ofertades}) \\
 & & \text{---} \\
 & & \text{Rang de mides més ample presentant} \\
 & & (\text{número de referències} \\
 & & \text{més ample ofert})
 \end{array}
 \quad * \quad \text{Puntuació total criteri}$$