

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101341344/23/PNSP

Subministrament agregat d' Agulles, llancetes i xeringues
amb sistema de bioseguretat_Desert

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	5
2. Requeriments obligatoris	5
2.1. Normativa aplicable	5
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Atributs logístics	11
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	12
4.5.1. Condicions de subministrament.....	12
4.5.2. Garantia de subministrament	12
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	12
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	14
4.5.2.3. Termini de lliurament	14
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	15
4.5.3. Sistema EDI.....	15
4.6. Condicions de l'operador logístic	17
4.6.1. Embalatges.....	17

4.6.2.	L'albarà.....	18
4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	19
4.6.4.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia.....	19
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	20
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	22

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de Subministrament de material d' Agulles, llancetes i xeringues amb sistema de bioseguretat Desert per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

En aplicació de l'article 6.2 c) de l'ordre ESS/1451/2013 de 29 de juliol per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i que preveu:

“Cuando se implementen dispositivos de Seguridad en una unidad, Servicio, centro sanitario o cualquier otra organización, de manera paralela a esta implementación debe producirse la retirada de los dispositivos convencionales, para garantizar que dispositivos convencionales y de Seguridad no conviven en los centros sanitarios”,

Cada vegada que s'implementi en un Servei d'un Centre l'ús d'un dispositiu de seguretat, es deixarà d'utilitzar el dispositiu convencional.

Per aquest motiu, els consums previstos de dispositius convencionals inclosos en aquest pla necessitats i que disposen d'equivalent amb seguretat, es veuran minvats progressivament, fins a la seva total extinció, en aplicació de l'article 6.2 c) de l'ordre ESS/1451/2013 de 29 de juliol esmentada.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Per tots els lots.

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisit, el material quedarà desestimat tècnicament.

L'avaluació es farà amb les mostres.

Criteris indispensables que ha de complir el material de bio-seguretat per ser acceptat i avalat.

- C0. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del pacient ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats amb ell.
- C1. El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
- C2. Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
- C3. L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No s'ha de fer cap cessió d'equip.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 110XXXXXX_2bis

- l'ANNEX E1 – Presentació de mostres.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar:

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

NO HI HA llista-resum que omplir, l'avaluació d'aquest requisits d'obligat compliment es fan amb mostra.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. No obstant, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data, només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E1 – Presentació de mostres**.

Cada sobre portarà una mateixa referència i el número de mostres demanades al Annex E1, aquest sobre haurà d'anar etiquetada/identificada complimentant el **ANNEX E2 – Fitxa identificativa empaquetat de les mostres**.

Cada sobre/paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E1 – Presentació de mostres**.

Les mostres es lliuraran a **Marietta Carretero** a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E1**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

El proveïdor adjudicatari haurà de posar en pràctica un programa inicial de formació en l'ús del material a cada centre i prèviament acordat amb la direcció de cada centre i/o servei. Aquesta formació s'haurà de dur a terme durant el primer mes després de l'adjudicació del contracte.

El contingut de les sessions formatives serà prèviament definit conjuntament pel Servei de Prevenció de l'ICS i els responsables de les unitats on seran implantats els dispositius.

A més es realitzarà formació periòdica segons les necessitats dels centres i d'acord a una planificació consensuada amb les direccions.

Aquesta formació contemplarà les característiques individuals dels professionals, establint una formació específica (professionals esquerrans o amb alguna discapacitat).

El no compliment dels plans de formació previstos constarà com a causa de penalització del contracte, en termes greus.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca

- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels materials adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- No requereix document obligatori

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

Les empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total

- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Presupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - o NIF del proveïdor
 - o Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - o El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - o La referència i el codi EAN (GTIN).
 - o La descripció del producte
 - o El número de lot i la caducitat
 - o La quantitat per referència
 - o El preu unitari

- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calç a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE

	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (No hi ha excel a omplir)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX E1 – Presentació de mostres

ANNEX E2 – Fitxa identificativa empaquetat de les mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101341344/23/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Passiu	30053387	Equip d'infusió amb dispositiu d'inserció automàtica, agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x9mm i tub flexible 60cm +/-5cm amb connexió luer-lock, suport adhesiu per a la fixació, sistema de seguretat passiu, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
2	Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Actiu	30054468	Equip d'infusió recte amb agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x13mm i tub flexible de 110cm+/-10cm amb connexió luer-lock, suport de teixit no teixit adhesiu per a fixació, estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
3	Xeringues 3 cossos con luer-lock central (sense agulla fixa) amb sist seguretat Actiu	30030310	Xeringa de 3 cossos de 3 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,1ml/intervals 0,5ml,èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril,envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
3	Xeringues 3 cossos con luer-lock central (sense agulla fixa) amb sist seguretat Actiu	30030311	Xeringa de 3 cossos de 5 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1ml, èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril, envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
3	Xeringues 3 cossos con luer-lock central (sense agulla fixa) amb sist seguretat Actiu	30033665	Xeringa de 3 cossos de 10 ml amb connexió luer-lock centric.Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1,0ml, èmbol amb anella de seguretat,no làtex,estèril,envàs individual,1ús	Lot No Obligatori
4	Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu	30003147	Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 26G x 3/8" (0,45mm x 10mm), sense espai mort. Sistema de seguretat actiu. Escala graduació centesimal per a tuberculina, junta estanca, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu	30030312	Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,5mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu	30031130	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 3/8" (0,3mm x 8mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu	30032177	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8,0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
4	Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu	30051677	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 31G x 5/16" (0,25mm x 8,0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 30 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
5	Llancetes amb sistema de seguretat Passiu	30015473	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,30mm) x 1,5mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
5	Llancetes amb sistema de seguretat Passiu	30018253	Llanceta per a punció capil·lar de 17G (1,47mm) x 2,0mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30003147
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 26G x 3/8" (0,45mm x 10mm), sense espai mort. Sistema de seguretat actiu. Escala graduació centesimal per a tuberculina, junta estanca, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30015473
Descripció llarga: Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,30mm) x 1,5mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sen se làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30018253
Descripció llarga: Llanceta per a punció capil·lar de 17G (1,47mm) x 2,0mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sen se làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30030310
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 3 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,1ml/intervals 0,5ml,èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril,envàs individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30030311
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 5 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1ml, èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril, envàs individual,lús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30030312
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12 ,5mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30031130
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 3/8" (0,3mm x 8mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 U I., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101341344	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30032177
Descripció llarga: Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8 ,0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús		

SOL.COMANDA: 1101341344 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30033665

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 10 ml amb connexió luer-lock centric.Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1,0ml, èmbol amb anella de seguretat,no làtex,estèril,envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1101341344 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30051677

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 31G x 5/16" (0,25mm x 8 ,0mm) . Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 3 0 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101341344 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30053387

Descripció llarga:

Equip d'infusió amb dispositiu d'inserció automàtica, agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x9mm i tub flexible 60cm +/-5cm amb connexió luer-lock, suport adhesiu per a la fixació, sistema de seguretat passiu, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101341344 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30054468

Descripció llarga:

Equip d'infusió recte amb agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x13mm i tub flexible de 110cm+/-10cm amb connexió luer-lock, sup ort de teixit no teixit adhesiu per a fixació, estèril, un sol ús.

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101341344_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx 2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM											
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A											
3	Empresa:																
4	NIF:																
5	Data																
6	Segell Empresa:																
7	Signatura:																
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B											
9	Número oferta Variant:																
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada		
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimient polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI									
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimient polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI									
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimient hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i											
Oferta																	
Hoja4 Hoja1 Hoja2 Hoja3 +																	

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.

ejemplo:

Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.

ejemplo:

Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm

EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.

Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcado CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen. Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE											
Dades de la licitació											
Num. expedient		Descripció expedient									
C-S/C00/1101341344/23/PNSP		Subministrament agregat d'Agulles, llancetes i xeringues amb sistema de bioseguretat_Desert									
Descripció codi SAP o codi Agrupador											
Dades del licitador											
Identificació de l'empresa											
NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)		Distribuidor		(SI / NO)	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *							
Referència distribuïdor		Material de fabricació *									
Referència fabricant		Mides del material ofertat *									
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material									
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència									
Dades d'acreditacions										Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC											
Marcat CE/Tipus de classe										(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris											
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material											
Altres acreditacions i/o auto certificació											

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Núm. expedient		Descripció expedient			Codi SAP				
CS/CC00/1101341344/23/PNSP		Subministrament agregat d'Agulles, llancetes i xeringues amb sistema de bioseguretat							
Descripció codi SAP o codi Agrupador					Codi Agrupador				
LOT					Tipus oferta				
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)	
Dades del producte específic									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *			Especificacions tècniques de la referència ofertada				
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció ampliada del producte									

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

En el cas que els licitadors no aconsegueixin aquest requisits, el material quedarà desestimat tècnicament.

L'avaluació es farà amb les mostres.

Criteris indispensables que ha de complir el material de bio-seguretat per ser acceptat i avalat.

- C0. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del pacient ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats amb ell.
 - C1. El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
 - C2. Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
 - C3. L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.
-

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuidor

LOT 1 - Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Passiu

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D4.

Criteris puntuables			
UNE-EN ISO 14001:2015		UNE-EN ISO 6009:2017	Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013
OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)		OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma		En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma	En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma
Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30053387_A)		Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30053387_B)	Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 1_30053387_C)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	
1	30053387	Equip d'infusió amb dispositiu d'inserció automàtica, agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x9mm i tub flexible 60cm +/-5cm amb connexió luer-lock, suport adhesiu per a la fixació, sistema de seguretat passiu, estèril, un sol ús.	

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuidor	

LOT 2 - Agulles amb equip d'infusió amb sistema de seguretat Actiu

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D4.

Criteris puntuals			Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013	
UNE-EN ISO 14001:2015	UNE-EN ISO 6009:2017	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma	En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma	Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 2_30054468_A)	Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 2_30054468_B)	Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 2_30054468_C)
DESCRIPCIÓ CODI SAP	CODI SAP	LOT		
Equip d'infusió recte amb agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x13mm i tub flexible de 110cm+/-10cm amb connexió luer-lock, suport de teixit no teixit adhesiu per a fixació, estèril, un sol ús.	30054468	2		

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuidor	

LOT 4 - Xeringues insulina/tuberculina amb sistema de seguretat Actiu

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D4.

		Criteris puntuables			
		UNE-EN ISO 14001:2015	UNE-EN ISO 7886-1:2018	UNE-EN ISO 6009:2017	Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013
		OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP			
4	30003147	Xeringa de 3 coscos de 1ml amb agulla fixa de 26G x 1/2" (0.45mm x 10mm), sense espai mort. Sistema de seguretat actiu. Escala graduació centesimal per a tuberculina, junta estanca, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús			
4	30030312	Xeringa de 3 coscos de 1ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0.33mm x 12.5mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús			
4	30031130	Xeringa de 3 coscos de 0.5ml amb agulla fixa de 30G x 3/8" (0.3mm x 8mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús			
4	30032177	Xeringa de 3 coscos de 0.5ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0.3mm x 8.0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús			
4	30051677	Xeringa de 3 coscos de 0.3ml amb agulla fixa de 31G x 5/16" (0.25mm x 8.0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 30 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús			

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 5 - Llancetes amb sistema de seguretat Passiu

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D4.

Criteris puntuables					
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	<u>Compliment de UNE-EN ISO 23908:2013</u>	<u>UNE-EN ISO 14001:2015</u>	<u>Amplitud de gamma.</u>
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major nombre d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
			En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product data el compliment de la norma	En aquest mateix Annex D4 es valorarà amb un certificat o estigui detallat a la fitxa tècnica del proveïdor/Product Data el compliment de la norma	
			Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+A (Exemple: Annex D4_Lot 5_30015473_A)	Si es presenta certificat es nombrarà el fitxer com : Annex D4+NUM LOT + CODI SAP+B (Exemple: Annex D4_Lot 5_30015473_B)	
5	30015473	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0.30mm) x 1,5mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús			NO OMLIR
5	30018253	Llanceta per a punció capil·lar de 17G (1.47mm) x 2,0mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús			NO OMLIR

ANNEX E1 - Presentació de mostres

ANNEX E1 - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	PRESENTA OFERTA SI/NO	Referència presentada
1	30053387	Equip d'infusió amb dispositiu d'inserció automàtica, agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x9mm i tub flexible 60cm +/-5cm amb connexió luer-lock, suport adhesiu per a la fixació, sistema de seguretat passiu, estèril, un sol ús.	6 UNITS		
2	30054468	Equip d'infusió recte amb agulla de 27G, cànula inserció 23G(0,68mm)x13mm i tub flexible de 110cm+/-10cm amb connexió luer-lock, suport de teixit no teixit adhesiu per a fixació, estèril, un sol ús.	6 UNITS		
3	30030310	Xeringa de 3 cossos de 3 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,1ml/intervals 0,5ml,èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril,envàs individual,1ús	6 UNITS		
3	30030311	Xeringa de 3 cossos de 5 ml amb connexió luer-lock centric. Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1ml, èmbol amb anella de seguretat, no làtex,estèril, envàs individual,1ús	6 UNITS		
3	30033665	Xeringa de 3 cossos de 10 ml amb connexió luer-lock centric.Sistema de seguretat activa. Cos transparent lubricat siliconat i escala impresa inesborrable graduació 0,2ml/intervals 1,0ml, èmbol amb anella de seguretat,no làtex,estèril,envàs individual,1ús	6 UNITS		
4	30003147	Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 26G x 3/8" (0,45mm x 10mm), sense espai mort. Sistema de seguretat actiu. Escala graduació centesimal per a tuberculina, junta estanca, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	6 UNITS		
4	30030312	Xeringa de 3 cossos de 1ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,5mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	6 UNITS		
4	30031130	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 3/8" (0,3mm x 8mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	6 UNITS		
4	30032177	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8,0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	6 UNITS		
4	30051677	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 31G x 5/16" (0,25mm x 8,0mm). Sistema de seguretat actiu. Escala per a insulina en 30 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	6 UNITS		
5	30015473	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,30mm) x 1,5mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	6 UNITS		
5	30018253	Llanceta per a punció capil·lar de 17G (1,47mm) x 2,0mm profunditat. Sistema de seguretat passiu. Disseny ergonòmic, codi color, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	6 UNITS		

ANNEX – E2 - Fitxa identificativa empaquetat de les mostres

FITXA DE PRESENTACIÓ DE MOSTRES ICS (una etiqueta per cada codi sap)

Expedient de Contractació	
Núm:	CS/CC00/1101341344/23/PNSP
Títol:	Subministrament agregat d' Agulles, llancetes i xeringues amb sistema de bioseguretat_Desert

Licitador/a	
Norm o raó social:	
NIF:	
Domicili:	
Localitat:	
C.P.:	
Telèfon:	

DADES ESPECÍFIQUES DE LA/S MOSTRA/ES QUE CONTÉ (etiqueta posada en bossa/sobre per codi sap)

Lot:

Codi sap:

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationN	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gltin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentification TypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentification TypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentification TypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (Pais)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la Información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentification TypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	Base Unit			
effectiveDate	Fecha efectiva	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Periodo de vida en fecha de entrega	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
nextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate Time	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate Time	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburent I - irritante INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Intecioso CA - Cancerígeno