

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES I
PAPERS DE REGISTRE PER AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES I PAPERS DE REGISTRE PER AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament d'elèctrodes i papers de registre per al Consorci Sanitari de Terrassa, (en endavant CST).

2. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE

	DESCRIPCIÓ MATERIAL SANITARI	IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ (sense IVA) (2 ANYS)
LOT 1	Elèctrodes. General.	38.333,32 €
LOT 2	Elèctrodes. Rehabilitació.	4.987,00 €
LOT 3	Elèctrodes per a desfibril·lador.	11.278,50 €
LOT 4	Gel conductor.	3.041,68 €
LOT 5	Elèctrodes. Bisturí.	61.913,87 €
LOT 6	Plaques electrobisturí.	6.442,54 €
LOT 7	Elèctrodes. Digestiu.	7.600,00 €
LOT 8	Elèctrodes. Ginecologia.	8.640,00 €
LOT 9	Papers de registre.	14.587,34 €

La relació d'elements de cada lot i les seves característiques es descriuen al punt 4 d'aquest PPT.

3. PRESENTACIÓ D'OFERTES

L'adjudicació d'aquesta licitació serà per lot, excepte en el cas del lot 9, que serà per producte.

El licitador haurà d'emplenar l'Annex tècnic B1 de compliment dels requeriments mínims i l'annex econòmic OE. Les empreses licitadores hauran de presentar la seva oferta amb indicació de preus unitaris, sense incloure l'IVA, que haurà de figurar com una partida independent.

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, les necessitats que s'especifiquen per a cadascun dels articles i productes són estimatives i, per tant, les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats del CST, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni que es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari.

Quedaran excloses de la valoració econòmica:

- les ofertes als lots 1, 2, 3, 4, 7 i 8 que no assoleixin un mínim de 30 punts a la valoració tècnica,
- les ofertes als lots 5 i 6 que no assoleixin un mínim de 25 punts a la valoració tècnica,

No s'estableix cap puntuació mínima a la valoració tècnica per a les ofertes que es presentin a la licitació dels productes del lot 9.

Tanmateix, caldrà presentar la fitxa tècnica de cada producte amb la següent informació:

- referència del fabricant,
- marca comercial de l'article,
- descripció de les característiques del producte,
- descripció de la composició del producte,
- mesures (llargada, amplada, diàmetre...),
- condicions específiques de conservació, si s'escau.

A més, també caldrà incloure al sobre B:

- declaració de producte lliure de làtex, quan correspongui;
- certificats de marcat CE, segons Reglament (UE) 2017/745 sobre productes sanitaris, si s'escau.

Si durant la vigència del contracte s'innovessin o milloressin les característiques dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un benefici per al Consorci Sanitari de Terrassa i es mantingui el preu adjudicat.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES

No seran admeses les proposicions de productes que no compleixin les característiques mínimes requerides especificades a continuació. Si alguna especificació indica una característica exclusiva, serà considerada únicament com a guia o orientació per a la presentació d'ofertes.

4.1. LOT 1 - GENERAL (adult, pediàtric, neonatal)

A01194 Elèctrode ECG de monitorització adult

- Suport impermeable d'escuma (foam).
- Hipoal·lergogen, sense làtex ni PVC.
- Impregnat amb hidrogel conductor (sòlid) i adhesiu.
- Connector d'acer inoxidable (botó).
- Sensor de plata / clorur de plata.
- Mides: ovalat 36x40 mm (amb un marge de 5 mm).

A01269 Elèctrode pediàtric amb cable de connexió femella 4 mm

- Teixit sense teixir.
- Hipoal·lergogen i sense làtex.
- Impregnat amb hidrogel conductor i adhesiu.
- Connexió femella de 4mm.
- Sensor de plata/clorur de plata.
- Cable amb longitud mínima de 50cm.
- Mides aproximades: ovalat 30x22mm.

A04573 Elèctrode pediàtric amb cable de connexió mascle 1,5 mm

- Teixit sense teixir.
- Hipoal·lergogen i sense làtex.
- Impregnat amb hidrogel conductor i adhesiu.
- Connexió mascle d' 1,5mm.
- Sensor de plata/clorur de plata.
- Cable amb longitud mínima de 50cm.
- Mides aproximades: ovalat 30x22mm.

A10695 Elèctrode ECG llarga durada adult prova esforç

- Teixit sense teixir.
- Hipoal·lergogen, sense làtex ni PVC.
- Impregnat amb hidrogel conductor (sòlid).
- Útil per a diagnòstic i monitoratge (3-5 dies).
- Connector d'acer inoxidable (botó).
- Sensor de plata / clorur de plata.
- Mides aproximades: rodó 50mm (amb un marge de 5 mm).

4.2. LOT 2 - REHABILITACIÓ

A13481 Elèctrode adhesiu quadrat de cable rehabilitació

- Compatible amb estimulador muscular CEFAR Mi-Theta 500 i Compex.
- Material: teixit sense teixir.
- Elèctrode per a ús individual reutilitzable.
- Tipus de connexió femella de 2mm.
- Tipus adhesió: acrílic.
- Gel conductor: tipus líquid adhesiu.
- Cable recobert de PVC.
- Antial·lèrgic i sense làtex.
- Mides aproximades: 50 x 50mm.
- Presentació en bossa de 4 unitats per a tractament individual de pacient.

A13482 Elèctrode adhesiu rectangular cable dual rehabilitació

- Compatible amb estimulador muscular CEFAR Mi-Theta 500 i Compex.
- Material: teixit sense teixir.
- Elèctrode per a ús individual reutilitzable.
- Tipus de connexió femella de 2mm.
- Tipus adhesió: acrílic.
- Gel conductor: tipus líquid adhesiu.
- Doble sortida. Cables recoberts de PVC.
- Antial·lèrgic i sense làtex.
- Mides aproximades: 50 x 90mm.
- Presentació en bossa de 2 unitats per a tractament individual de pacient.

4.3. LOT 3 - ELÈCTRODES PER A DESFIBRIL·LADOR

- A09940 Elèctrode adhesiu desfibril·lador adult a/cable Schiller
- A10248 Elèctrode adhesiu desfibril·lador pediàtric a/cable Schiller
- A10742 Elèctrode adhesiu desfibril·lador adult a/cable quick combo Medtronic
- A13563 Elèctrode adhesiu desfibril·lador adult a/cable Phillips, Heartstart Frii
- A13564 Elèctrode adhesiu desfibril·lador pediàtric a/cable Phillips, Heartstart Frii
- A14234 Elèctrode adhesiu desfibril·lador pediàtric lifepack a/connector quik combo
- A15617 Elèctrode adhesiu desfibril·lador pediàtric a/cable Nihon Kohden
- A15622 Elèctrode adhesiu desfibril·lador adult a/cable Nihon Kohden
- A11492 Elèctrode adhesiu desfibril·lador adult/pediàtric compatible amb Zoll AED 3

- Elèctrodes autoadhesius gelificats.
- Hipoal·lergogen, sense làtex i d'un sol ús.
- Material conductor: làmina metàl·lica.
- Material de suport: foam.
- Embalatge en sobre de polietilè i alumini.
- Cable amb longitud aproximada de 120cm.

4.4. LOT 4 - GEL CONDUCTOR

- A04627 Gel conductor ECG/ultrasons 260g, aprox.

- Bactericida.
- Hipoal·lergogen i amb PH neutre.
- Soluble en aigua. No greixós.
- Lliure de parabens.
- Multifunció: ECG i ultrasons.
- Envàs amb 260g aproximadament.

- A04628 Gel conductor ECG/ultrasons 5000g

- Bactericida.
- Hipoal·lergogen i amb PH neutre.
- Soluble en aigua. No greixós.
- Lliure de parabens.
- Multifunció: ECG i ultrasons.
- Envàs amb 5.000g aproximadament.
- Amb cada format de 5.000g se subministrerà (sense cost) un mínim de 2 recipients buits amb dosificador i d'una capacitat aproximada de 260g.

4.5. LOT 5 - BISTURÍ

- A01833 Màneg electrobisturí estèril

- Màneg ergonòmic amb superfície antilliscant.
- Model amb botó manual per a tall i coagulació.
- Un sol ús. Envàs individual i estèril.
- Cable amb longitud mínima de 3m.
- Full d'elèctrode tipus llanceta. Incisió i coagulació precisa.

A08073 Punta electrobisturí recta 4 cm microdissecció carbur tungstè

- Punta de 4cm.
- Marge tèrmic mínim.
- Composició de carbur de tungstè mínim 95% massissa.
- Treball a baixa potència.
- Compatible amb connexió 4mm universal.
- Cobertura amb material antiadherent.
- Estèril.
- Sense làtex.

A12168 Netejador punta bisturí 50x50mm

- Coixinet d'escuma.
- Superfície de rascat: plàstic troquelat.
- Adhesiu sense làtex.
- Mides aproximades 50x50mm.

A07029 Elèctrode per a electrobisturí punta lama

- Un sol ús.
- Composició acer inoxidable.
- Mida 153mm aprox.
- Punta lama.
- Estèril.
- Sense làtex.
- Sense ftalats.

A14657 Elèctrode rodet de resecció

- Un sol ús.
- Bipolar.
- Forma de bola.
- Angle d'òptica: 12° i 30°
- Longitud aproximada de 220mm.

4.6. LOT 6 - PLAQUES ELECTROBISTURÍA02902 Placa electrobisturí adultA03932 Placa electrobisturí pediàtricaA12290 Placa electrobisturí neonatal

- Àrea conductora amb hidrogel de base acrílica biocompatible.
- Suport d'escuma flexible impermeable.
- La placa inclou els cables de connexió amb els electrocoaguladors Conmed Excalibur Plus PC i Valleylab Force Triad energy plataform (sense cap càrrec).
- Cables compatibles amb coagulació bipolar.
- Lliure de làtex.

4.7. LOT 7 - DIGESTIU

A01303 Sonda de pH 1 canal amb elèctrode incorporat

A14265 Sonda de pH 2 canals a 15cm amb elèctrode incorporat

- Nombre de sensors:
 - A01303: 1 unitat.
 - A14265: 2 canals a 15cm. de separació aproximada.
- Tipus de sensor de PH: Antimoni.
- Catèter de poliuretà biocompatible i sense làtex.
- Elèctrode intern plata/clorur de plata + tipus gel.
- Longitud aproximada de 180cm.
- Un sol ús.

4.8. LOT 8 – GINECOLOGIA

A07526 Elèctrode conització forma de llaç 25mm

- Elèctrode de tungstè.
- Un sol ús.
- Forma de llaç.
- Mides 25x8mm.

A08419 Elèctrode conització forma de llaç 15mm

- Elèctrode de tungstè.
- Un sol ús.
- Forma de llaç.
- Mides 15x12mm.

A09497 Elèctrode conització forma de bola 5mm

- Elèctrode de tungstè.
- Un sol ús.
- Forma de bola.
- 5mm de diàmetre.

4.9. LOT 9 – PAPER DE REGISTRE

A02033 Paper tèrmic exterior ECG

- 210mm d'ample i 300mm de llarg.
- Plegat en Z.
- 100 pàgines, aprox.
- Compatible amb PHILIPS TC20.

A02034 Paper tèrmic exterior blanc

- 57mm ample i 12mm diàmetre interior.
- Rotlles de 25m, aprox.

A02035 Paper tèrmic exterior blanc

- 110mm ample i 12mm diàmetre interior.
- Rotlles de 25m, aprox.

A02208 Paper tèrmic Sony per a videoimpresora

- 110mm ample i 12mm diàmetre interior.
- Rotlles de 18m, aprox.

A02274 Paper tèrmic interior quadriculat

- 50mm d'ample i 16mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 30m, aprox.

A04618 Paper tèrmic cardiotocògraf HP M1353A

- 100mm d'ample i 150mm de llarg aprox.
- Plegat en Z.
- 150 pàgines, aprox.

A05440 Paper tèrmic quadriculat

- 90mm d'ample i 70mm de llarg aprox.
- Plegat en Z.
- 400 pàgines, aprox.

A10045 Paper tèrmic Sony per a videoimpresora alta densitat

- Acabat brillant.
- 110mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 18m, aprox.

A11240 Paper no tèrmic exterior

- 57mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 15m, aprox.

A12879 Paper tèrmic exterior quadriculat

- 106mm d'ample i 16mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 25m, aprox.
- Compatible amb LIFEPAK.

A13608 Paper tèrmic exterior per a fluxòmetre Smartflow

- 80mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 25m, aprox.

A14067 Paper tèrmic per a Cardioline Delta 3 Plus

- 112mm d'amplada i 100mm de llarg.
- Plegat en Z.
- 300 pàgines, aprox.

A14426 Paper tèrmic exterior per a Heart One

- 112mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 25m, aprox.

A14743 Paper tèrmic exterior per a impressora GeBe

- 57mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 10m, aprox.
- Compatible amb impressora GeBe.

A15513 Paper tèrmic exterior per a impressora SIK

- 79,5mm d'ample i 25mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 300m, aprox.
- Gramatge 55g/m²
- Compatible amb impressora SIK.

A16810 Paper tèrmic exterior Cardioline

- 120mm d'ample i 19mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 20m, aprox.
- Compatible amb CARDIOLINE.

A02277 Paper tèrmic exterior quadriculat

- 110mm d'ample i 16mm de diàmetre exterior.
- Rotlles de 30m, aprox.
- Compatible amb PHILIPS TC10.

A16344 Paper tèrmic exterior

- 80mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 75m, aprox.
- Compatible amb impressora BIXOLON SRP-350.

A16352 Paper tèrmic exterior

- 60mm d'ample i 12mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 75m, aprox.
- Gramatge 55g/m²

A14930 Paper tèrmic exterior

- 80mm d'ample i 25,4mm de diàmetre interior.
- Rotlles de 300m, aprox.
- Gruix 105-120 micres.

5. MOSTRES

Per poder realitzar la valoració tècnica dels productes serà imprescindible el lliurament de les següents quantitats mínimes de mostres, dintre del termini de presentació d'ofertes.

- LOT 1 Elèctrodes. General: 50 unitats de cada producte del lot.
- LOT 2 Elèctrodes. Rehabilitació: 20 unitats de cada producte del lot.
- LOT 4 Gel Conductor: 3 envasos de cada producte del lot.
- LOT 5 Elèctrodes. Bisturí: 15 unitats de cada producte del lot.
- LOT 6 Plaques Electrobisturí: 20 unitats de cada producte del lot.
- LOT 7 Elèctrodes. Digestiu: 1 unitat de cada producte del lot.
- LOT 8 Elèctrodes. Ginecologia: 2 unitats de cada producte del lot.

En el cas del LOT 3, un cop realitzada l'obertura del Sobre B, si fossin necessàries mostres es sol·licitaran expressament a les empreses licitadores per tal que les lliurin al Consorci Sanitari de Terrassa.

Les mostres hauran d'estar clarament referenciades amb el nom i número d'expedient, nom del licitador, codi de producte del Consorci Sanitari de Terrassa, el número de lot i la referència del proveïdor. També serà imprescindible la presentació d'un albarà de mostres.

L'oferta de l'empresa licitadora que no presenti les mostres en les condicions indicades quedarà exclosa del procés de licitació.

Les mostres es lliuraran a la següent adreça :

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
A l'atenció del Departament de compres
Recepció de mercaderies. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores
Ctra. Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa

6. CONDICIONS GENERALS PER A L'EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

6.1. GARANTIES DE SUBMINISTRAMENT

L'adjudicatari haurà de garantir el subministrament amb absoluta continuïtat durant tot el temps de vigència del contracte, comproment-se a mantenir en els seus magatzems un estoc suficient per cobrir les necessitats de consum previstes en aquest plec.

En el cas que, malgrat aquesta previsió, es produís un trencament d'estoc del producte o un endarreriment en el lliurament de la comanda, l'empresa adjudicatària ho haurà de comunicar de manera urgent al Departament de Compres i informarà de la data de represa del subministrament així com d'una possible alternativa del producte.

Mentre duri el desabastiment, l'adjudicatari es farà càrrec de les diferències de preu motivades per les compres a altres proveïdors així com de les despeses derivades d'enviaments urgents o préstecs hospitalaris.

Si l'empresa adjudicatària presentés incidències reiterades per manca de subministrament o bé per retard en el lliurament de les comandes, el CST podrà rescindir el contracte de forma immediata i aplicar les penalitzacions establertes legalment.

6.2. TERMINI DE LLIURAMENT

NORMAL: 72 hores des de la recepció de la comanda

URGENT: 24 hores des de la recepció de la comanda

L'adjudicatari es compromet a realitzar l'entrega en un termini no superior a 3 dies hàbils amb caràcter normal, des del moment de rebre la comanda, i 24 hores les de caràcter urgent.

6.3. CONDICIONS DE LLIURAMENT

6.3.1. COMANDES

El subministrament dels productes serà sol·licitat exclusivament pel Departament de Compres del CST. Com a mínim, el licitador disposarà d'una adreça de correu electrònic (que haurà d'especificar a la seva l'oferta) per rebre la comanda.

Els subministraments es faran sota comanda segons necessitats del CST i no s'acceptaran factures que compreguin imports vinculats a comanda mínima o a despeses de transport.

Les entregues es faran sempre al Magatzem General del CST, situat a Ctra. Torrebonica, s/n, en horari de 8 a 14h, de dilluns a divendres. En el cas de subministrament de mercaderia paletitzada, aquesta haurà de respectar les mides de l'europalet: 120cm x 60cm x 160cm.

6.3.2. ALBARANS

En cadascuna de les entregues, el material es subministrarà amb el corresponent albarà en el que constarà el número de comanda del CST, una descripció complerta dels articles i la quantitat lliurada. En aquest albarà, caldrà indicar també el número de lot, la caducitat, el preu unitari, tipus d'IVA aplicat i l'import total, d'acord amb l'oferta econòmica presentada per l'adjudicatari.

6.3.3. RECEPCIÓ

S'entendrà efectuat el subministrament quan el material objecte del contracte estigui dipositat en el Magatzem del CST degudament presentat, verificat i amb conformitat del responsable de la recepció. La recepció per part del Magatzem no implica l'acceptació íntegra de la mercaderia subministrada, entenent que l'esmentat acte només dona conformitat al número de embalum.

Si la mercaderia no estigués en correcte estat per ser rebuda, es farà constar així a la nota d'entrega i es comunicarà a l'adjudicatari per tal que procedeixi a fer un nou subministrament de conformitat amb allò pactat. Els embalatges es consideren part integrant de la mercaderia.

6.3.4. DEVOLUCIONS

El material que presenti defectes haurà de ser substituït, de forma urgent, per un de correcte sense càrrec addicional, prèvia notificació de la incidència per part del CST. En aquesta notificació s'indicarà la data, tipus d'incidència, referència del producte i la quantitat a substituir.

6.4. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Independentment de les causes de resolució del contracte que s'especifiquen al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a continuació es relacionen les causes de resolució específiques, sense cost per al CST, que tindran consideració d'obligacions contractuals essencials:

- L'incompliment en més del 10% dels lliuraments o un incompliment acumulat de més del 30% de dies de retard sobre el termini de lliurament/prestació facultarà a l'òrgan de contractació per procedir a la resolució del contracte.
- Els trencaments d'estoc, si es produeix més de 2 vegades en 6 mesos.
- El trencament d'estoc si es produeix una sola vegada però suposa un dany per al CST que perjudica greument la prestació del servei públic.
- L'alteració de les característiques del producte o qualitat del mateix, respecte a la mostra aportada, constatada de forma objectiva.
- Qualsevol variació de les característiques o exigències d'aquest plec de prescripcions tècniques.