



**Consorci
Sanitari
Integral**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE
MARCAPASSOS, ELECTRÒDES,
INTRODUCTORS I HOLTERS
SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX
HOSPITALARI MOISÈS BROGGI
DEL CONSORCI SANITARI
INTEGRAL**

EXPEDIENT CSI2022092

(IMP-SC-006)

INDEX

Objecte de la licitació	3
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	6
Implants	7
Instrumental auxiliar	7
Gestió del dipòsit	7
Aspectes generals.....	7
Lliurament i manteniment de les condicions del dipòsit.....	8
Terminis de reposició del dipòsit.....	9
Gestió de la cessió de l'instrumental auxiliar.	9
Consums- Annex econòmic	9
Garantia de subministrament	10
Compliment de la normativa vigent	10
Mostres/ Demostracions.....	11
Requeriments per l'aportació com a millora d'un polígraf en cessió d'ús en el LOT 4.....	11
Normativa relativa a l'equipament en cessió com a millora	12
Embalatge, transport i muntatge de l'equipament en cessió com a millora	12
Instal·lació i posada en marxa de l'equipament en cessió com a millora.....	13
Formació	13
Manteniment i servei tècnic de l'equipament en cessió com a millora, durant la vigència del contracte.....	13
Actualització tecnològica de l'equipament en cessió com a millora	14
Retirada de l'equipament en cessió com a millora a la finalització del contracte.....	14

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Objecte de la licitació

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és la descripció de les característiques tècniques i funcionals del subministrament de marcapassos, electròdes, introductors i holters subcutànies per al Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral

LOT 1 MARCAPÀS MONOCAMERAL VVIR PER PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I ELECTRODES		
Codi material	Descripció del material	Qt. anual
17896	Marcapàs monocameral VVIR per insuficiència cardíaca	70
35943	Elèctrode ventricular fixació passiva	37
16155	Elèctrode ventricular fixació activa	5

LOT 2. MARCAPÀS MONOCAMERAL VVIR PER PACIENTS AMB BAIX PES I BAIXA SUPERFÍCIE CORPORAL I ELECTRODES		
Codi material	Descripció del material	Qt. anual
46425	Marcapàs monocameral VVIR per pacients baix pes	118
41839	Elèctrode ventricular fixació passiva	196
16148	Elèctrode ventricular fixació activa	29

LOT 3. MARCAPÀS BICAMERAL DDDR PER PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I ELECTRODES		
Codi material	Descripció del material	Qt. anual
17884	Marcapàs bicameral DDDR insuficiència cardíaca	68
35943	Elèctrode ventricular fixació passiva	37
16155	Elèctrode ventricular fixació activa	10
21691	Elèctrode auricular fixació activa	25

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 4. MARCAPÀS BICAMERAL DDDR PER PACIENTS AMB ANTECEDENT DE TAQUICARDIA I ELECTRODES

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
46426	Marcapàs bicameral DDDR pacients amb antecedent de taquicàrdia	75
41839	Elèctrode ventricular fixació passiva	196
16148	Elèctrode ventricular fixació activa	29
17900	Elèctrode auricular fixació activa	90
Nou codi	Catèter introductor per cable estimulació fisiològica	5

LOT 5. MARCAPAS BICAMERAL VDDR PER A PACIENTS AMB ACTIVITAT FÍSICA ELEVADA

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
17892	Marcapàs bicameral VDDR pacients activitat física elevada	14
17902	Elèctrode auricular-ventricular	14

LOT 6. MARCAPAS BICAMERAL VDDR PER A PACIENTS AMB PANÍCLE ADIPÓS REDUÏT

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
Nou codi	Marcapàs bicameral VDDR pacients pannicle adipós reduït	10
Nou codi	Elèctrode bipolar	10

LOT 7. KIT INTRODUTOR PER MARCAPASSOS

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
---------------	-------------------------	-----------

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Diversos codis	Kit Introducutor marcapassos	436
----------------	------------------------------	-----

LOT 8. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ IMPLANTABLE PER PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I AMB ICTUS CRIPTOGENIC

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
49641	Sistema monitorització implantable pacients insuficiència cardíaca	12
Nou codi	Sistema monitorització implantable pacients ictus criptogènic	3

LOT 9. MONITOR CARDÍAC IMPLANTABLE PER PACIENTS SENSE INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I AMB SÍNCOPE NO FILIAT

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
47798	Monitor cardíac implantable pacients sense insuficiència cardíaca	12
Nou codi	Monitor cardíac implantable pacients síncope no filiat	3

LOT 10. ELÈCTRODES I CATÈTERS INTRODUCTORS PER A ESTIMULACIÓ FISIOLÒGICA

Codi material	Descripció del material	Qt. anual
Nou codi	Elèctrode estimulació fisiològica per la branca esquerra	10
Nou codi	Catèter introductor per cable estimulació no defectable per Haz de His	5
Nou codi	Catèter introductor per cable estimulació defectable per Haz de His	5

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del CSI. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat compliment per a l'adjudicatari.

L'adjudicació d'aquesta licitació es farà per lot segons s'especifica al present plec i a l'annex econòmic. Les empreses han de licitar al lot sencer i no podem excedir el preu

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLLERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

màxim de licitació del lot, ni el preu unitari.

Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació, són les exposades a l'**Annex 1 tècnic** i són d'obligat compliment, el seu incompliment comportarà l'exclusió del licitador.

Els licitadors ompliran l'**Annex 1 tècnic**, i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica (en format PDF i EXCEL), juntament amb:

1. Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referències de les diferents mides.
2. Catàlegs
3. Fitxa dades de seguretat, si s'escau
4. Foto/Dibuix del producte
5. Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge
6. Certificats que acreditin el marcat CE.
7. Qualsevol altre acreditació requerida a l'Annex 3 Criteris objectius tècnics.
8. Fitxa tècnica i/o catàleg de les millores sol·licitades a l'Annex 4 Criteris objectius econòmics.

En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i la descripció de les característiques tècniques a l'annex tècnic, tindrà prioritat la fitxa tècnica.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

Adicionalment els licitadors inclouran en la seva oferta les condicions de gestió dels dipòsits d'implants, armaris i instrumental auxiliar.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats durant la vigència del contracte.

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Implants

Les característiques dels implants objecte de la licitació són les que s'assenyalen a l'Annex tècnic. Les ofertes dels licitadors hauran de complir totes les característiques indicades a aquest Annex tècnic.

Les quantitats dels articles assenyalades són les consumides aproximadament en el període d'un any.

Garantia d'actualització tecnològica: en cas de produir-se un canvi en la tecnologia del material adquirit per aquest expedient, amb renovació de la gama, els models adjudicats s'actualitzaran als de la nova gama que correspongui, mantenint com a mínim el nivell tecnològic de l'adjudicat i mantenint preu. S'incorporaran en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei els quals seran valorats pel comitè tècnic designat.

En la fase d'avaluació de les prescripcions tècniques i funcionals, el CSI es reserva el dret de sol·licitar una demostració física dels productes oferts i/o mostres.

Instrumental auxiliar

L'adjudicatari aportarà sense cap tipus de contraprestació econòmica pel CSI, tot l'instrumental auxiliar necessari, així com els accessoris i/o dispositius/componentes precisos per a la inserció de l'implant.

Gestió del dipòsit

Aspectes generals

El subministrament de l'objecte de la present licitació es realitzarà mitjançant la constitució d'un dipòsit a l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.

L'adjudicatari s'haurà de comprometre a la constitució del dipòsit en les quantitats i mides indicades a l' **Annex 5 Dipòsits**.

No obstant el Consorci Sanitari Integral podrà sol·licitar qualsevol altre mida del catàleg ofert, segons la necessitat del pacient per una intervenció en concret.

La gestió d'aquest dipòsit s'haurà de realitzar d'acord amb les indicacions del CSI.

Aquesta previsió mínima es realitza en base a les intervencions programades

actualment. Aquesta previsió pot experimentar modificacions puntuals, depenent de les programacions quirúrgiques establertes pel CSI. Si excepcionalment, com a conseqüència d'un augment d'activitat quirúrgica es requerís material addicional a l'establert al dipòsit, el proveïdor es compromet a aportar el material necessari, prèvia comunicació del CSI amb la suficient antelació.

Lliurament i manteniment de les condicions del dipòsit

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

Els béns objecte d'aquest contracte s'hauran de lliurar en el lloc que s'indiqui a les comandes (directament a quiròfan central de cadascun dels centres del CSI).

Per cada intervenció realitzada es generaran dos documents, un de facturació i un de reposició del mateix material que implementarà de nou el dipòsit inicial.

Cada lliurament del material anirà acompanyat del corresponent albarà original i còpia. Encara que siguin lliuraments parcials d'una comanda. L'original serà pel centre logístic destinatari. Al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

Per als productes estèrils, en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.

És responsabilitat de l'adjudicatari mantenir les caducitats mínimes dels materials en dipòsit. Si el producte caduca en seu del CSI per haver-se lliurat amb una caducitat inferior a 1 any, l'adjudicatari l'haurà de substituir i fer-se'n càrrec de les despeses ocasionades.

Serà a càrrec del licitador i l'haurà d'assumir sense cap cost pel CSI si durant la intervenció quirúrgica el material a implantar al pacient fora defectuós.

Serà obligatori fer almenys 2 revisions anuals d'aquest dipòsits per part de l'adjudicatari.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

El lliurament de cadascun del béns en dipòsit s'haurà de realitzar per unitats individuals (d'un en un). No s'acceptaran lliuraments de quantitats diferents a les indicades a les comandes de reposició del dipòsit.

Un cop finalitzat el contracte, el departament de compres del Consorci Sanitari Integral comunicarà a l'adjudicatari la recollida del dipòsit que no s'ha consumit durant l'execució. Aquesta recollida serà a càrrec de l'adjudicatari.

Terminis de reposició del dipòsit

El termini màxim de reposició haurà de ser 24 hores després de rebre la comanda de reposició.

Gestió de la cessió de l'instrumental auxiliar.

L'empresa adjudicatària lliurarà l'estoc suficient en concepte de dipòsit al CSI.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar l'instrumental d'acord amb les programacions que estableixi en cada moment el CSI.

L'instrumental auxiliar que per raons de programació quirúrgica no es tingui en dipòsit, és a dir, es lliuri en qualitat de "condicional" s'haurà de entregar al departament d'esterilització 24 hores abans de la intervenció programada i prèvia petició des de quiròfan (per correu electrònic o per telèfon). L'adjudicatari està obligat a subministrar aquest increment de dipòsit segons la programació quirúrgica de l'Hospital Transversal.

Tots els instruments en cessió, tant en dipòsit com en condicional s'haurà de lliurar en les condicions òptimes.

Consums- Annex econòmic

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, les necessitats que s'especifiquen per a cadascun dels articles i productes a l'Annex econòmic i han estat calculades sobre un únic exercici natural. Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats dels Centres del Consorci Sanitari Integral, en funció de la contractació anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut. Per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el centre sanitari.

Garantia de subministrament

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen en el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho per escrit immediatament al departament de Logística.
- b) Facilitarà una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
- c) En el supòsit de que no hi hagués alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària es compromet a fer les gestions necessàries a altres mercats per garantir el subministrament pactat.
- d) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
- e) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa ocasionada per la compra del material alternatiu a altres empreses.

Compliment de la normativa vigent

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

Mostres/ Demostracions

No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta.

El Consorci Sanitari Integral demanarà demostracions del material implantable, en el cas que el Servei de Cardiologia ho consideri oportú, per poder valorar que el material ofert, compleix amb tots els requeriments sol·licitats.

Aquesta sol·licitud es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanaran les referències per a fer la demostració i el lloc a on es faran, amb un preavís de 5 dies naturals.

La NO demostració del material presentat una vegada feta la petició des del departament de logística serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.

Totes les despeses que es puguin produir per a la presentació aniran a càrrec del licitador.

En el lot 4 en el qual hi ha la aportació com a millora d'un polígraf, el Consorci Sanitari Integral demanarà demostracions en el cas que el servei de Cardiologia ho consideri oportú, per desconeixement de l'equip presentat, per verificar que dona la correcta prestació sol·licitada-

Aquesta sol·licitud serà sempre sota petició del departament de logística i mitjançant correu electrònic enviat a la atenció de la persona representant i amb preavís de uns 5 dies hàbils.

La NO demostració del material presentat una vegada feta la petició des del departament de logística comportarà NO obtenir la puntuació de 5 punts per aportació com a millora, tal i com es sol·licita.

Totes les despeses que es puguin produir per a les demostracions aniran a càrrec del Licitador.

Requeriments per l'aportació com a millora d'un polígraf en cessió d'ús en el LOT 4.

El licitadors que es comprometin a cedir un polígraf al Consorci Sanitari Integral durant la durada del contracte hauran d'aportar :

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- 3 Manuals d'usuari en català o castellà per equipament.
- 1 Manual tècnic per equipament.
- Guia ràpida visual de funcionament per cada equipament.
- Protocol de manteniment preventiu detallat.
- Formació del personal assistencial de l'hospital per a l'ús de l'equip.
- Formació del personal d'electromedicina de l'hospital referit al manteniment dels equips.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
- Lliurament d'una còpia dels softwares instal·lats als equips.

Normativa relativa a l'equipament en cessió com a millora

- Marcatge CE.
- L'equip ha de complir les normes UNE vigents. Cal aportar la documentació acreditativa.
- L'equip ha de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Cal aportar la documentació acreditativa.
- Compliment la normativa vigent relativa a l'alimentació elèctrica i proteccions.
- Compliment amb les normes vigents sobre protecció del medi ambient
- Compliment de la normativa vigent (tant per part de la maquinaria com del fungible)

Embalatge, transport i muntatge de l'equipament en cessió com a millora

- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc) aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament.
- L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges.

Instal·lació i posada en marxa de l'equipament en cessió com a millora

L'adjudicatari haurà de fer la instal·lació i posada em marxa de l'equipament, incloent la formació necessària, en un termini màxim de 30 dies a partir de la data del contracte. Totes les despeses derivades (connexions, proves, transport, embalatge, etc.) necessàries per a la instal·lació i posada en marxa aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari facilitarà un cronograma detallat de les fases d'instal·lació en els diferents serveis i haurà d'obtenir l'autorització prèvia del CSI per iniciar les accions corresponents.

Igualment, seran consensuats entre el proveïdor i el CSI totes les accions que permetin una planificació, essent el proveïdor responsable de la direcció i execució de la prestació.

Formació

Anirà a càrrec de l'adjudicatari la formació del personal tècnic i facultatiu, incloent el subministrament del material i/o equipament tècnic necessari durant tota la durada del contracte.

L'adjudicatari facilitarà un cronograma de la formació que haurà de fer a tots els torns amb detall dels serveis.

Abans d'iniciar la formació, l'adjudicatari haurà d'obtenir el vistiplau de cada servei implicat.

Manteniment i servei tècnic de l'equipament en cessió com a millora, durant la vigència del contracte

L'adjudicatari es farà càrrec del servei tècnic preventiu i correctiu dels equips subministrats durant tota la vigència del contracte. Aquest servei inclourà totes les peces de recanvi, ma d'obra, desplaçaments, etc, que siguin necessaris per al correcte funcionament dels equips així com l'assistència tècnica immediata davant de les incidències que es produeixin.

Es realitzarà anualment una revisió preventiva dels equips segons les especificacions del fabricant. Aquesta revisió inclourà el control de fuites elèctriques i aïllament elèctric segons la norma CEI 601 i tanmateix els controls de les diferents potències subministrades pels generadors.

Es comprometrà a la reparació o substitució, en un termini màxim de 24 hores dels components dels equips cedits que el CSI declari com avariats o irreparables. Totes

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MARCAPASSOS, ELECTRÒDES, INTRODUCTORS I HOLTERS SUBCÚTANIS PER AL COMPLEX HOSPITALARI DEL MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

les despeses derivades de l'esmentada reparació o substitució aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Actualització tecnològica de l'equipament en cessió com a millora

Quan l'empresa adjudicatària disposi de nous aparells tecnològicament més avançats o d'actualitzacions tant a nivell de hardware com software, haurà d'oferir al Consorci Sanitari Integral la possibilitat de renovació dels equips cedits o el canvi per les noves versions existents, sense modificat en cap cas les condicions econòmiques de compra del material fungible.

Retirada de l'equipament en cessió com a millora a la finalització del contracte

L'empresa adjudicatària es compromet a retirar els equips cedits a la data de finalització del contracte. Les despeses originades aniran a càrrec de l'adjudicatari, propietari dels equips.