

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101342815/23/AM

INTRODUCTORS DE CATÈTERS

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors, donat que juga un paper cabdal la tècnica dels professionals en la utilització dels materials.

Aquesta tècnica depèn de l'expertesa adquirida amb l'experiència. Una complicació en la utilització dels articles pot tenir repercussions greus, lesions internes, que pot comportar la mort del pacient.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots. La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
- La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran **criteris subjectes a judici de valor**. Aquests hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

DESGLOSSAMENT DE PUNTUACIONS

El document *Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament de puntuacions per lots* està **dividit en 10 blocs**. En cadascun d'ells s'han agrupat els lots que tenen una mateixa puntuació tècnica i econòmica i/o criteris tècnics addicionals.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris sotmesos a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

- **Desglossament 1**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 01 - Equip introductor arterial radial i femoral hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 03 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 05 - Introductor arterial accés radial hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 06 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral i radial hidrofílic ANGIOLOGIA

Lot 10 - Introductor arterial accés radial mallat hidrofílic ANGIOLOGIA

Lot 12 - Equip introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 14 - Introductor arterial accés radial i femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 17 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot 25 - Equip o dilatadors renals

Lot 26 - Equip o dilatadors endovasculars

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament obtindran 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient obtindran 0 punts	10

Puntuació tècnica subjectiva	4.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , l'acabament hidròfil i grau de lliscament • Si durant el procediment, l'introduïdor presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 10 punts. • Si durant el procediment, l'introduïdor presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introduïdor no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	10
-------------------------------------	--	-----------

• **Desglossament 2**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 02 - Introduïdor arterial accés femoral no hidrofílic radioopac o marca radioopaca HEMODINÀMICA

Lot 04 - Introduïdor arterial accés radial no hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 07 - Equip o introduïdor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA

Lot 08 - Introduïdor arterial accés radial no hidrofílic ANGIOLOGIA

Lot 09 - Equip introduïdor micropunció ANGIOLOGIA

Lot 11 - Equip introduïdor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 13 - Introduïdor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 18 - Equip introduïdor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot 23 - Introduïdors d'endopròtesi

Lot 28 - Introduïdors amb beina orientable, varies mides

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 15 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 7 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	15
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts , la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 15 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 7 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	15
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindrà 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindrà 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindrà 0 punts	10

• **Desglossament 3**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

**Lot 15 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic
HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA**

Es valoren les característiques addicionals següents:

Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular - Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts - Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts - Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Major facilitat de trencament, (a menor força pel seu trencament més puntuació). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la major facilitat de trencament. - Si presenta òptima facilitat de trencament obtindrà 10 punts - Si presenta mitjana facilitat de trencament obtindrà 5 punts - Si presenta una Insuficient facilitat de trencament obtindrà 0 punts	10
	4.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, l'acabament hidròfil i grau de lliscament - Si durant el procediment, l'introductor presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. - Si durant el procediment, l'introductor presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 2 punts. - Si durant el procediment, l'introductor no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	5
	5.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament obtindrà 5 punts. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament obtindrà 2 punts. - Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient obtindrà 0 punts	5

• **Desglossament 4**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

**Lot 16 – Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic
HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA**

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
Puntuació tècnica subjectiva	3.- Major facilitat de trencament, (a menor força pel seu trencament més puntuació). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la major facilitat de trencament. • Si presenta òptima facilitat de trencament obtindrà 10 punts • Si presenta mitjana facilitat de trencament obtindrà 5 punts • Si presenta una Insuficient facilitat de trencament obtindrà 0 punts	10
	5.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament obtindrà 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament obtindrà 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient obtindrà 0 punts	10

• **Desglossament 5**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 019 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
Puntuació tècnica subjectiva	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. • Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts • Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 2 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	5
	5.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts, l'acabament hidròfil i grau de lliscament • Si durant el procediment, l'introducció presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 2 punts. • Si durant el procediment, l'introducció no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	5

• **Desglossament 6**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 20 - Introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot 22 – Equip introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular - Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts - Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts - Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. - Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts - Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts - Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
Puntuació tècnica subjectiva	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 10 punts. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 5 punts. - Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	10

• **Desglossament 7**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 021 - Introducador arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10

Puntuació tècnica subjectiva	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , l'acabament hidròfil i grau de lliscament • Si durant el procediment, l'introducció presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 10 punts. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introducció no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	10
	4.- Resistència al col·lapse. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència al col·lapse. • Si durant el procediment presenta una bona resistència al col·lapse: 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència al col·lapse: 5 punts • Si durant el procediment mostra una insuficient resistència al col·lapse: 0 punts	10

• **Desglossament 8**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 24– Vàlvules hemostàtiques

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Capacitat segellant (no pèrdues) de la vàlvula: Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts , la capacitat de segellat de la vàlvula a fi d'evitar pèrdues o fuites i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si durant el procediment la vàlvula no presenta pèrdues o fuites, obtindrà 20 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga, obtindrà 10 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra pèrdues o fuites, obtindran 0 punts.	20
	2.- Incorporar un passaguies. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la incorporació d' un passaguies i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el passaguies facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el passaguies dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el passaguies no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10
	3.- Incorporar un torque. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la incorporació d' un torque i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el torque facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el torque dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el torque no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10

• **Desglossament 9**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 27 – Altres introductors

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 15 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 7 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	15
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular - Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 15 punts - Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 7 punts - Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	15
	3.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, l'acabament hidròfil i grau de lliscament - Si durant el procediment, l'introductor presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 10 punts. - Si durant el procediment, l'introductor presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. - Si durant el procediment, l'introductor no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	10

• **Desglossament 10**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 29 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Allargadera lateral de la clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que l'allargadera de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment, a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions. - Si l'allargadera suporta altes pressions i no dificulta el procediment, obtindran 10 punts. - Si l'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana durant tot el procediment, obtindran 5 punts. - Si l'allargadera no suporta altes pressions, obtindran 0 punts.	10
	2.- Clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta, a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. - Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, no provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 10 punts. - Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca mínimament entrada d'aire en el sistema, obtindran 5 punts. - Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 0 punts.	10
	3.- Base del manòmetre. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que la base del manòmetre sigui l'adequada per no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial. - Si la base del manòmetre no dificulta el seu maneig i facilita un òptim purgat inicial, obtindran 10 punts. - Si la base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial, obtindran 5 punts. - Si la base del manòmetre dificulta el seu maneig i no facilita un òptim purgat inicial, obtindran 0 punts.	10
Puntuació tècnica subjectiva	4.- Braç de palanca. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , les ofertes que presentin el braç de palanca, a fi de facilitar l'inflat i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. - Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita l'inflat, obtindran 5 punts. - Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita mitjanament l'inflat, obtindran 2 punts. - Si es presenta el braç de palanca i aquest no facilita l'inflat i per tant dificulta el procediment, obtindrà 0 punts.	5
	5.-Dispositius amb components: Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. - Si l'equip incorpora els components vàlvula+torque i aquests ofereixin la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 5 punts. - Si l'equip incorpora un torque i aquest ofereix la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 2 punts. - Si l'equip incorpora altres components, obtindran 0 punts.	5

ANNEX

- Desglossaments de puntuacions per lot

CS/CC00/11013428151/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 1 de puntuacions per lot

Lots 01, 03, 05, 06, 10, 12, 14, 17, 25 i 26

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 01	Equip introductor arterial radial i femoral hidrofílic HEMODINÀMICA	60	40	100
LOT 03	Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA	60	40	100
LOT 05	Introductor arterial accés radial hidrofílic HEMODINÀMICA	60	40	100
LOT 06	Equip introductor o introductor arterial accés femoral i radial hidrofílic ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 10	Introductor arterial accés radial mallat hidrofílic ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 12	Equip introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA	60	40	100
LOT 14	Introductor arterial accés radial i femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA	60	40	100
LOT 17	Equip introductor o introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 25	Equip o dilatadors renals	60	40	100
LOT 26	Equip o dilatadors endovasculars	60	40	100

		Lots 01, 03, 05, 06, 10, 12, 14, 17, 25 i 26
	Puntuació econòmica	60
Criteris Subjectius	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	10
	Acabament hidròfil i grau de lliscament	10

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 2 de puntuacions per lot

Lots 02, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 18, 23 i 28

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 02	Introductor arterial accés femoral no hidrofílic radioopac o marca radioopaca HEMODINAMICA	60	40	100
LOT 04	Introductor arterial accés radial no hidrofílic HEMODINÀMICA	60	40	100
LOT 07	Equip o introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 08	Introductor arterial accés radial no hidrofílic ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 09	Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 11	Equip introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA	60	40	100
LOT 13	Introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA	60	40	100
LOT 18	Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	60	40	100
LOT 23	Introductors d'endopròtesi	60	40	100
LOT 28	Introductors amb beina orientable, varies mides	60	40	100

		Lots 02, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 18, 23 i 28
Criteris Subjectius	Puntuació econòmica	60
	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	15
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	15
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	10

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 3 de puntuacions per lot

Lots 15 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 15	Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA	60	40	100

		Lot 15 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA
Criteris Subjectius	Puntuació econòmica	60
	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10
	Major facilitat de trencament, (a menor força pel seu trencament més puntuació)	10
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	5
	Acabament hidròfil i grau de lliscament	5



CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 4 de puntuacions per lot

Lots 16 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 16	Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA	60	40	100

		Lot 16 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA
Criteris Subjectius	Puntuació econòmica	60
	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10
	Major facilitat de trencament (a menor força pel seu trencament més puntuació)	10
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	10

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 5 de puntuacions per lot

Lots 19 - Introducitor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 19	Introducitor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	60	40	100

		Lot 19 - Introducitor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA
Criteris Subjectius	Puntuació econòmica	60
	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10
	Resistència a la plicatura en tortuositat vascular	10
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	5
	Acabament hidròfil i grau de lliscament	5

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 6 de puntuacions per lot

Lot 20 - Introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot 22 – Equip introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 20	Introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	60	40	100
LOT 22	Equip introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	60	40	100

		Lot 20. Introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	Lot 22. Equip introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA
	Puntuació econòmica	60	60
Criteris Subjectius	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10	10
	Resistència a la plicatura en tortuositat vascular	10	10
	Marca radioopaca: visualització radiològica del marcador radioopac	10	10



CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 7 de puntuacions per lot

Lots 21- Introducitor arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 21	Introducitor arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	60	40	100

		Lot 21 - Introducitor arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA
	Puntuació econòmica	60
Criteris Subjectius	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	10
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	10
	Acabament hidròfil i grau de lliscament	10
	Resistencia al colapse	10


CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 8 de puntuacions per lot

Lots 24 - Vàlvules hemostàtiques

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 24	Vàlvules hemostàtiques	60	40	100

		Lot 24. Vàlvules hemostàtiques
	Puntuació econòmica	60
Criteris Subjectius	Capacitat segellant (no pèrdues) de la vàlvula	20
	Incorporar un passaguies que faciliti el procediment	10
	Incorporar un torque que faciliti el procediment	10




CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 9 de puntuacions per lot

Lots 27 - Altres introductors

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 27	Altres introductors	60	40	100

		Lot 27. Altres introductors
	Puntuació econòmica	60
Criteris Subjectius	Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	15
	Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	15
	Acabament hidròfil i grau de lliscament	10



CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 10 de puntuacions per lot

Lots 29 - Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, vàries pressions

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 29	Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, vàries pressions	60	40	100

		Lot 29. Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, vàries pressions
	Puntuació econòmica	60
Criteris Subjectius	Que l'allargadera lateral de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions.	10
	Que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta.	10
	Que la base del manòmetre sigui l'adequada a fi de no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial	10
	Braç de palanca per facilitar l'inflat a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.	5
	Que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.	5