

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101342815/23/AM

INTRODUCTORS DE CATÈTERS

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació.....	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3.	Com presentar la oferta	5
3.1.	Oferta tècnica	5
3.2.	Model d'oferta tècnica	5
3.3.	Presentació de mostres	7
3.4.	Documentació confidencial.....	7
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	8
4.1.	Prevenició de riscos laborals	8
4.2.	Formació.....	8
4.3.	Manual d'usuari	8
4.4.	Atributs logístics.....	9
4.5.	Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.5.1.	Condicions de subministrament.....	9
4.5.2.	Garantia de subministrament.....	10
4.5.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	10
4.5.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3.	Termini de lliurament.....	11
4.5.2.4.	Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	12
4.6.	Condicions de l'operador logístic.....	14
4.6.1.	Embalatges	14
4.6.2.	L'albarà	15

4.6.3.	Sistema EDI	12
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	15
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'**Introductors de catèters** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama del codi agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida. Aquest expedient es per codi agrupador.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

En aquest expedient no hi ha Sobre 2, per tant la documentació s'ha de presentar al Sobre 2Bis.

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: **Excel Licitació 1101342815_2bis**

ANNEX D3 Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor: presentar la documentació necessària per valorar els criteris de judici de valor dels lots a presentar oferta.

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:
PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes.

En cas que es requereixin mostres, la sol·licitud d'aquestes es realitzarà per correu electrònic a l'adreça assignada pel licitador en el DEUC. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud/correu electrònic i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a **l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc
- L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat. **La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
------------------	------------

Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolli el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent.

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiquen-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

6. En cas d'**emergència**:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Segueix les instruccions del personal de Logaritme.


Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor
ANNEX D4 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius
ANNEX E - Presentació de mostres
ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101342815/23/AM

INTRODUCTORS DE CATÈTERS

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
001	Equip introductor arterial radial i femoral hidrofilic HEMODINÀMICA	999300214	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301420	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302548	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,021"$, varis diàmetres i longitud $\geq 10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
002	Introductor arterial accés femoral no hidrofilic radioopac o marca radioopaca HEMODINÀMICA	999300206	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic amb marca radioopaca per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302708	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic radioopac per $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
003	Introductor arterial accés femoral hidrofilic HEMODINÀMICA	999302385	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
004	Introductor arterial accés radial no hidrofilic HEMODINÀMICA	999301195	A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
005	Introductor arterial accés radial hidrofilic HEMODINÀMICA	999301448	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302384	A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
006	Equip introductor o introductor arterial accés femoral i radial hidrofilic ANGIOLOGIA	999301191	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud llarga $>70\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301447	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>70\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302356	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302357	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302358	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $\geq 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302359	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302362	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $\geq 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
006	Equip introductor o introductor arterial accés femoral i radial hidrofilic ANGIOLOGIA	999302363	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302395	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm} \leq 70\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
007	Equip introductor o introductor arterial accés femoral no hidrofilic ANGIOLOGIA	999302211	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $\geq 70\text{cm} \leq 90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302279	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302296	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm} \leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302297	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999300207	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm} < 70\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999300208	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $\geq 70\text{cm} \leq 90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302338	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999300212	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm} < 70\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301451	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
008	Introductor arterial accés radial no hidrofilic ANGIOLOGIA	999301196	A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm} \leq 70\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301197	A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud llarga $\geq 70\text{cm} \leq 90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
009	Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA	999301199	A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica $\leq 5\text{ cm}$, varis diàmetres i llargàries	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301625	A - Equip introductor de micropunció sense vàlvula i agulla ecogènica $\leq 5\text{ cm}$, varis diàmetres i llargàries	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
009	Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA	999301645	A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i sense agulla ecogènica ≤ 5 cm, varis diàmetres i llargàries	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301680	A - Equip introductor de micropunció sense vàlvula i sense agulla ecogènica ≤ 5 cm, varis diàmetres i llargàries	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302163	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica > 5 cm ≤ 10 cm, varis diàmetres i llargàries	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302164	A - Equip introductor de micropunció sense agulla ecogènica > 5 cm ≤ 10 cm, varis diàmetres i llargàries	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
010	Introductor arterial accés radial mallat hidrofílic ANGIOLOGIA	999302360	A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302361	A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud > 90 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302390	A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud > 45 cm < 70 cm	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302391	A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud llarga ≥ 70 cm ≤ 90 cm	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
011	Equip introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999300171	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud curta ≤ 4 cm	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301418	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud curta < 4 cm	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301419	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
012	Equip introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999301423	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud < 4 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302387	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
012	Equip introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999301424	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302709	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
013	Introdutor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999300205	A - Introdutor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301192	A - Introdutor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud curta $\leq 4\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
013	Introdutor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999301193	A - Introdutor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301432	A - Introdutor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
014	Introdutor arterial accés radial i femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA	999301431	A - Introdutor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud curta $\leq 4\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302373	A - Introdutor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302388	A - Introdutor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
015	Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	999300201	A - Equip introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofílic, per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302299	A - Equip introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302354	A - Introdutor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302355	A - Introdutor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud llarga $>90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
016	Equip Introdutor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	999301234	A - Introdutor arterial femoral pelable sense recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302298	A - Equip introductor arterial femoral pelable, per guia $\geq 0,035"$, sense recobriment hidrofílic, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
017	Equip o introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	999302711	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
018	Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA	999300191	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035"$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $<45\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
019	Introductor arterial accés femoral hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999301449	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud $>90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301450	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, amb vàlvula tipus THUOY BOST o equivalent, varis diàmetres i longitud	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
019	Introductor arterial accés femoral hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999302304	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302389	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud $\geq 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302392	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud $>45\text{cm}$ $< 70\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
020	Introductor arterial accés femoral no hidrofilic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA	999300213	A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud $\geq 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
021	Introductor arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofilic NEURORADIOLOGIA i ANGIOLOGIA	999302386	A - Introductor arterial radial doble mallat/coilat d'alt suport amb recobriment hidrofilic, rigidesa variable, varis diàmetres i longituds $>70\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
022	Equip introductor arterial accés femoral no hidrofilic NEURORADIOLOGIA i ANGIOLOGIA	999300190	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035''$, varis diàmetres i longitud estàndard $\geq 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
023	INTRODUCTORS D'ENDOPRÒTESI	999302397	A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 26cm i 28cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302368	A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 12F a 18F, longituds entre 33cm i 45cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302396	A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301212	A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 29cm i 33cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301213	A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 34cm i 40cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101342815/23/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	Codi	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	LOT OBLIGATORI	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS
023	INTRODUCTORS D'ENDOPRÒTESI	999302369	A - Introducador arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 10F a 12F, longituds entre 45cm i 65cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302398	A - Introducador arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 25F, longituds entre 41cm i 65cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
023	INTRODUCTORS D'ENDOPRÒTESI	999302401	A - Introducador arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 26F, longituds entre 41cm i 65cm	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
024	VÀLVULES HEMOSTÀTIQUES	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302365	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament manual, varies mides	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
025	Equip o dilatadors renals	999301207	A - Equip de dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301209	A - Dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
026	Equip o dilatadors endovasculars	999301210	A - Dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
027	Altres introductors	999301674	A - Introducador vascular per guia $\geq 0,009"$ $\leq 0,018"$, varis diàmetres i longituds	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
028	Introducador amb beina orientable, varies mides	999302375	A - Introducador arterial femoral per guia $\geq 0,035"$, punta redirigible, varis diàmetres i longituds $>55\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302376	A - Introducador arterial femoral per guia $\geq 0,035"$, punta redirigible, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 55\text{cm}$	NO	DOS PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
29	Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons, varies pressions	999301205	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de $<30\text{atm}$, varies capacitats	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de $>30\text{atm}$, varies capacitats	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de $<30\text{atm}$, varies capacitats	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR
		999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de $>30\text{atm}$, varies capacitats	NO	TRES PROVEÏDORS PER CODI AGRUPADOR

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101342815	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 999300171
Descripció llarga:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud curta </4cm	
Descripció tècnica:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud curta </4cm	
SOL.COMANDA: 1101342815	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 999300190
Descripció llarga:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035",varis diàmetres i longitud e estàndard >/=4cm </=10cm	
Descripció tècnica:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035",varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	
SOL.COMANDA: 1101342815	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 999300191
Descripció llarga:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <45cm	
Descripció tècnica:	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <45cm	
SOL.COMANDA: 1101342815	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 999300201
Descripció llarga:	A - Equip introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic , per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </= 45cm	
Descripció tècnica:	A - Equip introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic , per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </= 45cm	
SOL.COMANDA: 1101342815	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 999300205
Descripció llarga:	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrpfilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud estànd ard >/=4 cm </=10cm	
Descripció tècnica:	A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrpfilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999300206

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic amb marca radioopaca per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic amb marca radioopaca per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999300207

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999300208

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >/=70cm </=90cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >/=70cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999300212

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofi lic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999300213

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >/=70cm < / =90cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofi lic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >/=70cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999300214

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >1 0cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999301191

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud llarga >7 0cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud llarga >70cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999301192

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilicper guia </=0,018", varis diàmetres i longitud curta </4cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilicper guia </=0,018", varis diàmetres i longitud curta </4cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999301193

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999301195

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=4 5cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999301196

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilicper guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >45cm </=70 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilicper guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >45cm </=70cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 170

MATERIAL: 999301197

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud llarga >/= 70cm </=90cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud llarga >/=70cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 180

MATERIAL: 999301199

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 190

MATERIAL: 999301204

Descripció llarga:

A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides

Descripció tècnica:

A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 200

MATERIAL: 999301205

Descripció llarga:

A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats

Descripció tècnica:

A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacita ts

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 210

MATERIAL: 999301206

Descripció llarga:

A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats

Descripció tècnica:

A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies cap acitats

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999301207

Descripció llarga:

A - Equip de dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip de dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999301209

Descripció llarga:

A - Dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Dilatadors renals, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999301210

Descripció llarga:

A - Dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999301212

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 29cm i 33cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 29cm i 33cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999301213

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 34cm i 40cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 34cm i 40cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999301234

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral pelable sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral pelable sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999301342

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", per a dispositius de tancament percuta ni CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud =>120

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per a guia >/=0,035", per dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud =>120

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999301356

Descripció llarga:

A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999301418

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud c urta <4cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud curta <4cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999301419

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud e estàndard >/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999301420

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10 cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999301423

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud <4cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud <4cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999301424

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estànd ard
>/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999301425

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999301431

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud curta </4 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud curta </4cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999301432

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estànda rd
>/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999301447

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud llarg a > 70 cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud llarga > 70 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999301448

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud > 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud > 10 cm ≤ 45 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999301449

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud > 90 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud > 90 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999301450

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", amb vàlvula tipus THUOY BOST o equivalent, varis diàmetres i longitud

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", amb vàlvula tipus THUOY BOST o equivalent, varis diàmetres i longitud

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999301451

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud > 90 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999301522

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", sense vàlvula tipus THUOY BOST o equivalent, varis diàmetres i longitud

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriment hidrofi lic per guia >/=0,035", sense vàlvula tipus THUOY BOST o equivalent, var is diàmetres i longitud

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999301625

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció sense vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999301645

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i sense agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i sense agulla ecogènic a </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999301674

Descripció llarga:

A - Introductor vascular per guia >/=0,009"</=0,018", varis diàmetres i longituds

Descripció tècnica:

A - Introductor vascular per guia >/=0,009"</=0,018", varis diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999301680

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció sense vàlvula i sense agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip introductor de micropunció sense vàlvula i sense agulla ecogèn ica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999302163

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, var is diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999302164

Descripció llarga:

A - Equip introductor de micropunció sense agulla ecogènica >5cm </=10 cm, varis diàmetres i llargàries

Descripció tècnica:

A - Equip introductor de micropunció sense agulla ecogènica >5cm </=10 c m, varis diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999302211

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >/=70cm </=90cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >/=70cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999302279

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999302296

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10 cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999302297

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat sense recobriments hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud lla rga >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999302298

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral pelable, per guia >/=0,035", sense recobriments hidrofilic, varis diàmetres i longitud >10cm < /=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999302299

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90c m

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999302304

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </ =45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999302338

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999302354

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999302355

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral pelable amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999302356

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat per guia </=0,018 ", varis diàmetres i longitud llarga >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999302357

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >90cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 90\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999302358

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999302359

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 90\text{cm}$

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 90\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999302360

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard $> 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard $> 4\text{cm}$ $\leq 10\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999302361

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 90\text{cm}$

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 90\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999302362

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $> 0,035$ ", varis diàmetres i longitud $> 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $> 0,035$ ", varis diàmetres i longitud $> 70\text{cm}$ $\leq 90\text{cm}$

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999302363

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >9 0cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999302365

Descripció llarga:

A - Vàlvula hemostàtica amb tancament manual, varies mides

Descripció tècnica:

A - Vàlvula hemostàtica amb tancament manual, varies mides

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999302366

Descripció llarga:

A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats

Descripció tècnica:

A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacita ts

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999302367

Descripció llarga:

A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats

Descripció tècnica:

A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies cap acitats

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999302368

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàm etre de 12F a 18F, longituds entre 33cm i 45cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 12F a 18F, longituds entre 33cm i 45cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999302369

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàm etre de 10F a 12F, longituds entre 45cm i 65cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 10F a 12F, longituds entre 45cm i 65cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 730

MATERIAL: 999302373

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud estàndard ≥ 4 cm ≤ 10 cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 740

MATERIAL: 999302375

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral per guia $\geq 0,035$ ", punta redirigible, varis diàmetres i longituds ≥ 55 cm ≤ 90 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral per guia $\geq 0,035$ ", punta redirigible, varis diàmetres i longituds ≥ 55 cm ≤ 90 cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 750

MATERIAL: 999302376

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral per guia $\geq 0,035$ ", punta redirigible, varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 55 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral per guia $\geq 0,035$ ", punta redirigible, varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 55 cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 760

MATERIAL: 999302384

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

SOL.COMANDA: 1101342815

POSICIÓ: 770

MATERIAL: 999302385

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999302386

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial doble mallat/coilat d'alt suport amb recobriment hidrofilic, rigidesa variable, varis diàmetres i longituds >70cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial doble mallat/coilat d'alt suport amb recobriment hidrofilic, rigidesa variable, varis diàmetres i longituds >70cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999302387

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estànda rd >/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999302388

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud estàndar d >/=4cm </=10cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999302389

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >/=70cm </= 90cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >/=70cm </=90cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999302390

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia </=0,018", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999302391

Descripció llarga:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud llarga ≥ 70 cm ≤ 90 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud llarga ≥ 70 cm ≤ 90 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999302392

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 45 cm ≤ 70 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 45 cm ≤ 70 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999302395

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 4 5cm ≤ 70 cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 45 cm ≤ 70 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999302396

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999302397

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 26cm i 28cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 26cm i 28cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999302398

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 25F, longituds entre 41cm i 65cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 25F, longituds entre 41cm i 65cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999302401

Descripció llarga:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 26F, longituds entre 41cm i 65cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial amb recobriment hidrofilic per a implantació en dopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 26F, longituds entre 41cm i 65cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 999302548

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,021$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\leq 0,021$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 999302708

Descripció llarga:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic radioopac per $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofilic radioopac per $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

SOL.COMANDA: 1101342815 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 999302711

Descripció llarga:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

Descripció tècnica:

A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofilic per guia $\geq 0,035$ ", varis diàmetres i longitud ≥ 10 cm ≤ 45 cm

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101342815_2Bis

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquesta guia es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101342815.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101342815 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0	400	30030787	30030791	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0	420	30030791	30030787	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0	380	30030785		Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0	670	30030982	30030785	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0	710	30040825	30030785	Dispensador colge per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE									
Dades de la llicitació					Codi SAP				
Núm. expedient		Descripció expedient							
CS/CC00/1101342815/23/AM		SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)		Distribuidor	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada							
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *					
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material							
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència							
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa							
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC									
Marcat CE/Tipus de classe		(SI/NO)							
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris		Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material							
Altres acreditacions i/o auto certificació									

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101342815/23/AM	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS	Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador	LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	Nom	Fabricant	Fabricant	(SI / NO)	Distribuidor	(SI / NO)
-----	-----	-----------	-----------	-----------	--------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació (JUDICI DE VALOR)

ANNEX D3_FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

És OBLIGATORI presentar aquest annex juntament amb memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Desglossament 1

- Lot 01 - Equip introductor arterial accés radial i femoral hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 03 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 05 - Introductor arterial accés radial hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 06 - Equip o introductor arterial accés femoral i radial hidrofílic ANGIOLOGIA
- Lot 10 - Introductor arterial accés radial mallat hidrofílic ANGIOLOGIA
- Lot 12 - Equip introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA
- Lot 14 - Introductor arterial accés radial o femoral hidrofílic NEURORADIOLOGIA
- Lot 17 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA
- Lot 25 - Equip o dilatadors renals
- Lot 26 - Equip o dilatadors endovasculars

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 1 Lots 01, 03, 05, 06, 10, 12, 14, 17, 25 i 26
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	
L'acabament hidròfil i grau de lliscament	

Desglossament 2

- Lot 02 - Introductor arterial accés femoral no hidrofílic radioopac o marca radioopaca HEMODINAMICA
- Lot 04 - Introductor arterial accés radial no hidrofílic HEMODINÀMICA
- Lot 07 - Equip o introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA
- Lot 08 - Introductor arterial accés radial no hidrofílic ANGIOLOGIA
- Lot 09 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA
- Lot 11 - Equip introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA
- Lot 13 - Introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA
- Lot 18 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA
- Lot 23 - Introductors d'endopròtesi
- Lot 28 - Introductors amb beina orientable, vàries mides

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 2 Lots 02, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 18, 23 i 28
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	

Desglossament 3

- Lot 15 - Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 3 Lot 15
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Major facilitat de trencament, (a menor força pel seu trencament més puntuació)	
Acabament hidròfil i grau de lliscament	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	

ANNEX D3_FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

És OBLIGATORI presentar aquest annex juntament amb memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Desglossament 4

Lot 16 – Equip introductor o introductor arterial accés femoral pelable no hidrofílic HEMODINÀMICA i ANGIOLOGIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 4 Lot 16
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Major facilitat de trencament, (a menor força pel seu trencament més puntuació)	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	

Desglossament 5

Lot 019 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 5 Lot 19
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
La resistència a la plicatura en tortuositat vascular	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	
Acabament hidròfil i grau de lliscament	

Desglossament 6

Lot 20 - Introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot 22 – Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 6 LOT 020 i 022
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
La resistència a la plicatura en tortuositat vascular	
Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac	

Desglossament 7

Lot 021 - Introductor arterial accés radial doble mallat alt suport hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 7 LOT 021
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Acabament hidròfil i grau de lliscament	
Resistència al colapse	

ANNEX D3_FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101342815/23/AM - SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

És OBLIGATORI presentar aquest annex juntament amb memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Desglossament 8

Lot 24– Vàlvules hemostàtiques

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
Capacitat de segellat (no pèrdues) de la vàlvula, a fi de que el procediment ofereixi la màxima facilitat, fiabilitat i seguretat	Desglossament 8 LOT 024
Incorporar un passaguies i que aquest sigui òptim a fi de facilitar el procediment.	
Incorporar un torque i que aquest sigui òptim a fi de facilitar el procediment.	

Desglossament 9

Lot 27 –Altres introductors

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador)	Desglossament 9 LOT 027
La resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular	
Acabament hidròfil i grau de lliscament	

Desglossament 10

Lot 29 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
Que l'allargadera lateral de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions.	Desglossament 10 LOT 029
Que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta, a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.	
Que la base del manòmetre sigui l'adequada a fi de no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial	
Braç de palanca sigui l'adequat per facilitar l'inflat a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.	
Que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat.	

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

(NO HI HA)

ANNEX E - Presentació de mostres

NO HI HA

ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel Jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode = "SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode = "MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode = "INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode = "EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel Jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel Jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia el número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
nextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel Jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritante INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno